ПРИКАЗ
от «22» 01 2021 г.
№ 1162-225

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516360

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

RA.RU.516360

наименование испытательной лаборатории (центра) /медицинской лаборатории

Раздел 1	670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5.
Раздел 2	670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Спартака, дом № 5 (Литер В, В1, В2)
Раздел 3	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революций 1905 года, дом 36
Раздел 4	670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «б».
Раздел 5	671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.69.
Раздел 6	671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.
Раздел 7	671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, дом № 6.
Раздел 8	671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6.
Раздел 9	671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.
Раздел 10	671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолотская, дом № 2.
Раздел 11	671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.
Раздел 12	671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20.
Раздел 13	671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.
Раздел 14	671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.
Раздел 15	671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26.
Раздел 16	671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.
Раздел 17	671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 14.
Раздел 18	671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.
Раздел 19	671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Октябрьская, дом № 67а.
Раздел 20	671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145.
Раздел 21	671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145А.

адреса места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/ частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5						
Физические факторы						
1.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					ТНС-индекс	(10-50) ^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1-30)м/с
					интенсивность теплового облучения	(10-1000) Вт/м^2
2.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.2	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7

3.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,3 – 50) мТл
4.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 7.3.4	Рабочие места, производственная зона, общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	-
					Напряженность электрического поля	5 В/м – 50 кВ/м
					Напряженность магнитного поля Индукция магнитного поля	50 мА/м – 4 кА/м 62,5 нТл – 5 мТл
5.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.5	Рабочие места производственная зона, общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	уровень напряженности электромагнитного поля:	-
					частота от 10 кГц до 30 кГц Напряженность электрического поля	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	50 мА/м – 4А/м
6.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.6	Рабочие места, производственная зона, общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Энергетическая экспозиция электромагнитного поля:	-
					частота ≥0,03 – 3,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,05-8) А/м
					частота ≥3,0 – 30,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					частота ≥30,0 – 50,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					Напряженность магнитного поля	(0,05-8) А/м
					частота ≥50,0 – 300,0 МГц Напряженность электрического поля	(0,5-300) В/м
					частота ≥300,0 – 300000,0 МГц Энергетическая экспозиция плотности потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
7.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7.	Рабочие места, производственная зона общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 5 В/м – 1000 В/м 0,5 В/м – 40 В/м
					напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 50мА/м – 8 А/м 62,5 нТл – 10 мкТл 4 мА/м – 400 мА/м (5 – 500) нТл
					частота ≥300,0 – 300000,0 МГц	

1	2	3	4	5	6	7

					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
					уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
8.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.10.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Коэффициент пульсации	1-100 %
					Уровни яркости	1-200000 кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
9.	МУ № 1322-75	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Территория.	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Уровни яркости	1-200000 кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
10.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения.	-	-	Аэроионный состав воздуха	1×10^2 -1×10^5 ион/см^3
11.	МУК 4.3.2755-10	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания.	-	-	Интегральная оценка нагревающего микроклимата/ТНС-индекс	(от -40 до +85)°С
12.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения.	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85)°С
					Относительная влажность воздуха	3-98 %
					Скорость движения воздуха	0,1-30 м/с
					ТНС-индекс	(10-50)°С
					Интенсивность теплового облучения	10-1000 Вт/м^2
13.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85)°С
					Относительная влажность воздуха	3-98 %
					Скорость движения воздуха	0,1-30 м/с
					Результирующая температура	(от -40 до +85)°С
14.	МР 4.3.0212	Системы вентиляции, в том числе местные отсосы (вытяжные шкафы, зонты, ламинарные шкафы и т.п.).	-	-	Температура воздушных потоков	(от -40 до +85)°С
					Скорость воздушных потоков	0,1-30м/с
					Кратность воздухообмена (расчетное значение)	-
15.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места.	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Коэффициент пульсации	1-100 %
					Естественное освещение:	-

1	2	3	4	5	6	7

					КЕО	-
16.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Коэффициент пульсации	1-100 %
					Уровни яркости	1-200000 кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
17.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
18.	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места (рабочие поверхности), условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений.	-	-	Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Коэффициент пульсации	1-100 %
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
19.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
20.	ГОСТ ИСО 9612-2016	Рабочие места.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
					Пиковый уровень звука	22-139 дБС
21.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
22.	МУ № 1844-78	Рабочие места в помещениях, территория предприятий, машины и оборудование на их рабочих местах в типичных условиях эксплуатации	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
23.	ГОСТ 22283-2014	Проектируемые территории жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, территория жилой застройки городов и поселков	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА

		городского типа вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов при взлете, пролете и посадке самолетов и вертолетов, при опробовании двигателей на аэродромах при ведении полетов.			Максимальный уровень звука	22-139 дБА
24.	ГОСТ Р 53695-2009	Строительные площадки, вблизи строительной площадки с целью последующих расчетов шума на ближайшей к ней территории застройки.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
25.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места персонала, обслуживающего установки, излучающие ультразвук, или подвергающееся его воздействию.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	22-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
					Ультразвук	(22-139)дБА
26.	МР № 2908-82	Рабочие места.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
27.	МР 4.3.0008-10	Калибровка шумомеров.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139 дБА
28.	МР № 2946-83	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы предметы гигиены и другие товары детского обихода, рабочие места, производственные помещения, помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Уровень локальной вибрации	55-164 дБ
					Уровень общей вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
						50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
						50-164 дБ
29.	МУ № 3911-85	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
						50-164 дБ
					Эквивалентныекорректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
						50-164 дБ
30.	ГОСТ 16519-2006	Ручные машины и машины с ручным управлением	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Уровень локальной вибрации	50-164 дБ

1	2	3	4	5	6	7

					Постоянная, непостояннаявибрация	55-164 дБ
						50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
						50-164 дБ
31.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Рабочие места, производственные помещения, транспортные средства.	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
32.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Производственные помещения, жилые и общественные здания.	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
33.	ГОСТ 31292.1 -2004 (ИСО 5349-1:2001)	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания.	-	-	Уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	50-164 дБ
34.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания.	-	-	Уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	50-164 дБ
35.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места, производственные помещения, транспортные средства.	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
36.	МР № 2957-84	Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
37.	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания.	-	-	Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
38.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места и оборудование	-	-	ультразвук;	(22-139)дБА
39.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места персонала, осуществляющего работы с источниками ЭМП	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					Частота (0,03-300) МГц	0,5-300 В/м
					Частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м

					Частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
40.	МР № 2159-80	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода, территория, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, санитарно-защитные зоны радиопередающих объектов и линий высоковольтной электропередач.	-	-	Параметры электромагнитных излучений:	-
					уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
					Уровень напряженности электромагнитного поля:	-
					-частота от 5Гц до 2 кГц	5-1000 В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					Частота от 2 кГц до 400 кГц	0,5-40 В/м
						4-400 мА/м
						5-500 нТл
					Частота от 45Гц до 55 Гц	5-1000 В/м
						50мА/м-8 А/м
						62,5 нТл-10мкТл
					Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300)МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
					Электромагнитные поля частотой 50 Гц:	-
					-напряженность электрического поля	5 В/м-100 кВ/м
					- напряженность магнитного поля	0,05-1800 А/м
						62,5 нТл-2250мкТл
41.	ГОСТ Р 50949-2001	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видео модули, видео дисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров (далее - дисплеи)	-	-	Параметры электромагнитных излучений:	-
					Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
					Уровень напряженности электромагнитного поля:	
					- частота 5 Гц - 2 кГц	5-1000 В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					- частота 2 кГц-400 кГц	0,5-40 В/м
						4-400 мА/м

						5-500нТл
					-частота от 45 Гц до 55 Гц	5-1000 В/м
						50мА/м-8А/м
						62,5нТл-10мкТл
					Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					-частота (0,03-300)МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50 МГц)	0,05-8 А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
42.	МУК 4.3.1167-02	Антенны радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц, по электромагнитному фактору.	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: - частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
43.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места.	-	-	- частота от 45 Гц до 55 Гц	5 -1000 В/м
						50 мА/м – 8 А/м
						62,5 нТл – 10 мкТл
44.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места.	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
45.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места в производственных условиях	-	-	- частота от 45 Гц до 55 Гц	5 –1000 В/м
						50 мА/м – 8 А/м
						62,5 нТл – 10 мкТл
46.	МР 4.3.0177	электроустановки электроэнергетических систем - воздушные линии электропередач, распределительные устройства, кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанций	-	-	- частота 50 Гц	5 В/м – 50 кВ/м
						50 мА/м – 4 кА/м
						62,5 нТл – 5 мТл
47.	МУК 4.3.1677-03	Технические средства телевидения, частотная модуляция радиовещания и базовые станции сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27-2400 МГц в местах их размещения.	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300) МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
48.	МУК 4.3.1676-03	Радиостанций сухопутной подвижной связи (включая ручные радиотелефоны, абонентские терминалы спутниковой связи), работающих в диапазоне частот 27 - 2400 МГц, независимо от	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300) МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м

		вида и стандарта связи, конструктивных вариантов (моделей) их исполнения.			- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
49.	МУ 4.3.2320-08	стационарные передающие радиотехнические объекты	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300) МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
50.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
51.	МУК 4.1./4.3.2038-05	Игрушки, а также на новые виды игрушек, изготовленные из материалов, разрешенных к применению в установленном порядке для производства товаров детского ассортимента	-	-	Контролируемые показатели шума:	-
					постоянный, непостоянный уровень звука	22-139 дБА
					уровни звукового давления	22-139 дБА
					эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					максимальный уровень звука	22-139 дБА
					Параметры вибрации:	-
					уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					постоянная, непостоянная вибрация	50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения(виброускорение)	50-164 дБ
					Параметры электромагнитных излучений:	-
					уровень напряженности электромагнитного поля:	-
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	0,5-40 В/м
						4-400 мА/м
						5-500нТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	
					- частота (0,03-300) МГц	0,5-300 В/м
					- частота (0,03-50) МГц	0,05-8 А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	0,26-100000 мкВт/см^2
					Уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостоянная вибрация	55-164 дБ
						50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
52.			-	-	Параметры электромагнитных излучений:	-

	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Медицинские электрические изделия и медицинские электрические системы			уровень напряженности электростатического поля;	0,3-180 кВ/м
					уровень напряженности электромагнитного поля:	-
					-частота от 5 Гц до 2 кГц	5-1000 В/м
						50мА/м-4А/м
						62,5нТл-5мкТл
					-частота от 2 кГц до 400 кГц	0,5-40 В/м
						4-400 мА/м
						5-500 нТл
					- частота от 45 Гц до 55 Гц	5-1000 В/м
						50мА/м-8А/м
						62,5нТл-10мкТл
					электромагнитные поля радиочастотного диапазона:	-
					- частота (0,03-300) МГц	(0,5-300) В/м
					- частота (0,03-50) МГц	(0,05-8) А/м
					- частота (0,3-40) ГГц	(0,26-100000) мкВт/см^2
					электромагнитные поля частотой 50Гц:	-
					- напряженность электрического поля	5 В/м-100 кВ/м
					- напряженность магнитного поля	(0,05-1800) А/м
						62,5нТл-2250мкТл
53.	Руководство по эксплуатации «Приборы, комбинированные еЛайт»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Искусственное освещение:	-
					Освещенность	1-200000 лк
					Коэффициент пульсации	1-100 %
					Уровни яркости	1-200000 кд/м^2
54.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Температура воздуха	(от 0 до +50) °С
					Относительная влажность воздуха	10-98 %
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Искусственное освещение:	-

1	2	3	4	5	6	7

					Освещенность	10-200000 лк
					Яркость	10-200000 кд/м^2
55.	Руководство по эксплуатации «Измеритель микроклимата ЭкоТерма-1»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Температура воздуха	От (-50 до +60)°С
					Относительная влажность воздуха	10-95 %
					THC-индекс	От (-50 до +60)°С
56.	Руководство по эксплуатации «Преобразователь-Термоанемометр ТТМ-2-04-DIN»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Скорость движения воздуха	0,1-30 м/с
57.	Руководство по эксплуатации «Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
58.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров Электрического и магнитных полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР модификация 50 Гц,	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	
					Напряженность электрического поля	50 В/м – 50 кВ/м
					Напряженность магнитного поля Индукция магнитного поля	800 мА/м – 4 кА/м 1 мкТл – 5 мТл
59.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров Электрического и магнитных полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР, модификация АТ-004»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля: 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 5 – 1000 В/м 0,5 – 40 В/м
					Напряженность магнитного поля: 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 80мА/м – 8 А/м 100 нТл – 10 мкТл 4– 400 мА/м 5– 500 нТл
60.	Руководство по эксплуатации	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные	-	-	Напряженность электрического поля	0,5-300 В/м
					Напряженность магнитного поля	0,05-8 А/м
					плотность потока энергии	0,26-100000 мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7

	«Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41»	помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.				
61.	Руководство по эксплуатации «Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	плотность потока энергии	1-100000 мкВт/см^2
62.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля: 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 8 – 100 В/м 0,8 – 10 В/м
					Напряженность магнитного поля: 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 0,08 – 1 мкТл 8 – 100 нТл
63.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-МЕТР-АТ-003»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 45 Гц – 55 Гц	 5– 1000 В/м 0,5 – 40 В/м 5 – 1000 В/м
					Напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 45 Гц - 55 Гц	 50мА/м – 4 А/м 62,5 нТл – 5 мкТл 4 – 400мА/м 5– 500нТл 50 мА/м – 8 А/м 62,5 нТл – 10 мкТл
64.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА» Антенна измерительная электрическая П6-71	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц 10 кГц– 30 кГц 45 Гц – 55 Гц	 4,8В/м – 4,4 кВ/м 750 мВ/м – 3 кВ/м 190 мВ/м – 3 кВ/м 420 мВ/м – 100 кВ/м
65.	Руководство по эксплуатации	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие	-	-	Напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц	

1	2	3	4	5	6	7

	«Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА» Антенна измерительная магнитная П6-70	товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.			2 кГц – 400 кГц 10 кГц – 30 кГц 45 Гц - 55 Гц	60мА/м – 0,69 кА/м 5мА/м – 0,064 кА/м 1,71 мА/м – 0,49 кА/м 5 мА/м – 5 кА/м
66.	Руководство по эксплуатации «Измеритель многофункциональный ЭКОФИЗИКА»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания,места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Постоянный, непостоянныйуровень звука	22-139 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	22-139 дБА
					Максимальный уровень звука	22-139дБА
					Пиковый уровень звука	22-139 дБС
					Уровень общей вибрации	55-164 дБ
					Уровень локальной вибрации	50-164 дБ
					Постоянная, непостояннаявибрация	55-164 дБ
						50-164 дБ
					Эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	55-164 дБ
						50-164 дБ
67.	Руководство по эксплуатации «Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц:	-
					Напряженность электрического поля	10 В/м – 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля Индукция магнитного поля	0,1 – 1800 А/м
68.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 08»	Рабочие места производственная зона жилые и общественные здания лечебно-профилактические учреждения и аптеки, прилегающая территория, дорожное покрытие	**-**	**-**	Уровни освещенности	10 – 200000 лк
					Коэффициент пульсации	1 – 100%
					КЕО	-
69.	Руководство по эксплуатации Мультиметр цифровой АРРА- 61	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания.	-	-	Напряжение сети	До 1000 В
70.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади,	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85)°С
					Относительная влажность воздуха	3-97%
					Скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
					Атмосферное давление	80-110 кПа

		пешеходные зоны, территория, транспортные средства.				(600-825 мм.рт.ст.)
					ТНС-индекс	(от -40 до +85)°С
Радиологические методы исследований						
71.	МУК 2.6.1.1087	Металлолом, который образуется в результате утилизации элементов конструкций и технологического оборудования.	-	07 8000 17 8000	Мощность амбиентного эквивалента гамма фона	0,1 мкЗв-10,0 Зв
					мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
72.	МУК 2.6.1.2152	Металлолом, который образуется в результате утилизации элементов конструкций и технологического оборудования.	-	07 8000 17 8000	Мощность амбиентного эквивалента гамма фона	0,1 мкЗв-10,0 Зв
					мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
73.	МУ 2.6.1.3386	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
74.	МУ 2.6.1.1982	Радиационный контроль в рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических отделениях и кабинетах.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
75.	МУ 2.6.1.2135	Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и других учреждений, где применяются методы дистанционной, контактной (внутриполостной и внутритканевой) лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
76.	МУ 2.6.1.2500	Подразделения радионуклидной диагностики invivo лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).	-	-	Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					отбор мазков на радиоактивное загрязнение	-
77.	МУ 2.6.1.1892	Проведение радиодиагностических процедур invivo с введением радиофармпрепаратов в организм пациентов. Подразделения радионуклидной диагностики invivo лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					отбор мазков на радиоактивное загрязнение	-
78.	МУ 2.6.1.2398		-	-	мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7

		Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.			мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					плотность потока радона-222 с поверхности грунта	3-1·10^{5}мБк/(с·м^2)
79.	МУ 2.6.1.2397	Природные источники ионизирующего излучения.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	20-1·10^5 Бк/м^3
						30-2·10^5 Бк/м^3
80.	МУ 2.6.1.2396	Территория радиоактивные выпадения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Отбор проб	-
81.	МР 2.6.1.0063	Территория радиационного объекта	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
82.	МУ 2.6.1.1193	Воздушные судна, внутренние помещения и поверхности воздушного судна, агрегаты авиационной техники	-	-	мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					плотность потока альфа-излучения	0,1-1·10^4 мин$^{-1}$·см$^{-2}$
					плотность потока бета-излучения	10 - 1·10^{5}мин$^{-1}$ ·см$^{-2}$
					плотность потока гамма-излучения	0,1 мкЗв-10,0 Зв
83.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) № 3255-85	Местность.	-	-	поток гамма-излучения	0 – 1·10^4 с$^{-1}$
					мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0 – 3·10^{3}мкР/час
84.	Руководство по эксплуатации «Аэрозольный альфа-радиометр радона и торона РРА-20П2 «Поиск»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	1-1·10^{5}Бк/м^3
					эквивалентная равновесная объемная активность торона-220 в воздухе помещений	1-1·10^{5}Бк/м^3
					мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения	0,1-30 мкЗв/ч
85.	Руководство по эксплуатации «Дозиметр ДРГ-01Т1»	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,010– 9,999 мР/ч
						0,010 – 9,999 Р/ч
						0,10 – 99,99 мР/ч
						0,10 – 99,99 Р/ч
86.			-	-		20-1·10^5 Бк/м^3

	Руководство по эксплуатации «Комплекс измерительный для мониторинга радона «Камера-01»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.			эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 в воздухе помещений	30-2·10^5 Бк/м^3
					плотность потока радона-222 с поверхности грунта	3-1·10^{5}мБк/(см^2)
					объемная активность радона и радия в пробах воды	0,3-1·10^3 Бк/л
87.	Руководство по эксплуатации «Прибор сцинтилляционный геологоразведочный СРП-68»	Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0-3·10^{3}мкР/час
88.	Руководство по эксплуатации «Дозиметр-радиометр ДКС-96»	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	плотность потока альфа-излучения	0,1-2·10^3 мин$^{-1}$· см$^{-2}$
					плотность потока бета-излучения	10-1·10^{5}мин$^{-1}$ · см$^{-2}$
					плотность потока гамма-излучения	0,1 мкЗв·ч$^{-1}$ -10,0 Зв·ч$^{-1}$
89.	Руководство по эксплуатации «Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1121»	Лом черных и цветных металлов. Факторы среды обитания промышленных объектов. Рабочие места, производственная зона. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Лечебно-профилактические учреждения. Помещения и оборудование.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	50 нЗв-10 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента гамма-фона	50 нЗв/ч-10 Зв/ч
					Атмосферное давление	700-820 мм.рт.ст.
Раздел 2: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 5 (литер В, В1, В2)						
Радиологическая лаборатория						
90.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509,	Удельная активность цезия -137/активность цезия-137	3-2500 Бк/кг (л)

			11.0 11.07	1517,2201, 2202,2204		
91.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8 11.0 11.07	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204	Удельная активность стронция-90/активность стронция-90	0,1-250 Бк/кг (л)
92.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В523	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8 11.0 11.07	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204	Удельная активность цезия -137/активность цезия-137	0,8-200 Бк/кг (л)
					Удельная активность стронция-90/активность стронция-90	0,1-200 Бк/кг (л)
93.	МУК 2.6.1.1194 П. 5	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103,	Удельная активность цезия -137/активность цезия-137	3-2500 Бк/кг (л)
					Удельная активность стронция-90/активность стронция-90	0,1-250 Бк/кг (л)

			10.1-10.8 11.0 11.07 01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8 11.0 11.07	1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204 0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204		
94.	ISO 9696	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0 2201 10 1900	Удельная суммарная альфа-активность	0,1-100 Бк/кг
95.	ISO 9697	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0 2201 10 1900	Удельная суммарная бета-активность	0,1-100 Бк/кг
96.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В525	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12 36.00.1 36.00.11 36.00.12 36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0 2201 10 1900 2201 10 1100 2201 10 1900 2201 10 1100 2201 10 1900	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность Удельная активность полоний-210/ Полоний (^{210}Po)	0,1-100 Бк/кг 0,1-100 Бк/кг 0,1-100 Бк/кг
97.	МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В526	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 1100 2201 10 1900	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,1-100 Бк/кг 0,1-100 Бк/кг
98.	МР 2.6.1.0064 п. 11	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0 2201 10 1900	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,1-100 Бк/кг 0,1-100 Бк/кг
99.	ГОСТ 31864	Вода	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 1100 2201 10 1900	Удельная суммарная альфа-активность	0,05-400 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
100.	МР «Использование Измерительногорадиологического комплекса с программным обеспечением «Прогресс для исследования проб воды на соответствие уровню вмешательства, установленному для природной радиоактивности питьевой воды в НРБ-99» от10.01.2001. («ВНИИФТРИ»)	Вода	-	-	Удельная активность радона-222/Радон (^{222}Rn)	(0,8-1000) Бк/кг
101.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность цезий-137	(2-10^4) Бк/кг
102.	ГОСТ 30108 п.4.2	Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные, дорожные, материалы неметаллорудные (асбест, слюда, тальк, графит и др.), цемент, материалыстеновые, керамические теплозвукоизоляционные, отделочные, кровельныегидроизоляционные и герметирующиеизделияасбестовые. Отходыпроизводстваипотребления. Товары для детей. Игры, игрушки,канцтовары, наглядные	08.1. 08.11.2 08.12 08.12.12 23.20.13 23.32 32.40 38.11.31	6801-6803, 6810-6812, 6814, 6815, 6901-6904, 6907, 7001 00, 9503 00 100 9	Удельная активность калий-40	50-4000 Бк/кг
					Удельная активность радий-226	50-4000 Бк/кг
					Удельная активность торий-232	50-4000 Бк/кг
					Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) (ЕРН)	50-4000 Бк/кг
103.	ГОСТ 33795 п.7.3-7.8	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	02.1-02.3 16.10	4401-4407, 4409-4410, 4905 99 000 0 57 0000	Удельная активность цезия-137	(2-10^4) Бк/кг
					Удельная активность стронция-90	0,1-100 Бк/кг
104.	МУК 2.6.5.032-2017 п.7.8-7.11	Исследование мазков на радиоактивное загрязнение	-	-	Бета-активность	0,1 Бк/$см^2$
Раздел 3: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революций 1905 года, дом 36						
Отдел санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований						
105.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
106.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2		-	-	Отбор проб	-
107.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.		-	-	Отбор проб	-
108.	РД 52.04.186-89,		-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

	ч.1. раздел 3, п. 3.4					
109.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1.		-	-	Отбор проб	-
110.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4.		-	-	Отбор проб	-
111.	ГОСТ 17.2.4.05-83	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	0,04-10 мг/м^3
112.	РД 52.04.186-89, ч., раздел 5, п.5.2.6	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	суточная-0,007-0,69 мг/м^3;
113.	РД 52.04.186-89.1, раздел 5, п. 5.2.1.1		-	-	Аммиак/азота гидрид	0,01-2,5 мг/м^3
114.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п 5.2.1.4		-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,02-1,4мг/м^3
115.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6		-	-	Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,016-0,94 мг/м^3
116.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.5.2		-	-	Железо/Массовая концентрация железа/ диЖелезотриоксид (железа оксид)/в пересчете на железо/(железо сесквиоксид)	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Цинк/Массовая концентрация цинка/Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Марганец/Массовая концентрация марганца	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00001-0,0024 мг/м^3 Расчётная
			-	-	Кадмий/Массовая концентрация кадмия/ Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	0,002-0,24 мкг/м^3 (0,000002-0,00024 мг/м^3)
			-	-	Медь /Массовая концентрация меди/ Медь оксид (в пересчете на медь) / Медь окись; Тенорит	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Никель/Массовая концентрация никеля/ никель и его соединения	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Свинец/Массовая концентрация свинца/Свинец и его неорганические соединения (в перерасчете на свинец)	0,06-1,5 мкг/м^3 (0,00006-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Хром/Массовая концентрация хрома	0,01-1,5 мкг/м^3

						(0,00001-0,0015 мг/м^3)
			-	-	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,00001-0,003 мг/м^3 Расчётная
			-	-	Кобальт/Массовая концентрация кобальта	0,01-1,5 мкг/м^3 (0,00001-0,0015 мг/м^3)
117.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.7.4		-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,004-0,12 мг/м^3
118.	РД 52.04.186-89, ч1, раздел 5, п. 5.2.7.7		-	-	Серная кислота/ Серная кислота(по молекуле H_2SO_4)	0,005-3,0 мг/м^3
119.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.8.1	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Цианид водорода / гидроцианид/синильная кислота / нитрил муравьиной кислоты / цианистоводородная кислота/формонитрил	0,0025-0,1 мг/м^3
120.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.8.2.		-	-	Цианид водорода / гидроцианид/синильная кислота / нитрил муравьиной кислоты / цианистоводородная кислота/формонитрил	0,007-0,2 мг/м^3
121.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5		-	-	Фенол/Гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	0,004-0,2 мг/м^3
122.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 6, п.6.5.2		-	-	Оксид углерода/ Углерода оксид / углерод окись /углерод монооксись/угарный газ	0-50,0 мг/м^3
123.	РД 52.04.791-2014		-	-	Аммиак/азота гидрид	0,02-5,0 мг/м^3
124.	РД 52.04.792-2014		-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,021-4,3 мг/м^3
			-	-	Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,028-2,8 мг/м^3
125.	РД 52.04.793-2014		-	-	Хлорид водорода/Гидрохлорид (по молекуле HCl)/ водорода хлорид/хлоргидрат/хлороводород	0,04-2,0 мг/м^3
126.	РД 52.04.794-2014		-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	0,03-5,0 мг/м^3
127.	РД 52.04.795-2014		-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,006-0,1 мг/м^3
128.	РД 52.04.797-2014		-	-	Фторид водорода/Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) гидрофторид/фтороводород	0,002-0,2 мг/м^3
129.	РД 52.04.798-2014		-	-	Хлор	0,05-0,72 мг/м^3
130.	РД 52.04.799-2014		-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгид	0,003-0,1 мг/м^3

					роксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	
131.	РД 52.04.823-2015		-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	0,01-0,20 мг/м^3
132.	РД 52.04.831-2015		-	-	Углеродсодержащая аэрозоль / сажа/ углерод/пигмент черный	0,03-1,8 мг/м^3
133.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6		-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	Разовая - 0,26-50,00 мг/м^3
134.	М02-14-2007		-	-	Бенз(а)пирен/ массовая концентрация бенз(а)пирена/3,4-бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м^3 (0,0000005-0,01 мг/м^3)
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен/ массовая концентрация бенз(а)пирена/3,4-бенз(а)пирен	0,02-500 мкг/м^3 (0,00002-0,5 мг/м^3)
135.	МУК 4.3.3593-19	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений, Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль/массовая концентрация угольной пыли/взвешенные части (аэрозоли фиброгенного действия) /углерода пыли/угольная зола/пыль каменного угля	0,04-250 мг/м^3
136.	Руководство по эксплуатации газоанализатора портативного «Эколаб» ЕКМР 413322.001	Воздух рабочей зоны,	-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,02-40,0 мг/м^3
		Воздух закрытых помещений, Атмосферный воздух	-	-	Аммиак/азота гидрид	0,025-400,0 мг/м^3
			-	-	Бензин/ Бензин (растворитель, топливный)/бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)	0,75-2000,0 мг/м^3
			-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,004-200,0 мг/м^3
			-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	0,025-200,0 мг/м^3
			-	-	Взвешенные частицы пыли/пыль/взвешенные вещества	0,0075-40,0 мг/м^3
			-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	0,0015-10,0 мг/м^3
			-	-	Стирол / этенилбензол / винилбензол/фенилэтилен	0,001-200 мг/м^3
			-	-	Акролеин / проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид/акриловый альдегид/альдегид акриловой кислоты	0,005-4,0 мг/м^3
			-	-	Пропан-2-он /ацетон/диметилкетон/диметилформальдегид	0,125-4000 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

			-	-	Бензол/циклогексатриен/фенилгидрид	0,05-100 мг/м^3
			-	-	Углеродсодержащая аэрозоль / сажа/ углерод/пигмент черный	0,025-80,0 мг/м^3
			-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	0,0015-6,0 мг/м^3
			-	-	Озон/трехатомный кислород	0,015-2,0 мг/м^3
			-	-	Метилмеркаптан/Метантиол	0,003-16,0 мг/м^3
			-	-	оксид азота / азота оксид / окись азота/азот(II)оксид/азот монооксид	0,03-100,0 мг/м^3
			-	-	Углерод оксид /угарный газ/углерода окись/углерод моноокись/оксид углерода	1,5-400,0 мг/м^3
			-	-	Хлор	0,015-20,0 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Углеводороды алифатические C_1-C_{10}/Углеводороды алифатические C_2-C_{10} (в пересчете на углерод)/углеводороды нефти	30-6000,0 мг/м^3
			-	-	Пентандиаль/глутаровый альдегид/глутаральдегид	0015-100,0 мг/м^3
137.	Свидетельство об аттестации №64-04 от 23.11.2004г ФР.1.31.2009.05414 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ.	Воздух рабочей зоны,	-	-	Метилметакрилат/ Метил-2-метилпроп-2-еноат (метиловый эфир метакриловой кислоты)/метиловый эфир2-метилакриловой кислоты/2-(метоксикарбонил)проп-1-ен/метил-альфа-метилакрилат/метилпропилен-2-карбоксилат/метакриловой кислоты метиловый эфир	0,05-100 мг/м^3
		Воздух закрытых помещений,	-	-	Трихлорэтилен /1-хлор-2,2-дихлорэтилен/этилентрихлорид/ацетилентрихлорид/1,1,2-трихлорэтилен/трихлорэтен	0,05-200 мг/м^3
		Атмосферный воздух	-	-	Этанол/ этиловый спирт /метилкарбинол	1,0-2000 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Этилбензол/фенилэтан	0,05-200 мг/м^3
138.	Свидетельство об аттестации № 65-04 от 23.11.2004г	Воздух рабочей зоны, Воздух закрытых помещений,	-	-	Перхлорэтилен/тетрахлорэтилен/тетрахлорид этилена/1,1,2,2-тетрахлорэтилен/тетрахлорэтен	0,05-60 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

	ФР.1.31.2009.05508 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ.	Атмосферный воздух	-	-	Гексан/н-гексан/дипропил	1,0-1500 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Стирол / этенилбензол / винилбензол/фенилэтилен	0,05-60 мг/м^3
			-	-	Акролеин / проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид/акриловый альдегид/альдегид акриловой кислоты	0,1-10 мг/м^3
139.	Свидетельство об аттестации № 66-04 от23.11.2004г ФР.1.31.2009.05509 Методика выполнения измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, n,m-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ.	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутиловый спирт/ бутан-1-ол	0,2-100 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны, Воздух закрытых помещений, Атмосферный воздух.	-	-	о-ксилол/метилтолуол /1,2-Диметилбензол/1,2-ксилол	0,05-400 мг/м^3
			-	-	м-ксилол/3-метилтолуол /1,3-Диметилбензол/3-ксилол/1,3-ксилол	0,05-400 мг/м^3
			-	-	п-ксилол/4-метилтолуол /1,4-Диметилбензол	0,05-400 мг/м^3
			-	-	Бутилацетат/бутиловый эфир уксусной кислоты/уксусной кислоты бутиловый эфир	0,08-800 мг/м^3
			-	-	Толуол/метилбензол/фенилметан	0,05-400 мг/м^3
			-	-	Изобутиловый спирт/2-метилпропан-1-ол/изобутанол/1-гидроксиметилпропан/2-метил-1-пропанол/2-метилпропиловый спирт/изопропилкарбинол	0,05-100 мг/м^3
			-	-	Пропиловый спирт/пропан-1-ол	0,2-100 мг/м^3
			-	-	Бензол/циклогексатриен/фенилгидрид	0,05-100 мг/м^3
			-	-	Пропан-2-он /ацетон/диметилкетон/диметилформальдегид	0,05-800 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

140.	М-МВИ-81-01 (АГП-01-2М), Руководство по эксплуатации анализаторагазортутного переносного АГП-01-2М. АХЖ 2.840.010 РЭ	Воздух рабочей зоны, Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Ртуть	0,001-0,02 мг/м^3
141.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Палладий-3М». ИБЯЛ.413411.048	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений, Воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид /угарный газ/углерода окись/углерод моноокись/оксид углерода	0-50,0 мг/м^3
142.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
143.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
144.	Руководство по Эксплуатациигазосигнализаторамультигазового «Комета-М» ФГИМ 413415.001-570	Воздух рабочей зоны, Воздух закрытых помещений,	-	-	Этанол/этиловый спирт/метилкарбинол	0,1-10 г/м^3
			-	-	Хлор	0,1-30 мг/м^3
			-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	0,1-30 мг/м^3
		Атмосферный воздух	-	-	Хлорид водорода/Гидрохлорид (по молекуле HCl)/ водорода хлорид/хлоргидрат/хлороводород	0,1-30 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак/азота гидрид	1-200 мг/м^3
145.	Руководство по эксплуатации газосигнализатора мультигазового «Комета-М» ФГИМ 413415.001-500-006	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак/азота гидрид	1-300 мг/м^3
			-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	0,1-8 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны,	-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	0,1-30 мг/м^3
		Воздух закрытых помещений,	-	-	Диоксид азота/азота диоксид/двуокись азота/пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,1-30 мг/м^3
		Атмосферный воздух	-	-	Углерод оксид/угарный газ/углерода окись/углерод моноокись/оксид углерода	1-300 мг/м^3
146.	Руководство по эксплуатации Газоанализатора «Колион-1В» ЯРКГ 2.840.003-01. Фотоионизационный метод.	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин/Бензин (растворитель, топливный)/бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)	0-2000 мг/м^3
			-	-	Бензол/циклогексатриен/ фенилгидрид	0-2000 мг/м^3
			-	-	дизельное топливо (в пересчете на С)	0-2000 мг/м^3
			-	-	Ксилол/диметилбензол (смесь о-,м-,п-изомеров)/метилтолуол	0-2000 мг/м^3
			-	-	Пропан-2-он	0-2000 мг/м^3

					/ацетон/диметилкетон/диметилформальдегид	
			-	-	Толуол/метилбензол/фенилметан	0-2000 мг/м^3
			-	-	Углеводороды алифатические C_1-C_{10}/Углеводороды алифатические C_2-C_{10} (в пересчете на углерод)/углеводороды нефти	0-2000 мг/м^3
			-	-	Керосин (в пересчете на С)	0-2000 мг/м^3
			-	-	Уайт-спирит (в пересчете на С)	0-2000 мг/м^3
			-	-	Этанол/этиловый спирт/метилкарбинол	0-2000 мг/м^3
			-	-	Стирол/этенилбензол / винилбензол/фенилэтилен	0-2000 мг/м^3
147.	ГОСТ 12.1.014-84 Линейно-колористический метод с использованием насоса НП-3М, УГ-2	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (суммарно)	2-100 мг/м^3
			-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	1-40 мг/м^3 1-200 мг/м^3
			-	-	Аммиак/азота гидрид	5-100 мг/м^3
			-	-	Бензин/ Бензин (растворитель, топливный)/бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)	50-4000 г/м^3
			-	-	Бензол/циклогексатриен/ фенилгидрид	5-1500 мг/м^3
			-	-	Сероводород/дигидросульфид/ водород сернистый/гидросульфид	2-30 мг/м^3
			-	-	Фторид водорода/Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) гидрофторид/фтороводород	0,5-20 мг/м^3
			-	-	Хлорид водорода/Гидрохлорид (по молекуле HCl)/ водорода хлорид/хлоргидрат/хлороводород	0,5-20 мг/м^3
			-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/ фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	0,3-3 мг/м^3
			-	-	Дизельное топливо (в пересчете на С)	250-6000 мг/м^3
			-	-	Ксилол/диметилбензол (смесь о-,м-,п-изомеров)/метилтолуол	20-1500 мг/м^3
			-	-	Аэрозоли масел/масла минеральные нефтяные/масла аэрозолей	5-50 мг/м^3
			-	-	Метанол /спирт метиловый/карбинол/метиловый спирт/метилгидроксид/ моногидроксиметан	50-1000 мг/м^3
			-	-	Озон/трехатомный кислород	0,1-15 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

			-	-	Пропан-2-он /ацетон/диметилкетон/ диметилформальдегид	100-10000 мг/м^3
			-	-	Акролеин / проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид/акриловый альдегид/ альдегид акриловой кислоты	0,2-2 мг/м^3
			-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	5-100 мг/м^3 10-2500 мг/м^3
			-	-	Толуол/метилбензол/фенилметан	25-2000 мг/м^3
			-	-	Трихлорэтилен/Трихлоэтен	5-100 мг/м^3
			-	-	Углеводороды алифатические C_1-C_{10}/Углеводороды алифатические C_2-C_{10} (в пересчете на углерод)/ углеводороды нефти	100-2000 мг/м^3
			-	-	Пропан-бутановая смесь/ пропан-бутан	100-1000 мг/м^3
			-	-	Углерод оксид /угарный газ/углерода окись/углерод моноокись/оксид углерода	5-50 мг/м^3 10-3000 мг/м^3
			-	-	Серная кислота/ Серная кислота (по молекуле H_2SO_4)	0,5-5 мг/м^3
			-	-	Керосин (в пересчете на С)	250-4000 мг/м^3
			-	-	Уксусная кислота/этановая кислота	2-250 мг/м^3
			-	-	Уайт-спирит (в пересчете на С)	50-4000 г/м^3
			-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	0,5-5 мг/м^3
			-	-	Хлорэтен /винилхлорид / винил хлористый / хлорвинил/хлорэтилен / этиленхлорид	2-300 мг/м^3
			-	-	Хлор	0,5-200 мг/м^3
			-	-	Этанол/этиловый спирт/ метилкарбинол	200-5000 мг/м^3
			-	-	Стирол / этенилбензол / винилбензол/фенилэтилен	10-3000 мг/м^3
148.	МУ №1480-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Ампициллин/[2S-(2α,5α,6ß)(S*)]-6-Аминофенилацетиламидо-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота	0,05-1,25 мг/м^3
149.	МУ №1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром (VI) триоксид/хром трехокись/хромовый ангидрид	0,002-0,01 мг/м^3
150.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак/азота гидрид	5-50 мг/м^3
151.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон/трехатомный кислород	0,05-0,25 мг/м^3
152.	МУ №1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота/ Серная кислота(по молекуле H_2SO_4)	0,5-7,5 мг/м^3
153.	МУ №1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	0,5-12 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

154.	МУ №1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлорид водорода/Гидрохлорид (по молекуле HCl)/ водорода хлорид/хлоргидрат/хлороводород	3-20 мг/м^3
155.	МУ №1696-77	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	0,16-3,33 мг/м^3
156.	МУ №2732-83	Воздух рабочей зоны, Воздух закрытых помещений	-	-	Озон/трехатомный кислород	0,05-2,5 мг/м^3
157.	МУ №4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	0,005-0,50 мг/м^3
158.	МУ №4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота/этановая кислота	2,5-25 мг/м^3
159.	МУ №4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Синтетические моющие вещества	0,25-3,5 мг/м^3
160.	МУ №4945-88, п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий/алюминий и его сплавы(в пересчете на алюминий)	0,4-30 мг/м^3
			-	-	Железо	1,5-15 мг/м^3
			-	-	диЖелезотриоксид/железо(III)оксид	2,1-21,5 мг/м^3 Расчётная
			-	-	Фторид водорода/Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) гидрофторид/фтороводород	0,1-5,0 мг/м^3
			-	-	Марганец/марганец в сварочных аэрозолях	0,05-1,25 мг/м^3
			-	-	Медь	0,4-8,0 мг/м^3
			-	-	Свинец/Массовая концентрация свинца/Свинец и его неорганические соединения(в перерасчете на свинец)	0,005-0,12 мг/м^3
			-	-	Хром (VI) триоксид/хром трехокись/хромовый ангидрид	0,003-0,06 мг/м^3
			-	-	Цинк	0,25-10,0 мг/м^3
			-	-	цинка оксид/цинк окись	0,31-12,4 мг/м^3 Расчётная
161.	МУ 5063-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Пропан-2-он /ацетон/диметилкетон/диметилформальдегид	10,0-200 мг/м^3
162.	МУ 5126-89	Смывы с кожных покровов	-	-	Свинец на коже	0,2-1,0 мг/см^2
163.	МУ №5845-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксациллин / [2S-(2$^{\alpha}$,5$^{\alpha}$,6$^{\beta}$)]-3,3-Диметил-6-[[[5метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота	0,025-0,25 мг/м^3
164.	МУ №5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремния диоксид/кремний диоксид аморфный/кремний диоксид кристалический	0,05-30,0 мг/м^3
165.	МУ №5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	0,15-1,5 мг/м^3

166.	МУ №5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие/щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	0,20-3,5 мг/м^3
167.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	1,0-250 мг/м^3
168.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	0,25-3,0 мг/м^3
169.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	5,0-40,0 мг/м^3
170.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	5,0 -125,0 мг/м^3
171.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин/проп-2-ен-1-аль/ акрилальдегид/акриловый альдегид/альдегид акриловой кислоты	0,1-1,4 мг/м^3
172.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3 (мг/л)
173.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3(мг/л)
174.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно- гигиенические из металла (водные вытяжки)	36.00, 21.20.9, 25.92, 25.99	2201, 7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 8215,8306,8309	Фториды (F^-)	0,05-1,0 мг/дм3(мг/л)
175.	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация остатка после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм^3
176.	ГОСТ 6709-72 п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
177.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Массовая концентрация нитратов (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
178.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Массовая концентрация сульфатов (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
179.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Массовая концентрация хлоридов (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3
180.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Массовая концентрация алюминия (Al)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
181.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Массовая концентрация железа (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

182.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Массовая концентрация кальция (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
183.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Массовая концентрация меди (Cu)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
184.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Массовая концентрация свинца (Pb)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
185.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Массовая концентрация цинка (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
186.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
187.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				pH воды	-1-19 ед. pH
188.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10 См/м
189.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
190.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения),упаковка, укупорочные средства, игрушки, посуда и столовые приборы, изделия санитарно-гигиенические из металла, стекла и керамики, (водные вытяжки), вода дистиллированная	36.00, 11.07, 11.12, 25.71, 29.92, 25.99, 32.40	2201, 5809,7602, 7607, 7608, 7609, 7615,9503, 9505-9507,7323, 6910,6911,6912, 6913, 6914,7009, 7010, 7013,7015,7018	Алюминий/ (Al, суммарно)	без разбавления 0,04-0,56 мг/дм^3(мг/л) при разбавлении 0,04-56,0 мг/дм^3(мг/л)
191.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Остаточный активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
192.	ГОСТ 18190-72, п.3	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3(мг/л)
193.	ГОСТ 18190-72, п.4	Вода питьевая, упакованная питьевая вода,			Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3

		включая природную минеральную воду, вода плавательных бассейнов и аквапарков				
194.	ГОСТ 18294-2004	Вода питьевая, поверхностная, подземная, вода для гемодиализа	36.00 21.20.9		Бериллий /(Be, суммарно)	0,0001- 0,0500 мг/дм^3(мг/л)
195.	ГОСТ 18308-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, упаковка, укупорочные средства из металла и сплавов (водные вытяжки)	36.00 25.92, 25.99	2201, 7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Молибден/ (Mo, суммарно)	0,0025 – 16,0 мг/дм^3 (мг/л)
196.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.120, 36.00	2201, 7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-})	без учета разбавлении 0,01-0,40 мг/дм^3(мг/л) при разбавлении 0,01-40,00 мг/дм^3(мг/л)
197.	ГОСТ 19413-89	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода техническая (горячего водоснабжения)	36.00 11.07.11.120 11.07.11.112 21.20.9	2201	Массовая концентрация селена/(Se, суммарно)	0,0001-0,0050мг/дм^3(мг/л)
198.	ГОСТ 23268.1-91, п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода дистиллированная	11.07.11.112	2201	Прозрачность и цвет, запах	Описание
199.	ГОСТ 23268.2-91 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Массовой доли растворенной двуокиси углерода	0,1000– 5000,0 г/дм^3
200.	ГОСТ 23268.5-78 п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную	11.07.11.112, 21.20.9	2201	Ионов кальция (Ca)	10,00-800,0 мг/дм^3
201.	ГОСТ 23268.5-78 п.3	воду, вода для гемодиализа		2201	Ионов магния (Mg)	20,00 – 900,0 мг/дм^3
202.	ГОСТ 31857-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная (поверхностная, подземная)	11.07.11.120 36.00.	2201	Массовой концентрации поверхностно-активных веществ (АПАВ)	без учета разбавлении 0,025-2,0мг/дм^3(мг/л)

						при разбавлении 0,025-200,00 мг/дм^3(мг/л)
203.	ГОСТ 31863-2012	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00. 21.20.9	2201	Массовой концентрации цианидов (цианид - ион) (CN^-)	без учета разбавлении 0,01-0,25 мг/дм^3(мг/л) при разбавлении 0,01-2,50 мг/дм^3(мг/л)
204.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	11.07.11.120. 36.00, 20.42	2201,6101, 6112-6115, 6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302, 4303,5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	1-70 градуса
205.	ГОСТ 31940-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода для гемодиализа	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112 21.20.9	2201, 9503,9507 ,4901-4905,4908 -4911, 6910-6914,7009 , 7010, 7013,7015 , 7018	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-2500 мг/дм^3(мг/л)
206.	ГОСТ 31949-2012	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из керамики, стекла, фаянса, фарфора, металла, издания книжные и журнальные для детей и подростков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки).	36.00 11.07.11.120 11.07.11.112 22.22, 32.40,17.29, 25.92, 20.42, 23.13	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911, 6910-6914, 7009, 7010, 7013,7015 , 7018	Бор/(B, суммарно)	0,05-5,0 мг/дм^3(мг/л)
207.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07.11.120 36.00	2201	Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7

208.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11. 120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
209.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.5.5	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная (поверхностная и подземная)		2201	Массовая концентрация гидрокарбонатов	6,1-6100,0 мг/дм^3
210.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.1 2021. 20.9	2201	Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	без учета разбавления 0,1-3,0 мг/дм^3/(мг/л) при разбавлении 0,100-300,0 мг/дм^3/ (мг/л)
211.	ГОСТ33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)		2201	Нитриты (NO_{2-})	без учета разбавления 0,003-0,300 мг/дм^3/ (мг/л) при разбавлении 0,003-30,000 мг/дм^3/ (мг/л)
212.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная, вода для гемодиализа		2201	Нитраты (NO_{3-})	без учета разбавления 0,1-2,0 мг/дм^3/ (мг/л) при разбавлении 0,100-200,0 мг/дм^3/ (мг/л)
213.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25^{0}С	10^{-4}-10 См/м
214.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMn_4 (О)	обнаружено/ не обнаружено
215.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110^{0}С	0,1-10,0 мг/дм^3
216.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.5				Массовая концентрация оксида кремния (SiO_2)	Обнаружено/ не обнаружено
217.	ГОСТ 55227-2012 Метод В	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная(подземная и поверхностная), вода бассейнов, аквапарков, игрушки, СИЗ и их	36.00.11	2201	Формальдегид	0,02-50,0 мг/дм^3/ (мг/л)

		комплектующие (водные вытяжки)				
218.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120	2201	Окисляемость перманганатная (в пересчете на атомарный кислород)	0,25-100 мг $O/дм^3$/ (мг/л)
219.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая), вода дистиллированная, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	14.12	2201, 6101, 6112–6115,6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705, 4823	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
220.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Интенсивность запаха /Интенсивность запаха при 20^0С/ Интенсивность запаха 60^0С	0-5 балл
221.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Интенсивность вкуса и привкуса/ Интенсивность привкуса	0-5 балл
222.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12 п.8.14 п.8.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация содержания веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	Розовая окраска
					pH воды	(1-14) ед.pH
					Удельная электрическая проводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
223.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.		Массовая концентрация молибдена (Mo, суммарно)	0,001-4,000 $мг/дм^3$/(мг/л)
224.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97				Массовая концентрация кальция (Ca)	1,0-2000 $мг/дм^3$
225.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				Массовая концентрация хлоридов (Cl^-)	10,0-5000 $мг/дм^3$/ (мг/л)
226.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97				Массовая концентрация растворенного кислорода	1,0-15,0 $мг/дм^3$
227.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.		Массовая концентрация взвешенных веществ	3,0-5000,0 $мг/дм^3$/ (мг/л)
228.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Массовая концентрация фосфат-ионов (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80,0 $мг/дм^3$
229.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка/ Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 $мг/дм^3$
230.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода бассейнов и	36.00. 20.42	2201, 6101, 6112 - 6117,6301-	Величина показателя (pH)активности ионов водорода	1-14 ед. pH

		аквапарков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки)		6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823		
231.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная, вода техническая	36.00.		Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПКполн)/ Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мг $O_2/дм^3$
232.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, природная, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов (суммарно)	0,005-50,000 $мг/дм^3$
233.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая, природная	36.00.		Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ, суммарно)	0,025-10,000 $мг/дм^3$
234.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная, вода техническая (горячего водоснабжения)	36.00.		Сероводород (H_2S), сульфиды, гидросульфиды (суммарно)	0,002-10,000 $мг/дм^3$/ (мг/л)
235.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Массовая концентрация фторид-ионов (F^-)	0,1-5,0 $мг/дм^3$/ (мг/л)
236.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая, природная, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, игрушки (водные вытяжки).	36.00. 32.40, 22.23, 20.42	2201, 9503 00 9504 40 000 0 9505-9507	Массовая концентрация фенолов/ гидроксибензол (фенол)	0,0005-25,0 $мг/дм^3$/ (мг/л)
237.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода питьевая, природная, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода плавательных бассейнов, аквапарков, игрушки(водные вытяжки)	36.00. 32.40	2201, 9503, 9504, 9505-9507,4901-4905, 4908, 4909, 4910, 4911	Массовая концентрация формальдегида	без учета разбавлении 0,02-0,5 $мг/дм^3$/(мг/л) при разбавлении 0,02-50,00 $мг/дм^3$/(мг/л)
238.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	Вода природная, питьевая, вода техническая	36.00.11 36.00.1		Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода, ХПК)	(5,0-800) $мгО/дм^3$
239.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)

1	2	3	4	5	6	7

240.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная, вода бассейнов, аквапарков	36.00.		Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)/ Кремний (Si, суммарно)	0,5-16,0 мг/дм^3/ (мг/л)
241.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая. Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами и водой, включая детское питание, парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, изделия детского ассортимента (водные вытяжки)	36.00; 14.11, 14.13, 14.14,	2201, 3401, 3402, 3404,	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
242.	ГОСТ 4011-72 п. 3.		14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	3407, 3406, 3926,4415 ; 6305; 6111, 7010, 9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л) при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
243.	ГОСТ 4152-89	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров (водные вытяжки). Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла, из бумаги и картона (одноразового применения), изделия санитарно-гигиенические разового использования (водные вытяжки). Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви для детей и взрослых (водные вытяжки).Средства индивидуальной защиты, школьно-письменные принадлежности, упаковка (водные вытяжки).	36.00;13.20, 13,91, 13.92, 13.95,13.99, 14.11, 14.12; 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 17.12, 17.23, 17.29, 22.19, 22.22, 22.23,	2201; 3926, 4014; 4202, 4203, 4303, 4808-4823, 4901-4905, 4908-4911, 5106-5113, 5701-5705, 6001-6006, 6101-6117,6209	Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк (As, суммарно)/ Мышьяк	0,01-0,1 мг/дм^3 (0,01-0,1 мг/л)

			25.92,25.99;32.99; 40.14	, 6305, 6911, 6912, 7323, 7326,7418 ,8215, 4015, 6401-6406		
244.	ГОСТ 4388-72 п. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Упаковка (водные вытяжки), Вода для гемодиализа.	36.00; 13.99.19; 16.24; 22.19; 22.22; 25.92; 25.99;	2201, 3926, 4014, 4415, 6305, 6911, 6912, 7010, 7013, 7418, 8215, 4819	Массовая концентрация меди/ Медь (Cu, суммарно)/Медь (Cu)/Медь	без учета разбавления: 0,02-0,5 мг/дм^3 (0,02-0,5 мг/л) при разбавлении 0,02-12,5 мг/дм^3 (0,02-12,5 мг/л)
245.	ГОСТ 4388-72 п. 3.				Массовая концентрация меди/ Медь(Cu, суммарно))/Медь (Cu)/Медь	0,002-0,06 мг/дм^3 (0,002-0,06 мг/л)
246.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода. Упаковка(водные вытяжки)	36.00; 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14,14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40	2201, 3401, 3402, 3926, 4014, 4415, 4819, 6209, 6305, 7010, 9503-9507, 6111	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
247.	ГОСТ 18293-72, п.3	Вода питьевая. упаковка (водные вытяжки)	36.00; 16.24,	2201, 3926,	Массовая концентрация свинца/ Свинец (Pb, суммарно)/ Свинец (Pb)/Свинец	0,0005-0,5 мг/дм^3 (0,0005-0,5 мг/л)

248.	ГОСТ 18293-72, п.4		22.19,22.22, 22.23, 25.92	4014, 4415, 6305, 7010, 4819	Массовая концентрация цинка/ Цинк (Zn, суммарно)/ Цинк (Zn^{2+})/Цинк	без учета разбавления: 0,005-0,05 мг/дм^3 (0,005-0,05 мг/л) при разбавлении: 0,005-5,0 мг/дм^3 (0,005-5,0 мг/л)
249.	ГОСТ 18293-72 п.5				Массовая концентрация серебра/ Серебро (Ag, суммарно)/ Серебро (Ag)/Серебро	без учета разбавления: 0,001-0,005 мг/дм^3 (0,001-0,005 мг/л) при разбавлении: 0,001-0,5 мг/дм^3 (0,001-0,5 мг/л)
250.	ГОСТ 23268.6-78 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.112, 36.00,	2201	Ион натрия/Массовая концентрация ионов натрия/Натрий (Na)/Натрий	без учета разбавления: 1,0-100,0 мг/дм^3 (1,0-100,0 мг/л) при разбавлении: 1,0-5000,0 мг/дм^3 (1,0-5000,0 мг/л)
251.	ГОСТ 23268.7-78 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.112, 36.00,	2201	Ион калия/ Массовая концентрация ионов калия/ Калий (K)/Калий	без учета разбавления: 1,0-100,0 мг/дм^3 (1,0-100,0 мг/л) при разбавлении: 1,0-5000,0 мг/дм^3 (1,0-5000,0 мг/л)
252.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Техническая вода. Вода для гемодиализа. Упаковка (водные вытяжки).	11.07.11.112, 36.00,	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь (Cu, суммарно)	0,0005-5,0 мг/дм^3 (0,0005-5,0 мг/л)
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	0,0005-10,0 мг/дм^3 (0,0005-10,0 мг/л)
253.	ГОСТ 31950-2012, п. 3	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Средства индивидуальной	36.00, 17.12, 17.23, 17.29,	2201,4902-4905, 4908-4911,	Общая ртуть/Ртуть (Hg, суммарно)/ Ртуть (Hg)/Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм^3 (0,0001-0,005 мг/дм^3) (0,0001-0,005 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7

254.	ГОСТ 31950-2012, п. 4	защиты, игрушки (водные вытяжки). Техническая вода.	14.12, 32.99	6401-6406, 4015, 4808-4823	Общая ртуть/Ртуть (Hg, суммарно)/ Ртуть (Hg)/Ртуть	0,2-5,0 мкг/дм^3 (0,0002-0,005 мг/дм^3) (0,0002-0,005 мг/л)
255.	ГОСТ 31956-2012, п.4	Природные (поверхностные и подземные) и питьевые воды, в том числе расфасованные вемкость, включая природную минеральную воду, очищенные сточные воды. Упаковка (водные вытяжки). Средства индивидуальной защиты (водные вытяжки). Вода для гемодиализа.	36.00, 11.07.11.112, 10.86.10.300	2201	Хром общий/Хром (Cr, суммарно)/Хром (Cr общий)	0,025-25 мг/дм^3 (0,025-25 мг/л)
					Хром (VI)/ Хром шестивалентный/ Cr (+6)	0,025-25 мг/дм^3 (0,025-25 мг/л)
					Хром (III)/ Хром трехвалентный/ Cr (+3)	0,025-25 мг/дм^3 (0,025-25 мг/л)
256.	ГОСТ 31956-2012, п.5				Хром (VI)/ Хром шестивалентный/ Cr (+6)	0,05-3 мг/дм^3 (0,05-3 мг/л)
257.	ГОСТ 31956-2012, п.6				Хрома (VI)/ Хром шестивалентный/ Cr (+6)	0,005-0,05 мг/дм^3 (0,005-0,05 мг/л)
258.	ГОСТ 31956-2012, п.7				Хром общий/Хром (Cr, суммарно)/Хром (Cr общий)	0,02-10,0 мг/дм^3 (0,02-10,0 мг/л)
259.	ГОСТ Р 54591-2011	Кожа, мех, изделия из кожи и меха, в том числе для детей и подростков	14.11, 14.20	4104, 4202, 4203, 4302, 4303	Хром (VI)/ Хром шестивалентный / Cr (+6)	0,005-0,05 мг/г 0,00005-0,0005 мг/г
260.	МУК 4.1.742-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка (водные вытяжки). Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые Штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий для взрослых и детей (водные вытяжки).Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров (водные вытяжки). Посуда и столовые приборы из пластмассы, стекла, стеклокерамики, керамики, из металла, из бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенические из металла, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы (водные вытяжки). Щетки зубные, массажеры для десен и	36.00; 16.24, 22.19,22.22, 22.23, 25.92; 13.99; 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.20; 32.99	2201, 4015, 6101-6117, 6201-6209, 6401-6405, 6506	Ион цинка/Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	без учета разбавления: 0,0025-0,025 мг/дм³ (0,0025-0,025 мг/л) при разбавлении: 0,0025-10,0 мг/дм³ (0,0025-10,0 мг/л
					Ион свинца/Свинец/Свинец (Pb, суммарно)	0,0025-0,025 мг/дм³ (0,0025-0,025 мг/л)
					Ион кадмия/Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,00025-0,025 мг/дм³ (0,00025-0,025 мг/л)
					Ион меди/Медь/Медь (Cu, суммарно)	без учета разбавления:

		аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования, школьно-письменные принадлежности (водные вытяжки).				0,0025-0,025 мг/дм³ (0,0025-0,025 мг/л) при разбавлении: 0,0025-5,0 мг/дм³ (0,0025-5,0 мг/л)
261.	РД 52.24.526-2012	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды. Техническая вода. Вода для гемодиализа. Отходы (водная вытяжка).	36.00	2201	Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк/Мышьяк (As, суммарно)	2,0-20,0 мкг/дм³ (0,002-0,02 мг/дм³) (0,002-0,02 мг/л)
262.	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95	Питьевые,поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация ионов ртути/Ртуть (Hg, суммарно)/ Ртуть	0,00001-0,015 мг/дм³ (0,00001-0,015 мг/л)
263.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые,поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм³ (0,05-10,0 мг/л)
264.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Питьевые (в т.ч. централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, воды, расфасованные в емкости (упакованная питьевая вода), минеральные воды), природные (поверхностные и подземные воды, в т.ч. источники питьевого водоснабжения, грунтовые, талые, атмосферные осадки (дождь, снег, град), очищенные сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные). Техническая вода. Водные вытяжки. Вода для гемодиализа.Отходы (водная вытяжка).	36.00	2201	Массовая концентрация натрия/Натрий/Натрий (Na)/ Натрий (Na, суммарно)	1-20000 мг/дм³ (1-20000 мг/л)
					Массовая концентрация калия/Калий/Калий (К)/Калий (К, суммарно)	1-5000 мг/дм³ (1-5000 мг/л)
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Питьевые, природные и очищенные сточные воды. Вода для гемодиализа. Средства индивидуальной защиты, игрушки (водные вытяжки). Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров (водные вытяжки). Посуда и столовые приборы детские из пластмассы, из стекла, стеклокерамики, керамики, из металла, из бумаги и картона (водные вытяжки). Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные из пластмассы (водные вытяжки). Щетки зубные	36.00, 14.11; 14.12, 14.13;14. 14; 17.29, 16.24, 22.19,22. 22,22.23, 25.92, 32.40, 32.99	2201, 6101-6117,6201 -6209, 9503-9507, 6401-6406,4203 ,4303, 3926, 4014, 4015,4415, 6305, 7010, 4819,7013,	Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	0,004-500,0 мг/дм³ (0,004-500,0) мг/л
					Массовая концентрация железа/Железо/Железо (Fe, суммарно)	0,01-500,0 мг/дм³ (0,01-500,0) мг/л
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,005-5,0 мг/дм³ (0,005-5,0) мг/л
					Массовая концентрация марганца/Марганец/Марганец (Mn, суммарно)	0,01-20,0 мг/дм³ (0,01-20,0) мг/л
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь	0,01-100,0 мг/дм³

		массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для уходаза полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования (водные вытяжки). Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия и текстильныематериалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий для детей и взрослых (водные вытяжки). Техническая вода. Издательская (книжная и журнальная) продукция, школьно-письменные принадлежности (водные вытяжки). Отходы (водная вытяжка).		7418, 8215, 6911, 4808-4823, 6912. 7323, 8215, 4902-4911, 6506,	(Cu, суммарно)	(0,01-100,0) мг/л
					Массовая концентрация никеля/Никель/Никель (Ni, суммарно)	0,015-20,0 мг/дм^3 (0,015-20,0) мг/л
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	0,02-5,0 мг/дм^3 (0,02-5,0) мг/л
					Массовая концентрация серебра/Серебро/Серебро (Ag, суммарно)	0,01-10,0 мг/дм^3 (0,01-10,0) мг/л
					Массовая концентрация хрома/ Хром/Хром (Cr, суммарно)	0,02-500,0 мг/дм^3 (0,02-500,0) мг/л
					Массовая концентрация кобальта/ Кобальт/Кобальт (Co, суммарно)	0,015-20,0 мг/дм^3 (0,015-20,0) мг/л
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды. Техническая вода. Вода для гемодиализа.	36.00	2201	Массовая концентрация марганца/ Марганец/Марганец (Mn, суммарно)	без учета концентрирования: 0,005-10,0 мг/ дм^3 (0,005-10,0 мг/л) при концентрировании: 0,001-10,0 мг/дм^3 (0,001-10,0 мг/л) при разбавлении: 0,005-100,0 мг/ дм^3 (0,005-100,0 мг/л)
					Массовая концентрация железа/Железо/Железо (Fe, суммарно)	без учета концентрирования /разбавления: 0,05-10,0 мг/ дм^3 (0,05-10,0 мг/л) При концентрировании: 0,01-10,0 мг/дм^3 (0,01-10,0 мг/л) При разбавлении: 0,05-100,0 мг/ дм^3 (0,05-500,0 мг/л)
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	без учета концентрирования:

						0,005-10,0 мг/ дм^3 (0,005-10,0 мг/л) При концентрировании: 0,001-10,0 мг/дм^3 (0,001-10,0 мг/л)
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь (Cu, суммарно)	без учета концентрирования: 0,005-10,0 мг/ дм^3 (0,005-10,0 мг/л) При концентрировании: 0,001-10,0 мг/дм^3 (0,001-10,0 мг/л)
					Массовая концентрация никеля/Никель/Никель (Ni, суммарно)	без учета концентрирования: 0,05-10,0 мг/ дм^3 (0,05-10,0 мг/л) При концентрировании: 0,005-10,0 мг/дм^3 (0,005-10,0 мг/л)
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	без учета концентрирования: 0,02-10,0 мг/ дм^3 (0,02-10,0 мг/л) при концентрировании: 0,002-10,0 мг/дм^3 (0,002-10,0мг/л)
					Массовая концентрация хрома/ Хром/Хром (Cr, суммарно)	без учета концентрирования: 0,05-10,0 мг/ дм^3

						(0,05-10,0 мг/л) при концентрировании: 0,005-10,0 мг/дм^3 (0,005-10,0 мг/л)
					Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	без учета концентрирования: 0,005-10,0 мг/ дм^3 (0,005-10,0 мг/л) при концентрировании: 0,001-10,0 мг/дм^3 (0,001-10,0 мг/л)
					Массовая концентрация кобальта/ Кобальт/Кобальт (Со, суммарно)	без учета концентрирования: 0,05-10,0 мг/ дм^3 (0,05-10,0 мг/л) при концентрировании: 0,005-10,0 мг/дм^3 (0,005-10,0 мг/л)
267.	ПНД Ф 14.1:2.44-96	Вода природная и очищенная сточная	36.00.11, 36.00.1	2201	Массовая концентрация ионов кобальта/Кобальт/ Кобальт (Со, суммарно)	0,005-5 мг/дм^3 (0,005-5 мг/л)
268.	ГОСТ 31860-2012	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в т.ч.вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Игрушки (водные вытяжки).	36.00	2201	Бенз(а)пирен/Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бензапирен	0,002-0,5 мкг/дм^3 (0,000002-0,0005 мг/дм^3) (0,000002-0,0005 мг/л)
269.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 схема А	Вода природная, питьевая, очищенная сточная. Упакованная питьевая вода. Игрушки (водные вытяжки).	36.00, 32.40	2201 3407, 4016,	Бенз(а)пирен/Массовая концентрация бенз(а)пирена/ Бензапирен	0,5-500 нг/дм^3 (0,0005-0,5 мкг/дм^3) (0,0000005-0,0005 мг/дм^3) (0,0000005-0,0005 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7

270.	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода природная (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00, 11.07.11	2201	альфа-, бета-, гамма-изомеры гексахлорциклогексан (ГХЦГ) / ГХЦГ (α, β, γ– изомеры) / линдан / 1,2,3,4,5,6 гексахлорциклогексан	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					4,4’ – дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					4,4`- дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					4,4`- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					Альдрин	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					Гексахлорбензол	0,1- 6,0 мкг/ дм^3 (0,0001- 0,006 мг/дм^3) (0,0001- 0,006 мг/л)
					Гептахлор	0,02 -1,2мкг/ дм^3 (0,00002- 0,0012мг/дм^3) (0,00002-0,0012 мг/л)
271.	ГОСТ 31941-2012	Вода питьевая, вода природная(поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00, 11.07.11	2201	2,4-Д/2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота//2,4-Д кислота/ 2,4-дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	0,01- 0,5 мг/ дм^3 (0,01- 0,5 мг/л)
272.	МУ № 1541-76	Вода	36.00 01.11- 01.13	1001- 1008, 1101,	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота/2,4-Д /2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/2,4-Д кислота/ 2,4-Дихлорфено ксиэтановая кислота	0,001- 4,0мг/дм^3 (0,001- 4,0мг/л)

			71.20.11 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73	1102- 1106, 1901, 1902, 1905		
273.	МУ № 1542-76	Вода, почва	36.00 71.20.11	2201	Симазин	(0,001- 1,0 мг/дм^3) (0,001- 1,0 мг/л) 0,1- 2,0 мг/л (0,1- 2,0 мг/дм^3) 0,001- 1,0 мг/кг 0,1- 2,0 мг/кг
					Атразин	(0,001- 1,0 мг/дм^3) (0,001- 1,0 мг/л) 0,1- 2,0 мг/л (0,1- 2,0 мг/дм^3) 0,001- 1,0 мг/кг 0,1- 2,0 мг/кг
274.	МУ 2142-80	Вода ,продукты питания, корма и почва	36.00 01.11, 01.11.1, 01.11.2,01. 11.3, 01.11.4, 01.12,.01.1 3,01. 01.19.1 01.47. 01.47.2, 01.13.2,01. 13.3,01.13. 4,01.13.5, 01.21 – 01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49 0201-0210, 1602	2201 0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803- 1806, 1901- 1905, 2001- 2009, 2101- 2106, 2201- 2208, 2301- 2309	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) / 1,2,3,4,5,6 гексахлорциклогексан (γ– изомер) /линдан / гексахлоран/ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,005-2,0 мг/л (0,005-2,0 мг/дм^3) 0,005-2,0 мг/кг 0,06-2,0 мг/кг
					ДДТ, ДДЭ, ДДД / ДДТ и его метаболиты	0,005-2,0 мг/л (0,005-2,0 мг/дм^3) 0,005-2,0 мг/кг 0,06-2,0 мг/кг
					Гексахлорбензол/ Гексахлорбензол (перхлорбензол)	0,005-2,0 мг/л (0,005-2,0 мг/дм^3) 0,005-2,0 мг/кг
					Гептахлор	0,005-2,0 мг/л (0,005-2,0 мг/дм^3) 0,005-2,0 мг/кг
					Альдрин	0,005-2,0 мг/л (0,005-2,0 мг/дм^3) 0,005-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.11,10.12, 10.13, 01.13.1, 10.20, 10.3, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41.4, 10.42, 10.51, 10.51.12,10.51.2, 10.51.3, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.73, 10.81-10.86, 10.89,11.01 - 11.07 71.20.11			
275.	МУ № 4344-87	Вода, почва	36.00 71.20.11	2201	Альфациперметрин	0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5мг/л (0,005-0,5 мг/дм^3)
276.	МВИ. МН 1489-2001	Природная и питьевая вода. Школьно-письменные принадлежности, игрушки (водные вытяжки).	36.00.11, 36.00.1, 17.23, 17.29, 22.2, 32.99, 32.40	4016 92 000 0, 2201, 4016 92 000 0, 4901-4905, 4909 00 000 0, 4910 00 000 0,	Бенз(а)пирен/бензапирен/массовая концентрация бенз(а)пирена	0,002-0,1 мкг/дм^3 (0,000002-0,0001 мг/дм^3) (0,000002-0,0001 мг/л)

				4911, 9503 00		
277.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунт	71.20.11		Массовая доля нефтепродуктов	5,0-20 000,0 мг/кг
278.	МУ 08-47/152	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация меди/ Медь	без учета разбавления: 1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$) при разбавлении: 1,0-2000,0 мг/кг (1,0-2000,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	без учета разбавления: 0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$) при разбавлении: 0,01-2000,0 мг/кг (0,01-1000,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	без учета разбавления: 1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$) при разбавлении: 1,0-2000,0 мг/кг (1,0-2000,0 млн$^{-1}$)
279.	РД 52.18.289-90	Почвы	71.20.11		Массовая долямеди/Медь	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая долясвинца/Свинец	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая доляцинка/Цинк	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая доляникеля/Никель	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая долякадмия/Кадмий	1,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая долякобальта/Кобальт	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
					Массовая доляхрома/Хром	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)

					Массовая долямарганца/Марганец	20,0-5000 млн$^{-1}$ (20,0-5000 мг/кг)
280.	М-МВИ-80-2008 , п.4	Почвы, грунты, донные отложения	71.20.11		Массовая доля мышьяка/Мышьяк	1,0-5000,0 мг/кг (1,0-5000,0 млн$^{-1}$)
281.	ПНД Ф 16.1.1-96	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация ртути/Ртуть	0,02-20,0 мг/кг
282.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, твердые отходы.	71.20.11		Массовая доля бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	0,005-2,0 млн$^{-1}$ (0,005-2,0 мг/кг)
283.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы (нормативные документы) под редакцией Подуновой Л.Г. Атомно- абсорбционный метод	Почвы	71.20.11		Марганец/Массовая доля марганца	без учета разбавления: 2,0-200,0 мг/кг (2,0-200,0 млн$^{-1}$) при разбавлении: 2,0-2000,0 мг/кг (2,0-2000,0 млн$^{-1}$)
					Медь/Массовая доля меди	без учета разбавления: 0,8-25 мг/кг (0,8-25 млн$^{-1}$) при разбавлении: 0,8-2000,0 мг/кг (0,8-2000,0 млн$^{-1}$)
					Никель/Массовая доля никеля	без учета разбавления: 2,5-42 мг/кг (2,5-42 млн$^{-1}$) при разбавлении: 2,5-2000,0 мг/кг (2,5-2000,0 млн$^{-1}$)
					Свинец/Массовая доля свинца	0,04-1200 мг/кг (0,04-1200 млн$^{-1}$)
					Хром/Массовая доля хрома	без учета разбавления: 2,0-200 мг/кг (2,0-200 млн$^{-1}$) при разбавлении: 2,0-2000,0 мг/кг (2,0-2000,0 млн$^{-1}$)
					Цинк/Массовая доля цинка	без учета разбавления: 0,5-25 мг/кг (0,5-25 млн$^{-1}$)

						при разбавлении: 0,5-2000,0 мг/кг (0,5-2000,0 млн$^{-1}$)
284.	МУ № 1766-77	Почва	71.20.11		альфа-, гамма-изомеры гексахлорциклогексан (ГХЦГ) / линдан / 1,2,3,4,5,6 гексахлорциклогексан Альфа, гамма- изомеры ГХЦГ	0,005- 2,0 мг/кг
					ДДТ, ДДЭ, ДДД / ДДТ и его метаболиты	0,005- 2,0 мг/кг
					Гексахлорбензол	0,005-0,07 мг/кг
285.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
286.	ГОСТ 26951-86		71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
287.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
288.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
289.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
290.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
291.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25° Т
292.	ГОСТ 34135-17 п.7	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Массовая доля хлеба	0,6-40,0 %
293.	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.	2001-0208	Внешний вид и цвет. Консистенция Запах. Состояние жира Прозрачность и запах бульона	описание
294.	ГОСТ 8285-91 п 2.2	Топленые животные жиры	10.11.	0209, 1501-1502	Вкус и запах. Консистенция Цвет. Прозрачность	описание
295.	ГОСТ 8285-91п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
296.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.				Перекисное число	1,0-15,0 ммоль активного кислорода/кг
297.	ГОСТ 8285-91п.2.4.3.				Кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
298.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.13.	1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
299.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и Мясо содержащие продукты	10.11. 10.13	0201-0208, 0210, 1601-	Массовая доля влаги	1,0-85 %
300.	ГОСТ 9794-2015 п. 8				Массовая доля общего фосфора	0,04-0,4 %
301.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
302.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %

1	2	3	4	5	6	7

303.	ГОСТ 9959-2015			1602	Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах, консистенция.	описание
304.	ГОСТ 10574-2016 п.7				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
305.	ГОСТ 23042-2015 п.7. п.8	Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.,.10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля жира	0,2-50 %
306.	ГОСТ 23231-2016	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты	10.13.	1601-1602	Массовая доля фенола	0,0012-0,0240 %
307.	ГОСТ 25011-2017 п.6	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля белка	1,0-55,0 %
308.	ГОСТ 31467-2012 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Подготовка проб к испытаниям	-
309.	ГОСТ 31469-2012 п.3.3	Сухие, концентрированные и жидкие ячные продукты	10.89.	0407, 0408	Подготовка проб для анализа	-
310.	ГОСТ 31469-2012п.4				Массовая доля жира	от 5,0- св.30,0 %
311.	ГОСТ 31469-2012п.5				Массовая доля жира	от 3,0- св.30,0 %
312.	ГОСТ 31469-2012п.6				Массовая доля сухого вещества	25,0- 50,0 % 8,0- 45,0 % 75,0- 99,5 %
313.	ГОСТ 31469-2012п.8				Массовая доля белковых веществ	4,0- 25,0 % 25,0- 45,0 % 30,0- 55,0 % 75,0- 98,0 %
314.	ГОСТ 31469-2012 п.10				Посторонние примеси	посторонние примеси присутствуют /отсутствуют
315.	ГОСТ 31469-2012 п.12				Массовая доля хлористого натрия	1,0- 25,0%
316.	ГОСТ 31469-2012 п.13				Массовая доля сахара	от 2,0- св.20,0 %
317.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Внешний вид и цвет	описание
318.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.3				Консистенция	описание
319.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.4				Запах	описание
320.	ГОСТ 31470-2012 п. 5				Общая кислотность	0,3-10^{0}Т
321.	ГОСТ 31470-2012 п. 6				Качественное определение свежести мяса птицы	качественный тест с реактивом

						Несслера– отрицательный/ положительный
322.	ГОСТ 31720-2012п.5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.	0407-0408	Внешний вид, цвет, текстура и консистенция Запах и вкус	описание
323.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля золы	0-20 %
324.	ГОСТ 31787-20112	Вареные колбасные изделия, ливерные колбасы и паштеты из субпродуктов	10.13.	1601-1602	Массоывая доля остаточной активности кислой фосфатазы	0-0,012%
325.	ГОСТ 31930-2012п.4	Мясо птицы замороженное	10.12.	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании	0-80,0%
326.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
327.	ГОСТ 34118-2017	Мясо, мясосодержащие продукты, жир сырец и продукты из шпика.	10.11 10.13	0201-0210 1501-1502 1601-1602	Перекисное число	0-40 моль активного кислорода/кг жира
328.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.1	Мясо птицы	10.12.	0207	Запах	Описание
329.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.2				Прозрачность и аромат бульона	Описание
330.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.3				Консистенция и состояние мышц на разрезе	Описание
331.	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.5				Внешний вид и цвет	Описание
332.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты из шпика.	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Кислотное число	0,1-40 мг КОН/1г жира
333.	ГОСТ 3623-2015 п. 7.1	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено
334.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.51.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
335.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %

336.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид, запах, консистенция	Описание
337.	ГОСТ 23327-98	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное и молочный напиток	10.53.	0401-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0 %
338.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутствует/ отсутствует
339.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/ отсутствует
340.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/ отсутствует
341.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
342.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Подготовка проб к анализу	-
343.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
344.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
345.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
346.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
347.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
348.	ГОСТ 29248-91	Сгущенные и сухие молочные и консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,5-55,0 %
			10.51.		Массовая доля лактозы	1,0-55,0 %
349.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
350.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0^{0}Т
351.	ГОСТ 30627.2-98 п.5.	Молочные продукты для детского питания	10.86.	0401-0404	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	От 20 до св.80млн$^{-1}$
352.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0 %
353.	ГОСТ 30648.2-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0%
354.	ГОСТ 30648.3-99 п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99,0%
355.	ГОСТ 30648.4-99 п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Кислотность	2,0-150 ^{0}Т
356.	ГОСТ 30648.5-99	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Активная кислотность	3,0-8,0 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7

357.	ГОСТ 30648.7-99 п. 5.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	0,5-50,0 %
358.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50-180 ^{0}Т
359.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0406	Активная кислотность (pH)	3-8 ед. pH
360.	ГОСТ 34454-2018	Молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты, молоко содержащие продукты с заменителем молочного жира	10.51	0402-0404	Массовая доля белка	0,1-100,0 %
361.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыр, сырная масса, плавленые сыры, сырные соусы	10.51.	0406	Массовая доля белка	5,0-55,0 %
362.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
363.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
364.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^{0} Т
365.	ГОСТ Р 54758-2011п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^{3}
366.	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %
367.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
368.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Подготовка проб	-
369.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.5				Массовая доля рассола, маринада	0-50,0% От 0 -св. 30
370.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
371.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
372.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
373.	ГОСТ Р 55361-2012 п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Подготовка проб	-
374.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50-75 %
375.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6,				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
376.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0 %
377.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %

378.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
379.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
380.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
381.	ГОСТ Р 55331-2012	Молоко и молочные продукты	10.51		Массовая доля кальция	0,100-1,500 %
382.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «сухое молоко – ИФА» производства ООО «ХЕМА» Приложение Б	Молоко и молочные продукты	10.51	0405 0406	Сухое молоко	Обнаружено/не обнаружено
383.	ГОСТ 23452-2015	Молоко и молочные продукты, биологически активныедобавки	01.41, 10.51, 10.51.12, 10.51.2, 10.51.3, 10.86,	0401-0406	альфа-, бета-, гамма-изомеры гексахлоциклогексана (ГХЦГ)/гексахлорциклогексан (α,β,γ– изомеры)/ линдан/ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,05-5,0 мг/кг 0.005- 0.5 мг/кг
					4,4’- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), 4,4’- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4’- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	0,05-5,0 мг/кг 0.005- 0.5 мг/кг
384.	ГОСТ ISO 3890-1-2013	Молоко и молочные продукты, биологически активные добавки	01.41, 10.51, 10.51.12, 10.51.2, 10.51.3	0401-0406	Подготовка пробы (экстракция)	-
385.	ГОСТ ISO 3890-2 -2013 п. 6-8				Подготовка пробы (очистка экстракта)	-
386.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет Консистенция	описание
					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
					Запах Вкус	описание
387.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные ипродукты их переработки	10.20.	0303-0308,	Подготовка к анализу средней пробы	-
388.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1,				Массовая доля воды	1,0-90 %

1	2	3	4	5	6	7

	п.3.3.2			1604-1605		
389.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
390.	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.4.				Массовая доля жира	0,7-60 %
391.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
392.	ГОСТ 7636-85 п.7.12				Перекисное число	0,03-1,3 %
393.	ГОСТ 26808-86 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90,0%
394.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
395.	ГОСТ 26664-85 п.3				Масса нетто	0-100,0%
396.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	0,1-100,0%
397.	ГОСТ 26829-86 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля жира	0,5-70 %
398.	ГОСТ 27001-86 п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005-2,5 %
399.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
400.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2%
401.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	От 0,1 -5,0% св.5,0%
402.	ГОСТ 31412-2012 п.6	Водоросли, морские травы и продукция из них	10.20.	0303-0308	Внешний вид Цвет Посторонние примеси Консистенция Вкус и запах	описание
403.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%
404.	МУ 4274-87	Рыба	10.20.	0303-0308	Гистамин	20-175 мг/кг
405.	ГОСТ 10844-74	Зерно	01.11	1104	Кислотность	0,2-50,0 град
406.	ГОСТ 10967-2019 п.6.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11.	1104	Запах	описание
407.	ГОСТ 10967-2019 п.6.4				Цвет	описание
408.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых злаков	01.11.	1104	Влажность	До 17% Свыше 17%
409.	ГОСТ 27676-88	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Число падения	60-900 с
410.	ГОСТ 30483-97 п.3.1.4	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Вредные примеси	0,2-100,0%
411.	ГОСТ 30483-97п.3.5	Зерно и продукты его переработки			Металломагнитная примесь	0,001-10,000

						мг/кг
412.	ГОСТ 31700-2012	Зерно и продукты его переработки	01.11.	1104	Кислотное число жира	2-200 мг КОН/г
413.	МУ № 1541-76	Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия, продукты питания растительного и животного происхождения Почва	10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 71.20.11	1001-1008, 1101, 1102-1106, 1901, 1902, 1905	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота/2,4-Д /2,4-D кислота, ее соли и эфиры/2,4-Д кислота/2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота	0,001- 4,0 мг/кг
414.	ГОСТ 13496.20-2014	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11,01.12, 01.19.1 10.41.4	0210 92 990 0 1001 - 1008 1101 00 1102-1104 1213 00 000 0 1214 1507 1508 1511 1512 1514 1515	ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)/Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)/ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) /линдан	0,01- 1,0 мг/кг 0,02- 1,0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,02- 1,0 мг/кг
415.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
416.	ГОСТ 20239-74 п.3.1.2	Мука, крупа и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-5,000 мг/кг свыше 5,000 мкг/кг
417.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61.	1103	Цвет	Описание
418.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	Описание
419.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	Описание
420.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.5				Развариваемость	1-60 мин
421.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов	шт/на 1кг крупы
422.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61.	1103	Примеси	0,05-50,0 %

					Доброкачественное ядро	1-100 %
423.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	10.61.	1103	Зольность	0,1-5,0 %
424.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.	1103	Кислотность	0,2-50 град.
425.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61.	1103	Влажность	0,5-50 %
426.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50 град.
427.	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Зольность	0,38-1,94 % мука 4,45-6,05 % отруби
428.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет, Запах, Вкус, Хруст	описание
429.	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
430.	ГОСТ 27560-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Крупность	2-90 %
431.	ГОСТ 27669-88 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Пробная лабораторная выпечка хлеба	описание
432.	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Качество клейковины Количество клейковины	0-150,7 у.е. 1-50 %
433.	ГОСТ 31964-2012п.6	Макаронные изделия	10.73.	1902	Подготовка проб	-
434.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет и форма	описание
435.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах и вкус	описание
436.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
437.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
438.	ГОСТ 31964-2012 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-	0-0,5 %

					ном растворе HCl	
439.	ГОСТ 31964-2012 п.7.6				Массовая доля золы	0-5,0 %
440.	ГОСТ 31964-2012 п.7.8.1, 7.8.2				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	5,0-10,0 %
441.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитные примеси	0,001-10,000 мг/кг
442.	ГОСТ 31964-2012 п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено/ не обнаружено
443.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Внешний вид и цвет	Описание
444.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.3				Запах и вкус	Описание
445.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4				Массовая доля сухого вещества	10,0-50,0 %
446.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.8				Подъемная сила	1-90мин
447.	ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9				Кислотность	от 6 мг/100г
448.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Внешний вид и цвет	описание
449.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.4				Массовая доля влаги	1-30 %
450.	ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6				Подъемная сила	1-90 мин
451.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба от 25.11.2011г	Мука	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Картофельная болезнь хлеба	описание
452.	ГОСТ 5667-65 п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
453.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
454.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1905	Пористость	50,0-95,0 %
455.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
456.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71. 10.72	1901, 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
457.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
458.	ГОСТ 7128-91 п.3.6	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72.	1901, 1905	Влажность	1,0-50,0 %
459.	ГОСТ 8494-96 п.3.7.	Сдобные пшеничные сухари	10.72.	1901, 1905	Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
460.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
461.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
462.	ГОСТ 5898-87п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
463.	ГОСТ 5898-87п.4				Щелочность	0,2-50 градусы

1	2	3	4	5	6	7

464.	ГОСТ 5900-2014п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-95,0,0 %
465.	ГОСТ 5900-2014п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-95,0,0 %
466.	ГОСТ 5901-2014 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая общей доля золы	0,020-0,200 %
467.	ГОСТ 5901-2014п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,020-6,000 %
468.	ГОСТ 5901-2014п.10				Металломагнитные примеси	0,00003-0,00010 %
469.	ГОСТ 5903-89 п 6.2.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
470.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
471.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	10.81.	1701	Цветность	20-200 ед. оптической плотности
472.	ГОСТ 12574-2016 п.7	Белый сахар	10.81.	1701	Массовая доля золы	0,001-0,100 %
473.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81.	1701	Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	описание
474.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
475.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля жира	0-60 %
476.	ГОСТ Р 51561-2000 п.5	Жевательная резинка	10.71.	2106 90 9801	Массовая доля влаги	до 30,0 %
477.	ГОСТ Р 54642-2011 п. 9.1., п.9.2	Белый сахар	10.81.	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00 % 99,0-99,9%
478.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
479.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
480.	ГОСТ 8756.10-2015 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Объемная доля мякоти Массовая доля мякоти	5,0-20 % 1,0-30,0 %
481.	ГОСТ 8756.11-2015 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Прозрачность	Прозрачная/ непрозрачная
482.	ГОСТ 8756.13-79 п.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сахаров	3-80 %
483.	ГОСТ 8756.18-79 п. 6, п.8	Консервированные пищевые продукты	10.30.	2001-2008	Внешний вид упаковки Состояние внутренней поверхности металлической тары	описание
484.	ГОСТ 8756.21-79 п.2, п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля жира	0,5-30,0 % Свыше 30,0%

1	2	3	4	5	6	7

485.	ГОСТ 34130-2017 п. 6	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712, 0713	Массовая доля компонентов смеси	0-100%
486.	ГОСТ 34130-2017 п. 9				Компоненты с дефектами внешнего вида и посторонние примеси	0-100%
487.	ГОСТ 34130-2017 п. 10				Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	описание
488.	ГОСТ 34130-2017 п. 12				Массовая доля металлических примесей	0,00001-0,0005% 0,1-0,5мг/кг(млн$^{-1}$)
489.	ГОСТ 34130-2017 п. 13				Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневелых продуктов	Обнаружено/не обнаружено
490.	ГОСТ 34125-2017	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Подготовка проб	-
491.	ГОСТ 24556-89 п.2.4.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От 0,001*10^{-3}% 0,5-200,0 мг/порция
492.	ГОСТ 25555.1-2014	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля летучих кислот	0,4*10^{-2} до 1,0 %
493.	ГОСТ 25555.4-2014 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля золы	0,1000-4,0000%
494.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	от 100 до 20000 мг/кг от 0,01 до 2,00 %
495.	ГОСТ ISO 5519-19 п.6.5	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сорбиновой кислоты	0 – 200 мг/дм3 0 – 200 мг/кг
496.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11	2001-2008, 1602	Массовая доля жира	0-80,0 %
497.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
498.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12ед pH
499.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	от 0,001 % от 1 шт
500.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
501.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-	Массовая доля влаги	от 0,2 – 10,0%

1	2	3	4	5	6	7

				2008		св. 10%
502.	ГОСТ 28467-90	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля бензойной кислоты	0,005-1,0 %
503.	ГОСТ 28875-90 п.2	Пряности	10.84.	0903-0910	Подготовка проб	-
504.	ГОСТ 28875-90 п.3.3				Внешний вид, запах, вкус	описание
505.	ГОСТ 28875-90 п.3.4				Зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения	Обнаружено / не обнаружено
506.	ГОСТ 29032-91 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.3.0	2001-2008	Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2 мг/кг(млн$^{-1}$)
507.	ГОСТ 29270-95 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Нитраты	5-2500 мг/кг
508.	ГОСТ 32572-2013 п.10.2	Чай	10.83.	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	описание
509.	ГОСТ Р 51182-98	Кофепродукты	10.83.	0901	Массовая доля кофеина	0,03-5,4 %
510.	ГОСТ Р 54347-2011	Томатопродукты	10.30.	2001-2008	Крахмал	Присутсвует/отсутствует
511.	ГОСТ 19885-74 п.2	Чай черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай	10.83.	0902	Танин и кофеин	1,0-20,0 % кофеин 1,0-40,0 % танин
512.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10%
513.	ГОСТ 1936-85 п2.5.	Чай	10.83.	0902	Массовая доля влаги	0,28- 25,0%
514.	ГОСТ 1936-85 п.2.7.1	Чай	10.83.	0902	Массовая доля металломагнитной примеси	0,0001 - 0,0010%
515.	ГОСТ ISO 1572-2013	Чай	10.83.	0902	Массовая доля сухого вещества	0-90,0%
516.	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай	10.83.	0902	Общее содержание золы	0-10,0%
517.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	0,1-95,0 %
518.	ГОСТ 33946-2016	Фруктовые и овощные соки	10.32	2009	Массовая доля золы	0,1-1,5 %
519.	ГОСТ 34128-2017	Соки из фруктов и овощей	10.32.	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0 - 80 %
520.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
521.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки, биологически активные добавки	01.11-01.13, 01.21-01.27, 10.31.11-10.31.14, 10.39.	0701-0714, 0801-0814,	Гексахлорциклогексан (α,β,γ– изомеры) / ГХЦГ (α, β, γ– изомеры)/ ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)/линдан	0,001-1,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
					ДДТ-4,4′дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты; ДДД-4,4′дихлордифенилдихлорэтан; ДДЭ-4,4′дихлордифенилдихлорэтилен /ДДТ и его метаболиты	0,007-1,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
					Гептахлор	0,005-1,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг

					Альдрин	0,005-1,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
522.	ГОСТ 30710-2001	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.11-01.13, 01.21-10.39, 01.27,10.31.11-10.31.14	0701-0714, 0801-0814	Диметоат/Фосфамид	0,01-0,06 мг/кг 0,01-0,2 мг/кг 0,01-0,60 мг/кг
					Малатион/Карбафос	0,1 -0,5 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг
					Паратион-метил/Метафос	0,01-0,06 мг/кг 0,004-0,04 мг/кг
					Фозалон	0,01- 0,06 мг/кг 0,002- 0,04 мг/кг 0,01-0,60 мг/кг
523.	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные	10.41	1507 – 1514	гексахлорциклогексан(α, β, γ– изомеры)/ГХЦГ/ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,001-0,2 мг/кг
					4,4᾽- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), 4,4᾽- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), 4,4᾽- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)/ ДДТ и его метаболиты	0,001-0,2 мг/кг
524.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507-1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
525.	ГОСТ 5474-66	Растительные масла и жиры	10.41.	1507-1514	Массовая доля золы	0,003-5,0%
526.	ГОСТ 5477-2015	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Цветное число	1-100 мг йода
527.	ГОСТ 5478-2014п.I	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Число омыления	150- св 300 мг КОН/г
528.	ГОСТ 5480-59	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Содержание мыла	отсутствует/ присутствует
529.	ГОСТ 5481-2014	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Массовая доля нежировых примесей	От 0,04%
530.	ГОСТ 11812-66 п.1	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-0,5 %
531.	ГОСТ 26593-85	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Перекисное число	0,1-40 мэкв/кг
532.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
533.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
534.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %

535.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
536.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг м
537.	ГОСТ 32189-2013п.5.2	Маргарины, спреды, топленые, смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
538.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	40,0-60,0% Более 61%
539.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
540.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	40,0-60,0% более 61%
541.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
542.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.1				Массовая доля бензойной кислоты	0,05-0,20 %
543.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.2				Массовая доля бензоата натрия	0,05-0,20 %
544.	ГОСТ 32189-2013 п.5.25.3				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,20 %
545.	ГОСТ Р 51487-99 п. 9.2.2	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507-1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла или жира
546.	ГОСТ 3639-79, п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	0-100%
547.	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35,81 %
548.	ГОСТ 6687.4-86		11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3NaOH/ 100см3 напитка или сиропа
549.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
550.	ГОСТ 6687.6-88		11.07.	2202	Стойкость	От 1 суток
551.	ГОСТ 12258-79	Игристое вино	11.02.	2204-2206	Давление двуокиси углерода	0-600кПа
552.	ГОСТ 12787-21 п.6.3	Пиво	11.05.	2203	Объемная доля спирта	0,1-8,0%
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	3,0-7,0%
553.	ГОСТ 12788-80 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 см3NaoH/ 100 см3 пива 1,3-6.0 к.ед.

1	2	3	4	5	6	7

554.	ГОСТ 12789-80 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед. 2,0-100 ед. ЕВС
555.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02., 11.03.	2204- 2206	Массовая концентрация сахаров	1,0-100 г/дм^3
556.	ГОСТ 13194-74	Коньяки	11.01.	2208	Массовая концентрация метилового спирта	0,25-1,75 г/дм^3
557.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05.	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат	описание
					Высота пены Пеностойкость	0,5-100,0 мм от 0,2 с
558.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05.	2203	pH	3,8-4,8 ед. pH
559.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204- 2208	Массовая концентрация общего экстракта Массовая концентрация приведенного экстракта Массовая концентрация остаточного экстракта	0-419,9 г/ дм3 0-25,0г/дм3 0-15,0 г/дм3
560.	ГОСТ 32001-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204- 2208	Массовая концентрация летучих кислот	0,1-5,0г/дм3
561.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
562.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	0,5-3,5 см3/100 см3
563.	ГОСТ 32036-2013п.6.4	Спирт этиловый	11.01.	2207	Определение чистоты	положительный/ отрицательный
564.	ГОСТ 32037-2013	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.	2202	Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
565.	ГОСТ 32038-2012	Пиво	11.05.	2203	Массовая доля двуокиси углерода	0,22-0,88 %
566.	ГОСТ 32051-2013 п.6.1, 6.2	Винодельческая продукция.	11.02., 11.03.	2204- 2206	Внешний вид, цвет, пенистые и игристые свойства	описание
567.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Крепость	0-100 %
568.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см3
569.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	5-60г/100 см3
570.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см3
571.	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204- 2208	Относительная плотность продукта	0-1,1599 г/см3,
572.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция			Объемная доля этилового спирта	0-100 %
573.	ГОСТ 32114-2013 п.4	Алкогольная продукция			Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3
574.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-300 мг/дм^3
575.	ГОСТ 33817-2016	Спирт и спиртные напитки	11.01	2207	Прозрачность, наличие посторонних включений, насыщенность двуокисью углерода, цвет	Описание
576.	ГОСТ Р 52416-2005	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки,	10.89.		Массовая доля золы	3,0-16,0 %

		кофепродукты				обеденные блюда 0,5-3,0 % сухие завтраки 4,0-10,0 % кофепродукты
577.	ГОСТ Р 52610-2006	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-15,0 % 3,0-11,0 %
578.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Подготовка проб	-
579.	ГОСТ 15113.2-77 п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Посторонние примеси	описание
580.	ГОСТ 15113.2-77 п.4	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Металломагнитные примеси	0,00001-0,00010%
581.	ГОСТ 15113.2-77 п.5	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено /не обнаружено
582.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	описание
583.	ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-50 %
584.	ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3.	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Кислотность	0,07-40.0 %
585.	ГОСТ 15113.6-77 п.2, п.3.	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля сахарозы	1-90 %
586.	ГОСТ 15113.7-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля хлористого натрия	0,3-36,0 %
587.	ГОСТ 15113.8-77 п.2. п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,05-20 % 0,05-20 %
588.	ГОСТ 15113.9-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля жира	0,5-50 %
589.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
590.	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.2	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
591.	ГОСТ 31768-2012 п.3.3, 3.4	Мёд.	01.49.21	0409	Содержание гидроксиметилфурфураля	1,0-85 мг/кг
592.	ГОСТ 31774-2012	Мёд.	01.49.21	0409	Массовая доля воды	13,0-25,0 %
593.	ГОСТ 32169-2013 п.10.2 п10.3	Мёд.	01.49.21	0409	pH свободная кислотность	3,0-9,0 ед. pH 10-80 мг-экв/кг
594.	ГОСТ 34232-17 п.7	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7

595.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание
596.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.		Подготовка проб	-
597.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Определение средней массы	0-1000,0г свыше 1000,0г
598.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
599.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
600.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
601.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
602.	ГОСТ Р 54607.5-2015, п.7.1, 7.3	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля жира	0-90,0%
603.	ГОСТ Р 54607.6-2015	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сахарозы	0-80,0%
604.	ГОСТ Р 54607.7-2016	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля белка	0-100,0%
605.	ГОСТ Р 54607.8-2016 п7.1. п.7.2	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сухих веществ Массовая доля жира	0-80,0% 0-50,0%
606.	МУ № 1-40/3805 п.2.2.8.1	Продукция общественного питания	10.85.		Определение вида жира люминесцентным методом	описание
607.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола Белок Жир Белки+углеводы	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции расчетный 0,5-10,0 г/порция 0,1-20,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция

					Калорийность	10,0-150,0 г/суточной порции расчетный расчетный
608.	Р 4.1.1672-03 Глава 2. п.I.5.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19. 210		Содержание аскорбиновой кислоты	(0,1-80,0) мг/кг
609.	Р 4.1.1672-03 Глава 2. П.II. п.3				Массовая доля кальция	10-100 мг/100г
					Массовая доля магния	10-100 мг/100г
610.	Р 4.1.1672-03 Глава 2. п.III.п.1				Йод	0,1-50,0 мг/кг
611.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты:	01.11, 10.11,	1001-1008	Афлатоксин B_1	0,003-0,02 мг/кг
612.		зерновые, зернобобовые, орехи, кондитерские изделия, хлебопродукты, концентраты, плодовые и овощные консервы, какао, шоколад, кофе, чай, молочные продукты	10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71,10.72,	0201-0210 0302-0308 0401-0406, 0901, 0902, 1501-1515, 1601, 1602,	Афлатоксин M_1	0,0005-0,005 мг/кг
613.	ГОСТ 28038-2013п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.83.13, 10.83.11,	1704, 1905, 2203	Массовая доля патулина	От 10 мкг/$дм^3$
614.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты	10.41	1101-1104, 1704, 1905	Дезоксиниваленол	0,2-3,0 мг/кг
					Зеараленон	0,1-3,0 мг/кг
615.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71, 10.72.	1001-1008, 0201-0210 0302-0308, 0401-0406	Т-2 токсин	0,05-0,3 мг/кг

616.	МУ 3245-85	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20, 10.71,	1001-1008, 0201-0210 0302-0308, 0401-0406	Охратоксин А	0,005-0,025 мг/кг
617.	МУК 4.4.1.011-93	Пищевые продукты и сырье	01.11, 10.11, 10.13, 10.20, 11.05, 10.51, 10.20	1001-1008, 0302-0308, 2203	N-нитрозамины	0,001-0,02 мг/кг
618.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые		0201 - 0204, 0207, 0302 - 0304	Фосфаты	50-300 мг/100г
619.	Руководство Р 4.1.1672-03 Глава 2 п.II.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210		Натрий	100-10000 мг/кг
					Калий	100-10000 мг/кг
					Железо	без учета разбавления: 10-200 мг/кг при разбавлении: 10-1000 мг/кг
					Марганец	0,1-30 мг/кг
					Медь	без учета разбавления: 0,5-30 мг/кг при разбавлении: 0,5-300 мг/кг
					Цинк	без учета разбавления: 1-100 мг/кг при разбавлении: 1-500 мг/кг
					Свинец	без учета разбавления:

						0,01-1,0 мг/кг при разбавлении: 0,01-50,0 мг/кг
					Кадмий	без учета разбавления: 0,01-1,0 мг/кг при разбавлении: 0,01-50,0 мг/кг
					Кобальт	0,02-5,0 мг/кг
					Никель	0,02-10 мг/кг
					Хром	без учета разбавления: 0,01-1,0 мг/кг при разбавлении: 0,01-10,0 мг/кг
620.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-	Подготовка проб. Минерализация проб	-

			10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
621.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые, в том числе продовольственное (пищевое) сырье. Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-	Массовая концентрация железа/ Железо	1,0-20,0 мг/кг

				2106, 2201-2208		
622.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,004-50,00 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,001-50,000 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,002-200,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,01-400,0 мг/кг
623.	ГОСТ Р 51650-2000, п.5	Продукты пищевые, продовольственное сырье, пищевые и вкусовые добавки	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41,	0201-0210, 0302-0309, 0401-	Массовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг ($0,1\times10^{-7}$- $2,0\times10^{-7}$%)

			01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
624.	ГОСТ Р 51766-2001	Сырье и продукты пищевые, биологически активные добавки	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910,	Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	0,01-20 млн$^{-1}$ (0,01-20 мг/кг)

			03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
625.	МУ 5178-90	Пищевые продукты	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-	Общая ртуть/Массовая доля ртути/ Ртуть	0,005-2,0 мг/кг

			10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
626.	МУ 01-19/47-11-92	Пищевые продукты и пищевое сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-	Массовая доля свинца/ Свинец	0,01-1,0 млн$^{-1}$ (0,01-1,0 мг/кг)
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	0,01-1,0 млн$^{-1}$ (0,01-1,0 мг/кг)
					Массовая доля хрома/Хром	0,01-1,0 млн$^{-1}$ (0,01-1,0 мг/кг)
					Массовая доля никеля/ Никель	0,02 -10 млн$^{-1}$ (0,02-10 мг/кг)
					Массовая доля меди/ Медь	0,5-30,0 млн$^{-1}$ (0,5-30,0 мг/кг)
					Массовая доля цинка/ Цинк	1,0-100,0 млн$^{-1}$ (1,0-100,0 мг/кг)
					Массовая доля железа/ Железо	10,0-200,0 млн$^{-1}$ (10,0-200,0 мг/кг)

			10.89, 11.01-11.07	1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
627.	ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства и их содержание в пищевой продукции.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 14.12	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208,	Массовая доля мышьяка/ Мышьяк	0,0025-10,0 млн$^{-1}$ (0,0025-10,0 мг/кг)

				4015, 6201-6209, 6401-6406		
628.	ГОСТ 26935-86	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки.	10.13, 10.39, 2008	0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001-2009	Олово/Массовая доля олова/ Массовая концентрация олова	5,0-500,0 млн$^{-1}$ (5,0-500,0 мг/кг)
629.	ГОСТ 28414-89, Приложение 3	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, представляющие собой различные смеси жиров	10.11.5, 10.41, 10.42.10	1501, 1502, 1504, 1507-1518, 2103	Массовая доля никеля/Никель	0,5-20 млн$^{-1}$ (0,5-20 мг/кг)
630.	ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые, парфюмерно-косметические средства	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208, 3301-3307,	Массовая доля свинца/ Свинец	без учета разбавления: 0,01-1,0 млн$^{-1}$ (0,01-1,0 мг/кг) при разбавлении: 0,01-50,0 млн$^{-1}$ (0,01-50,0 мг/кг)
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	без учета разбавления: 0,01-1,0 млн$^{-1}$ (0,01-1,0 мг/кг) при разбавлении: 0,01-50,0 млн$^{-1}$ (0,01-50,0 мг/кг)
					Массовая доля меди/ Медь	без учета разбавления: 0,5-30 млн$^{-1}$ (0,5-30 мг/кг) при разбавлении: 0,5-300 млн$^{-1}$ (0,5-300 мг/кг)
					Массовая доля железа/ Железо	без учета разбавления: 10-200 млн$^{-1}$ (10-200 мг/кг)

			10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.42	3401, 3402		при разбавлении: 10-1000 млн$^{-1}$ (10-1000 мг/кг)
					Массовая доля цинка/ Цинк	без учета разбавления: 1,0-100 млн$^{-1}$ (1,0-100 мг/кг) при разбавлении: 1,0-500 млн$^{-1}$ (1,0-500 мг/кг)
631.	МУ 08-47/142	Биологически активные добавки	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62,10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806,1901-1905, 2001-2009, 2101-	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	без учета разбавления: 0,001-0,5 мг/кг при разбавлении: 0,001-25,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,1-200 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	без учета разбавления: 0,01-1,0 мг/кг при разбавлении: 0,01-50,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,5-10000 мг/кг

			11.07, 10.91,	2106, 2201-2208		
632.	Методика М 04-15-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки	01.11-01.13, 10.20, 10.41, 10.51, 10.61.	0302, 0405, 1001-1007. 1101-1104, 1507-1514	Массовая доля бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	0,1-100 млрд$^{-1}$ (0,1-100 мкг/кг) (0,0001-0,1 мг/кг)
633.	ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную. Биологически активные добавки. Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды для детей и взрослых (водные вытяжки)	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11, 02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07,	0201-0210, 0302-0309,0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101	Массовая доля ртути / Ртуть	0,001-2,0 мг/кг

			13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11,14.13-14.20, 14.31, 14.39,	2106, 2201-2208, 4203, 6101-6117, 5208, 5513, 6201-6209, 6301-6303, 6401-6406, 6506		
634.	ГОСТ 24295-80, п.1	Стальная эмалированная посуда, посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла для детей, игрушки (водные вытяжки).	25.71, 29.92, 25.99, 32.40	9503, 9505-9507, 7323,7324, 7326, 7411-7412, 7418, 7507	Подготовка проб (вытяжек)	-
635.	ГОСТ 24295-80, п.7				Массовая концентрация цинка/Цинк	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
					Массовая концентрация никеля/Никель	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
					Массовая концентрация железа/Железо	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
					Массовая концентрация хрома/ Хром	0,05-2,00 мг/дм^3 (0,05-2,00 мг/л)
636.	ГОСТ 24295-80 п.8				Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	0,01-0,05 мг/дм^3 (0,01-0,05 мг/л)
637.	ГОСТ 31280-2004 п.3.2.	Меха и меховые изделия.	14.20, 15.11	4101-4103 4302,4303	Формальдегид	0,5-15 мг/г
638.	ГОСТ 31280-2004п. 3.4				Хром (VI)	0,01-1,0 мг/г
639.	ГОСТ 31280-2004п.3.6				Общий хром	0,1-10,0 мг/г
640.	ГОСТ 32937-2014	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3304, 3306	Массовая доля свинца/Свинец	0,2-30 мг/кг
641.	ГОСТ 12.4.063-79	Средства индивидуальной защиты рук	14.12.	3926200000 6111201000 4015	Кислотопроницаемость	0 до +12 ед. pH
642.	ГОСТ 12.4.063-79				Щелочепроницаемость	0 до +12 ед. pH

643.	ГОСТ 12.4.252-2013п.8.3	Средства индивидуальной защиты рук	14.12.	3926200000 6111201000 4015	Водонепроницаемость	Описание
644.	ГОСТ 126-79 п. 4.9	Галоши резиновые	15.20	6401,6402	Водонепроницаемость	Описание
645.	ГОСТ 6410-80 п. 4.9	Ботики и сапожки резиновые, резинотекстильные клееные	15.20	6401,6402	Водонепроницаемость	Описание
646.	ГОСТ 1059-72 п.2.2	Обувь валяная	15.20	6404	Масса	5 – 5100 г.
647.	ГОСТ 1059-72 п.2.3				Влажность	0-20 %
648.	ГОСТ 1059-72 п.2.6**.**				Массовая доля свободной серной кислоты	0-1,0%
649.	ГОСТ 3816-81 п.3	Текстильно- галантерейные изделия и штучные изделия, одежда и ее аксессуары, белье нательное, постельное белье,одеждаверхняя,предметы одежды трикотажные и вязаные прочие, ,изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, спецодежда	13.92.12 13.99.19 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39 22.29	6103,6104 6105,6106 6107,6108 6109,6110 6111,6115 6203,6204 6205,6206 6207,6208 6209,6212 6213, 630120 630130 630140 630190 6302 4015	Гигроскопичность	0-40 %
650.	ГОСТ 4659-79 п.5	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные	13.10 13.20.12 14.19.21. 130	5109 6110	pH водной вытяжки	0 до+12 ед. pH
651.	ГОСТ 22648-77 п.1	Упаковка, игрушки, пластмассы и изделия из них, в т.ч. детского ассортимента предназначенные для контакта с пищевыми продуктами,питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами, для использования в медицине, строительстве и быту, одежда для детей и взрослых, школьно-письменные принадлежности, средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	22.2 22.22 22.29 32.4	3924,3926 4202,6402 650610 950300	Подготовка к испытанию	-
652.	ГОСТ 22648-77п.2		15.20.11.120	9505 950632 0000	Запах Привкус водной вытяжки	0-5 балл 0-5 балл
653.	ГОСТ 22648-77 п.3.1 фотометрия				Стирол	0,002-0,02 мг/ дм^3

654.	ГОСТ 22648-77 п.3.7 фотометрия				Формальдегид	0,1-2,0 мг/ дм^3
655.	ГОСТ 25617-2014п.18фотометрия	Текстильно- галантерейные изделия и штучные изделия, одежда и ее аксессуары, белье нательное, постельное белье,одеждаверхняя,предметы одежды трикотажные и вязаные прочие, ,изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, спецодежда	13.92.12 13.99.19 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39 22.29	6103,6104 6105,6106 6107,6108 6109,6110 6111,6115 6203,6204 6205,6206 6207,6208 6209,6212 6213, 630120 630130 630140 630190 6302 4015	Формальдегид	20-200мкг/г
656.	ГОСТ 22567.5-93	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Водородный показатель (pH)	1,0-12,0 pH
657.	ГОСТ 25779-90 п.3.82.				Подготовка к испытанию	-
					Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	5-50 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	50-500 мг/кг
					Массовая концентрация хрома/ Хром	25-250 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	15-150 мг/кг
					Массовая концентрация ртути/ Ртуть	10-100 мг/кг
658.	ГОСТ 25779-90 п.3.83				Подготовка проб для испытаний	-
					Приготовление вытяжек	-
659.	ГОСТ 28735-2005	Обувь, средства индивидуальной защиты для ног	15.20	6401,6402 6404	Масса	5 – 5100 г.
660.	ГОСТ 29188.2-91	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	0 до+12.0 ед. pH
661.	ГОСТ 30383-95/ ГОСТ Р 50720-94п.3.1	Изделия трикотажные детские бельевые	14.14	6107,6105 6109	Подготовка пробы	-
662.	ГОСТ 31422-2010п.3.1	Изделия трикотажные детские верхние	14.13, 14.31, 14.39	6104,6105 6106,6114 6117	Подготовка пробы	-
663.	ГОСТ 31649-2012 п.6.7	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3304	Пробоподготовка	-
664.	ГОСТ 31693-2012п .6.8	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3304	Пробоподготовка	-
665.	ГОСТ 31697-2012п.6.6	Изделия декоративной косметики наэмульсионной основе	20.42	3304	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7

666.	ГОСТ 31698-2013п.6.5	Продукция косметическая порошкообразная икомпактная.	20.42	3304	Пробоподготовка	-
667.	ГОСТ 32077-2013	Меховые шкурки, овчину шубную, меховые изделия	14.20	4101-4103 4302-4303	Пробоподготовка	-
668.	ГОСТ 32165-2013	Меховые шкурки, овчины выделанные	14.20	4101-4103 4302-4303	Водородный показатель (pH)	0 до+12.0 ед. pH
669.	ГОСТ ISO 1833-1-2011	Текстильно- галантерейные изделия и штучные изделия, одежда и ее аксессуары, белье нательное, постельное белье, одежда верхняя, предметы одежды трикотажные и вязаные прочие, ,изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, спецодежда	13.92.12 13.99.19 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39 22.29	6103,6104 6105,6106 6107,6108 6109,6110 6111,6115 6203,6204 6205,6206 6207,6208 6209,6212 6213, 630120 630130 630140 630190 6302	Общие принципы испытаний	-
670.	ГОСТ ISO 1833-2-2011				Расчет и представление результатов	-
671.	ГОСТ ISO 1833-3-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
672.	ГОСТ ISO 1833-5-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
673.	ГОСТ ISO 1833-7-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
674.	ГОСТ ISO 1833-8-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
675.	ГОСТ ISO 1833-10-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
676.	ГОСТ ISO 1833-11-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100%
677.	ГОСТ ISO 1833-12-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
678.	ГОСТ ISO 1833-13-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
679.	ГОСТ ISO 1833-14-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
680.	ГОСТ ISO 1833-17-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
681.	ГОСТ ISO 1833-18-2011				Состав сырья/Состав волокна	0-100 %
682.	ГОСТ ISO 3071-2011	Текстильно- галантерейные изделия и штучные изделия, одежда и ее аксессуары, белье нательное, постельное белье,одеждаверхняя,предметы одежды трикотажные и вязаные прочие, ,изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, спецодежда	13.92.12 13.99.19 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39 22.29	6103,6104 6105,6106 6107,6108 6109,6110 6111,6115 6203,6204 6205,6206 6207,6208 6209,6212 6213, 630120 630130 630140 630190 6302 4015	Водородный показатель (pH)	0 до+12.0 ед. pH
683.	ГОСТ ИСО 5089-2001	Текстильные материалы, изделия из них, одежда для детей и взрослых.	13.10, 13.20, 13.91, 13.92,	5205- 5212, 5801-5804	Пробоподготовка	-

			13.95, 13.96, 13.99, 14.12	5806, 5808, 5810-5811, 6001-6006, 6101-6115, 6117, 6301-6308, 9503, 9505		
684.	ГОСТ ИСО 18454-2011	Обувь из натуральных, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.	15.20	6401-6406	Климатические условия проведения испытаний	-
685.	РД 52.24.492-2006 фотометрия	Игрушки, товары детского ассортимента, посуда и столовые приборы, контактирующие с пищевыми продуктами и водой из полимерных и других материалов, издания книжные и журнальные для детей и подростков, школьно-письменные принадлежности (водные вытяжки).	22.2 22.22 22.29 32.4 15.20.11.120	3924,3926 4202,6402 650610 950300 9505 950632 0000	Формальдегид	0,025-0,25 мг/дм^3
686.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.3.	Соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров	22.19	4014	Подготовка изделий к исследованиям	-
687.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.5.1.2.				Изменение pH вытяжки	0 до+12.0 ед. pH
688.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.2	Одежда для детей, подростков и взрослых, мягконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты и ихкомплектующиеизделия(водные вытяжки).	13.10, 13.20, 13.91-13.92, 13.95-	5205-5212 5801-5804 5806, 5808, 5810-	Климатические условия проведения испытаний	-

			13.96, 13.99, 14.12	5811, 6001-6006, 6101-6115,		
689.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3, п.3.6.4, п.3.6.5,п.3.7.1.			6117,6301-6308, 9503-9505	Условия моделирования вытяжек при проведении исследований	-
690.	СТБ 1142-99п.5.**1**	Обувь из натуральных, синтетических и искусственных кож, текстильных материалов, с комбинированным верхом.	15.20	6401-6406	Высота каблука	0-50см
691.	ГОСТ 32075-2013	Текстильные материалы, одежда для детей, подростков, взрослых, средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия (водные вытяжки)	13.92.12 13.99.19 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39 22.29	6103,6104 6105,6106 6107,6108 6109,6110 6111,6115 6203,6204 6205,6206 6207,6208 6209,6212 6213, 630120 630130 630140 630190 6302 4015	Индекс токсичности: - определяемый в водной среде(дистиллированная вода)	0-200%
692.	МР № ФЦ/1504	Водка, спирт этиловый	11.01, 10.11	2208, 2207	Острая токсичность/ Токсичность	0-200% /(Токсично/Не токсично)
693.	МУ 1.1.037-95	Игрушки, товары детского ассортимента, упаковка, материалы контактирующие с пищевыми продуктами и водой из керамики, стекла, фаянса, фарфора, металла, издания книжные и журнальные для детей и подростков, средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия(водные вытяжки)	22.2 22.22 22.29 32.4 15.20.11.120	3924,3926 4202,6402 650610 950300 9505 950632 0000	Индекс токсичности: - определяемый в водной среде(дистиллированная вода)	0-200%
694.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция, средства индивидуальной защиты дерматологические (водные вытяжки)	20.42	3301-3307	Индекс токсичности/ Общетоксическое действие - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	0-200% /(Отсутствие/Присутствие)

1	2	3	4	5	6	7

695.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления (водные вытяжки)	38.1	3825	Индекс токсичности - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	0-200%
696.	МР № 29 ФЦ/4746	Товары бытовой химии: синтетические моющие средства и средства используемые для обработки посуды и другого инвентаря, и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами (водные вытяжки)	20.41.32	3401-3402	Индекс токсичности/ Общетоксическое действие - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	0-200% /(Отсутствие/Присутствие)
697.	ФР. 1.31.2009.06301	Почва, отходы производства и потребления, осадки сточных вод (водные вытяжки), поверхностные, грунтовые, питьевые и сточные воды	71.20.11 38.1	3825	Индекс токсичности - определяемый в водной среде (дистиллированная вода)	0-200%
698.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения			Индекс токсичности - определяемый в водной среде	0-200%
699.	МУК 4.1/4.3.2155-06 дополнение №1 к МУК 4.1/4.3.1485-03	Подгузники и прокладки (водные вытяжки).	17.22	9619	Условия моделирования вытяжек при проведении исследований	-
700.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
					Массовая доля активного брома/Бромактивные соединения	0-10,0 %
					Массовая доля активного йода /Йодактивные соединения	0-10,0 %
701.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2.				Массовая доля активного кислорода /Активный кислород	0-40,0%
					Массовая доля активного перекиси водорода /Перекись водорода	0-40,0%
					Массовая доля надуксусной кислоты/ Надуксуснаякислота	0-10,0 %
					Массовая доля глутарового альдегида/ Глутаровый альдегид	0-10,0 %
702.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4.				Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида / Четвертичные аммониевые соли	0-40,0 %
703.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.6.				Массовая доля N,N-бис (3 аминопропил)-додециламина /Третичный алкиламин	0-15,0 %
704.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.9.				Массовая доля серной кислоты /Кислоты	0-10,0 %
705.					Массовая доля гидроокиси натрия/ Щелочи	0-10,0 %
706.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
707.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-

1	2	3	4	5	6	7

708.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
709.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-
710.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
711.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
712.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др.методов	-	-	Применяемые вещества	-
Отбор проб						
713.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Отбор проб	-
714.	ГОСТ 8285 п.1.4	Топленые животные жиры	10.11.	0209, 1501-1502	Отбор проб	-
715.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Отбор проб	-
716.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	01.47.	0407-0408	Отбор проб	-
717.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб	-
718.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб	-
719.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб	-
720.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб	-
721.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб	-
722.	ГОСТ 13586.3 п. 5.2.5	Зерно и зернобобовые культуры	01.11	1104	Отбор проб	-
723.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	-
724.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

725.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Отбор проб	-
726.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Отбор проб	-
727.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб	-
728.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор проб	-
729.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Белый сахар	10.81.	1701	Отбор проб	-
730.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб	-
731.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Отбор проб	-
732.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	-
733.	ГОСТ 28875 п.2.1.2, п.2.1.3	Пряности	10.84.	0903-0910	Отбор проб	-
734.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84.	0903-0910	Отбор проб	-
735.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	-
736.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	-
737.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Отбор проб	-
738.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	-
739.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофе продукты	10.89.		Отбор проб	-
740.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	-
741.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор проб	-
742.	ГОСТ 938.0 п.2, п.4	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейные изделия	14.11	4202,4203 6501 - 6502 6504 - 6505	Отбор проб	-
743.	ГОСТ 1059 п.1.4.	Обувь валяная	15.20	6507, 6404	Отбор проб	-
744.	ГОСТ 9288 п.4	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-

745.	ГОСТ 25617-2014 п.3.	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), текстильно-галантерейные изделия мягконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты	13.10, 13.20, 13.91-13.92, 13.95-13.96, 13.99, 14.12	5806, 5808, 6001-6006, 6101-6115, 5801-5804, 5810-5811, 6117, 6301-6308, 5205-5212, 9503, 9505	Отбор проб	-
746.	ГОСТ 32077 п.4.3	Меховые шкурки, овчину шубную, меховые изделия	14.20	4101-4103 4302-4303	Отбор проб	-
747.	ГОСТ Р 50962-96 п.5.1	Посуда, столовые приборы, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс и пленочных полимерных материалов, в том числе детского ассортимента, бумаги, картона	22.23	4819, 3915 3917-3919 3921-3926	Отбор проб	-
748.	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90 п.2.6.	Соски молочные, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров	22.19	4014	Отбор проб	-
749.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.2.	Одежда для детей, подростков и взрослых, мягконабивные игрушки, средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия (водные, воздушные вытяжки).	13.91-13.92, 13.95-13.96, 13.99, 13.10, 13.20, 14.12	5806, 5808, 5810-5811, 6001-6006, 6117, 6301-6308, 9503-	Отбор проб	-

				9505, 5205-5212, 6101-6115, 5801-5804		
750.	ГОСТ Р 52556 п.5.1	Вода для гемодиализа	21.20.9		Отбор проб	-
751.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
752.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
753.	ГОСТ 32220 п.8.3	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.11 11.07.11.120		Отбор проб	-
754.	ГОСТ 31861	Вода на любые типы	36.00, 11.07.11, 21.20, 20.13,		Отбор проб	-
755.	ГОСТ 30813	Вода и водоподготовка	36.00		Отбор проб	-
756.	ГОСТ 23268.0	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Отбор проб	-
757.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов			Отбор проб	-
758.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почвы	71.20.11		Отбор проб	-
759.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почвы	71.20.11		Отбор проб	-
760.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	-
761.	ГОСТ 22567.1 п.1	Средства, моющие синтетические	20.41.32	3402	Отбор проб	-
762.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
763.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.02, 11.03	2204 2205	Отбор проб	-
764.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Отбор проб	-
765.	ГОСТ 32190 п.5.9	Растительные масла	10.41	1507-1509, 1511-1512, 1514-1515	Отбор проб	-
766.	ГОСТ ISO 1839 п.5	Чай	10.83.13	0902	Отбор проб	-
767.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	10.83.13	0902	Отбор проб	-
768.	ГОСТ 31413 (потребительская упаковка)	Водоросли, морские травы и продукция из них	03.11.63		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

769.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0208, 0210,1601, 1602	Отбор проб	-
770.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13	1601, 1602	Отбор проб	-
771.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах.	10.11.5, 10.41.	0209, 1501, 1502, 1507-1509, 1511-1512, 1514-1515	Отбор проб	-
772.	ГОСТ 20566 п.7	Ткани, штучные изделия текстильные	13.20; 13.91, 13.92; 13.95, 13.96; 13.99	6101, 6112-6115,6117 6302,6307, 6201-6217, 5106-5113, 5701-5705	Отбор проб	-
773.	ГОСТ 24788-2001 п.5.1	Стальная эмалированная посуда, используемая для приготовления пищи, хранения и переноски пищевых продуктов, сервировки стола, санитарно-гигиенических и других хозяйственных нужд (водные вытяжки)	25.71, 29.92, 25.99, 32.40	7323 94	Отбор проб	-
774.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	-
775.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	-

1	2	3	4	5	6	7

776.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	-
777.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	-
778.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	-
779.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов			Отбор проб	-
780.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	-
781.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
782.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
783.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
784.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4.3.9	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности; Молоко и молочная продукция; Продукция рыбная пищевая товарная; Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Продукты пчеловодства: Мед; Плодоовощная продукция; Орехи; Продукция чайной, соляной промышленности и производство пищевых концентратов и крахмала; Масличное сырье и жировые продукты; Напитки; Продукция предприятий общественного питания; БАД.	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8 11.0 11.07	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00,	Отбор проб	-

				1102, 1103, 1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204		
785.	ГОСТ 32164-2013 (потребительская упаковка)	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности; Молоко и молочная продукция; Продукция рыбная пищевая товарная; Зерно, мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия; Сахар и кондитерские изделия; Продукты пчеловодства: Мед; Плодоовощная продукция; Орехи; Продукция чайной, соляной промышленности и производство пищевых концентратов и крахмала; Масличное сырье и жировые продукты; Напитки; Продукция предприятий общественного питания; БАД.	01.11 01.13 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.41.2 01.45.2 01.47. 2 10.1-10.8 11.0 11.07	0201-0208, 0302-0303, 0401-0407, 0701-0709, 0802, 0806-0808, 0901-0902, 1001, 1006, 1008,1101 00, 1102, 1103, 1501, 1509, 1517,2201, 2202,2204	Отбор проб	-
786.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода.	36.00.1 36.00.11 36.00.12	2201 10 110 0 2201 10 190 0	Отбор проб	
787.	ГОСТ 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001)	Почва.	-	-	Отбор проб	-
788.	ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)	Почва.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

789.	ГОСТ 30108 п. 4.2.4.1	Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные, дорожные, материалы неметаллорудные (асбест, слюда, тальк, графит и др.), цемент, материалы стеновые, керамические теплозвукоизоляционные, отделочные, кровельные гидроизоляционные и герметирующие изделия асбестовые. Отходы производства и потребления. Товары для детей. Игры, игрушки, канцтовары, наглядные	08.1. 08.11.2 08.12 08.12.12 23.20.13 23.32 32.40 38.11.31	6801-6803,6810-6812,6814, 6815,6901-6904,6907, 7001 00,9503 00 100 9	Отбор проб	-
790.	ГОСТ 314-72 п. 1.2, п.1.4, п.1.6	Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия	13.93.19 13.99.13	5704 6307 90 910 0	Отбор проб	-
791.	ГОСТ 24231 п.1	Цветные металлы и сплавы	25.99	7606	Отбор проб	-
792.	ГОСТ 18276.0 п. 1	Покрытия и изделия ковровые	13.93	5701,5702, 5703,5704, 5705 00	Отбор проб	-
793.	ГОСТ 19318 п.1.1	Целлюлоза	17.11	4823	Отбор проб	-
Микробиологические исследования						
Бактериологическая лаборатория						
794.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19. 210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
795.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10. 84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
796.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
797.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20,	1601;1604 ;1901	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)

			10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	10;1904;1905; 2001;2206	Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
798.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
799.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85,	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;150	Подсчет микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)

			10.86, 10.89, 11.05, 11.07	1-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806;1901-1905;2001-2009, 2101-2106;2201-2203;		
800.	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое.	10.51.11.150, 10.51.11.190	04.02	Соматические клетки	от 500 тыс клеток до 1млн. клеток
801.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	наличие/отсутствует
802.	ГОСТ 26972 п.4.1.	Зерно, используемые для производства продуктов детского питания.	01.11.4 01.11.11.110 01.11.11.120 01.11.12.110 01.11.12.120 01.11.31.110 01.11.31.120 01.11.32.110 01.11.32.120 01.11.33 10.61.1-4 10.61.33.119	1001 90 1003 00 1005 10 1006 10-30 1007 00 1008 10000 1008 20000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
803.	ГОСТ 26972 п.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
804.	ГОСТ 26972 п.4.3.				Плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
805.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12; 10.20;10.61; 10,71;10.85; 10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604;	Бактерии родов Proteus, Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				1901 10; 2009; 2201; 2202;		
806.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Энтерококки	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)
807.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11, 12 10.72.12, 19 10.61, 10.71, 10.89 01.13. 10.11.	1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202		
808.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
809.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Промышленно стерильно/промышленно не стерильно $1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Термофильные аэробные и факультативно- анаэробныеи анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

810.	ГОСТ 30425, п.7.8.				Плесневые грибы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Дрожжи	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
811.	ГОСТ 30425, п.7.9.				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
812.	ГОСТ 30425, п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
813.	ГОСТ 30712, п.6.1.	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
814.	ГОСТ 30712 п.6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	1-300 КОЕ в100 $см^3$
815.	ГОСТ 30712 п.6.3.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
816.	ГОСТ 30712 п.6.4.				Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
817.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
818.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
819.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
820.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Esherichia coli	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
821.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

822.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
823.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
824.	ГОСТ 32031 (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004,NEQ)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410;	Listeria monocytogenes	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
825.	ГОСТ 32064, п.9.1.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
826.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406;0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
827.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
828.	ГОСТ 32901п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
829.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71.12	1905	КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
830.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
831.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
832.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
833.	ГОСТ Р 54674, п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
834.	ГОСТ Р 54755, п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806;1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
835.	МУК 4.2.577-96 п..7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
836.	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

837.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E.coli;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
838.	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
839.	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
840.	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
841.	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Количество дрожжей	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Количество плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
842.	МУК 4.2.577-96 п.7.10.				Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
843.	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
					Общее количество бактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
844.	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B.cereus/Бактерии B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
845.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
846.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806; 1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г($см^3$)
847.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Вода поверхностных водоемов	10.20	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410;	V.parahaemolyticus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)
848.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11, 10.12, 10,20, 10.51	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии рода Campylobacter	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
849.	МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста; адаптированные молочные смеси, каши сухие молочные моментального приготовления для детей до 6 месяцев; Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей до 6 месяцев, для питания недоношенных и (или) маловесных детей сухие (в сухом продукте); молочные смеси восстановленные, пастеризованные; произведенные на детских молочных кухнях для детей с рождения	10.86	1901 10	Enterobacter sakazakii;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
850.	МУК 4.2.2429-08	Сыры и сырные продукты, сырные пасты, в том числе для детского питания Пищевая продукция для детского питания сухая на молочной основе (кроме каш сухих), в том числе специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания	10.86	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Стафилококковый энтеротоксин;	Обнаружено/не обнаружено

				1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
851.	МУК 4.2.2578-10п.6.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вода. Поверхность объектов внешней среды обитания методом смывов	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73;10.89, 11.05, 11.07; 11.07; 36.00.11, 36.00.12	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
852.	МУК 4.2.2578-10 п.6.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
853.	МУК 4.2.2578-10, п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
854.	МУК 4.2.2578-10. п.6.18				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
855.	МУК 4.2.2578-10, дополнение к п.6.9				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
856.	МУК 4.2.2578-10, п.6.7.2				Патогенные микроорганизмы, вт.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
857.	МУК 4.2.2578-10, п.6.10				Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
858.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6	Природная минеральная вода, купажированная, упакованная, обработанная, для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода.	11.07	-	Общее количество бактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
859.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
860.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
861.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
862.	МР 2.3.2.2327-08 п.6.6.3.	Молочная продукция	10.51	0403	Пропионовокислые микроорганизмы	от $1x10^3$ -$1x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
863.	МР от 17 августа 1990	Пищевые продукты	10.11; 10.12;		Шигеллы	Не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

	Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях приложение 1		10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Сальмонеллы	Не обнаружено/ обнаружено
					Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, стафилоккок, B.cereus, Cl.perfringens)	Не обнаружено/ обнаружено $1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
864.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
865.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.				Споры сульфитредуцирующихклостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
866.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Сточная вода.	36.00.11, 36.00.12	2201, 2202	Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
867.	МУК 4.2.1884-04приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
868.	МУК 4.2.1884-04приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
869.	МУК 4.2.1884-04приложение 7	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					число стафилококков Staphylococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл
870.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
871.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201, 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл

1	2	3	4	5	6	7

	Изменения №1 МУ 2.1.5.3692- 21 п.4.5					0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено / не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
872.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
873.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
874.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	11.07		Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
875.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;при 22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
876.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии(ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
877.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	0-300 БОЕ/100мл
878.	ГОСТ 18963, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1$см^3$
879.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
880.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201,2202	E. coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7

881.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов	20.13.52.120 21.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10^{10}
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300 КОЕ /1 см^3
		аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость)			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	0-150 КОЕ в 10см^3
		Воздух			Общее количество микроорганизмов;	0-300КОЕ/1м^3
					Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / 1м^3
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ /1м^3
882.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, сан одежда методом смывов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
883.	МУ № 3182-84п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала	-	-	Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено / не обнаружено
884.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено Предельно-допустимое количество 5-50 микроорганизмов
885.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
886.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

887.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
888.	МР от 03.06.86.	Воздушная среда Смывы с предметов обихода, аппаратуры, кожи рук обслуживаемого персонала	-	-	Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ);	Обнаружено /не обнаружено
889.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Пищевые продукты, вода Объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
890.	МУ 143-9/316-17-89 п. 3.3	Лечебные грязи	-	-	Общее микробное число/ОМЧ	1 -9,9х10^{10} клетки/г
891.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.1.1				Титр ЛПК:	Титр от 0,1
892.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.2				Титр сульфитредуцирующих клостридий;	Титр от 0,1
893.	МУ 143-9/316-17-89 п.3.4				Патогенные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено
894.	МУ 143-9/316-17-893 п.3.1.3				Энтерококки;	Обнаружено /не обнаружено
895.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.2				Колиформные бактерии фекальные;	Обнаружено /не обнаружено
896.	МУ 143-9/316-17-89п.3.1.4				Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
897.	МУ15/6-5-91инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна /стерилизация неэффективна
898.	МУ 3.5.1.3439-17	Культуры микроорганизмов	20.20.14		Чувствительность микроорганизмов к дезинфицирующим средствам	Чувствительный/устойчивый
899.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
900.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
901.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
902.	МУК 4.2.801-99 п.4.1.	Парфюмерно-косметические изделия, средства индивидуальной защиты дерматологические.	-	9503 00 49 03213	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий;	1,0х10^{-1} -9,9х10^{10} КОЕ/г ($см^3$)
903.	МУК 4.2.801-99 п.4.2.				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы;	Не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

						$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
904.	МУК 4.2.801-99 п.4.3.				Бактерии семейства энтеробактерии;	Обнаружено /не обнаружено
905.	МУК 4.2.801-99 п.4.5.				Staphylococcus aureus	Обнаружено /не обнаружено
906.	МУК 4.2.801-99 п.4.4.				Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
907.	МУК 4.2.801-99 п.4.6.				Стерильность	Стерильно/нестерильно
908.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно- косметическая продукция	32.40	-	Candida albicans;	Обнаружено /не обнаружено
909.	ГОСТ ISO 21149				Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
910.	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli;	Обнаружено /не обнаружено
911.	ГОСТ ISO 22717				Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
912.	ГОСТ ISO 22718				Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено
913.	ГОСТ 7983 п.6.5.5.1	Зубные пасты, предназначенные для ухода за зубами и полостью рта	32.40	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
914.	ГОСТ 7983 п.6.5.5.2				Escherichia coli;	Обнаружено /не обнаружено
915.	ГОСТ 7983п.6.5.5.3				Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
916.	ГОСТ Р 51577 п.6.5.5.2	Жидкие средства гигиены полости рта, предназначенные для ухода за зубами и слизистой оболочки полости рта	32.40	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов,	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
917.	ГОСТ Р 51577 п.6.5.5.3				Escherichia coli;	Обнаружено /не обнаружено
918.	ГОСТ Р 51577 п.6.5.5.4				Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено
919.	Инструкция № 091-0610 Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для				Бактерии семейства энтеробактерии;	Обнаружено /не обнаружено

	детей и подростков глава 5 п.19.					
920.	Инструкция № 091-0610 Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков глава 5 п.21.				бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено /не обнаружено
921.	Инструкция № 091-0610 Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков глава 5 п.20.				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
922.	СП № 4105-8 6 п.4.2	Изделия целлюлозно- бумажной промышленности (бумага, картон, изделия из них).	32.40	4803 00	Общее микробное число	От 1 микробной клетки на 100 $см^2$
923.	СП № 4105-86п.4.3				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено
924.	СП № 4105-86 п.4.4				Сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
Паразитологическая лаборатория						
925.	МУК 4.2.2747-10п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
926.	МУК 4.2.2747-10п.7.1.2.1				Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
927.	МУК 4.2.2747-10п.7.2.1 МУК 4.2.2747-10п.7.2.2				Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
928.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
929.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1-3.2.11.4					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
930.	МУК 3.2.988 п.7					-
931.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 5					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
932.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 8					-
933.	СТ РК 2779-2015 п.4.4-п.4.6					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
934.	СТ РК 2779-2015 п.8.					-

1	2	3	4	5	6	7

935.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1 - 7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
936.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
937.	МУК 4.2.2314 -08 п.5.1.3.1				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	
938.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших / ооцистыкриптоспоридий	
939.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.3 МУК 4. 2.1884 – 04 п.3.4	Вода поверхностных водных объектов	36.00.1	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
940.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
941.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./ 100 г
942.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
943.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
944.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
945.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
946.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
947.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
948.	МУ 2.1.7.2657 -10 п. 3-6	Почва населенных мест			Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружены/не обнаружены, экз.
949.	МУ 3.2.2568 -09 п.4-5	Жилые и общественные здания. Природные биотопы. Вода водоёмов			Личинки, куколки малярийных и не малярийных комаров	Обнаружены/не обнаружены, экз.
	МУ 3.2.974-00 п. 5-6					Обнаружены/не

						обнаружены, экз..
950.	МУ 3.1.3012-12 п. 6-8	Жилые и общественные здания. Природные биотопы. Вода водоёмов			Кровососущие членистоногие	Обнаружены/не обнаружены, экз.экз.
951.	МУК 4.2.1479-03 п. 3.2 -3.3 приложения 2-5	Продовольственные запасы и непродовольственное сырье			Клещи, насекомые	Обнаружены/не обнаружены, экз.
Раздел 4: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом № 45 «Б»						
Лаборатория особо опасных инфекций						
952.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2	Биологический материал от людей, от грызунов, материал из внешней среды (овощи, фрукты, пищевые продукты, смывы)			Возбудитель псевдотуберкулеза Возбудитель кишечного иерсиниоза	обнаружен/ не обнаружен
953.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersiniaenterocoliticaи штаммов Yersiniapseudotuberculosis в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Биологический материал от людей, от грызунов, материал из внешней среды (вода, смывы, пищевые продукты)			ДНК Yersiniapseudotuberculosis	выявлена/не выявлена
					ДНК Yersiniaenterocolitica	выявлена/не выявлена
954.	МУ 3.1.1128-02 п.6.2.2.	Биологический материал от грызунов (кровь)			16S РНК геномовидов лептоспир	обнаружена/не обнаружена
955.	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал от грызунов (кровь)			16S РНК геномовидов лептоспир	обнаружена/не обнаружена
956.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Ehrlichia muris и/или Ehrlichia chaffeensis	отрицательный/положительный

1	2	3	4	5	6	7

	ДНК Anaplasma phagocytophilum,ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis методом полимеразной цепной реакции				ДНК Anaplasma phagocytophilum	
957.	Инструкция по применению набора реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Rickettsia sibirica ДНК Rickettsia heilongjiangensis	отрицательный/ положительный
958.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал от людей, клещи			ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato	отрицательный/ положительный
959.	МУ 3.1.2007-05 п.4.4.2.	Полевой материал (мелкие млекопитающие, погадки, хатки, клещи, вода.			Возбудитель туляремии	обнаружено/ не обнаружено
960.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий	Биологический материал от людей (сыворотка крови)			Антитела к возбудителю туляремии (РНГА)	отрицательный/ положительный
961.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный иммуноглобулиновый жидкий	Биологический материал, объекты окружающей среды, бактериальные культуры			Туляремийный антиген (РНГА)	отрицательный/ положительный
962.	Инструкция по применению набора реагентов тест-система	Биологический материал, объекты окружающей среды			Возбудитель туляремии	отрицательный/ положительный

1	2	3	4	5	6	7

	диагностическая для выявления возбудителя туляремии в иммуноферментном анализе (ИФА)					
963.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, объекты окружающей среды			ДНК Francisella tularensis	выявлена/не выявлена
964.	МУК 4.2.2217-07 п.8.	Вода (сточная, из водоема, питьевая), смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария и т.д.), культуры микроорганизмов	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000		Возбудитель легионеллеза	- обнаружено/ не обнаружено - 1,0-9,9 x10* n м.к. на 1 литр
965.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Вода (сточная, из водоема, питьевая), смывы с объектов окружающей среды, соскобы биопленок, почва, культуры микроорганизмов			ДНК Legionellapneumophila	отрицательный/ положительный
					ДНК Legionella pneumophila	- 1,0-9,9 x10* n м.к. на 1 литр
966.	МУК 4.1.2413-08 п.5	Биологический материал от людей, почва, вода, смывы, корма, сырье животного происхождения, культуры микроорганизмов			Возбудитель сибирской язвы	обнаружен/ не обнаружен
967.	Инструкция по применению набора	Биологический материал от людей, почва, вода, смывы с воздушных фильтров,			ДНК Bacillus anthracis pXO1^{+}	

	реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracisв биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	порошкообразные вещества (корма для КРС, мука и т.д.), материал от животных, культуры микроорганизмов			ДНК Bacillus anthracis pXO2^{+}	обнаружена/ не обнаружена
968.	МУК 4.2.2218-07 п.5 МУК 4.2.2218-07 п.6	Биологический материал от людей и материал из внешней среды	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	обнаружен/не обнаружен
969.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Vibrio cholera и идентификации штаммов Vibrio cholerae в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Биологический материал от людей и материал из внешней среды	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	 Vibrio cholerae O139 токсигенный Vibrio cholerae O1не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA Vibrio cholerae O139 не токсигенный, но содержащий последовательность tcpA Vibrio cholerae O1 не токсигенный Vibrio cholerae O139 не токсигенный Vibrio choleraeHE O1 и HE O139	обнаружена/ не обнаружена
970.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК(РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивныхE.coli (ELEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных	Биологический материал от людей (фекалии), вода, продукты питания, смывы			ДНК Shigella spp. ДНК Salmonella spp. ДНК Campylobacter spp. ДНК Adenovirus gr F РНК Rotavirus gr A	обнаружена/не обнаружена

	Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				РНК Astrovirus	
					РНК Norovirus G2	
971.	МУК 4.2.2304-07 п.2.4. Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМ-плант-1-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье Пищевое сырье и продукты	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605,1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000,	Фрагменты ДНК генетически модифицированных ингредиентов растительного происхождения: - ДНК Р- 35S	обнаружена/не обнаружена
					-ДНК T-NOS	обнаружена/не обнаружена
					-ДНК P-FMV	обнаружена/не обнаружена
					ДНК растений	обнаружена/низкое содержание/не обнаружена

				1806,1905		
972.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМ-соя-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Фрагменты ДНК генетически модифицированных линий сои: - ДНК Р- 35S	обнаружена/не обнаружена
					-ДНК T-NOS	обнаружена/не обнаружена
					-ДНК P-FMV	обнаружена/не обнаружена
					ДНК сои	обнаружена/низкое содержание/не обнаружена
973.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМ-кукуруза-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Фрагменты ДНК генетически модифицированных линий кукурузы: - ДНК Р- 35S	обнаружена/не обнаружена
					-ДНК T-NOS	обнаружена/не обнаружена
					ДНК кукурузы	обнаружена/низкое содержание/не обнаружена
974.	Инструкция по применению набора реагентов для	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000	ДНК Р- 35S	Рассчитанное значение % ГМИ больше, чем 10%

	определения доли (%) ДНК генетически модифицированной сои от общего количества ДНК сои в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиКвант ГМ соя-FL			0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905		Рассчитанное значение % ГМИ находится в пределах диапазона количественной оценки набора реагентов (0,03-10%)
						Рассчитанное значение % ГМИ меньше, чем 0,03%
975.	Инструкция по применению набора реагентов для определения доли (%) ДНК генетически модифицированной кукурузы от общего количества ДНК кукурузы в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиКвант ГМ кукуруза-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	ДНК Р- 35S	Рассчитанное значение % ГМИ больше, чем 10%
						Рассчитанное значение % ГМИ находится в пределах диапазона количественной оценки набора реагентов (0,03-10%)
						Рассчитанное значение % ГМИ меньше, чем 0,03%
976.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации линий генетически модифицированной сои 40-3-2, A5547-127 и A2704-12, FG72 и Syht0h2 в продуктах питания, кормах для животных и	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605,	Линии ГМ сои: - A5547-127	обнаружена/не обнаружена
					- 40-3-2	обнаружена/не обнаружена
					- A2704-12	обнаружена/не обнаружена
					- FG72	обнаружена/не обнаружена
					- Syht0h2	обнаружена/не обнаружена

	растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМсоя-линии-1-FL			1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905		
977.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации линий генетически модифицированной соиMON89788, CV127, MON87701в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМсоя-линии-2-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Линии ГМ сои: - MON89788	обнаружена/не обнаружена
					- CV127	обнаружена/не обнаружена
					- MON87701	обнаружена/не обнаружена
978.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации линий генетически модифицированной кукурузы MON-810,NK-603 и T-25в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМкукуруза-линии-1-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Линии ГМ кукурузы: - MON-810	обнаружена/не обнаружена
					- NK-603	обнаружена/не обнаружена
					- T-25	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7

979.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации линий генетически модифицированной кукурузы GA-21,MIR-604 и MON-863в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМкукуруза-линии-2-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Линии ГМ кукурузы: - GA-21	обнаружена/не обнаружена
					- MIR-604	обнаружена/не обнаружена
					- MON-863	обнаружена/не обнаружена
980.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации линий генетически модифицированной кукурузы 3272,MON88017,Bt-11, 5307 и MIR162 в продуктах питания и кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией АмплиСенс ГМкукуруза-линии-3-FL	Продукты питания, биологические добавки, растительное сырье	01.11 01.13 10.710.8	0602,0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708, 0709-0712, 0714, 1001-1008, 1501-1516, 1601 00, 1604,1605, 1704, 2003-2005, 2007,2008, 1805 00 0000, 1806,1905	Линии ГМ кукурузы: - 3272	обнаружена/не обнаружена
					- MON88017	обнаружена/не обнаружена
					- Bt-11	обнаружена/не обнаружена
					- 5307	обнаружена/не обнаружена
					- MIR162	обнаружена/не обнаружена
Вирусологическая лаборатория						
981.	МУК 4.2.2357-08 пункт 7;10 (вирусологические исследования материалов из объектов окружающей среды)	Сточная вода. Вода поверхностных водоемов, которые используются для целей рекреации, в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	полиовирус тип 1	выделен / не выделен
					полиовирус тип 2	
					полиовирус тип 3;	

	инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические энтеровирусные моновалентные сухие для реакции нейтрализации» (СДЭМ)	Питьевая вода на различных этапах водоподготовки.			неполиомиелитные энтеровирусы (НПЭВ): ECHO2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,20,21,25,27,29,30,31,33. Коксаки А2,4,7,9,10. Коксаки В1,2,3,4,5,6	
982.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005г., пункт 7 (выделение и идентификация)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	полиовирус тип 1	выделен / не выделен
					полиовирус тип 2	
					полиовирус тип 3	
					неполиомиелитные энтеровирусы (НПЭВ): ECHO2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,20,21,25,27,29,30,31,33. Коксаки А2,4,7,9,10. Коксаки В1,2,3,4,5,6	
	Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические энтеровирусные моновалентные сухие для реакции нейтрализации» (СДЭМ)					выделен / не выделен
983.	СП 3.1.2.3117-13 пункт 4	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Вирус гриппа А	выделен / не выделен
	МР №0100/4430-06-34 от 18.04.06 пункт 2; 5 (выделение и идентификация вируса на культуре клеток)					
	Инструкция по применению сыворотки диагностической гриппозной сухой (СДГ) в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)				Вирус гриппа В	выделен / не выделен
984.	МУК 4.2.2029-05 пункт 9 (иммуноферментный анализ ИФА)	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	Антиген вируса гепатита А	Отрицательный / Положительный
	Инструкция по применению набора					

	реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А (ИФА)	Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водоисточников.				
985.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека (ИФА)	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водоисточников.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	Антиген ротавируса человека	Отрицательный / Положительный
986.	МУ 3.1.1.2957-11 пункт 6.2 Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген ротавируса человека	Отрицательный / Положительный
987.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген вируса гепатита А	Отрицательный / Положительный
988.	МУ 3.1.2837-11 пункт 3.2.1.1 (серологический метод ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса М к вирусу гепатита А	Отрицательный / Положительный

1	2	3	4	5	6	7

989.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита А	Отрицательный / Положительный
990.	МУК 4.2.2410-08 пункт 5.5 (реакция нейтрализации)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к полиовирусу 1 типа Антитела к полиовирусу3 типа	Отрицательный/ положительный, титр от 8 до 2048
991.	МУ 3.1.2943-11 пункт 3 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу кори	Отрицательный / Неопределенный/ Положительный
992.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу краснухи	Отрицательный/ Положительный
993.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу паротита	Отрицательный / Положительный / Сомнительный

	паротита в сыворотке (плазме) крови (ИФА)					
994.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	Отрицательный / Положительный
995.	МУК 4.2.3009-12 пункт 4.2 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для выявления антигенов вируса Западного Нила методом иммуноферментного анализа	Природные биотопы ЛЗН	«-»	«-»	Антиген вируса Западного Нила	Отрицательный / Положительный
		Биологический материал от людей	«-»	«-»		
996.	МУК 4.2.3009-12 пункт 5.1.5 (иммуноферментный анализ ИФА) Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови (ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу Западного Нила	Отрицательный / Положительный/ Неопределенный
997.	СП 3.1.2.3117-13 пункт 4 МУ 3.1.3490-17 пункт 10 (реакция торможения гемагглютинации)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антитела к вирусам гриппа А	Обратный титр антител от <10 до 1280 Количественный диапазон: 4-х кратное увеличение титра антител в постинфекционной

1	2	3	4	5	6	7

	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации (ДИГ)				Антитела к вирусам гриппа В	сыворотке по сравнению с сывороткой в острой фазе заболевания и/или в сыворотке через месяц после вакцинации по сравнению с сывороткой превакцинального периода
998.	МР № 0100/4434-06-34 от 18.04.06 пункт 2.4 (иммунофлуоресцентный метод)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген вируса гриппа А вирусов Антиген вируса гриппа В Антиген вируса парагриппа 1 типа Антиген вируса парагриппа 2 типа Антиген вируса парагриппа 3 типа Антиген аденовируса Антиген респираторно-синцитиального вируса	Обнаружено/ не обнаружено
999.	СП 3.1.3.2352-08 пункт 4.10 Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита	Биологический материал	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса М к вирусу клещевого энцефалита	Положительный/ Отрицательный
1000.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита	Биологический материал	«-»	«-»	Иммуноглобулины класса G к вирусу клещевого энцефалита	Отрицательный / Положительный Определение концентраций от 0Ед/мл до >1600 Ед/мл. и соответствие их титру антител от 1:100 до 1:1600
1001.	СП 3.1.3310-15 пункт 4 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей и полевой материал	«-»	«-»	Антиген вируса клещевого энцефалита	Отрицательный/ Положительный

1	2	3	4	5	6	7

	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита	Биологический материал от людей и клещи	«-»	«-»		
1002.	МУ 3.1.1.2969-11 пункт 5.4.4 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген норовирусовгеногруппы I и II	Отрицательный/ Положительный
	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления норовирусовгеногруппы I и II					
1003.	СП 3.1.1.3108-13 пункт 5 (иммуноферментный анализ ИФА)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	Антиген аденовируса	Отрицательный/ Положительный
	Инструкция по приме нению набора реагентов для иммуноферментного выявления антиген аденовируса человека					
1004.	МУК 4.2.2357-08 пункт 7.2 (метод ПЦР)	Сточная вода. Вода поверхностных водоемов, которые используются для целей рекреации, в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода на различных этапах водоподготовки.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	РНК полиовирусов 1 типа	Выявлено / Не выявлено / сомнительный
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin1, Sabin2, Sabin3) в объектах				РНК полиовирусов 2 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК полиовирусов 3 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный

1	2	3	4	5	6	7

	окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)				РНК энтеровирусов группы С	Обнаружено/ Не обнаружено/ Сомнительный / Невалидный
1005.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита. ВОЗ, 2005г. пункт 8.3	Биологический материал от людей	«-»	«-»	РНК полиовирусов 1 типа	Выявлено / Не выявлено / сомнительный
					РНК полиовирусов 2 типа	Обнаружено / Не обнаружено/ сомнительный
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов и энтеровирусов группы С (HEV-C) с дифференцировкой вакцинных штаммов полиовирусов (Sabin1, Sabin2, Sabin3) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)				РНК полиовирусов 3 типа	Обнаружено / Не обнаружено / сомнительный
					РНК энтеровирусов группы С	Обнаружено / Не обнаружено / Сомнительный / Невалидный
1006.	МУК 4.2.2029-05 пункт 8 (метод ПЦР)	Сточная вода. Вода пресных и морских поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях, а также в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода (водопроводная, расфасованная в емкости и др.). Вода из децентрализованных водоисточников.	36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	«-»	РНК энтеровирусов	Обнаружено / не обнаружено
1007.	МУ 1.3.2569-09 (метод ПЦР в режиме «реального времени» и в формате «по конечной точки» для определения РНК энтеровирусов)	Биологический материал от людей	«-»	«-»	РНК энтеровирусов	Обнаружено / не обнаружено / Невалидный
	Инструкция по применению набора					

	реагентов для выявления РНК энтеровирусов (Enterovirus) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)					
1008.	МР 3.1.0117-17 пункт 6 (метод ПЦР в режиме «реального времени» и в формате «по конечной точки» для определения РНК вирусов гриппа) Инструкции по применению наборов реагентов для ПЦР	Биологический материал	«-»	«-»	РНК вирусов гриппа А РНК вирусов гриппа В	Обнаружена / Не обнаружена / Невалидный / Сомнительный
1009.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК респираторно-синцитиального вируса (humanRespiratorySyncytialvirus - hRSv), метапневмовируса (humanMetapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (humanParainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (humanRhinoviru -hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и	Биологический материал	«-»	«-»	РНК респираторно-синцитальногориновируса РНКметапневмовируса РНК вируса парагриппа 1 типа РНК вируса парагриппа 2 типа РНК вируса парагриппа 3 типа РНК вируса парагриппа 4 типа РНК короновирусовNL-63, 229E РНК короновирусов HKU-1, OC 43 ДНК аденовирусов группы B, C и E ДНК бокавируса	Обнаружена / не обнаружена / Невалидный

	E(humanAdenovirus B,C,E- hAdv) и бокавируса (humanBocavirus - hBov) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)					
Раздел 5: 671610, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.69.						
1010.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1011.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1012.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601; 1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1013.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1014.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10,71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10;	Бактерии родов Proteus, Moranella,Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				2009; 2201; 2202;		
1015.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Бактерии рода Enterococcus	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)
1016.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)
1017.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52;10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1018.	ГОСТ 30425 п.6	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
1019.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.			Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)
					Термофильные аэробные и факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1020.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2,п.5.2.2	Вода открытых водоемов			Холерный вибрион	Обнаружено / не обнаружено
1021.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение2, п.3	Овощи, фрукты, поверхность объектов внешней среды методом смывов			Y.enterocolitica	Обнаружено / не обнаружено
					Y.pseudotuberculosis	Обнаружено / не обнаружено
1022.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1023.	ГОСТ 30712 п. 6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмовКМАэМ)/	1-300 КОЕ в100 $см^3$
1024.	ГОСТ 30712 п. 6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1025.	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи и плесневые грибы	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1026.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106;	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				2201-2203		
1027.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1028.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1029.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1030.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				2201-2203;		
1031.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1032.	ГОСТ 32064 п. 9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1033.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1,10.11; 10.12; 10.13;10.20;10.31,10.32,10.39, 10.41; 10.51; 10.52; 10.71; 10.72; 10.82; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1034.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406; 0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1035.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1036.	ГОСТ 32901п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
1037.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1038.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2 п.8.3 п.8.4	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1039.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1040.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1041.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1042.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11	0201-0210;	Подготовка проб	-
1043.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1044.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1045.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1046.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Listeria monocytogenes (L.monocytogenes);	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1047.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.2.2,	Пиво, безалкогольные напитки	11.05; 11.07	2201; 2206	Общее микробное число	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1048.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.3				Общее микробное число(ОМЧ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1049.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.4, п.1.2.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1050.	ИК 10-04-06-140-87 п.7.1				Общее микробное число(ОМЧ) в смывных водах	0-300КОЕ/мл
1051.	МР № 96/225 от 07.04.1997г п.4.1.2.6	Минеральные воды	11.07	-	Общее количество микробов	0-300 КОЕ/мл
1052.	МР № 96/225 от 07.04.1997г п.4.1.2.4				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
1053.	МР № 96/225 от 07.04.1997г п.4.1.2.3				Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

1054.	МР № 96/225 от 07.04.1997г п.4.1.2.5				Синегнойная палочка	Обнаружено /не обнаружено
1055.	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1056.	МУК 4.2.1018-01 Изменение №2 МУК 4.2.3690-21	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее микробное число/ОМЧ/	от 0-300КОЕ/ мл
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ);	Обнаружено /не обнаружено в100мл от 0-300КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в100мл от 0-300КОЕ/100мл
					Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ/100мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл
1057.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ) при температуре 37^0С	от 0-300КОЕ/ мл
1058.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7, п2.8 Изменение №2 МУК 4.2.3691-21				Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 100мл от 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ 1-24000 КОЕ/100мл
1059.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ/100мл
1060.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено в 1000 мл
1061.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
1062.	МУК 4.2.1884-04 п.5.1-п.5.4 приложение 5				Энтерококки;	От0-300 КОЕ/100 мл
1063.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			число стафилококков Staphylococcus aureus;	от 0-300 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7

1064.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
1065.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено 0-300БОЕ/100 мл
1066.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
1067.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ) при температуре при 37^0С; при 22^0С;	От 0-300КОЕ в мл
1068.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				Общие колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
1069.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружена /не обнаружена в 1000мл
1070.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				Колифаги;	Обнаружены /не обнаружены в 1000мл
1071.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
1072.	ГОСТ 18963-73, п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
1073.	ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00.11	2201,2202	E.coli;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
1074.	МР 4.2.0220-20 п.3	Поверхность объектов методом смывов	-	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ);	от 0-300 КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено
					St.aureus	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

1075.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов, аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость), Воздух	20.13.52.12021. 20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	0-150 КОЕ в $10см^3$
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300 КОЕ /1 $см^3$
					Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / $1м^3$
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ / $1м^3$
					Общее количество микроорганизмов;	0-300 КОЕ / $1м^3$
1076.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодеждаметодом смывов			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
1077.	МУ № 3182-84 п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала			Синегнойная палочка	Обнаружено /не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено /не обнаружено
1078.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120		Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено Предельно-допустимое количество 5-50 микроорганизмов
1079.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда в организациях лечебного профиля	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	От 0-300 КОЕ в $1м^3$
					S.aureus	От 0-300 КОЕ в $1м^3$
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	От 0-300 КОЕ в $1м^3$
1080.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
1081.	МУК 4.2.2942-11п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/нестерильно

1	2	3	4	5	6	7

1082.	МУК 4.2.3695-2021	Почва, песок жилых Территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций , курортных зон, вых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи, лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки участки, тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.	71.20.11		Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числеE.coli; /	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Энтерококки / энтерококки фекальные/ энтерококки (фекальные стрептококки/ Индекс энтерококков;	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы/ патогенные энтеробактерии	Обнаружено /не обнаружено в 1 г
1083.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Биологический материал. Пищевые продукты. Объекты внешней среды (смывы, вода, воздух, почва).			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1084.	МУ 15/6-5-91.	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
1085.	МУК 4.2.1035-01 п.5, п. 6.3.1,п.10	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
1086.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:мясо и мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены,экз
1087.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены,экз
1088.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены,экз
1089.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	личинки паразитов в живом виде,опасных для здоровья человека: Нематод.цестод.трематод,скребней	Обнаружены/не обнаруженыэкз
1090.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.1					Обнаружены/не обнаруженыэкз
1091.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Обнаружены/не обнаружены,экз
1092.	МУК 3.2.988-00 п.7					-

1	2	3	4	5	6	7

1093.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.3	Плодоовощная,плодово-ягодная , растительная продукция Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.201.25	0701-07.07 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
1094.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Водасистем централизованного , нецентрализованного питьевого водоснабжения.Вода плавательных бассейнов.Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201	Яйцагельминтов Цистыпатогенных простейших Цисты лямблий	Обнаружены/не обнаружены,экз
1095.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1					
1096.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших/ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены,экз
1097.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11		Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены,экз
1098.	МУК 4.2.1884-04 п.3.4					
1099.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
1100.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3	Сточная вода			Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
1101.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2,п.7.3	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
1102.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
1103.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
1104.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва , песок			Яйца гельминтов-жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных- показатель содержания яиц гельминтов, показатель истинной обсемененности	Обнаружены/не обнаружены,экз
1105.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов-жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены,экз
1106.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7	Почва,песок			Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз/100гр
1107.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	
1108.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.		-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

1109.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 3, п. 3.4		-	-	Отбор проб	
1110.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1.		-	-	Отбор проб	
1111.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4.		-	-	Отбор проб	
1112.	РД 52.04.893-2020 (взамен РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Взвещенные частицы пыли/ взвещенные вещества/ массовая концентрация пыли/ пыль	Разовая 0,15-10,00 мг/м^3
1113.	МУ №1638-77	воздух рабочей зоны	-	-	азота оксид (IV)	3-50 мг/м^3
1114.	ГОСТ 4011—72 п.2	Вода питьевая	36.00 20.13.52.120 11.07.11.120		Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 мг/л при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 мг/л
1115.	ГОСТ 4011—72 п.3	Вода питьевая	36.00		Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 мг/л при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 мг/л
1116.	ГОСТ 4245-72, п.2.	Вода питьевая	36.00		Хлориды (хлор-иона)	от 10 - 500,0 мг/дм^3 мг/л
1117.	ГОСТ 4245-72, п.3.	Вода питьевая	36.00		Хлориды (хлор-иона)	0,5 – 10 мг/дм^3 мг/л
1118.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	не определен
					Водородный показатель	-1-19 pH
					Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10См/м
1119.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120. 36.00, 20.42	6101,6112-6115,6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	0-70 градус
1120.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	20.42	6101,6112-6115,6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	от 1 градуса

1	2	3	4	5	6	7

1121.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112 21.20.9	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911,6910 - 6914, 7009, 7010, 7013,7015, 7018	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3 мг/л
1122.	ГОСТ 31940-2012 Метод 2				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	10-2500 мг/дм^3 мг/л
1123.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3 мг/л
1124.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная), в т.ч. источники питьевого водоснабжения	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
1125.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.1202 1. 20.9		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	Без разбавления пробы 0,1-3,0 мг/дм^3/ мг/л При разбавлении 0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
1126.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б				Нитриты (NO_{2-})	Без разбавления пробы 0,003-0,3 мг/дм^3/ мг/л При разбавлении 0,3-300,0 мг/дм^3/ мг/л
1127.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д				Нитраты (NO_{3-})	Без разбавления пробы 0,1-2,0 мг/дм^3/ мг/л При разбавлении 2,0 -200,0 мг/дм^3/ мг/л
1128.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.	Вода питьевая, природная, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00 14.12	6301-6308 4101-4103, 4302,4303 5106-5113, 5701-5705, 4823 6101, 6112 – 6115,6117	Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
1129.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.				Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
1130.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.				Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
1131.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 25^{0}С	10^{-4}-10 См/м
1132.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMn_4 (О)	обнаружено/ не обнаружено
1133.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110^{0}С	0,1-10,0 мг/дм^3 мг/л
1134.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
1135.	ГОСТ Р 58144-2018				Водородный показатель (pH)	(1-14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7

	п.8.14					
1136.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
1137.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
1138.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природные (поверхностные и подземные) воды			Массовая концентрация хлоридов /Хлориды	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
1139.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)			Массовая концентрация хлорид-ионов	5,0-25000,0 мг/дм^3/ мг/л
1140.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117,6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823	Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
1141.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная			Массовая концентрация сульфат-ионов	10-1000 мг/дм^3/ мг/л
1142.	ГОСТ 26483-85	Почва			Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 ед. pH
1143.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный/нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
1144.	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора	Не определен
1145.	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин технический ХБ			Массовая доля активного хлора	Не определен
1146.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный			Массовая доля активного хлора	Не определен
1147.	ГОСТ Р 54562-2011	Хлорная известь			Массовая доля активного хлора	Не определен
1148.	Р 4.2.2643-10, п 4.2.1	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора/Активный хлор	0-75,0 %
1149.	ГОСТ 4288-76 п.2.3	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, щницели, зразы, рулеты, бифщтексы)	10.13.	0210	Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша	описание
1150.	ГОСТ 4288-76 п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80%
1151.	ГОСТ 4288-76 п.2.6				Кислотность	4-25^o Т
1152.	ГОСТ Р 54668-2011 п.7, п.8.1, п.8.3	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5 10.51 10.53	0401-04406	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0%
1153.	ГОСТ 3626-73	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные и молокосодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную	10.5, 10.51, 10.53	0401-04406	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0%
1154.	ГОСТ 5867-90 п.2		10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %

1	2	3	4	5	6	7

		топленную смесь, мороженое				
1155.Г	ГОСТ 24065-80 п.2	Молоко	10.53.	0401	Сода	Присутствует/ отсутствует
1156.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/ отсутствует
1157.	ГОСТ 3623-2015 п.7.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
1158.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр и сырные продукты, брынзу,соленые творожные продукты, сливочное масло и масляную пасту	10.51.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
1159.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.53.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
1160.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	10.51.3.	0405	Подготовка проб к анализу	Не установлен
1161.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция	10.51.	0401-0406	Активная кислотность(pH)	3-8 ед.pH
1162.	ГОСТ Р 54669-2011, п.7	Молоко и продукты переработки молока в т.ч. молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250 ^{0}Т
1163.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8	Сыры, плавленые сыры	10.51.4.	0406	Массовая доля жира в сухом веществе	7,0-39,0%
	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия	1,0-8,0%
1164.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7	Жир молочный, масло и паста из коровьего молока			Массовая доля влаги	0,5-60,0%
1165.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50,0-7,0%
1166.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
1167.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
1168.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
1169.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%
1170.	ГОСТ 26808-2017,п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухого вещества	10,0-50,0%
1171.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%

1	2	3	4	5	6	7

1172.	ГОСТ 27082-2014 п..4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2%
1173.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них		0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
1174.	ГОСТ 7636-85 п.3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки		1604-1605	Массовая доля воды	1,0-90,0%
1175.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
1176.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
1177.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные и сахарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
1178.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.		Пористость	50,0-95,0 %
1179.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия и на хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.71.		Кислотность	0,1-50 град.
1180.	ГОСТ 5698-51, п.2	Хлеб, хлебобулочные изделия, в т.ч. бараночные и сухарные	10.71.		Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
1181.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.		Влажность	1,0-80,0 %
1182.	ГОСТ 26312.2-84 п.3	Крупа	10.73.11	1902	Цвет,Запах, Вкус	Описание
1183.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
1184.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.		Кислотность	0,3-50 град.
1185.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.		Цвет, Запах, Вкус, Хруст	описание
1186.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2.	Макаронные изделия	10.73.	1902	Цвет и форма, запах и вкус	описание
1187.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
1188.	ГОСТ 31964-2012 п. 7.4				Кислотность	0,2-50,0 град
1189.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
1190.	ГОСТ 5898-87, п.2. п.3	Кондитерские изделия			Кислотность	0,2-50 градусы
1191.	ГОСТ 5898-87п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
1192.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	1084	1701	Цветность	20-200 ед.оптической плотности
1193.	ГОСТ 5900-2014, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
1194.	ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8		10.71.	1704	Массовая доля жира	0-60,0 %
1195.	ГОСТ 34130-2017 п.10	Сушенные овощи и фрукты их смеси или полуфабрикаты из них, в т.ч. цукаты (сушеные фрукты и овощи)	10.30.	0712, 0713	Внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус	Не установлен
1196.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция

1	2	3	4	5	6	7

1197.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12(вкл.) ед.pH
1198.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	От 0,01 %
1199.	ГОСТ ISO 750-2013, п.7.2.				Титруемая кислотность	0,1-10,0%
1200.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
1201.	МЗ СССР МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
1202.	ГОСТ 5472-50	Масла растительные	10.41	1507-1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
1203.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг масла
1204.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-0,5 %
1205.	ГОСТ 31762-2012п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
1206.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
1207.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
1208.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0 %
1209.	ГОСТ 31762-2012п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг
1210.	ГОСТ 31933-2012, п.7	Масла растительные	10.41.	1507-1514	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
1211.	ГОСТ 32189-2013п.5.2	Маргарины, спреды, топленые, смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
1212.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	5,0-60,0%
1213.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
1214.	ГОСТ 32189-2013 п.5.12 – 5.14				Массовая доля жира	40,0-100,0%
1215.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
1216.	ГОСТ 8285-91 п.2.2	Топленные животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.11.	0209, 1501-1502	Вкус и запах. Консистенция Цвет. Прозрачность	описание
1217.	ГОСТ 8285-91 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7

1218.	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	10.41.	1507-1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода(1/2 О) на кг масла или жира
1219.	ГОСТ 12788-80,п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
1220.	ГОСТ 12789-87,п.3				Цвет	0,1-4,0 ц.ед. 2,0-100 ед. ЕВС
1221.	ГОСТ 6687.2-90,п.2	Продукция безалкогольной промышленности, жидкие безалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35 %
1222.	ГОСТ 6687.5-86,п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
1223.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3/100см3
1224.	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.1,п.4.2	Йодированная пищевая соль	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
1225.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание
1226.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
1227.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
1228.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания. Готовые блюда			Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
1229.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение: Освещенность Яркость Естественное освещение/КЕО	- (10-200000) лк (10-200000) кд/м^2 -
1230.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С (10-98)%

					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
1231.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
1232.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
1233.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:КЕО	-
						-
Отбор проб						
1234.	МУ 15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			-	-
1235.	МУК 4.2.2747 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	-
1236.	МУК 4.2.2747 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	-
1237.	МУ 3.2.1756 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	-
1238.	МУК 4.2.3016 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701- 0707 0709- 0710 0803- 0810 2009	Отбор проб	-
1239.	МУК 4.2.2314 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	-
1240.	МУК.4.2.1884 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	-
1241.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	-
1242.	МУК 4.2.2661 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

1243.	МУК 4.2.2661 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	-
1244.	МУК 4.2.2661 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	-
1245.	МУК 4.2.2661 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	-
1246.	ГОСТ Р 52501 п.5.0	Вода для лабораторного анализа	-	-	Отбор проб	-
1247.	ГОСТ 56237	Питьевая вода			Отбор проб	-
1248.	ГОСТ Р 57164 п. 4.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная),			Отбор проб	-
1249.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почва	71.20.11		Отбор проб	-
1250.	ГОСТ 11086 п. 2.2	Гипохлорит натрия	20.20.14	3808 94	Отбор проб	-
1251.	ГОСТ 14193 п. 3.3	Монохлорамин технический ХБ			Отбор проб	-
1252.	ГОСТ 25263 п. 4.1	Кальция гипохлорит нейтральный			Отбор проб	-
1253.	ГОСТ Р 54562 п. 6.2	Хлорная известь			Отбор проб	-
1254.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.53	0405	Отбор проб	-
1255.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло сливочное, масло топленое, масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды, топленые смеси, сыры, сырные смассы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	10.51.3	0405	Отбор проб	-
1256.	ГОСТ 31339, п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.2.5, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и	10.20	0303-0306	Отбор проб	-
1257.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.11 10.72.11	1905	Отбор проб	-
1258.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61	1101-1104	Отбор проб	-
1259.	ГОСТ 26313 п.4.7, п.4.9, п.6.3	Продукты переработки фруктов и,			Отбор проб	-
1260.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво			Отбор проб	-
Раздел 6: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.1 квартал, дом № 5.						
1261.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83;10.89. 19.210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
1262.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7

1263.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1264.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 190110;1904; 1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1265.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1266.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10.71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактерии родов Proteus, Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1267.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Энтерококки	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено / не обнаружено в Хг($см^3$)
1268.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13.10.11.			
1269.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
1270.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522;1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
1271.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
1272.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Esherichia coli	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

				1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
1273.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1274.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1275.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605;	Бактерии рода Shigella	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			11.05; 11.07	1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
1276.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
1277.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51. 11.120; 10.51.12.112; 10.51.51.110	0401;0406; 0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1278.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
1279.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
1280.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1281.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1282.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1283.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.3				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1284.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.4				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1285.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты,	10.12, 10.13	0201-	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7

		из мяса птицы.		0210;		обнаружено в Хг ($см^3$)
1286.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20, 10.61, 10.73, 10.81, 10.71, 10.82, 10.86, 10.89.19.210, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Дрожжи, Плесени	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1287.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1288.	ГОСТ Р 54354 п.8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.1110.12, 10.13	0201-0210;	Подготовка проб	-
1289.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1290.	ГОСТ Р 54674 п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1291.	ГОСТ Р 54755 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
1292.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1293.	МР от 17 августа 1990 Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях приложение 1	Пищевые продукты	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Шигеллы	Не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы	Не обнаружено/ обнаружено
					Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, стафилоккок, B.cereus, Cl.perfringens)	Не обнаружено/ обнаружено 1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1294.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6	Минеральные воды	11.07		Общее количество микробов	0-300 КОЕ/мл
1295.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
1296.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
1297.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка	Обнаружено /не обнаружено
1298.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл

1	2	3	4	5	6	7

						0-300 КОЕ/100 мл
1299.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
1300.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено 0-300БОЕ/100 мл
1301.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружена /не обнаружена в 1000мл
1302.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	Обнаружены /не обнаружены в 1000мл
1303.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2,п.5.2.2	Вода открытых водоемов			Холерный вибрион	Обнаружено /не обнаружено
1304.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты, поверхность объектов внешней среды методом смывов			Y.enterocolitica	Обнаружено /не обнаружено
					Y.pseudotuberculosis	Обнаружено /не обнаружено
1305.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
1306.	ГОСТ 18963-73п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
1307.	ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00.11	2201,2202	E.coli;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
1308.	МР 4.2.0220-20	Смывы с поверхности объектов	-	3003 3005 3006 10 3006 10 300 0	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ);	от 0-300 КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено
					St.aureus	Обнаружено /не обнаружено
1309.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	От 0-300 КОЕ в 1м^3
					S.aureus	От 0-300 КОЕ в 1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	От 0-300 КОЕ в 1м^3
1310.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
1311.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/нестерильно
1312.	МР от 03.06.86. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий- возбудителей внутрибольничных инфекций», п.3, п.5	Объекты внешней среды	-		Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ);	Обнаружено /не обнаружено
1313.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.7.	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали, т.д.).	71.20.11		Индекс БГКП;	Коли-индекс от 1 клетки на 1г
1314.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.8.				Индекс энтерококков	Коли-индекс от 1 клеток на1 г
1315.	МР № ФЦ/4022-04 от 24.12.04 п.11.				Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
1316.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Объекты внешней среды. Биологический материал.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
1317.	МУ15/6-5-91 инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
1318.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биологических индикаторов	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
1319.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственные сырье: Мясо, мясная продукция	10, 11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены /не обнаружены, экз.
1320.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.1				Цистицерки (финны)	Обнаружены /не обнаружены, экз.
1321.	МУК 4.2.2747-10 п 7.2.2					
1322.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промыслы и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1323.	МУК 3.2.988-00 П.3.2.11.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1324.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1325.	МУК 3.2.988-00 п.7					-
1326.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-п.7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13. 01.21. 01.22.-01.25	0701-0707 0709-	Яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.

1	2	3	4	5	6	7

				0710 0803- 0810 2009		
1327.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий Ооцисты патогенных простейших/ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1328.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1 МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2.					
1329.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3. МУК 4.2.1884-04п. 3.4.	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1330.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/ Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
1331.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
1332.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./100 г
1333.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1334.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1335.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1336.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1337.	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1338.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1339.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Упаковка (водные вытяжки)	36.00; 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24,	2201, 3401, 3402, 3404, 3407, 3406, 3926,4415; 6305; 6111, 7010,	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)

1340.	ГОСТ 4011-72 П. 3.		20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л) при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
1341.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
1342.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
1343.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно- гигиенические из металла (водные вытяжки)	36.00, 21.20.9, 25.92, 25.99	7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 8215,8306, 8309	Фториды (F^-)	0,05-1,0 мг/дм3/мг/л
1344.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
1345.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
1346.	ГОСТ 18190-72, п.3	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3/ мг/л
1347.	ГОСТ 18190-72, п.4	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков			Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3
1348.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.120 , 36.00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-0,4 мг/дм^3/мг/л При разбавлении 1,0-40,0 мг/дм^3/мг/л
1349.	ГОСТ 23268.1-91, п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода дистиллированная	11.07.11.112	2201	Прозрачность и цвет	Описание
1350.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков	11.07.11.120. 36.00, 20.42	6101,6112-6115, 6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,	Цветность	1-70 градуса

1	2	3	4	5	6	7

				4823		
1351.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112 21.20.9	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911,6910 - 6914, 7009, 7010,7013, 7015, 7018	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
1352.	ГОСТ 31940-2012 Метод 2				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	10-2500 мг/дм^3
1353.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
1354.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
1355.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
1356.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.12021. 20.9		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
1357.	ГОСТ33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)			Нитриты (NO_{2-})	0,003-30,0 мг/дм^3/ мг/л
1358.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная			Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
1359.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая (в т.ч. воду басеейнов)	36.00		Остаточный активный (общий хлор)	0,15-2,0 мг/дм3
1360.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм^3
1361.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая), вода дистиллированная, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	14.12	6101, 6112-6115, 6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303 5106-5113, 5701-5705, 4823	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
1362.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл

1	2	3	4	5	6	7

1363.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
1364.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 мг/л
1365.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная)			Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
1366.	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода природная, питьевая, вода техническая	36.00.11 36.00.1		Химическое потребление кислорода, ХПК	(4,0-2000,0) мг/дм^3
1367.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
1368.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80,0 мг/дм^3
1369.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
1370.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки)	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117,6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823	Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
1371.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная, вода техническая	36.00.		Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)/ Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мг O_2/дм^3
1372.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.159-2000	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная, вода техническая	36.00.		Сульфат-ион	10-1000 мг/дм^3
1373.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
1374.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
1375.	ГОСТ 26951-86		71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
1376.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208	Массовая доля влаги	1,0-85 %
1377.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
1378.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
1379.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11, 10.13		Массовая доля влаги	1,0-85,0%

1	2	3	4	5	6	7

1380.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты из шпика.	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Кислотное число	0,1-40 мг КОН/г жира в пробе
1381.	ГОСТ 3623-2015 п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
1382.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
1383.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
1384.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Подготовка проб к анализу	-
1385.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0406	Активная кислотность (pH)	3-8 ед. pH
1386.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
1387.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
1388.	ГОСТ Р 54758-2011п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
1389.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Подготовка проб	-
1390.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.5				Массовая доля рассола, маринада	0-50,0% 0-30 Св 30%
1391.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
1392.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
1393.	ГОСТ Р 55063-201 2п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-10,0 %
1394.	ГОСТ Р 55361-2012 п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Подготовка проб	-
1395.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50-75 %
1396.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
1397.	ГОСТ Р 55361-2012 п.				Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %

	7.12				(поваренной соли)	
1398.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
1399.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
1400.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
1401.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
1402.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
1403.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
1404.	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.4.				Массовая доля жира	0,7-60 %
1405.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
1406.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
1407.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
1408.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
1409.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
1410.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
1411.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия			Кислотность	0,1-50 град.
1412.	ГОСТ 5672-68 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара	1-20 %
1413.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
1414.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Влажность	1,0-80,0 %
1415.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
1416.	ГОСТ 5898-87п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
1417.	ГОСТ 5898-87п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
1418.	ГОСТ 5900-2014п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
1419.	ГОСТ 5900-2014п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
1420.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
1421.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля жира	0-60 %
1422.	ГОСТ 24556-89п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция
1423.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей,	10.30.,	2001-2009,	pH	2-12ед pH

		мясные и мясорастительные консервы, соки	10.11.	1602		
1424.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
1425.	МУ 5048-89 п.2	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
1426.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
1427.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507-1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
1428.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
1429.	ГОСТ 12789-87 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
1430.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.	Водка	11.01.	2208	Щелочность	0,5-3,5 см3/100 см3
1431.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
1432.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание
1433.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.		Подготовка проб	-
1434.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
1435.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1%более 1%
1436.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
1437.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции й порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
1438.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
1439.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-

					КЕО	-
1440.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1441.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
1442.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 41»	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны, производственные помещения, жилые и общественные здания			Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1443.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
1444.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
Отбор проб						
1445.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	-
1446.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	-
1447.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	-
1448.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодная растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

1449.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	-
1450.	МУК.4.2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	-
1451.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5.	Почва	-	-	Отбор проб	-
1452.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	-
1453.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	-
1454.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	-
1455.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	-
1456.	ГОСТ 56237	Питьевая вода	36.00		Отбор проб	-
1457.	ГОСТ Р 57164 п.4.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная),	36.00		Отбор проб	-
1458.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почва	71.20.11		Отбор проб	-
1459.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401-0404	Отбор проб	-
1460.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
1461.	ГОСТ Р 55063 п. 5.1, п. 5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п. 5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4	0406	Отбор проб	-
1462.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Молочный жир, масло и масляную пасту из коровьего молока.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
1463.	ГОСТ 31339 п.5.1, п. 5.2.1, п. 5.2.21-5.2.25, п. 5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0303-0308	Отбор проб	-
1464.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1901, 1905	Отбор проб	-
1465.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.3,10.32	2001-2009	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7

1466.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.10.110	2208	Отбор проб	-
1467.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
Раздел 7: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Петропавловка, ул.Кирова, дом № 6						
Микробиологические показатели						
1468.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая. Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201, 2202	E.coli	Обнаружено/ Не обнаружено КОЕ в 100 мл 0-300 КОЕ/100мл
1469.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено в 20мл 0-300 КОЕ/20мл
1470.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено БОЕ/100мл 0-300 БОЕ/100 мл
1471.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С	0-300 КОЕ/1 мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22^0С	0-300 КОЕ/1 мл
1472.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено в 300мл 0-300 КОЕ/100мл
					Общие колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено/ не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/ не обнаружено в 300мл 0-300 КОЕ/100мл
1473.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено в 1000 мл
1474.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				Колифаги	0-300 БОЕ/100мл
1475.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Колифаги	От 0-300 БОЕ/100мл
1476.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено/ не обнаружено в 1000мл
1477.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

						кяхтинскийв 20 мл
1478.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6 Изменение № 1 МУ2.1.5.3692-21 п.4.5	Сточные воды	37.00.2	2201 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено/ не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/ не обнаружено/в 100мл 0-300 КОЕ/100мл
1479.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
1480.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	0-300 БОЕ/100мл
1481.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2., п5.2.2	Вода поверхностных водоемов	36.00.12	2201	Холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено (определение в 10 $дм^3$)
1482.	МУК 4.2.3695-21 п 4.1	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов,рекреационные)	71.20.11		Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе E.coli	Обнаружено/ не обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено КОЕ/г (кл/г)
1483.	МУК 4.2.3695-21 п 5.1				Энтерококки (фекальные)	Обнаружено/ не обнаружено КОЕ/г (кл/г)
1484.	МУК 4.2.3695-21 п.6.2				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в 1 г
1485.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	10.13;10.20 10.39;10.84 10.89;1086	02;07	C. perfringens	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1486.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма животных	10.51	0403	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1487.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.13;10.20 10.32;10.39 10.51;1061 10.62;10.72 10.82;10.86 10.89;11.05	04011601 1604,1901 1904,1905 2001,2206	Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1488.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1;10.11 10.12;10.13 10.20;1031 10.41;10.51 10.52;10.71 10.72;10.82 10.85,10.86 10.89,11.05 11.07	0201-0207 0302,0710 0811,1601 1602,1604 1901 10 2009,2201 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1489.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11;10.12 10.20;1061 10.71;10.85 10.86	0201-0207 0302,0710 0811,1601 1602,1604 1901 10 2009,2201 2202	Бактерии родов Proteus , Morganella и Providencia	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)
1490.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51;11.110-140,190 10.51.11 190 10.51.21.110 10.51.21.120 10.51.56.120 130,140,400 420.420 10.13.14 111 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11.000 03.21.12.110-130,190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110	0201-0207 0302,0710 0811,1601 10,1602 1604,1901 10,2009 2201,220204	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)

			10.71.11.120 10.71.11, 12 10.72.12, 19 10.61,10.71 10.89,01.13 10.11			
1491.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51,1052 10.86	0401- 0406	S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено в X г(см^3)
1492.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.13.14 10.85,1086	0201-0110 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено/ не обнаружено в X г(см^3)
1493.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207- 0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены в X г(см^3)
1494.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11,10.12 10.13,10.20 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.72,10.73 10.81,10.82 10.83,10.85 10.86,10.89 11.05,11.07	0201-0110 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены в X г(см^3)
1495.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.13.14 10.85,10.86 10.89.19.210	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено в X г(см^3)

				0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
1496.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999 MOD) (ИСО 6888-2:1999 MOD) (ИСО 6888-3:2003 MOD)	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11,10.12 10.13,10.20 10.41,10.42 10.61,10.71 10.72,10.73 10.82,10.83 10.85,10.86 10.89	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Коагулоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)
1497.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.11,10.12 10.13,10.20 10.41,10.42 10.61,10.71 10.72,10.73 10.82,10.83 10.85,10.86 10.89,11.05 11.07	0201-0210 0302-0308 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1498.	ГОСТ 32064 п 9.1	Пищевые продукты	10.11,10.12 10.13,10.20 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.71 10.72,10.73 10.81,10.82 10.83,10.85 10.86,10.89 11.05,11.07	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Бактерии семейства Enterobacteriacea	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)
1499.	ГОСТ 32901 п. 8.4.	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1500.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1.		10.51.11.120 10.51.12.112		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено в X г($см^3$)
1501.	ГОСТ 32901 п. 8.8.		10.51.51.110		Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ Промышленно не стерильно
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
1502.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.5, 1051 10.51.11.120 10.51.12.112 10.51.51.110	0401-0410	Дрожжи и плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

1503.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1,10.11 10.12,10.13 10.20,10.31 10.32,10.39 10.41,10.51 10.52,10.71 10.72,10.82 10.85,10.86 10.89,11.05 11.07	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1504.	ГОСТ Р ISO 6887-2	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1505.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0103	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1506.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11,10.12 10.13,10.20 10.32,10.51 10.85,10.86	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522, 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено в Х г($см^3$)
1507.	МР от 17 августа 1990 Методические рекомендации по проведению	Пищевые продукты, биологический материал	10.11,10.12 10.13,10.20 10.41,10.42 10.51,10.52	0201-0210 0302-0308 0401-0410 0701-0714	Шигеллы	Обнаружены/ не обнаружены
					сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7

	бактериологических исследований при пищевых отравлениях Приложение 1, Приложение № 2 (пп.5.1, 5.2, 5.5, 5,6)		10.61,10.71 10.72,10.73 10.81,10.82 10.83,10.85 10.86,10.89 11.05,11.07	0801-0814 0901-0910 1101-1109 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, S.aureus Cl.perfringens)	от $1x10^3$ -$1x10^{10}$ КОЕ/г ($см^3$)
1508.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты, поверхность объектов внешней среды методом смывов			Y.enterocolitica	Обнаружено /не обнаружено
1509.	МУ 15/6-5-91 Инструкция по применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна/ Стерилизация не эффективна
1510.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна/ Дезинфекция не эффективна
1511.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.	Воздушная среда	71.20.11 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	0-300 КОЕ/1 $м^3$
					S. aureus	0-300 КОЕ/1 $м^3$
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300 КОЕ/1 $м^3$
1512.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Стафилококки S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1513.	МУК 4.2.2942-11 п.4.	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1514.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, вода объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)			Сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены в Х г($см^3$)
1515.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206	Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены экз
1516.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1	Мясо, мясная продукция		0209-0210	Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены экз
1517.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не обнаружены экз
1518.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод,	Обнаружены/ не обнаружены экз
1519.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.1					
1520.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3				нематод, скребней	-
1521.	МУК 3.2.988-00 п.7					
1522.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1- п.7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01 .22 - 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены экз
					Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены экз
1523.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого одоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены экз
					Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены экз
					Цисты лямблий	
1524.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1				Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, цисты лямблий	Обнаружены/ не обнаружены экз
1525.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших/ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/ не обнаружены экз
1526.	МУК.4.2.1884-04 п .3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены экз
					Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены экз
1527.	МУК.4.2.1884-04 п.3.4				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены экз
					Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены экз
1528.	МУК 4.2.2661-10п.4.2	Почва. Песок.			Яйца гельминтов /жизнеспособные	Обнаружены/ не обнаружены экз/кг
					яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены экз/кг
1529.	МУК 4.2.2661-10п.4.5				Личинки гельминтов/ жизнеспособные	Обнаружены/ не обнаружены экз/кг
					личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены экз/кг

1530.	МУК 4.2.2661-10п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены ,экз / 100 г
1531.	МУК 4.2.2661 -10 п.6.2	Сточная вода.			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены ,экз
1532.	МУК 4.2.2661 -10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены ,экз .
1533.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	Осадки сточных вод.			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены ,экз .
1534.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	
1535.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены ,экз .
1536.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены ,экз .
Санитарно-химические показатели						
1537.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая	36.00		Массовая концентрация общего железа/железо / железо (Fe, суммарно)	0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
1538.	ГОСТ 4011-72 п. 3.				Массовая концентрация общего железа/железо / железо (Fe, суммарно)	0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
1539.	ГОСТ 4245-72, п.2.	Вода питьевая	36.00		Хлор-ион/ хлориды (Cl-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3 (от 10 - 500,0 мг/л)
1540.	ГОСТ 4245-72, п.3.				Хлор-ион/ хлориды (Cl-)	0,5 – 10 мг/дм^3 (0,5 – 10 мг/л)
1541.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая	36.00		Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм^3 (0,05-5,0 мг/л)
1542.	ГОСТ 4386-89 Вариант Б				Фториды (F^-)	0,04-0,60 мг/дм^3 (0,04-0,60 мг/л)
1543.	ГОСТ 4974-2014 п.6 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00; 11.07.11.120		Массовая концентрация марганца/ марганец/ марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)	0,01-5,0 мг/дм^3 (0,01-5,0 мг/л)
1544.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02мг/дм^3
1545.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Массовая концентрация нитратов (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
1546.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Массовая концентрация сульфатов (SO_4)	менее 0,5 мг/ дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
1547.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Массовая концентрация хлоридов (Cl)	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3

1548.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Массовая концентрация алюминия (Al)	менее 0,05 мг/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
1549.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Массовая концентрация железа (Fe)	менее 0,05 мг/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
1550.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Массовая концентрация кальция (Ca)	менее 0,8 мг/ дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
1551.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Массовая концентрация меди (Cu)	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02 мг/дм^3
1552.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Массовая концентрация свинца (Pb)	менее 0,05 мг/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
1553.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Массовая концентрация цинка (Zn)	менее 0,2 мг/ дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
1554.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ,	менее 0,08 мг/дм^3/
					восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	более 0,08 мг/дм^3
1555.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель	1,0-14,0 pH
1556.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10^{-1} См/м
1557.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм^3
1558.	ГОСТ 18190-72 п. 3	Вода питьевая	36.00.		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3 (0,01-50,0 мг/л)
1559.	ГОСТ 18190-72 п.4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3 (0,1-300,0 мг/л)
1560.	ГОСТ 18309-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная)	36.00; 11.07.11.120		Ортофосфаты (полифосфаты (PO_4^{3-}) / полифосфаты (PO_4^{3-}	0,01-40,0 мг/дм^3 (0,01-40,0 мг/л)
1561.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, минеральная, поверхностная и подземных источников	36.00; 11.07.11.112	2201	Массовая концентрация кадмия/ кадмий/ кадмий (Cd, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация меди/ медь/ медь (Cu, суммарно)	0,0005-5,0 мг/дм^3 (0,0005-5,0 мг/л)
					Массовая концентрация свинца/ свинец/ свинец (Pb, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация цинка/ цинк/ цинк (Zn, суммарно)	0,0005-10,0 мг/дм3 (0,0005-10,0 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7

1562.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода	36.00; 11.07.11.120		Цветность	1-70 градусы
1563.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00; 11.07.11.120		Сульфат-ион (сульфаты)/	25-500 мг/дм^3 (25-500 мг/л)
					сульфаты (SO_4^{2-})	
1564.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион (сульфаты) /	2-50мг/дм^3 (2-50 мг/л)
					сульфаты (SO_4^{2-})	2-51
1565.	ГОСТ 31954-2012 п.4. (Метод А)	Воды питьевые (поверхностные и подземные, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00; 11.07.11.120		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ (0,1 – 20,0 мг- экв/дм^3)
1566.	ГОСТ 31957-2012 п.5. 4.2 Метод А 2 способ 1	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости) природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
1567.	ГОСТ 31957-2012 п.5.5.5. Метод А				Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм^3
1568.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе природная (подземная, поверхностная)	36.00; 11.07.11.120		Аммиак и ионы аммония/ аммиак/аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3 (0,1-300,0 мг/л)
1569.	ГОСТ33045-2014 Метод Б				Нитриты/ нитриты (NO^{2-})	0,003-3,0 мг/дм^3(0,003-3,0 мг/л)
1570.	ГОСТ33045-2014 Метод Д				Нитраты/ нитраты (NO3-)	0,1-200,0 мг/дм^3 (0,1-200,0 мг/л)
1571.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	36.00 11.07.11.120		Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мг О/дм^3 (0,25-100,0 мг /дм^3)
1572.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	14.12		Запах / запах при 20^{0}С/ запах при 60^{0}С	0-5 балл/баллы
1573.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.		36.00. 14.12		Вкус и привкус / привкус	0-5 балл/ баллы
1574.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6				Мутность	1- 8 ЕМФ (1- 8 ЕМФ (единицы мутности по формазину) 1- 20 ЕМФ (1- 20 ЕМФ (единицы мутности по формазину)
1575.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
1576.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
1577.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м

1	2	3	4	5	6	7

1578.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Жесткость общая	0,06-50,0 ºЖ
1579.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 п.9.2.2	Вода природная	36.00.		Молибден (Mo)/ молибден (Mo, суммарно)	0,001-4 мг/дм^3 (0,001-4 мг/л)
1580.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	36.00		Массовая концентрация общего железа/ железо (Fe, суммарно) / железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
1581.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	36.00		Массовая концентрация марганца/ марганец/ марганец (Mn, суммарно)	0,005-10,0 мг/дм^3 (0,005-10,0 мг/л)
1582.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) воды	36.00		Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3(10,0-5000 мг/л)
1583.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00.		Химическое потребление кислорода/ химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	4,0-2000,0 мг/дм^3 (4,0-2000,0 мгO_2/дм^3)
1584.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная), очищенная сточная	36.00.		Массовая концентрация растворенного кислорода/ растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
1585.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00.		Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	3,0-5000 мг/дм^3
1586.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Массовая концентрация фосфат-ионов/ полифосфаты (PO_4^{3-})	0,05-80 мг/дм^3 (0,05-80 мг/л)
1587.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Массовая концентрация сухого остатка/общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
1588.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностнаяи подземная)	36.00.		Водородный показатель (pH)	1-14 ед.pH/ед.
1589.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная)	36.00.		Перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм^3
1590.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00.		Массовая концентрация сульфат-ионов/ сульфаты (SO_4^{2-})	10-1000 мг/дм^3 (10-1000 мг/л)
1591.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная)	36.00.		Массовая концентрация фторид-ионов/ фториды (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3 (0,1-5,0 мг/л)
1592.	МУК 4.1.1504-03	Питьевая, природная и сточная вода	36.00.		Массовая концентрация ионов свинца /свинец/ свинец(Pb, суммарно)	0,0002-0,05 мг/дм^3 (0,0002-0,05 мг/л)
						0,0002-0,005 мг/дм^3

					Массовая концентрация ионов кадмия/кадмий/ кадмий(Cd, суммарно)	(0,0002-0,005 мг/л)
					Массовая концентрация ионов меди/ медь/ медь (Cu, суммарно)	0,0006-1,0 мг/дм3(0,0006-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация ионов цинка/цинк/ цинк (Zn, суммарно)	0,0005-0,1 мг/дм^3 (0,0005-0,1 мг/л)
1593.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 pH
1594.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный/ нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
1595.	МУ 08-47/152	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация меди/ медь	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация свинца/ свинец	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация цинка/цинк	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
1596.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11. 10.13	0201-0208; 0210; 1601-1602	Подготовка проб к испытаниям	-
1597.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
1598.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид. Цвет. Вкус. Состояние поверхности. Запах. Консистенция.	описание
1599.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
1600.	ГОСТ 25011-2017 п.6.	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	0201-0208 0210; 1601-1602	Массовая доля белка	1,0-55,0%
1601.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.13.	0201-0208; 0210; 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	20-200 мг/кг 0,002-0,02%
1602.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Внешний вид и цвет	описание
1603.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.3				Консистенция	описание

1604.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.4				Запах	описание
1605.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Мясо птицы замороженное	10.12.	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	0-80,0%
1606.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11. 10.13.	0201-0208; 0210; 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
1607.	ГОСТ 33741-2015 п.7.4.1	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13.	1602; 1603	Внешний вид, цвет, запах, вкус консистенция	описание
1608.	ГОСТ 3623-2015 п.7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
1609.	ГОСТ 3627-81п.2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное	10.53.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
1610.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
1611.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
1612.	ГОСТ 29246-91 п.2.	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
1613.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
1614.	ГОСТ 29248-91 п.4.	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,5-55,0 %
1615.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
1616.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0 ^{0}Т
1617.	ГОСТ 34454-2018	Молочные, молочные составные и молоко содержащие продукты, молоко содержащие продукты с заменителем молочного жира	10.51	0402-0404	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
1618.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
1619.	ГОСТ Р 54668-2011 п.8	Молоко и продукты переработки молока	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
1620.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250°Т
1621.	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
1622.	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока	10.51.	0401-0404	Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7

1623.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
1624.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
1625.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
1626.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)/ соль	1,0-8,0 %
1627.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Массовая доля жира	50-75 %
1628.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
1629.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
1630.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
1631.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
1632.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
1633.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид, запах, консистенция	описание
1634.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604; 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	описание
1635.	ГОСТ 26808-2017 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604; 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90 %
1636.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604; 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2 %
1637.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604; 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
1638.	ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2 а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
1639.	ГОСТ 5667-65 п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901; 1905	Форма, поверхность, цвет, вкус и запах	описание
1640.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901; 1905	Пористость	50,0-95,0 %
1641.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901; 1905	Кислотность	0,1-50 град.
1642.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103; 1105-1106	Влажность	1-30 %
1643.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61.	1101-1103; 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-5,000 мг/кг свыше 5,000 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7

1644.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901; 1905	Влажность	1,0-80,0 %
1645.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61.	1103	Цвет	описание
1646.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	описание
1647.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	описание
1648.	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61.	1103	Влажность	0,5-50 %
1649.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103; 1105-1106	Кислотность	(0,3-50) градус кислотности
1650.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103; 1105-1106	Цвет, запах, вкус, хруст	Описание
1651.	ГОСТ 31964-2012 п.6	Макаронные изделия	10.73.	1902	Подготовка проб	-
1652.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет и форма	описание
1653.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах и вкус	описание
1654.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
1655.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
1656.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитные примеси	0,001-10,000 мг/кг
1657.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет	описание
1658.	ГОСТ 5898-87 п.2, п.3				Кислотность	0,2-50 градусы
1659.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
1660.	ГОСТ 5900-2014 п.7				Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
1661.	ГОСТ 5904-2019 п.3				Подготовка проб	-
1662.	ГОСТ 8756.0-70 п.4	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Подготовка проб	-
1663.	ГОСТ 8756.1-2017				Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус	описание
1664.	ГОСТ 8756.13-87 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля сахаров	3-80 %
1665.	ГОСТ 24556-89 п.2				Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
1666.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30.; 10.11.	2001-2008; 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10 %
1667.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30;10.11.	2001-2008; 1602	Подготовка проб	°
1668.	ГОСТ 33977-2016 п.5 (Метод А)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32, 10.39	2001;2002; 2004-2008	Массовая доля влаги	От 0,2 - 10,0 % Св. 10%
1669.	ГОСТ Р 51437-99	Фруктовые и овощные соки	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	2-25 %
1670.	МУ 5048-89 п.2	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
1671.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507-1514	Запах, цвет, прозрачность	описание

1	2	3	4	5	6	7

1672.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
1673.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
1674.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
1675.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0%
1676.	ГОСТ 31762-2012 п.4.16				Перекисное число	0,1-45 мэкв. активного кислорода/ кг
1677.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Кислотное число	0-30 мг КОН/г
1678.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
1679.	ГОСТ 32189-2013 п.5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	5,0-60,0 %
1680.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
1681.	ГОСТ 32189-2013 п.5.12				Массовая доля жира	40,0-100,0%
1682.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
1683.	ГОСТ 34178-2017 п.9.13	Спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1-45) мэкв активного кислорода/кг
1684.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507-1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
1685.	ГОСТ 3639-79 п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
1686.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см^3/100 см^3
1687.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
1688.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-5,5 к.ед.
1689.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02;11.03.	2204-2206	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм^{3}либо до 100 либо до 4,0 г/дм^{3}4,0-45,0 г/дм^3 свыше 45,0 г/дм^3
1690.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	0-420 г/дм^3
1691.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
1692.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см^3
1693.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Крепость	0-100 %
1694.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5г/100 см^3

1695.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см^3
1696.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
1697.	ГОСТ 32114-2013 п.4	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм^3
1698.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
1699.	ГОСТ 33770-2016 п.3.3	Соль пищевая	10.84.3	2501	Подготовка проб	-
1700.	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.2				Йод	0,02-0,06 мг/г20-60 мкг/г
1701.	ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5	Продукция общественного питания	10.85.		Подготовка проб	-
1702.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1	Продукция общественного питания	10.85.		Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
1703.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции
					Белок	10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции
					Жир	1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
					Белки + углеводы	-
					Калорийность	-
1704.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13; 01.21-01.27; 01.41.2	0201-0210; 0302-0309; 0401-0410;	Подготовка проб	-
					Минерализация проб	-
1705.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.47.2; 01.49.2 03.12.2	2101-2106	Массовая концентрация свинца/ свинец	0,004-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,002-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ медь	0,04-100 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ цинк	0,5-50,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7

1706.	МУК.1.3217-14	Сырье и пищевые продукты	01.11; 01.12; 10.81-10.86; 10.89; 11.01-11.07; 20.41		Фосфаты	50-300мг/100г
1707.	МУК 4.1.1501-03	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.47.2; 01.49.2 03.12.2	2101-2106	Массовая концентрация свинца/ свинец	0,004-50,00 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,001-50,000 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ медь	0,002-200,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ цинк	0,01-400,0 мг/кг
1708.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	380894	Активный хлор/ Массовая доля активного хлора	0-75,0 %
Физические факторы						
1709.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение/КЕО:	-
1710.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1711.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(5-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1712.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
1713.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
Радиологические методы исследований						
1714.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч

1	2	3	4	5	6	7

						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
1715.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
Отбор проб						
1716.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	-
1717.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры	10.51.3.	0405	Отбор проб.Подготовка проб к анализу	-
1718.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб. Подготовка проб	-
1719.	ГОСТ Р 55361-2012 п.5.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб. Подготовка проб	-
1720.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб	
1721.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901; 1905	Отбор проб	
1722.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	
1723.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор проб	
1724.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые	10.30	2001-2008	Отбор проб	
1725.	ГОСТ 34125 п.5	Фрукты и овощи сушеные	10.32	0712; 0813	Отбор проб	
1726.	ГОСТ 31762-2012 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Отбор проб	
1727.	ГОСТ 32189-2013 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	
1728.	ГОСТ 32035-2013 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	
1729.	ГОСТ 32036-2013 п.4.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Отбор проб	
1730.	ГОСТ 32080-2013 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	
1731.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Отбор проб	
1732.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	
1733.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор проб	
1734.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные	10.89.	2102	Отбор проб	
1735.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Отбор проб	
1736.	МУК 4.2.1018-01 п 3.1	Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости.	36.000.11, 36.000.12.	2201,2202	Отбор проб	
1737.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.1	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

		рекреационного водопользования				
1738.	МР № ФЦ/4022-04 п.4	Почва территорий населенных мест (жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные	77.20.11		Отбор проб	
1739.	ГОСТ 32901 п..5.	Молоко и молочная продукция	10.51 10.51.11.120; 10.51.12.112; 10.51.51.110	0401-0410	Отбор проб	
1740.	МУК 4.2.999-00 п.3	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Отбор проб	
1741.	МУК 4.2.1035-01 п.6	Дезинфекционные камеры			Отбор проб	
1742.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
1743.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
1744.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	
1745.	МУК 4.2.3016-12п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.-01.25	0701-0707, 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
1746.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	
1747.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
1748.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
1749.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
1750.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
1751.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
1752.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
Раздел 8: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, дом № 6						

1	2	3	4	5	6	7

1753.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 7.12; 04.01	Презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
1754.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.13; 10.20; 10.39; 10.84; 10.89; 10.86;	02.07	Мезофильные факультативно-анаэробные клостридии, в том числе С. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
1755.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
1756.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, , 10.82, 10.86 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10; 1904;1905; 2001; 2206	Плесневые грибы, дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
1757.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11;10.12; 10.20;10.61 10.71; 10.85; 10.86	0201-0207; 0302;0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia.	Обнаружено/не обнаружено в Хг (см^3)
1758.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.20	1901 10; 0302	Энтерококки	1,0x10^{-1} – 9,9x10^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено/не обнаружено в Х г (см^3)
1759.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51.11.110-140,190 10,51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140,400 420.420 10.13.14111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130,190 03.21.20.110-	0201-0207 0302; 0710 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10;2009; 2201; 2202 1602; 1604; 1901 10;2009; 2201;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг (см^3)

			130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110- 180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11	2202		
1760.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52;	0401- 0406	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1761.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.86	0201; 0302; 0711;081 10302; 0711;081 10302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ Промышленно нестерильно
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативные-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis группы B.subtilis	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и(или) C.perfringens);	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в.т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)

					дрожжи	
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1762.	ГОСТ 30425 п.7.8				Количество плесневых грибов и дрожжей/Дрожжи, плесени	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1763.	ГОСТ 30425 п.7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1764.	ГОСТ 30425 п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1765.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки	11.05; 11,07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ/	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1766.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	1-300 КОЕ в100 $см^3$
1767.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колифирмных бактерий)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1768.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи/плесени	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1769.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 0111-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1770.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и	10.12	0207-	Патогенные	Обнаружено/не обнаружено в Хг

		полуфабрикаты из мяса птицы		0210	микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	($см^3$)
1771.	ГОСТ 31659 (ISO 6579;2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1011-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2101-2106; 2201-2203; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1772.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11;10.12; 10.13; 10.20; 10.41;10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 1082; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1773.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109;	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)

			10.85;10.86; 10.89	1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203		
1774.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05;11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1775.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112; 10.51.51.110	0401; 0406; 0407;0402 ;	КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1776.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1777.	ГОСТ 32901 п. 8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1778.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
					КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1779.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1780.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13;	0201-0210	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1781.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.3				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1782.	ГОСТ 7702.2.6. п.8.4				Сульфитредуцирующие	Обнаружено/не обнаружено в Хг

					клостридии	($см^3$)
1783.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1784.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1, 10.11 10.12, 10.13, 10.20,10.31, 10.32, 10.39, 10.41,10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
1785.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1786.	ГОСТ Р 54674 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1787.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32;10.51; 10.85; 10,86	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203	Listeria monocytogenes/; Листерии L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Хг ($см^3$)
1788.	МР от 17 августа 1990 Методические рекомендации по проведению бактериологических	Пищевые продукты	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.41; 10.42; 10.51;10.52; 10.61;10.71;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814;	Шигеллы	Не обнаружено/ обнаружено
					Сальмонеллы	Не обнаружено/ обнаружено
					Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии,	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

	исследований при пищевых отравлениях Приложение 1		10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89 11.05;11.07	0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203	стафилококк, B.cereus, Cl. Perfringens)	
1789.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая. Горячая вода.	36.000.11 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено/не обнаружено в 100 мл. От 1 БОЕ в 100мл НВЧ от 0,1 БОЕ в 100мл
1790.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено/не обнаружено в 20 мл.
1791.	МУК 4.2. 1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11, 36.00.12	2201, 2202	Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
1792.	МУК 4.2. 1884-04 п.2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae род Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в 1000мл.
1793.	МУК 4.2. 1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено в 20 мл.
1794.	МУК 4.2. 1884-04 Приложение 5				Энтерококки	от 0-300 КОЕ/100 мл
1795.	МУК 4.2. 1884-04 Приложение 7				Число стафилококков Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus;	От 2 КОЕ/100 мл. Обнаружено/не обнаружено
1796.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено в. 100мл.
					Термотолерантные коли-формные бактерии (ТКБ)	от 0-300 КОЕ/100 мл
1797.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	0-300БОЕ/100 мл
					Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
1798.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Вода расфасованная в емкости. Вода питьевая	11.07	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°С; при температуре 22°С	0-300 КОЕ/1см^3
1799.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				Общие колиформные бактерии(ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено в 300мл.

					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	от 0-300 КОЕ/100 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	НВЧ от 0,1 КОЕ/100мл
1800.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл.
1801.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				Колифаги	Обнаружено/не обнаружено в 1000 мл
1802.	ГОСТ 18963 п.4.1.	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)			Общее микробное число (ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
1803.	ГОСТ 18963 п.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек	0-300 КОЕ/100мл
1804.	МР 4.2.0220-20	Поверхность объектов внешней среды методом смывов		3003, 3005 3006 10 3006 10 3000	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ)	от 0-300КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено/не обнаружено
					St. aureus	Обнаружено/не обнаружено
1805.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S. aureus	0-300 КОЕ / 1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300 КОЕ /1м^3
1806.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/не обнаружено
					Стафилококки S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
1807.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/не стерильно
1808.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2, п.5.2.2	Вода открытых водоемов			Холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено
1809.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты, смывы с поверхности объектов			Y.enterocolitica Y.pseudotuberculosis	Обнаружено/не обнаружено
1810.	МУК 4.2.3695-21 п. 4.1.	Почва, песок жилых Территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций ,			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli;	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)

1811.	МУК 4.2.3695-21 п. 5.1	курортных зон, игровых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи, лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
1812.	МУК 4.2.3695-21 п. 6.2.				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в 1г
1813.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Объекты внешней среды. Клинический материал			Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
1814.	МУ 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации с помощью биологических индикаторов	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
1815.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственные сырье: Мясо и мясная продукция	10, 11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены /не обнаружены, экз.
1816.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2.1				Цистицерки (финны)	Обнаружены /не обнаружены, экз.
1817.	МУК 4.2.2747-10 п 7.2.2					
1818.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты, промыслы и продукты вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1819.	МУК 3.2.988-00 п.32.11.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1820.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1821.	МУК 3.2.988-00 п.7					-
1822.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-п.7.3	Плодоовощная, плодово- ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13. 01.21 01.22.-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1823.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного. питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков	36.00.11	2201	Яйца гельминтов, Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1824.	МУК 4.2.2314-08				Яйца гельминтов	

	п.5.1.3.1	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	
1825.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2.				Ооцисты патогенных простейших/ Ооцисты криптоспоридий	
1826.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.3.	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1827.	МУК 4.2.1884-04п. 3.4.					
1828.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/ жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
1829.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
1830.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./100 г
1831.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1832.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1833.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1834.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз
1835.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены,
1836.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
1837.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
1838.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2		-	-	Отбор проб	-
1839.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.		-	-	Отбор проб	-
1840.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 3, п. 3.4		-	-	Отбор проб	-
1841.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1.		-	-	Отбор проб	-
1842.	РД 52.04.186-89,		-	-	Отбор проб	-

	ч.1. раздел 4, п. 4.4.					
1843.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные частицы пыли/ взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	суточная- 0,007-0,69 мг/м^3;
1844.	РД 52.04.186-89 1, раздел 5, п. 5.2.1.1		-	-	Аммиак/азота гидрид	(0,01-2,5) мг/м^3
1845.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п 5.2.1.4		-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/ (азот IV)оксид/азота двуокись	(0,02-1,4) мг/м^3
1846.	РД 52.04.186-89 ч.1, раздел 5, п.5.2.7.4		-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,004-0,12 мг/м^3
1847.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5				Фенол/гидроксибензол/оксибензол/ Фенилгидроксид/фениловый спирт/ моногидроксибензол	0,004-0,2 мг/дм^3
1848.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак/азота гидрид	0,02-5,0 мг/м^3
1849.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/ азот(IV)оксид/азота двуокись	0,021-4,3 мг/м^3
1850.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/ оксид серы (IV)	(0,03-5,0) мг/м^3
1851.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород/ дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,006-0,1 мг/м^3
1852.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений			Фенол/гидроксибензол/ оксибензол/ Фенилгидроксид/ фениловый спирт/ моногидроксибензол	0,003-0,1 мг/дм^3
1853.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух,			Формальдегид /муравьиный	0,01-0,20 мг/м^3

		воздух закрытых помещений.			альдегид/оксометан/ метиленоксид/ метаналь	
1854.	РД 52.04.186-89 ч. 1 раздел 5, п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.			Взвешенные частицы пыли/ взвешенные вещества /массовая концентрация пыли/пыль	Разовая – 0,26-50,00 мг/м^3 Взвешенные частицы (пыль)
1855.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
1856.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
1857.	Газосигнализатор мультигазовый - «Комета М» Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006РЭ	Воздух рабочей зоны			Аммиак/азота гидрид	1-300 мг/м^3
					Серы диоксид /диоксид серы сернистый ангидрид/ сернистый газ/оксид серы (IV)	0,1-30 мг/м^3
					Диоксид азота/азота диоксид/ двуокись азота/ пероксид азота/ азот (IV) оксид/азота двуокись	0,1-30 мг/м^3
					Углерод оксид/ угарный газ/ углерода окись/углерод моноокись/ оксид углерода	1-300 мг/м^3
					Формальдегид/муравьиный альдегид/ Оксометан/ метиленоксид/метаналь	0,1-8 мг/м^3
1858.	МУ №1638-77	Воздух рабочей зоны			Азота оксид (IV),азота двуокись,/ азота диоксид/диоксид азота	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м^3 (расчетная)
1859.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон/ трехатомный кислород	0,05-0,25 мг/м^3
1860.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250 мг/м^3
1861.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид /муравьиный альдегид/ оксометан/метиленоксид/метаналь	0,25-3,0 мг/м^3
1862.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Серы диоксид / диоксид серы/ сернистый ангидрид/ сернистый газ/ оксид серы (IV)	5,0-125,0 мг/м^3

1863.	ГОСТ 4011-72 п.2	Вода питьевая	36.00		Массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно)/ железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0) мг/л при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
1864.	ГОСТ 4011-72 п.3				Массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно)/ железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0) мг/л при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0) мг/л
1865.	ГОСТ 4245-72 п.2	Вода питьевая	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10,0-500,0 мг/дм^3/ мг/л
1866.	ГОСТ 4245-72 п.3		36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 - 10,0 мг/дм^3/ мг/л
1867.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая	36.00		Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм^3/ мг/л
1868.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземная и поверхностная источников питьевого водоснабжения	36.00±		Массовая концентрация марганца/ марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/ Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
1869.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02мг/дм^3
1870.	ГОСТ 6709-72 п.3.6				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3 / более 0,2мг/дм^3
1871.	ГОСТ 6709-72 п.3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3 / более 0,5 мг/дм^3
1872.	ГОСТ 6709-72 п.3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02мг/дм^3
1873.	ГОСТ 6709-72 п.3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 мг/дм^3 / более 0,05мг/дм^3
1874.	ГОСТ 6709-72 п.3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3 / более 0,8 мг/дм^3
1875.	ГОСТ 6709-72 п.3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 мг/дм^3 / более 0,02мг/дм^3
1876.	ГОСТ 6709-72 п.3.15				Массовая концентрация веществ,	менее 0,08 мг/дм^3 / более

					восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	0,08 мг/дм^3
1877.	ГОСТ 6709-72 п.3.16				Водородный показатель	-1-20 pH
1878.	ГОСТ6709-72 п.3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}С	10^{-4}-10^{-1} См/м
1879.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм^3
1880.	ГОСТ 18165-2014 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная вода	36.00 11.07.11.120		Алюминий (Al^{3+}), (Al, суммарно)	0,04- 56,0 мг/дм^3/ мг/л
1881.	ГОСТ 18190-72 п. 2	Вода питьевая	36.00		Активный хлор	0,3- 300,0 мг/дм^3
1882.	ГОСТ 18190-72 п. 3				Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм^3/мг/л
1883.	ГОСТ 18190-72 п. 4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм^3
1884.	ГОСТ 18309-2014 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-40,0 мг/дм^3/ мг/л
1885.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	36.00 11.07.11.120		Массовая концентрация кадмия/ кадмий (Cd, суммарно)/ кадмий	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация меди/медь (Cu, суммарно)/медь	0,0005-5,0 мг/дм^3 (0,0005-5,0 мг/л)
					Массовая концентрация свинца/свинец (Pb, суммарно)/свинец	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация цинка/цинк (Zn, суммарно)/ цинк	0,0005-10,0 мг/дм^3 (0,0005-10,0 мг/л)
1886.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная(	36.00 11.07.11.120		Цветность	1-70 градус
1887.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Сульфат-ион (сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
1888.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион (сульфаты SO_4^{2-})	2,0-50,0 мг/дм^3/ мг/л
1889.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Жесткость общая	0,1-20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3

1890.	ГОСТ 31957-2012 Метод А2 п.5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	36.00.11 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100,0 моль/дм^3
1891.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	36.00 11.07.11.120		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ аммоний-ион (NH_3, NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3 / мг/л
1892.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б				Нитриты (NO_2)	0,003-30,0 мг/дм^3 / мг/л
1893.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д				Нитраты (NO_3)	0,1-200,0 мг/дм^3 / мг/л
1894.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая	36.00		Остаточный активный (общий) хлор	0,15-2,0 мг/дм^3
1895.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ А	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкость, природная (поверхностная и подземная) вода	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,5-10,0 мгО/дм^3/ мг/дм^3
1896.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б				Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/дм^3/ мг/дм^3
1897.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная	36.00		Запах/ Запах при 20^{0}С/ Запах при 60^{0}С	0-5 балл
1898.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.				Вкус и привкус / Привкус	0-5 балл
1899.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6				Мутность	1-8 ЕМФ 1-20 ЕМФ
1900.	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
1901.	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
1902.	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.15				Удельная электрическая электропроводимость (УЭП)	10^{-4}-10 См/м
1903.	МУК 4.1.742-99	Вода питьевая системы централизованного водоснабжения	36.00		Массовая концентрация кадмия/ кадмий (Cd, суммарно)/ кадмий	0,0025-0,025 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди/медь (Cu, суммарно)/медь	0,0025-0,025 мг/дм^3
					Массовая концентрация	0,0025-0,025 мг/дм^3

					свинца/свинец (Pb, суммарно)/свинец	
					Массовая концентрация цинка/цинк (Zn, суммарно)/ цинк	0,0025-0,025 мг/дм^3
1904.	РД.52.24.496-2018 п.9.1	Вода природная	36.00		Температура	0 - 100^0 С
1905.	РД 52.24.496-2018 п.10				Запах	0-5 балл
1906.	РД.52.24.497-2019 Вариант 1	Вода поверхностная	36.00		Цветность	5-500 градуса
1907.	РД.52.24.497-2019 Вариант 2				Цветность	5-500 градуса
1908.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, вода поверхностная	36.00		Массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно)/ железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
1909.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00		Массовая концентрация марганца марганец (Mn, суммарно)/ марганец (Mn)/ Марганец	0,005-10 мг/дм^3 (0,005-10 мг/л)
1910.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00		Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
1911.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00		Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода, ХПК)	4,0-2000 мг/дм^3
1912.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
1913.	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	36.00		Сульфаты (SO_4^{2-})	30-12000 мг/дм^3/ мг/л
1914.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная,подземная)	36.00		Взвешенные вещества	3,0- 5000 мг/дм^3/ мг/л
1915.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97	Вода питьевая, вода поверхностная	36.00		Хлориды (Cl^-)	5,0-25000 мг/дм^3/ мг/л
1916.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, вода поверхностная	36.00		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

1917.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, вода поверхностная	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
1918.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, вода природная (подземная, поверхностная)	36.00		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 ед.pH
1919.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная поверхностная	36.00		Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)/ Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мгO_2/дм^3
1920.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная	36.00		Перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм^3/ мгО/дм^3
1921.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная	36.00		Сульфаты (SO_4^{2-})	10-1000 мг/дм^3
1922.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
1923.	ПНД Ф 14.1:2.215-06	Вода питьевая, поверхностная	36.00		Кремнекислота (в пересчете на кремний)/ кремний (Si, суммарно)	0,5-16,0 мг/дм^3/ мг/л
1924.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0 pH
1925.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный, нитраты (по NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
1926.	МУ 08-47/152	Почвы			Массовая концентрация кадмия/кадмий	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация меди/медь	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация свинца/свинец	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация цинка/цинк	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
1927.	ГОСТ 4288-76 п. 2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13	0210	Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
1928.	ГОСТ 4288-76 п. 2.5				Массовая доля влаги	0,7-80,0 %
1929.	ГОСТ 4288-76 п. 2.6				Кислотность	4-25^0 Т
1930.	ГОСТ 34135-2017 п.7				Массовая доля хлеба	0,6-40,0 %
1931.	ГОСТ 8558.1-78 п.7	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11	0201-0208, 0210,	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %

				1601-1602		
1932.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
1933.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Подготовка проб	-
1934.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
1935.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах, консистенция	описание
1936.	ГОСТ 10574-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
1937.	ГОСТ 23042-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11, 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля жира	0,2-50 %
1938.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	20-200 мг/кг 0,002-0,02 %
1939.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	0201-0208 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
1940.	ГОСТ 3623-2015 п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено
1941.	ГОСТ 3626-73 п.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
1942.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные	10.53	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
1943.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
1944.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.53.3	0405	Подготовка проб к анализу	-

1	2	3	4	5	6	7

1945.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25,0 %
1946.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля жира	1,0-40,0 %
1947.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
1948.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0 ^{0}Т
1949.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
1950.	ГОСТ Р 54669-2011 п7	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
1951.	ГОСТ Р 54758-2011 п 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
1952.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет, консистенция	описание
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено
					Запах, вкус	описание
1953.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0303-0308 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
1954.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, 3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
1955.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
1956.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0 %
1957.	МУ 4274-87	Рыба	10.20	0303-0308	Гистамин	20-175 мг/кг
1958.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1901 1905	Форма, поверхность, цвет, вкус и запах	описание
1959.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71 10.72	1901 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
1960.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
1961.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
1962.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71	1901 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
1963.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7

1964.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
1965.	ГОСТ 5898-87 п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
1966.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
1967.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
1968.	ГОСТ 5900-2014 п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
1969.	ГОСТ 5903-89 п 6.2.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
1970.	ГОСТ 5904-2019	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Подготовка проб	-
1971.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
1972.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус	описание
1973.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
1974.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30 10.32	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
1975.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30 10.11	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
1976.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30 10.11	2001-2008, 1602	pH	2-12 ед. pH
1977.	ГОСТ 34130-2017 п. 10	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712, 0713	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	Описание
1978.	ГОСТ 34130-2017 п. 12				Массовая доля металлических примесей	0,1-5,0 мг/кг
1979.	ГОСТ 34128-2017	Соки из фруктов и овощей	10.32.	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	0,1-95,0 %
1980.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	0,1-95,0 %
1981.	МУ 5048-89	Овощи	10.30	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
1982.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
1983.	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35 %

		квасного сусла, квас				
1984.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 $см^3$/100 $см^3$
1985.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
1986.	ГОСТ 12788-80 п.1	Пиво	11.05	2203	Кислотность	1,3-5,5 к.ед.
1987.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02, 11.03.	2204-2206	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/$дм^3$ либо до 100 либо до 4,0 г/$дм^3$ 4,0-45,0 г/$дм^3$ Свыше 45,0 г/$дм^3$
1988.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.	Водка	11.01.	2208	Щелочность	1,5-3,5 $см^3$/100 $см^3$
1989.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/$дм^3$
1990.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0,02-0,06 мг/г 20-60 мкг/г
1991.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
1992.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1 % более 1 %
1993.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
1994.	ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0 %
1995.	ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.1, 7.3	Продукция общественного	10.85.		Массовая доля жира	0-90,0%
1996.	ГОСТ Р 54607.8-2016	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сухих веществ	0-80,0 %
					Массовая доля жира	0-50%
1997.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85		Сухие вещества	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции

					Зола	0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции
					Белок	10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции
					Жир	1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
					Белки+углеводы	-
					Калорийность	-
1998.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	10.11 10.20 10.30 10.41 10.51 10.71	0201-0208 0210 1601-1602 0303-0308 2001-2008 1507-1514 0401-0406 1704	Фосфаты	50-300 мг/100г
1999.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые, в том числе Продовольственное (пищевое) сырье	10.71, 10.72, 11.02, 11.03, 11.05	1704, 2203, 2204-2206	Массовая концентрация железа/ Железо	1-20 мг/кг
2000.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30, 03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2-03.21.5, 03.22.2-03.22.4, 10.11-10.13, 10.20,10.31,	0201-0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518,	Подготовка проб. Минерализация проб	-

			10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
2001.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30, 03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2-03.21.5, 03.22.2-03.22.4, 10.11-10.13, 10.20,10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,02-50,00 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,002-5,000 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,6-200,00 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	1,0-400,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7

2002.	МУ 08-47/136 ФР.1.31.2005.01637	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30, 03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2-03.21.5, 03.22.2-03.22.4, 10.11-10.13, 10.20,10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,03-50,0 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,005-50,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,04-50,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,2-100,0 мг/кг
2003.	МУК 4.1.1501-03	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30,	0201- 0210, 0302- 0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702,	Массовая концентрация свинца/Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,5-100,0 мг/кг

			03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2-03.21.5, 03.22.2-03.22.4, 10.11-10.13, 10.20,10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07	1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
2004.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора/ Активный хлор	0-60,0 %
2005.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора/ Активный хлор	0-75,0 %
Методы измерения физических факторов						
2006.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2007.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2008.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(5-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2009.			-	-	Искусственное освещение:	

	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.			Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2010.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 61»	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны, производственные помещения, помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
Радиологические методы исследований						
2011.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	**-**	**-**	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
2012.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	**-**	**-**	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
2013.	Инструкция по эксплуатации дозиметр ДРГ-01Т1	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, земельные участки под строительство жилых, общественных ипроизводственных зданий и сооружений	**-**	**-**	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
Отбор проб						
2014.	ГОСТ 31861	Вода питьевая: вода централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного	36.00 11.07.11.120 11.07.11.112 21.20.9		Отбор проб	
2015.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая системы централизованного водоснабжения	36.00		Отбор проб	
2016.	ГОСТ 17.4.3.01 п. 6	Почва	71.20.11		Отбор проб	
2017.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных	10.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2018.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11	0201-0208 0210, 1601-1602	Отбор проб	
2019.	ГОСТ 3622 п.2.5-2.9, п. 2.11, 2.16, п. 2.20-2.21, п. 3.1.6	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и огомасляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженое	10.51 10.52	0401-0406, 040620-040640, 040690	Отбор проб	
2020.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401-0404	Отбор проб	
2021.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.53.3	0405	Отбор проб	
2022.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0303-0308	Отбор проб	
2023.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1901, 1905	Отбор проб	
2024.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.	1103	Отбор проб	
2025.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	
2026.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73	1902	Отбор проб	
2027.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Отбор проб	
2028.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб	
2029.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30 10.32	2001-2009	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2030.	ГОСТ 34125 п. 5	Сушеные овощи и фрукты	10.30	0712-0713	Отбор проб	
2031.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	
2032.	ГОСТ 32190 п.5.9	Растительные масла	10.41.	1507-1514	Отбор проб	
2033.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Отбор проб	
2034.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01	2208	Отбор проб	
2035.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	
2036.	ГОСТ 25263	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14	3808 94	Отбор проб	
2037.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
2038.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
2039.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	
2040.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
2041.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков	36.00.11	2201	Отбор проб	
2042.	МУК.4.2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
2043.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
2044.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
2045.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
2046.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
2047.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
Раздел 9: 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, дом № 44.						
Бактериологические методы исследования						
2048.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	Презумптивные B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2049.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2050.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2051.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2052.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12; 10.20 10.61;10.71; 10.85 10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактериородов Proteus, Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2053.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

			03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.			
2054.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2055.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2056.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2057.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2058.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Esherichia coli	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2059.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
2060.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2061.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120 ; 10.51.12.112 ; 10.51.51.110	0401;0406; 0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2062.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2063.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2064.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2065.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2066.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2067.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806;1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2068.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг
2069.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
2070.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2071.	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
2072.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E.coli;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)

1	2	3	4	5	6	7

2073.	МУК 4.2.577-96 п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2074.	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2075.	МУК 4.2.577-96 п.7.6				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2076.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B.cereus/Бактерии B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2077.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Количество дрожжей	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Количество плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2078.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2079.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2080.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г($см^3$)
2081.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков. Вода, расфасованная в емкости.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 0-300 КОЕ/мл
2082.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл

1	2	3	4	5	6	7

2083.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0,3-240 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0,3-240 КОЕ/100мл
2084.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
2085.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
2086.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7. МУК 4.2.3691- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
2087.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 1-24000 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 1-24000 КОЕ/100мл
2088.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
2089.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Сточная вода.			Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
2090.	МУК 4.2.1884-04 приложение 3				Escherichia coli (E. coli) ;	0-300 КОЕ/100 мл
2091.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
2092.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					число стафилококков Staphylococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл
2093.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл

1	2	3	4	5	6	7

		Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков			Enterobacteriaceae рода Salmonella)	
2094.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 Изменения №1 МУ 2.1.5.3692- 21 п.4.5	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
2095.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
2096.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги	0-300 БОЕ/100 мл
2097.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем, централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
2098.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;	0-300 КОЕ/1мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
2099.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл 0-300 КОЕ/100мл
2100.	МУ 2.1.4.1184-03				Колифаги	0-300 БОЕ/100мл

	приложение 10					
2101.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
2102.	ГОСТ 18963-73 п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
2103.	МУ № 3182-84 п.3	Воздух	71.20.11	-	Общее количество микроорганизмов;	0-300КОЕ/1м^3
					Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / 1м^3
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ /1м^3
2104.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, сан одежда методом смывов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
2105.	МУ № 3182-84 п.5	Смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды.	-	-	Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
2106.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
2107.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2108.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
2109.	МУК 4.2.3695-21 п.4.1	Почва, песок жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций , игровых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи,	71.20.11	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli;	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)

		лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки , тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
2110.	МУК 4.2.3695-21 п.5.1				Энтерококки (фекальные)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
2111.	МУК 4.2.3695-21 п.6.1, п.6.2				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в 1г
2112.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Пищевые продукты, вода Объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
2113.	МУ15/6-5-91 Инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна /стерилизация неэффективна
2114.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2115.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2116.	МУК 4.2.1035-01п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2117.	МУ 3.1.1.2438-09	Материал из внешней среды.	01.47.2 10.1 10.3 10.5 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Возбудитель кишечного иерсиниоза Возбудитель псевдотуберкулеза	Обнаружен /не обнаружен
2118.	МУК 4.2.2218-07 п.5.	Материал из внешней среды.	10.8 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	Обнаружен/не обнаружен
2119.	МУК 4.2.1890-04 п 4.3	Культура микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к	чувствительный/промежуточный/резистентный

					антибактериальным препаратам;	
	Санитарно-химические методы исследований					
2120.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
2121.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.		-	-	Отбор проб	-
2122.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 3, п. 3.4		-	-	Отбор проб	-
2123.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1.		-	-	Отбор проб	-
2124.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4.		-	-	Отбор проб	-
2125.	РД 52.04.186-89, ч., раздел 5, п.5.2.6	Атмосферный воздух, Воздух закрытых	-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	суточная- 0,007-0,69 мг/м^3;
2126.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п 5.2.1.4	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	(0,02-1,4) мг/м^3
2127.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6		-	-	Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,016-0,94 мг/м^3
2128.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5		-	-	Фенол/Гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/ моногидроксибензол	0,004-0,2 мг/м^3
2129.	МУ №1638-77	Воздух рабочей зоны.			Азота оксид (IV)	3-50 мг/м^3
2130.	МУ №1639-77	Воздух рабочей зоны.			Озон	0,05-0,25 мг/м^3
2131.	МУ№1696-77	Воздух рабочей зоны.			Формальдегид	0,16-3,33 мг/м^3
2132.	МУ №5926-91	Воздух рабочей зоны.			Гидроксибензол (фенол)	0,15-1,5мг/м^3
2133.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны.			Пыль	1,0-250,0 мг/м^3
2134.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны.			Формальдегид	0,25-3,0мг/м^3
2135.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны.			Сера диоксид	5,0-125,0 мг/м^3
2136.	РД 52.04.792-2014				Диоксид азота / азота диоксид / двуокись	0,021-4,3 мг/м^3

					азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	
2137.	РД 52.04.792-2014				Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,028-2,8 мг/м^3
2138.	РД 52.04.794-2014				Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	(0,03-5,0) мг/м^3
2139.	РД 52.04.799-2014				Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/ моногидроксибензол	(0,003-0,1) мг/м^3
2140.	РД 52.04.823-2015				Формальдегид/ муравьиный альдегид/оксометан/ метиленоксид/метаналь	(0,01-0,20) мг/м^3
2141.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6		-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	Разовая - 0,26-50,00 мг/м^3
2142.	Газосигнализатор мультигазовый «Комета-М» Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-570РЭ				Диоксид углерода	0-5% об.
					Пары углеводородов	0-2% об.
					Сероводород	0-30 мг/м3
2143.	Газосигнализатор мультигазовый «Комета-М» Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006				Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/ метиленоксид/метаналь	0,1-10мг/м^3
					Углерод оксид/угарный газ/углерода окись/углерод	1-300 мг/м^3

					монооксись/ оксид углерода	
2144.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Упаковка (водные вытяжки)	36.00; 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	2201, 3401, 3402, 3404, 3407, 3406, 3926,4415; 6305; 6111, 7010, 9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
2145.	ГОСТ 4011-72 п. 3.				Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л) при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
2146.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
2147.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
2148.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно- гигиенические из металла (водные вытяжки)	36.00, 21.20.9, 25.92, 25.99	7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 8215,8306,8309	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л
2149.	ГОСТ 4974-2014. п..6 Метод А	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода. Упаковка(водные вытяжки)	36.00; 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14,14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40	2201, 3401, 3402, 3926, 4014, 4415, 4819, 6209, 6305, 7010, 9503-9507, 6111	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
2150.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
2151.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
2152.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
2153.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

2154.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
2155.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
2156.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
2157.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
2158.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
2159.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
2160.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
2161.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-19 ед. pH
2162.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10 См/м
2163.	ГОСТ 18164-72 п.3.1	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
2164.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
2165.	ГОСТ 18190-72, п.3	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3/ мг/л
2166.	ГОСТ 18190-72, п.4	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков			Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3
2167.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.120 , 36.00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-40,0 мг/дм^3/мг/л
2168.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая	11.07.11.120. 36.00, 20.42	6101,6112-6115,6117,	Цветность	1-70 градуса

	ГОСТ 31868-2012 Метод В	природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)		6301-6308, 4101-4103, 4302,4303,5106-5113, 5701-5705, 4823		1-70 градус
2169.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112 21.20.9	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911,6910 - 6914, 7009, 7010, 7013,7015, 7018	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
2170.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
2171.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
2172.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.1202 1. 20.9		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
2173.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)			Нитриты (NO_{2-})	0,003-3,0 мг/дм^3/ мг/л
2174.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная			Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
2175.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм^3
2176.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая), вода	14.12	6101, 6112 – 6115,6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
2177.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл

		дистиллированная, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)		5106-5113, 5701-5705, 4823		
2178.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
2179.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
2180.	п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
2181.	п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
2182.	РД 52.24.407-2017	Природные воды	36. 00.		Хлориды (Cl^-)	10,0-250,0 мг/дм^3/ мг/л
2183.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые,поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
2184.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
2185.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80,0 мг/дм^3
2186.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
2187.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки)	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117,6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823	Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
2188.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
2189.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)

1	2	3	4	5	6	7

2190.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
2191.	ГОСТ 26951-86		71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
2192.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
2193.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
2194.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
2195.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
2196.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25° Т
2197.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11. 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
2198.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
2199.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2200.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах, консистенция.	описание
2201.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
2202.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
2203.	ГОСТ 3623-2015 п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
2204.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
2205.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид.	Описание
2206.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутствует/ отсутствует
2207.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/

						отсутствует
2208.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/ отсутствует
2209.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
2210.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
2211.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
2212.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
2213.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
2214.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
2215.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0^{0}Т
2216.	ГОСТ 30648.1-99 п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-30,0 %
2217.	ГОСТ 30648.3-99 п. 3.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5-99,0%
2218.	ГОСТ 30648.4-99 п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Кислотность	2,0-150 ^{0}Т
2219.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50-180 ^{0}Т
2220.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
2221.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
2222.	ГОСТ Р 54758-2011п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
2223.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
2224.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Подготовка проб	-
2225.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.5				Массовая доля рассола, маринада	0-50,0% 0-30 Св 30%
2226.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
2227.	ГОСТ Р 55063-2012				Массовая доля	1,0-8,0 %

1	2	3	4	5	6	7

	п.7.10				хлористого натрия (поваренной соли)	
2228.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Массовая доля жира	50-75 %
2229.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
2230.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
2231.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
2232.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
2233.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет Консистенция	описание
					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
					Запах Вкус	описание
2234.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
2235.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
2236.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
2237.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
2238.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	0,1-100,0%
2239.	ГОСТ 26664-85 п.3				Масса нетто	0-100,0%
2240.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
2241.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
2242.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%
2243.	ГОСТ 31964-2012п.6	Макаронные изделия	10.73.	1902	Подготовка проб	-
2244.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет и форма	описание
2245.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах и вкус	описание

1	2	3	4	5	6	7

2246.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
2247.	ГОСТ 31964-2012 п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
2248.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
2249.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
2250.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
2251.	ГОСТ 7128-91, п.3.6	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72.	1901, 1905	Влажность	1,0-50,0 %
2252.	ГОСТ 8494-96, п.3.7	Сдобные пшеничные сухари	10.72.	1901, 1905	Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
2253.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
2254.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
2255.	ГОСТ 5898-87п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Щелочность	0,2-50 градусы
2256.	ГОСТ 5900-2014п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2257.	ГОСТ 5900-2014п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
2258.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
2259.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
2260.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
2261.	ГОСТ 24556-89п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
2262.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
2263.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
2264.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-95,0) %
2265.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
2266.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
2267.	ГОСТ 11812-66 п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги	0,06-0,5 %

					и летучих веществ	
2268.	ГОСТ 26593-85	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг масла
2269.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
2270.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
2271.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
2272.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
2273.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0 %
2274.	ГОСТ 32189-2013п.5.2	Маргарины, спреды, топленые, смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
2275.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	5,0-60,0%
2276.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
2277.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	40,0-100,0%
2278.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
2279.	ГОСТ 3639-79, п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
2280.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3/100см3
2281.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
2282.	ГОСТ 12788-80 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-5,5к.ед.
2283.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05.	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат	описание
2284.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
2285.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
2286.	ГОСТ 32036-2013, п.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Определение чистоты	Положительный/ отрицательный
2287.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Крепость	0-100 %
2288.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
2289.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая	0,2-16,75 г/дм3

					концентрация титруемых кислот	
2290.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
2291.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0,02-0,06мг/г 20-60 мкг/г
2292.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание
2293.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.		Подготовка проб	-
2294.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Определение средней массы	0-1000,0г свыше 1000,0г
2295.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
2296.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
2297.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
2298.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
	Отбор проб					
2299.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 5.7	Почва, грунт.	71.20.11		Отбор проб	
2300.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и	10.13	0210	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2301.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты	10.53.	0401-0404	Отбор проб Подготовка проб к анализу	
2302.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры	10.51.3	0405	Отбор проб Подготовка проб к анализу	
2303.	ГОСТ Р 55063 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые	10.51.4	0406	Отбор проб	-
2304.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста,	10.51.3	0405	Отбор проб Подготовка проб	
2305.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб	-
2306.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	-
2307.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901,1905	Отбор проб	-
2308.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор проб	-
2309.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Отбор проб	-
2310.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30.,10.32.	2001-2009	Отбор проб	-
2311.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топлёные смеси. жиры	10.42.	2103	Отбор проб	-
2312.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	-
2313.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01	2207	Отбор проб	--
2314.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	-
2315.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор проб	-
2316.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
2317.	ГОСТ Р 56237	Вода			Отбор проб	-
2318.	ГОСТ 32220 п. 8.3	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11 11.07.11.120		Отбор проб	-
2319.	ГОСТ 30813-2002	Вода и водоподготовка	-		Отбор проб	-

	Методы измерения физических факторов					
2320.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2321.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2322.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
2323.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение	-
					КЕО	-
2324.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2325.	2 Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 61»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещённости улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%

					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
Раздел 10: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолотская, дом № 2.						
2326.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19. 210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2327.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10. 84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2328.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2329.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	10.1,10.11 ,10.12,10. 13,10.20,1 0.31,10.32 ,10.39, 10.41,10.5 1,10.52,10 .71,10.72, 10.82,10.8 5,10.86,10 .89,11.05, 11.07	0201-0207; 0302;0710;10811;16 01;1602;1604;1901 10; 2009;2201; 1102;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2330.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1,10.11 ,10.12,10. 13,10.20,1	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410;	Подсчет микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)

			0.31,10.32 ,10.39, 10.41,10.5 1,10.52,10 .71	0701-		
2331.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.1 2;10.20;10 .61;10,71; 10.85;10.8 6	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	БактериародаProteus, Morganella,Providenci a	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2332.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Бактерии рода Enterococcus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2333.	ГОСТ 29185 (ISO 15213)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110,	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.			
2334.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2335.	ГОСТ 30425 п.6	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/промышленно-нестерильно:
2336.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.			Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробныеи анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2337.	ГОСТ 30425 п.7.8.	Консервы	10.11;10.12,10.13,10.20,10.32,10.39,10.51,10.86	0201;0302;0711;0811	Плесневые грибы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Дрожжи	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2338.	ГОСТ 30425 п.7.10	Консервы	10.11;10.12,10.13,10.20,10.32,10.39,10.51,10.86	0201;0302;0711;0811	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2339.	ГОСТ 30712 п.6.1.	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

2340.	ГОСТ 30712 п.6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2341.	ГОСТ 30712 п.6.3.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2342.	ГОСТ 30712 п.6.4.				Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесени	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2343.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2344.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2345.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

				2201-2203;		
2346.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2347.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2348.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106;	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				2201-2203;		
2349.	ГОСТ 32064,п.9.1.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2350.	ГОСТ 32901 п.5.	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51. 51.110	0401;0406;0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2351.	ГОСТ 32901 п 8.4					
2352.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2353.	ГОСТ 32901п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2354.	ГОСТ 32901п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2355.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2356.Г	ГОСТ 7702.2.6 п 8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия,продукты из мяса птицы	10.12,10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2357.	ГОСТ Р 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы	10.12,10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2358.	ГОСТ Р 54674, п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы	10.12,10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2359.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2360.	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2361.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E.coli;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2362.	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2363.	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2364.	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Энтерококки	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2365.	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Количество дрожжей и плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2366.	МУК 4.2.577-96 п.7.10.				Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2367.	МУК 4.2.577-96 п.7.12.				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
					Общее количество бактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2368.	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B.cereus/Бактерии B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2369.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2370.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	Listeria monocytogenes	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
2371.	МР № 96/225 от 07.04.1997г. приложение 4.1 п.4.1.2.6	природная минеральная вода, купажированная, упакованная,обработанная, для детского питания,искусственно-минерализированная вода	11.07	-	Общее количество бактерий	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2372.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2373.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2374.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
2375.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено в 100мл, 0-300 БОЕ в 100 мл НВЧ от 0,1 БОЕ в 100 мл
2376.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Колифаги;	0-300БОЕ в 100 мл
2377.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено
2378.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки	0-300 КОЕ/100 мл
2379.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования			число стафилококков Staphylococcus aureus;	от 0-300 КОЕ/100 мл
2380.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжение,техническоговодоснабжения,вода бассейнов и аквапарков			Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

2381.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 изменения №1 МУ 2.1.5.3692-21 п.4.5	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформ ные бактерии(ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено 0-300 КОЕ/100 мл
2382.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено
2383.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300 БОЕ/100 мл
2384.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного	11.07		Pseudomonas aeroginosa	Обнаружено /не обнаружено 1000мл
2385.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С; при температуре22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
2386.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии(ОКБ)	Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантныеколи форм ные бактерии(ТКБ);	Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл НВЧ от 0,1 КОЕ/100мл
					Глюкозоположительны еколиформные бактерии;	Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
2387.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	Обнаружены /не обнаружены в 1000мл
2388.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3. стандартный тест	Вода питьевая Другие типы воды, при условии,что неоказывают отрицательного влияния на фильтрацию,культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201,2202	E.coli;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
2389.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов	20.13.52.12021.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$

					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено 0-300 КОЕ /1 $см^3$
		аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость)			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$
		Воздух			Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / $1м^3$
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ /$1м^3$
					Общее количество микроорганизмов;	0-300 КОЕ /$1м^3$
2390.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодежда методом смывов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
2391.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/$1м^3$
					S.aureus	0-300КОЕ/$1м^3$
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/$1м^3$
2392.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
2393.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
2394.	МР от 03.06.86.	Воздушная среда смывы с предметов обихода,аппаратуры, кожи рук обслуживаемого персонала	-	-	Граммотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы; Неферментирующие	Обнаружен /не обнаружен

					грамотрицательные бактерии (НГОБ)	
2395.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2, п.5.2.2	Вода открытых водоемов			Холерный вибрион	Обнаружен /не обнаружен в Х г ($см^3$)
2396.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты, поверхность объектов вгнешней среды методом смывов			Y.enterocolitica Y.pseudotuberculosis	Обнаружен /не обнаружен
2397.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Биологический материал. Пищевые прдукты.Объекты внешней среды (смывы, вода, воздух, почва).	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
2398.	МУ15/6-5-91 инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна /стерилизация не эффективна
2399.	МУК 4.2.1890-04 п 4.3	Культура микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам;	чувствительный/ промежуточный/резистентный
2400.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /не эффективна
2401.	МУК 4.2.1035-01 п.6.3.1.				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /не эффективна
2402.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /не эффективна
2403.	МУК 4.2.1890-04 п 4.3	Культура микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам;	чувствительный/промежуточный/резистентный
Паразитологические исследования						
2404.	МУК 4.2.2747п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2405.	МУК 4.2.2747п.7.2.1				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2406.	МУК 4.2.2747п.7.2.2				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2407.	МУК 3.2.988 п.3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.203.11-03.12 03-21-03.22 10.20	03010302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: Нематод, цестод, трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2408.	МУК 3.2.988 п.3.2.11.1				Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: Нематод, цестод, трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз.

2409.	МУК 3.2.988 п.3.2.11.3				Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2410.	МУК 3.2.988 п. 7				Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: нематод, цестод,трематод, скребней	-
2411.	МУК 4.2.3016 п.7.1-п.7.3	Плодоовощная, плодовоягодная растительная продукция Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов,цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2412.	МУК 4.2.2314 п.5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2413.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3.1.				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2414.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3.2.	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201	Ооцисты патогенныз простейших/Ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2415.	МУК.4.2.1884п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2416.	МУК.4.2.1884п.3.4				Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2417.	МУК 4.2.2661п.4.2	Почва. Песок Сточная вода. Осадки сточных вод. Смывы с поверхностей	-	-	Яйца гельминтов/ жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены, экз./кг
2418.	МУК 4.2.2661 п.6.2		-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2419.	МУК 4.2.2661 п.7.2		-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2420.	МУК 4.2.2661 п.10.2		-	-	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз.

2421.	МУК 4.2.2661п.4.5	Почва. Песок	-	-	Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены, экз./кг
2422.	МУК 4.2.2661 п.4.7	Почва. Песок	-	-	Цисты патогенныхкишечныхпростейших	Обнаружены/не обнаружены, экз./100г
2423.	МУК 4.2.2661 п.6.3	Сточная вода.	-	-	Цисты патогенныхкишечныхпростейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2424.	МУК 4.2.2661 п.7.3	Осадки сточных вод.	-	-	Цисты патогенныхкишечныхпростейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
2425.	МУК 4.2.2661 п.10.4	Смывы с поверхностей.	-	-	Цисты патогенныхкишечныхпростейших	Обнаружены/не обнаружены, экз.
Санитарно-химические исследования						
2426.	ГОСТ 4245-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
2427.	ГОСТ 4245-72 п.3				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3
2428.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно- гигиенические из металла (водные вытяжки)	36.00, 21.20.9, 25.92, 25.99	7323, 7324, 7326, 7411,7412, 7418, 8215,8306,8309	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л
2429.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
2430.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
2431.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
2432.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3
2433.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм3/ более 0,05 мг/дм3
2434.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
2435.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
2436.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02

						мг/дм^3
2437.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
2438.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
2439.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
2440.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-19 ед. pH
2441.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10 См/м
2442.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
2443.	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин технический ХБ			Массовая доля активного хлора	0-30,0 %
2444.	ГОСТ 18190-72 п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	36.00 21.20.9		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
2445.	ГОСТ 18190-72, п.3				Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3/ мг/л
2446.	ГОСТ 18190-72 п.4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3
2447.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	11.07.11.120. 36.00, 20.42	6101,6112-6115,6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303,5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	1-70 градуса
2448.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.120		Сульфат-ион (сульфаты)	25-500 мг/дм^3
2449.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911,6910 - 6914, 7009, 7010,	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л

		(поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	21.20.9	7013,7015, 7018		
2450.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
2451.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.12021. 20.9		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
2452.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)			Нитриты (NO_{2-})	0,003-3,0 мг/дм^3/ мг/л
2453.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная			Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
2454.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм^3
2455.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая), вода дистиллированная, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	14.12	6101, 6112 – 6115,6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303 5106-5113, 5701-5705, 4823	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
2456.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
2457.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная	36.00		Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл

		питьевая вода, включая природную минеральную воду				
2458.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
2459.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
2460.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
2461.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.		Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
2462.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
2463.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
2464.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки)	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117,6301-6308, 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823	Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
2465.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
2466.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00.		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)
2467.	ГОСТ 4011-72 П. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Упаковка (водные вытяжки)	36.00; 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	2201, 3401, 3402, 3404, 3407, 3406, 3926,4415; 6305; 6111, 7010, 9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
2468.	ГОСТ 4011-72 п.3				Железо	0,5-10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

2469.	ГОСТ 4974-2014 П.6	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода. Упаковка (водные вытяжки)	36.00; 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14,14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40	2201, 3401, 3402, 3926, 4014, 4415, 4819, 6209, 6305, 7010, 9503-9507, 6111	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
2470.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
2471.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
2472.	ГОСТ 26951-86		71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
2473.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
2474.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
2475.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
2476.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
2477.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25° Т
2478.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
2479.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11. 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
2480.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
2481.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2482.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах,	описание

					консистенция.	
2483.	ГОСТ 31467-2012 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Подготовка проб к испытаниям	-
2484.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Мясо птицы замороженное	10.12.	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	0-80,0%
2485.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
2486.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.51.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2487.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
2488.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/ отсутствует
2489.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/ отсутствует
2490.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
2491.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
2492.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
2493.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
2494.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
2495.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
2496.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	$2\text{-}250^0$ Т
2497.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
2498.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %

1	2	3	4	5	6	7

2499.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
2500.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
2501.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50-75 %
2502.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
2503.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
2504.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
2505.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
2506.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
2507.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	0,1-100,0%
2508.	ГОСТ 26664-85 п.3				Масса нетто	0-100,0%
2509.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2%
2510.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
2511.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%
2512.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
2513.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
2514.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
2515.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
2516.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
2517.	ГОСТ 5898-87 п.2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы

2518.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
2519.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2520.	ГОСТ 5904-2019	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
2521.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
2522.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
2523.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
2524.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
2525.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
2526.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12ед pH
2527.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	От 0,01 %
2528.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
2529.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
2530.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
2531.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
2532.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
2533.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание

2534.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Определение средней массы	0-1000,0г свыше 1000,0г
2535.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
2536.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
2537.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
2538.	ГОСТ Р 54607.5-2015, п.7.1, 7.3	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля жира	0-90,0%
2539.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
2540.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
2541.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2.				Массовая доля активного перекиси водорода /Перекись водорода	0-40,0%
2542.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4.				Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида / Четвертичные аммониевые соли	0-40,0 %
2543.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
2544.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-
2545.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
2546.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-

2547.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
2548.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
2549.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др.методов	-	-	Применяемые вещества	-
Методы измерения физических факторов						
2550.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2551.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
2552.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
2553.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2554.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
2555.	Руководство по эксплуатации «Прибора	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк

	комбинированного ТКА-ПКМ модель 61»	освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Естественное освещение:	-
					КЕО	-
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20)м/с
Радиологические методы исследований						
2556.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
2557.	Руководство по эксплуатации Дозиметра ДРГ-01Т1	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
Отбор проб						
2558.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
2559.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
2560.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2, 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	
2561.	МУК 4.2.3016-12п.3	Плодоовощная, плодовоягодная растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810, 2009	Отбор проб	
2562.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения.Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	
2563.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
2564.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
2565.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2566.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
2567.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
2568.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
2569.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	0210	Отбор проб	
2570.	ГОСТ 8285 п.2.1	Топленые животные жиры	10.11	0209, 1501-1502	Отбор проб	
2571.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Отбор проб	
2572.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	01.47	0407-0408	Отбор проб	
2573.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб Подготовка проб	
2574.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб Подготовка проб	
2575.	ГОСТ Р 55063 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб Подготовка проб	
2576.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста маслянаяиз коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб Подготовка проб	
2577.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб	
2578.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	
2579.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	
2580.	ГОСТ Р 54731 .6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Отбор проб	
2581.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Отбор проб	
2582.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб	
2583.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор проб	
2584.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Белый сахар	10.81.	1701	Отбор проб	
2585.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб	
2586.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2587.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	
2588.	ГОСТ 28875 п.2.1.2, п.2.1.3	Пряности	10.84.	0903-0910	Отбор проб	
2589.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84.	0903-0910	Отбор проб	
2590.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	
2591.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	
2592.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	
2593.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор проб Подготовка проб	
2594.	ГОСТ 14193	Монохлорамин технический ХБ			Отбор проб	
2595.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	
2596.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая			Отбор проб	
2597.	ГОСТ 32220 п.8.3	Вода питьевая, расфассованая в емкости.	36.00.11 11.07.11.120		Отбор проб	
2598.	ГОСТ 31861	Вода на любые типы	36.00.11 11.07.11.120 36.00.1 11.07.11.112 21.20.9 20.13.52.120 36.00.12		Отбор проб	
2599.	ГОСТ 30813-2002	Вода и водоподготовка	-		Отбор проб	
2600.	ГОСТ 23268.0	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Отбор проб	
2601.	ГОСТ 17.4.3.01 п. 6	Охрана природы. Почвы	71.20.11		Отбор проб	
2602.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 5	Почва			Отбор проб	
2603.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	

2604.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
2605.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.02 11.03	2204 2205	Отбор проб	
2606.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Отбор проб	
2607.	ГОСТ 32190 п.5.9	Растительные масла	10.41	1507-1509 1511-1512 1514-1515	Отбор проб	
2608.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый			Отбор проб	
2609.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.3	2001-2002 2004-2008	Отбор проб	
2610.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201-0208 0210 1601-1602	Отбор проб	
2611.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13	1601 1602	Отбор проб	
2612.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах.	10.11.5 10.41.	0209 1501-1502 1507-1509 1511-1512 1514-1515	Отбор проб	
Раздел 11: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1.						
2613.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2614.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2615.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
2616.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20; 10.61;10,71;10.85; 10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактериородов Proteus, Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено Хг(см^3)
2617.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено Хг(см^3)
					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено Хг(см^3)

			03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.			
2618.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52;10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)
2619.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2620.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	1-300 КОЕ в100 $см^3$
2621.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (клиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2622.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2623.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203	Esherichiacoli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

2624.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)
2625.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)
2626.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)
2627.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки(S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
2628.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406; 0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмовКМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

2629.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек(БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2630.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2631.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
2632.	ГОСТ 32901 п.8.8				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2633.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2634.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52 10.53	0401-0410;	Молочнокислые микроорганизмы	от 2-$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
2635.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2636.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.3				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено
2637.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.4				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено
2638.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, продуктыиз мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2639.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905;	Подсчет микроорганизмов	от 1 КОЕ $см^3$ (г)

1	2	3	4	5	6	7

				2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
2640.	ГОСТ Р 54674, п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2641.	ГОСТ Р 54755, п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806;1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
2642.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	1,0x10^{-1} -9,9x10^{10}КОЕ/г ($см^3$)
2643.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено /не обнаружено Хг($см^3$)
2644.	МУК 4.2.2428-08	Пищевая продукция для питания детей раннего возраста; адаптированные молочные смеси, каши сухие молочные моментального приготовления для детей до 6 месяцев; Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей до 6 месяцев, для питания недоношенных и	10.86	1901 10	Enterobactersakazakii;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

		(или) маловесных детей сухие (в сухом продукте				
2645.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 0-300 КОЕ/мл
2646.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантныеколи формные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
2647.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантныеколи формные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл НВЧ 0,3-240 КОЕ в 100мл
2648.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено в БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
2649.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
2650.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантныеколи формные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
2651.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформныебактерии;	НВЧ 1-24000 КОЕ/100мл
					Термотолерантныеколи формные бактерии	НВЧ 1-24000 КОЕ/100мл

2652.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Сточная вода.	36.00.11, 36.00.12		Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
2653.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
2654.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
2655.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Staphilococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					Число стафилококков Staphilococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл
2656.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено /не обнаружено в 1000 мл
2657.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 Изменения №1 МУ 2.1.5.3692- 21п.4.5	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие(обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантныеколиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
2658.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
2659.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
2660.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;	0-300 КОЕ/1мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
2661.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии(ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл

					Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл 0-300 КОЕ/100мл
2662.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	0-300 БОЕ/100мл
2663.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	11.07		Pseudomonas aeruginosa	0-300 КОЕ в х мл
2664.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая,дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
2665.	ГОСТ 18963-73п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
2666.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201,2202	E.coli;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
2667.	МУ № 3182-84 п.2.12; п.3.5	Воздух	20.13.52.12021.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11		Количество золотистого стафилококка	0-300КОЕ/1м^3
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ / 1м^3
					Общее количество микроорганизмов;	0-300 КОЕ /1м^3
2668.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов	20.13.52.12021.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10^{10}

					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300 КОЕ /1 $см^3$
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	0-150 КОЕ в 10$см^3$
2669.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодежда методом смывов			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
2670.	МУ № 3182-84п.5	Смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала			Синегнойная палочка	Обнаружено /не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено /не обнаружено
2671.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено Предельно-допустимое количество 5-50 микроорганизмов
2672.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1$м^3$
					S.aureus	0-300КОЕ/1$м^3$
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1$м^3$
2673.	МУК 4.2.2942-11п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
2674.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/нестерильно
2675.	МР от 03.06.86. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей	Объекты внешней среды	-		Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;	Обнаружено /не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ);	Обнаружено /не обнаружено

	внутрибольничных инфекций», п.3, п.5					
2676.	МУК 4.2.3695-21 п. 4.1.	Почва, песок жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций , курортных зон, игровых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи, лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки участки, тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.	71.20.11		Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli;	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
2677.	МУК 4.2.3695-21 п. 5.1.				Энтерококки (фекальные)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
2678.	МУК 4.2.3695-21 п.6.2.				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в 1 г От 1кл/г
2679.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Пищевые продукты, вода Объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
2680.	МУ 15/6-5-91. инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
2681.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2682.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1,				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2683.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
2684.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы.	-	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Обнаружено/не обнаружено
2685.	МУК 4.2.2218-07	Вода поверхностных водоемов	10.8, 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	Обнаружено/не обнаружено
Паразитологическая лаборатория						
2686.	МУК 4.2.2747-10	Пищевые продукты и продовольственное	10.11	0201-0203	Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены,

1	2	3	4	5	6	7

	п.7.1.1.	сырье: мясо, мясная продукция	10.13	0205-0206 0209-0210		экз.
2687.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1 МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2688.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21- 03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2689.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2690.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2691.	МУК 3.2.988 п.7					-
2692.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1 - 7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2693.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2694.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2695.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших /ооцистыкриптоспоридий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2696.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.3 МУК 4. 2.1884 – 04 п.3.4	Вода поверхностных водных объектов			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2697.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
2698.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг

1	2	3	4	5	6	7

2699.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7	Почва, песок			Цисты патогенных кишечныхпростейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./ 100 г
2700.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2701.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2702.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2703.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2704.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2705.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
2706.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Отбор проб	-
2707.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2		-	-	Отбор проб	-
2708.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5		-	-	Отбор проб	-
2709.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 3, п. 3.4		-	-	Отбор проб	-
2710.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1		-	-	Отбор проб	-
2711.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4		-	-	Отбор проб	-
2712.	РД 52.04.186-89, ч., раздел 5, п.5.2.6		-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	суточная- 0,007-0,69 мг/м^3;
2713.	РД 52.04.186-89.1, раздел 5, п. 5.2.1.1		-	-	Аммиак/азота гидрид	(0,01-2,5) мг/м^3
2714.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п 5.2.1.4		-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	(0,02-1,4) мг/м^3

2715.	РД 52.04.186-89,ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6		-	-	Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,016-0,94 мг/м^3
2716.	РД 52.04.186-89,ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5		-	-	Фенол/Гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	0,004-0,2 мг/м^3
2717.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 6, п.6.5.2		-	-	Оксид углерода/ Углерода оксид / углерод окись /углерод моноокись/угарный газ	0-50,0 мг/м^3
2718.	РД 52.04.791-2014		-	-	Аммиак/азота гидрид	0,02-5,0 мг/м^3
2719.	РД 52.04.792-2014		-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,021-4,3 мг/м^3
			-	-	Оксид азота/азот (II) оксид/азот монооксид	0,028-2,8 мг/м^3
2720.	РД 52.04.794-2014		-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	(0,03-5,0) мг/м^3
2721.	РД 52.04.795-2014		-	-	Сероводород/дигидросульфид/водород сернистый/гидросульфид	0,006-0,1 мг/м^3
2722.	РД 52.04.799-2014		-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	(0,003-0,1) мг/м^3
2723.	РД 52.04.823-2015		-	-	Формальдегид/муравьиный альдегид/оксометан/метиленоксид/метаналь	(0,01-0,20) мг/м^3
2724.	РД 52.04.893-2020(взамен РД		-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные	Разовая - 0,15-10,00 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7

	52.04.186-89, ч.1. раздел 5, п.5.2.6)				вещества/массовая концентрация пыли/пыль	
2725.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
2726.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	
2727.	Газосигнализатор мультигазовый «Комета-М» Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак/азота гидрид	1-300 мг/м^3
			-	-	Формальдегид/ муравьиный альдегид/оксометан/ метиленоксид/метаналь	0,1-8 мг/м^3
		Воздух рабочей зоны, Воздух закрытых помещений, Атмосферный воздух	-	-	Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	0,1-30 мг/м^3
			-	-	Диоксид азота/азота диоксид/двуокись азота/пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,1-30 мг/м^3
			-	-	Углерод оксид/угарный газ/углерода окись/углерод моноокись/оксид углерода	1-300 мг/м^3
2728.	ГОСТ 12.1.014-84 Линейно-колористический метод с использованием насоса УГ-2	Воздух рабочей зоны			азота оксиды (суммароно)	2-30 мг/м^3
					бензин (растворитель, топливный)	50-4000 мг/м^3
					углерода оксид	5-50 мг/м^3 10-3000 мг/м^3
					сера диоксид	5-100мг/м^3
					кислота серная	0,5-5 мг/м^3
					формальдегид	0,5-5 мг/м^3
2729.	МУ № 1633-77				хром (VI) триоксид	предел обнаружения в воз-духе 0,002 мг/м^3 (расчетная)
2730.	МУ №1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак/азота гидрид	5-50 мг/м^3
2731.	МУ № 1638-77				азота оксид (IV)	предел обнаружения в воздухе 3 мг/м^3 (расчетная)

2732.	МУ №1639-77				Озон/трехатомный кислород	0,05-0,25 мг/м^3
2733.	МУ № 1641-77				Серная кислота	предел обнаружения в воздухе 0,5 мг/м^3 (расчетная)
2734.	МУ № 1696-77				Формальдегид	предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м^3 (расчетная)
2735.	МУ № 4945-88				азота оксид (II)	0,65-27)мг/м^3
					азота оксид (IV)	1-42мг/м^3
					марганец	0,05-1,25 мг/м^3
2736.	МУ №5926-91				Фенол/гидроксибензол/ оксибензол/ фенилгидроксид/ фениловый спирт /моногидроксибензол	0,15-1,5 мг/м^3
2737.	МУК 4.1.2468-09				Пыль	1,0-250 мг/м^3
2738.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид/ муравьиный альдегид/оксометан/ метиленоксид/метаналь	0,25-3,0 мг/м^3
2739.	МУК 4.1.2471-09				Серы диоксид / диоксид серы / сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	5,0 -125,0 мг/м^3
2740.	ГОСТ 4011-72,п. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную, минеральную воду.	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,1-50,0 мг/дм^3/ мг/л
2741.	ГОСТ 4011-72,п. 3.				Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	0,05-50,0 мг/дм^3/ мг/л
2742.	ГОСТ 4245-72,п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
2743.	ГОСТ 4245-72,п. 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
2744.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00, 21.20.9	7323, 7324, 7326	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л

1	2	3	4	5	6	7

2745.	ГОСТ 4388-72п 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природнуюминеральную воду.	36.00	2201	Массовая концентрация меди/Медь (Cu, суммарно) /Медь (Cu)/Медь	0,02-12,5 мг/дм^3/ мг/л (0,02-12,5 мг/л)
2746.	ГОСТ 4974-2014п.6	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода.	36.00.11, 11.07.11.120 25.71	2201	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3/ мг/л
2747.	ГОСТ 6709-72п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3/ не более 0,02 мг/дм^3
2748.	ГОСТ 6709-72п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ не более 0,2 мг/дм^3
2749.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ не более 0,5 мг/дм^3
2750.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 мг/дм^3/ не более 0,02 мг/дм^3
2751.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм^3/ не более 0,05 мг/дм^3
2752.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05м мг/дм^3/ не более 0,05 мг/дм^3
2753.	ГОСТ 6709-72п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ не более 0,8 мг/дм^3
2754.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 мг/дм^3/ не более 0,02 мг/дм^3
2755.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 мг/дм^3/ не более 0,05 мг/дм^3
2756.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ не более 0,2 мг/дм^3
2757.	ГОСТ 6709-72п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 мг/дм^3/ не более 0,08 мг/дм^3
2758.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-12 ед. pH
2759.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая	10^{-4}-10 См/м

					электропроводимость при t-20^{0}C	
2760.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм^3/мг/дм куб
2761.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная, вода техническая (горячего водоснабжения	36.00, 11.07, 11.12, 25.71,	5809,7602, 7607, 7608, 7609, 7615	Алюминий/ (Al, суммарно)	0,04-56,0 мг/дм^3/ мг/л
2762.	ГОСТ 18190-72,п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм^3/ мг/л
2763.	ГОСТ 18190-72, п.3	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм^3/ мг/л
2764.	ГОСТ 18190-72, п.4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
2765.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.120 , 36.00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-40,0 мг/дм^3/ мг/л
2766.	ГОСТ 23268.1-91	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Запах	-
2767.	ГОСТ 23268.4-91				Сульфат-ион	От 2 мг
2768.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода для гемодиализа.	11.07.11.112, 36.00	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3/ мг/л
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь (Cu, суммарно)	0,0005-5,0 мг/дм^3/ мг/л
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3/ мг/л
					Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	0,0005-10,0 мг/дм^3/ мг/л
2769.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду,	11.07.11.120. 36.00	6101,6112-6115,6117, 6301-6308	Цветность	1-70 градуса

		природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков				
2770.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112 21.20.9	2201, 9503, 9507,4901-4905, 4908-4911,6910 - 6914, 7009, 7010, 7013,7015, 7018	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
2771.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
2772.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм куб
2773.	ГОСТ 31956-2012, п.4	Природные (поверхностные и подземные) и питьевые воды, в том числе расфасованные в емкость, включая природную минеральную воду, очищенные сточные воды.	36.00, 11.07.11.112, 10.86.10.300	2201	Хром общий/Хром (Cr, суммарно)/Хром (Cr общий)	0,025-25 мг/дм^3/ мг/л
					Хром (VI)/ Хром шестивалентный /Cr (+6)	0,025-25 мг/дм^3/ мг/л
					Хром (III)/ Хром трехвалентный/Cr (+3)	0,025-25 мг/дм^3/ мг/л
2774.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
2775.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.5.5	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная (поверхностная и подземная)			Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм^3
2776.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.1202 1. 20.9		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
2777.	ГОСТ33045-2014 Метод Б				Нитриты (NO_{2-})	0,003-30,0 мг/дм^3/ мг/л
2778.	ГОСТ33045-2014 Метод Д				Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
2779.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25^{0}С	10^{-4}-10 См/м
2780.	ГОСТ Р 52501-2005				Массовая	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7

	п.6.2				концентрация веществ, восстанавливающих KMn_4 (О)	не обнаружено
2781.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм куб
2782.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая (в т.ч. вода бассейнов)	36.00		Остаточный активный (общий) хлор	0,15-2,00 мг/дм3
2783.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая)	14.12	6101, 6112 – 6115,6117,	Мутность	1- 8 ЕМФ/ЕМФ (единицы мутности по формазину) 1-20,0 ЕМФ/ЕМФ (единицы мутности по формазину)
2784.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.			6301-6308	Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
2785.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
2786.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
2787.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-12) pH
2788.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
2789.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода для гемодиализа.	11.07.11.112, 36.00	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,0002-0,005 мг/дм^3/ мг/л
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь (Cu, суммарно)	0,0006- 1,0мг/дм^3/ мг/л
					Массовая концентрация свинца/	0,0002- 0,05мг/дм^3/ мг/л

1	2	3	4	5	6	7

					Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	
					Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	0,0005- 0,1мг/дм^3/ мг/л
2790.	РД 52.24.382-2019	Вода природная, очищенная сточная	36.00		Полифосфаты и фосфаты (PO43-)	0,010-0,200мг/дм^3
2791.	РД 52.24.493-2020	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00		Щелочность	0,17-8,20 ммоль/дм^3
			36.00		Гидрокарбонаты	10,0-500,0 мг/дм^3
2792.	РД 52.24.496-2018	Вода поверхностная	36.00		температура	0-50 ºС
2793.	РД 52.24.496-2018, п.9.1				температура	0-100 ºС
2794.	РД 52.24.496-2018, п.5.9.2				запах	0-5 балл
2795.	РД 52.24.496-2018, п.5.9.4				прозрачность	0-10 см
2796.	РД 52.24.497-2019 Вариант 1	Вода поверхностная	36.00		Цветность	5-500 градус
2797.	РД 52.24.497-2005 Вариант 2		36.00		Цветность	5-500 градус визуальный
2798.	ПНД Ф 14.1:2:4.3.-95	Питьевые, поверхностные воды	36.00		нитриты (по NO_2)	0,02-3,0 мг/дм^3
2799.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные воды	36.00		нитраты (по NO_3)	0,1-100,0 мг/дм^3
2800.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3/ мг/л
2801.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные (поверхностные и подземные) и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,005-10 мг/дм^3/ мг/л
2802.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00		Кальций (Ca)	1,0-2000,0 мг/дм^3
2803.	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
2804.	ПНД Ф 14.1:2.98-97				жесткость общая	0,1-50,0 ºЖ
2805.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	4,0-2000,0 мг/дм^3/ мг O_2/дм^3

2806.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3/мг/дм куб
2807.	ПНД Ф 14.1:2.108-97		36.00		сульфаты (SO_4^{2-})	30,0-12000,0 мг/дм^3
2808.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
2809.	ПНД Ф 14.1:2.111-97	Питьевые, поверхностные воды	36.00		хлориды (Cl^-)	10,0-10000,0 мг/дм^3
2810.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80,0 мг/дм^3/ мг/л
2811.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3/ мг/л
2812.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода бассейнов и аквапарков,	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117,6301-6308	Водородный показатель (pH)	1-12 ед. pH
2813.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная, вода техническая	36.00.		Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)/ Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мг O_2/дм^3/ мг O_2/дм куб
2814.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная	36.00		перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм^3
2815.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная	36.00		Сульфат-ион (SO_4^{2-})	10,0-1000,0мг/дм^3
2816.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Питьевые, природные, очищенные сточные воды	36.00		алюминий (Al^{3+})	0,04-0,56 мг/дм^3
2817.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
2818.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода питьевая, поверхностная	36.00		Ионы аммония	0,05-4,0 мг/дм^3
2819.	МУ 08-47/152	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,01-100,0 мг/кг/ млн$^{-1}$
					Массовая концентрация меди/ Медь	1,0-500,0 мг/кг/ млн$^{-1}$
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,01-100,0 мг/кг/ млн$^{-1}$
						1,0-500,0 мг/кг/

					Массовая концентрация цинка/Цинк	млн$^{-1}$
2820.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11 71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-12,0pH
2821.	ГОСТ 26951-86				Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
2822.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
2823.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
2824.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
2825.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
2826.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25° Т
2827.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
2828.	ГОСТ 9793-2016¸ п.9	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208,	Массовая доля влаги	1,0-85 %
2829.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
2830.	ГОСТ 9957-2015п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
2831.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах, консистенция.	описание
2832.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
2833.	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля золы	0-20 %
2834.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
2835.	ГОСТ 3623-2015п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
2836.	ГОСТ 3627-81п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.51.	0405-0406	Массовая доля	0,1-7,0 %

1	2	3	4	5	6	7

					хлористого натрия	
2837.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напи-ток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
2838.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид, запах, консистенция	Описание
2839.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутствует/ отсутствует
2840.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/ отсутствует
2841.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/ отсутствует
2842.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
2843.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
2844.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
2845.	ГОСТ 29246-91 п. 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
2846.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
2847.	ГОСТ 29248-91, п.4	Сгущенные и сухие молочные и консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
2848.	ГОСТ 30305.1-95п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
2849.	ГОСТ 30305.3-95п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0^{0}Т
2850.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50-180 ^{0}Т
2851.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
2852.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
2853.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
2854.	ГОСТ Р 54759-2011 п.7	Продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7

2855.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
2856.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Подготовка проб	-
2857.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
2858.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
2859.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
2860.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.			Массовая доля жира	50-75 %
2861.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
2862.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0 %
2863.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
2864.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
2865.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
2866.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
2867.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет Консистенция	описание
					Посторонние примеси	Обнаружено/не обнаружено
					Запах Вкус	описание
2868.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
2869.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
2870.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
2871.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7

2872.	ГОСТ 7636-85 п.7.12				Перекисное число	0,03-1,3 ммоль активного кислорода/ кг
2873.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
2874.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	0,1-100,0%
2875.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
2876.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2%
2877.	ГОСТ 26808-2017, п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604,1605	Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%
2878.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
2879.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604, 1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%
2880.	ГОСТ 31964-2012п.6	Макаронные изделия	10.73.	1902	Подготовка проб	-
2881.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1				Цвет и форма	описание
2882.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2				Запах и вкус	описание
2883.	ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
2884.	ГОСТ 31964-2012 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе HCl	0-0,5 %
2885.	ГОСТ 31964-2012 п.7.9				Металломагнитные примеси	0,001-10,000 мг/кг
2886.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
2887.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
2888.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
2889.	ГОСТ 5670-96				Кислотность	0,1-50 град.
2890.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.	1901, 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
2891.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
2892.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7

2893.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
2894.	ГОСТ 5898-8,7п.2				Кислотность	0,2-50 градусы
2895.	ГОСТ 5898-87,п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
2896.	ГОСТ 5900-2014п.2				Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2897.	ГОСТ 5900-2014п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
2898.	ГОСТ 5901-2014 п.8				Массовая общей доля золы	0,020-0,200 %
2899.	ГОСТ 5901-2014п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,020-0,100 %
2900.	ГОСТ 5901-2014п.10				Металломагнитные примеси	0,00003-1,00000 %
2901.	ГОСТ 5903-89п 6.2.				Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
2902.	ГОСТ 5904-2019				Подготовка проб	-
2903.	ГОСТ 26811-2014				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
2904.	ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	0-60 %
2905.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
2906.	ГОСТ 8756.1-2017				Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0% 1,0-99,0%
2907.	ГОСТ 24556-89,п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция
2908.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30, 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
2909.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30, 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
2910.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки			pH	2-12ед pH
2911.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	От 0,01 %
2912.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей,	10.30.,	2001-2008, 1602	Подготовка проб для	-

		мясные и мясорастительные консервы	10.11.		лабораторных анализов	
2913.	ГОСТ 29270-95	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Нитраты	(24-3000)мг/кг
2914.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля влаги	от 0,2 – 10,0% св. 10%
2915.	МУ 5048-89, п.2	Продукция растиениеводства	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
2916.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
2917.	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей	От 0,04%
2918.	ГОСТ 11812-66, п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-0,5 %
2919.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	0,1-40 ммоль активного кислорода на кг масла
2920.	ГОСТ 31933-2012 п.7				Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
2921.	ГОСТ 31762-2012п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
2922.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
2923.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
2924.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Кислотность	0,05-10,0 %
2925.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
2926.	ГОСТ 32189-2013, п.5.2	Маргарины, спреды, топленые,смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
2927.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	5,0-60,0%
2928.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
2929.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	40,0-100,0%
2930.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
2931.	ГОСТ 34178-17	Спреды и топленые смеси	10.42	0405 0406	Перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кг масла
2932.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
2933.	ГОСТ 3639-79, п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
2934.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3/100см3
2935.	ГОСТ 6687.5-86 п.2				Внешний вид,	описание

1	2	3	4	5	6	7

					прозрачность, цвет, аромат, вкус	
2936.	ГОСТ 12787-81	Пиво	11.05.	2203	Объемная доля спирта	2,8-8,6%
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-22%
2937.	ГОСТ 12788-87 п.1				Кислотность	1,3-5,5к.ед.
2938.	ГОСТ 12789-87 п.3				Цвет	0,1-4,0 ц.ед. 2,0-100 ед. ЕВС
2939.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02., 11.03.	2204-2206	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм^3
2940.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05.	2203	pH	3,8-4,8 ед. pH
2941.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация общего экстракта	0-420,0 г/ дм3
					Массовая концентрация приведенного экстракта	0-420г/дм3
					Массовая концентрация остаточного экстракта	0-420,0 г/дм3
2942.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
2943.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
2944.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Крепость	0-100 %
2945.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см3
2946.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5г/100 см3
2947.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см3
2948.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01..	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
2949.	ГОСТ 32114-2013				Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3

1	2	3	4	5	6	7

2950.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
2951.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
2952.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание
2953.	ГОСТ Р 54607.1-2011				Подготовка проб	-
2954.	ГОСТ Р 54607.2-2012				Определение средней массы	0-1000,0г свыше 1000,0г
2955.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1				Цвет, запах фритюрного жира	описание
2956.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
2957.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Достаточная/ недостаточная (реакция положительная/ отрицательная)
2958.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
2959.	ГОСТ Р 54607.5-2015, п.7.3				Массовая доля жира	0-90,0%
2960.	ГОСТ Р 54607.6-2015				Массовая доля сахарозы	0-80,0%
2961.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола Белок	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции -

					Жир Белки+углеводы Калорийность	-
2962.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые		0201 - 0204, 0207, 0302 -0304	Фосфаты	50-300 мг/100г
2963.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Подготовка проб. Минерализация проб	-
2964.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71,	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,004-50,00 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,001-50,000 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,002-200,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,01-400,0 мг/кг

			10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07			
2965.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и пищевое сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73,	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-	Массовая доля свинца/ Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Массовая доля кадмия/ Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Массовая доля меди/ Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Массовая доля цинка/ Цинк	0,5-100,0 мг/кг
2966.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
2967.					Массовая доля активного перекиси водорода /Перекись водорода	0-40,0%
2968.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4.				Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида / Четвертичные аммониевые соли	0-40,0 %
2969.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.6.				Массовая доля N,N-бис (3 аминопропил)-додециламина /Третичный алкиламин	0-15,0 %
Отбор проб						
2970.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
2971.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция			Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
2972.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

2973.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
2974.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	-
2975.	МУК.4.2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
2976.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5.7	Почва	-	-	Отбор проб	
2977.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
2978.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
2979.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
2980.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
2981.	ГОСТ 4288-76 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	0201	Отбор проб	-
2982.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко, молочные продукты	10.53	0401-0404	Отбор проб подготовка проб	
2983.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3	0405	Отбор проб подготовка проб	
2984.	ГОСТ Р 55063 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыр, сыры плавленые	10.51.4	0406	Отбор проб	
2985.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло (топленое и сливочное) и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Отбор проб подготовка проб	
2986.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Отбор проб	
2987.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1101-1103 1105-1106	Отбор проб	
2988.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	10.73	1902	Отбор проб	
2989.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1704	Отбор проб	
2990.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Продукты пищевые консервированные	10.30	2001-2008	Отбор проб	
2991.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей в том числе фруктовые и овощные соки нектары, сокосодержащие напитки,	10.30, 10.32	2001-2008	Отбор проб	

		фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленных из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы и кетчупы				
2992.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	2103	Отбор проб	
2993.	ГОСТ 32190 п.5.9	Масла растительные	10.41	1507-1514	Отбор проб	-
2994.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01	2208	Отбор проб	-
2995.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85		Отбор проб	-
2996.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	36		Отбор проб	-
2997.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, включая точку фактического потребления в распределительной сети; домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения (в больших зданиях и сооружениях)	36.00.11		Отбор проб	-
2998.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почва	71.20.11		Отбор проб	-
2999.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из сви-нины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13.15 10.13.9 10.2	0307 0401-0403	Отбор проб	-
3000.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты		1602	Отбор проб	-
3001.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Отбор проб	-
3002.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
3003.	ГОСТ 31730 п.5.2	Продукция винодельческая в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
3004.	ГОСТ Р 52501 п.5	Вода для лабораторного анализа			Отбор проб	-
Методы измерения физических факторов						
3005.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение/КЕО	-
3006.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С

					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3007.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3008.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
3009.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
3010.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровни звукового давления	(11-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3011.	МР 4.3.0008-10	Калибровка шумомеров.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровни звукового давления	(11-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА

3012.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровни звукового давления	(11-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Пиковый уровень звука	(22-139) дБС
3013.	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровни звукового давления	(11-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3014.	МУ № 1844-78	Рабочие места в помещениях и на территории предприятий, машины и оборудование на их рабочих местах в типичных условиях эксплуатации	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	20-140 дБА
					Уровни звукового давления	11-139 дБА
					Эквивалентный уровень звука	20-140 дБА
					Максимальный уровень звука	20-140 дБА
3015.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 61»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3016.	Руководство по эксплуатации «измеритель	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения. Рабочие	-	-	Постоянный, непостоянный уровень звука	(22-139) дБА

	Многофункциональный Экофизика»	места. Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий.			Уровни звукового давления	(11-139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
3017.	Руководство по эксплуатации Мультиметр цифровой АРРА- 61	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания.	-	-	Напряжение сети	До 1000 В
3018.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-00»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 8 – 100 В/м 0,8 – 10 В/м
					Напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 0,08 мкТл – 1 мкТл 8– 100 нТл
3019.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха,	(0,1-30)м/с
3020.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.7.	Рабочие места, производственная зона общественные здания, лечебно- профилактические учреждения и аптеки	-	-	напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 8 В/м – 100 В/м 0,8 В/м – 10 В/м
					напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 0,08 мкТл – 1 мкТл 8– 100 нТл
Радиологические методы исследований						
3021.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
3022.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Мощность амбиентного	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч

					эквивалента дозы гамма-излучения	(0,10 – 99,99) Р/ч
3023.	Руководство по эксплуатации Дозиметра ДРГ-01Т1	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения. Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
Раздел 12: 671010, Республика Бурятия, Тункинский район ,с. Кырен, ул. Каландаришвили, дом № 20						
3024.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51,10.52, 10.71,.10.72, 10.82,10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1109, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3025.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3026.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39; 10.84; 10.86; 10.89;	02.07	C. perfrigens	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3027.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3028.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13; 10.20; 10.32; 10.39; 10.51; 10.61; 10.62; 10.72; 10.82; 10.86; 10.89; 11.05	1601; 1604; 19.01;19.04; 19.05; 2001;2206	Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3029.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.11,10.12, 10.13, 10.20, 03.20-03.22, 01.24.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61,	0201-0210, 0302-0305, 0401-0410, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501,1502, 1504, 1517101000-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

			10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89	1517901000, 1506-1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1701, 1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2102-2105, 2106909804, 2201-2204, 2206		
3030.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11; 10.12; 10.20; 10.61; 10.71; 10.85; 10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811, 1601; 1602;1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3031.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.20	1901 10;0302	Энтерококки	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3032.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.51.11.110-140; 190 10.51.11.190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140,400, 420,420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11.000 03.21.12.110-130,190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901; 10;2009; 2201;2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61.10.71, 10.89 01.13. 10.11.			
3033.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52. 10.86	0401-0406	S. aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3034.	ГОСТ 32901п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120 10.51.12.112 10.51.51.110	0401;0406; 0407; 0402	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3035.	ГОСТ 32901п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3036.	ГОСТ 32901п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3037.	ГОСТ 32901п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3038.	МУК 4.2.999	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

3039.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3040.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-0605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203	Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3041.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Продукты пищевые и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41;10.42; 10.61;10.71; 10.72;10.73; 10.82;10.83; 10.85;10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203	Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3042.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.41;10.42; 10.61;10.71; 10.72;10.73; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009; 2101-2106; 2201-2203	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3043.	ГОСТ 30425 п.6	Консервы	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.32;1039; 10.51;10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	Промышленно - стерильно/промышленно – нестерильно:
3044.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы			Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные и	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

					анаэробные микроорганизмы	
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробныеи анаэробные микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3045.	ГОСТ 30425п.7.8	Консервы	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.32;1039; 10.51;10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Плесневые грибы	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
					Дрожжи	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3046.	ГОСТ 30425п.7.9	Консервы	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.32;1039; 10.51;10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3047.	ГОСТ 30425п.7.10	Консервы	10.11;10.12; 10.13;10.20; 10.32;1039; 10.51;10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3048.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05; 11.07	0201-0210, 0302-0305, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1009, 1101-1109, 1501-1522, 1601- 1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901- 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203,	Патогенные микроорганизмы , в т.ч.сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3049.	МУК 4.2.1122	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.11, 10.12, 10.13, 03.20-03.22, 10.20, 10,31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85,	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 08.01-0814, 0901-0910, 1101-1109, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)

			10.86,	1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203,		
3050.	ГОСТ 32064 п. 9.1	Пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 03.20-03.22, 01.24.2,10.31, 10.32, 10,39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10,84, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0302-0305, 0401-0410, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501, 102, 1504, 1506-1520, 1601, 1602, 1603, 1604, 1701, 1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2102-2015, 2201-22014, 2206	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3051.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1	Пищевые продукты	11.07	0201-0210, 0302-0305, 0401-0410, 0701-0713, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501, 1502, 1504, 1506-1520, 1601, 1602, 1603,1604, 1701, 1704, 1801-1806,. 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2102-2015, 2201-2203	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3052.	МР от 17 августа 1990 г Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях	Пищевые продукты	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82,	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1109, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-	Шигеллы	Обнаружено /не обнаружено от 10^6 КОЕ/г ($см^3$);
					Сальмонеллы	Не обнаружено/ обнаружено

	приложение 1		10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Условно-патогенные возбудители (энтеробактерии, стафилоккок, B.cereus, Cl.perfringens)	Не обнаружено/ обнаружено $1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3053.	МУ 2.1.4.1184 -03 приложение 7	Вода , расфасованная в емкости	11.07.	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С; при температуре 22^0С	0-300 КОЕ/1мл
3054.	МУ 2.1.4.1184 -03 приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл; 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
3055.	МУ 2.1.4.1184 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования			Pseudomonas aerogunosa	Обнаружено /не обнаружено в 1000 мл
3056.	МУ 2.1.4.1184 приложение 10				Колифаги	0-300 БОЕ/100мл
3057.	МУ 4.2.2723- 10 за исключением п.13	Пищевые продукты, вода Объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)	-	-	Патогенные микроорганизмы , в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
3058.	МУК 4.2. 1018-01 п.8.1	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого , в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	36.000.11, 36.000.12	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ)	0-300 КОЕ/мл
3059.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого , в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.			Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл

1	2	3	4	5	6	7

3060.	МУК 4.2. 1018-01 п.8.3 МУК 4.2.2690-21				Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-240 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-240 КОЕ в 100 мл
3061.	МУК 4.2. 1018-01 п.8.5 МУК 4.2.2690-21				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
3062.	МУК 4.2. 1018-01 п.8.4 МУК 4.2.2690-21				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
3063.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
3064.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8. МУК 4.2.3691- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-24000 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-24000 КОЕ в 100мл
3065.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9.				Колифаги	0 -300БОЕ / 100 мл
3066.	МУК 4.2.1884 -04 приложение 2.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
3067.	МУК 4.2.1884 -04 приложение 5				Энтерококки	0 -300КОЕ/100 мл
3068.	МУК 4.2.1884 -04 приложение 7.	Вода бассейнов, вода аквапарков, вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого , хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования			Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					число стафилококков Staphylococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл
3069.	МУК 4.2.1884 п.2.10.	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого , в том числе горячего водоснабжения,			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл

		технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков				
3070.	МУ 2.1.5.800 -99 приложение 6 Изменение № 1 МУ 2.1.5.3692-21 п.4.5.	Сточные воды	37.00.2	2201. 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
3071.	МУ 2.1.5.800 -99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
3072.	МУ 2.1.5.800 -99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
3073.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1.2.	Вода поверхностных водных объектов	36.00.136.00 .11 36.0012.000	160100	Холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено
3074.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201, 2202	E. coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
3075.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
3076.	МУК 4.2.2942 -11 п.3.2	Поверхность объектов внешней среды , рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
3077.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно / нестерильно

1	2	3	4	5	6	7

3078.	МУ 15/6-5-91 от 28.02.91 инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
3079.	МУК 4.2.1035-01 п.5; п.6.3.1; п.10	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция не эффективна
3080.	МУ3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты, поверхность объектов методом смывов	-	-	Y. enterocolitica Y.pseudotuberculosis	Обнаружено/не обнаружено
Паразитологические исследования						
3081.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены, экз
3082.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1 п.7.2.2				Цистицерки (финны)	Обнаружены/не обнаружены, экз
3083.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.121-0322 10.20	0301 0302-0308	личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека:Нематод, цестод, трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз
3084.	МУК 3.2.988-00 3.2.11.1				Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека:Нематод, цестод, трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз
3085.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3				личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: трематод	Обнаружены/не обнаружены, экз
3086.	МУК 3.2.988-00 п. 7				Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека:нематод, цестод, трематод, скребней	-
3087.	МУК 4.2.3016-12 п 7.1-п.7.3	Плодоовощная плодоягодная растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22-01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов , цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены, экз
3088.	МУК 4.2.2314-08 п .5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованнгого питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов. Цисты патогенных кишечных простейших. Цисты лямблий	Обнаружены/не обнаружены, экз

3089.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1					
3090.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.2	Вода систем централизованного, нецентрализованнгого питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости			Ооцисты патогенных простейших/ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены, экз
3091.	МУК 4.2.1884-03 п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов. Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз
3092.	МУК 4.2.1884-03 п.3.4				Яйца гельминтов. Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз
3093.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены, экз/кг
3094.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5				Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены, экз/кг
3095.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз/100г
3096.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз
3097.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз
3098.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз
3099.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз
3100.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены, экз

3101.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших.	Обнаружены/не обнаружены, экз
Санитарно-химические показатели						
3102.	ГОСТ 4011-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	4110000	Железо (Fe, суммарно)	0,1-2,0 мг/дм^3
3103.	ГОСТ 4011-72, п.3				Железо (Fe, суммарно)	0,05-2,0 мг/дм^3
3104.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00		Хлориды (Cl^-)	10,0-500,0 мг/дм^3
3105.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3
3106.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов, аквапарков, упаковка, посуда, столовые приборы изделия санитарно-гигиенические из металла (водные вытяжки)	36.00	7323, 7324	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм^3
3107.	ГОСТ 6709-72, п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Остаток после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм^3
3108.	ГОСТ 6709-72, п.3.5				Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
3109.	ГОСТ 6709-72, п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
3110.	ГОСТ 6709-72, п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
3111.	ГОСТ 6709-72, п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
3112.	ГОСТ 6709-72, п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
3113.	ГОСТ 6709-72, п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 мг/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
3114.	ГОСТ 6709-72, п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
3115.	ГОСТ 6709-72, п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 мг/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
3116.	ГОСТ 6709-72, п 3.16				Водородный показатель	-1-19 ед. pH
3117.	ГОСТ 6709-72, п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10^{-1} См/м

1	2	3	4	5	6	7

3118.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм^3
3119.	ГОСТ 18165-2014, метод Б	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00, 11.07.11.120	5809 00 000 0 7602 00, 7607	Алюминий (Al^{3+})	0,04-0,56 мг/дм^3
3120.	ГОСТ 18190-72, 2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм^3
3121.	ГОСТ 18190-72, 3	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода для гемодиализа, вода плавательных бассейнов и аквапарков	21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм^3
3122.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.1203 6.00	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Полифосфаты (PO_4^{3-})	0,01-0,4 мг/дм^3
3123.	ГОСТ 18309-2014 Метод. Б				Общий фосфор и фосфора фосфатов	0,005-0,8 мг/дм^3
3124.	ГОСТ 23268.5-78	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11.112	2201	Сульфат ион (SO_4^{2-})	0,001-1000,0 мг/дм^3
3125.	ГОСТ 31868-2012, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)	20.42	6101, 6112 - 6115, 6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303, 5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	1-70 градуса
	ГОСТ 31868-2012, Метод Б				Цветность	1-70 градуса
3126.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода для гемодиализа	36.00 11.07.11.20		Сульфаты (SO_4^{-2})	25-500 мг/дм^3
3127.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3		11.112 21.20.9		Сульфаты (SO_4^{-2})	2-50 мг/дм^3
3128.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ
3129.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.3.2	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3

3130.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.5.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00		Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм^3
3131.	ГОСТ 33045-2014 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00 11.07.11.120		Аммиак/аммоний-ион (NH_3/NH^{+4})	0,1-300,0 мг/дм^3
3132.	ГОСТ 33045-2014 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00 21.20.9		Нитриты (NO^{-2})	0,003-3,0 мг/дм^3
3133.	ГОСТ 33045-2014 Метод Д	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), вода плавательных бассейнов, аквапарков			Нитраты (NO^{-3})	0,1-200,0 мг/дм^3
3134.	ГОСТ Р 52501-2005 6.1	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 25^{0}С	10^{-7}-10^{-2} См/м
3135.	ГОСТ Р 52501-2005 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(О)	обнаружено/не обнаружено
3136.	ГОСТ Р 58144-2018 8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(О)	обнаружено/не обнаружено
3137.	ГОСТ Р 58144-2018 8.14				Водородный показатель (pH)	-1-19 pH-
3138.	ГОСТ Р 58144-2018 8.15				Удельная проводимость (УЭП)	10^{-4}-10 См/м
3139.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120		Перманганатная окисляемость	0,5-10 мг О/дм^3
3140.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б				Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мг О/дм^3
3141.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода,	14.12	6101, 6112 – 6115,6117,	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ

3142.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.	включая природную минеральную воду, вода природная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая (вода горячая), вода дистиллированная, СИЗ и их комплектующие (водные вытяжки)		6301-6308 4101-4103, 4302,4303 5106-5113, 5701-5705, 4823	Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
3143.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
3144.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00. 71.20.11		Аммиак/аммоний-ион (NH_3/NH^{+4})	0,05-4,00 мг/дм^3
3145.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00.		Щелочность	0,17-8,2 ммоль/дм^3
3146.	РД 52.24.496-20059.2	Вода природная и очищенная сточная			Запах	0-5 балл
3147.	РД 52.24.496-20059.4	Вода поверхностная и очищенная сточная			Прозрачность	0-10 см
3148.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная и очищенная сточная	36.00. 38.1.		Нитриты (NO^{-2})	0,02-3 мг/дм^3
3149.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная и очищенная сточная	71.20.11		Нитраты (NO^{-3})	0,1-100 мг/дм^3
3150.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная(производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищеная)	36.00.		Кальций (Са)	1,0-2000 мг/дм^3
3151.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и хозяйственно-бытовые воды	36.00. 38.1, 71.20.11		Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3
3152.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода природная (поверхностная, подземная), очищенная сточная (ливневые)	36.00.		Жесткость общая	0,1-50 ºЖ
3153.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
3154.	ПНД Ф 14.1:2.108-97	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и хозяйственно-бытовые воды	36.00. 38.1, 71.20.11		Сульфаты (SO_4^{2-})	30-120000 мг/дм^3
3155.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная(поверхностная, подземная), очищенная сточная (ливневые)	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-50000 мг/дм^3
3156.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные воды	36.00.		Полифосфаты (PO_4^{3-})	0,05-80 мг/дм^3
3157.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
3158.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода техническая (горячего водоснабжения), вода	36.00. 20.42	6101, 6112 - 6117, 6301-6308, 4101-4103	Водородный показатель (pH)	(1-14) pH

		бассейнов и аквапарков, СИЗ и их комплектующие изделия (водные вытяжки)		4302,4303, 5106-5113, 5701-5705,4823		
3159.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная (грунтовая) очищенная сточная	36.00.		Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мг O_2/дм^3
3160.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточных и очищенных.	36.00.		Перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм^3
3161.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевые, поверхностные, подземные, пресные	36.00. 38.1, 71.20.11		Фториды (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3
3162.	Амперометрический метод с использованием прибора Комета-М-5ФГИМ 413415.001-500-006РЭ	Атмосферный воздух.			Серы диоксид	0-30 мг/м^3
					Азота диоксид (двуокись азота, пероксид азота)	0-30 мг/м^3
					Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0-300 мг/м^3
		Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.			Аммиак	0-300 мг/м^3
					Формальдегид+(метаналь)	0-8 мг/м^3
3163.	ГОСТ 26483-85	Почва, грунт	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14.0 pH
3164.	ГОСТ 26951-86	Почва, грунт	71.20.11		Нитраты (по NO_3)	2,8-109,0 мг/кг
3165.	ГОСТ 4288-76, п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Отбор проб	-
3166.	ГОСТ 4288-76, п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	0210	Масса	1 - 500,00 г
3167.	ГОСТ 4288-76, п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	Описание
3168.	ГОСТ 4288-76, п.2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
3169.	ГОСТ 4288-76, п.2.5				Массовая доля влаги	0,7 - 80,0 %

3170.	ГОСТ 4288-76, п.2.6				Кислотность	4 - 25° Т
3171.	ГОСТ 8558.1-2015, п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002 - 0,012 %
3172.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0 - 85 %
3173.	ГОСТ 9957-2015, п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Подготовка проб	-
3174.	ГОСТ 9957-2015, п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля хлористого натрия	0,1 - 7,0 %
3175.	ГОСТ 10574-2016	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных, мясные консервы	10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля крахмала	0,03 - 15,4 %
3176.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	20 - 200 мг/кг 0,002 - 0,02 %
3177.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
3178.	ГОСТ 3622-68	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого	10.4 10.5	0401-0416	Отбор проб	-
3179.	ГОСТ 3623-2015, п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
3180.	ГОСТ 3627-81, п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.53.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1 - 7,0 %
3181.	ГОСТ 5867-90, п.2	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5 - 70,0 %
3182.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутсвует/ отсуствует
3183.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутсвует/ отсуствует
3184.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутсвует/ отсуствует
3185.	ГОСТ 29245-91 п.4	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Герметичность металлических банок	описание
3186.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
3187.	ГОСТ 29246-91, п.2.2, п.3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5 - 25,0 %

1	2	3	4	5	6	7

3188.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	1,0 - 40,0%
3189.	ГОСТ 30305.1-95, п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0 - 50,0 %
3190.	ГОСТ 30305.3-95, п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0 - 150,0 ^{0}Т
3191.	ГОСТ 30648.1-99, п.4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5 - 30,0 %
3192.	ГОСТ 30648.3-99, п. 4.	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,5 - 99,0%
3193.	ГОСТ 30648.4-99, п. 4	Жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детскогопитания	10.86.	0401-0404	Кислотность	1 - 150 ^{0}Т
3194.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50 - 180 ^{0}Т
3195.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты	10.53.	0401-0406	Внешний вид	описание
					Запах	описание
					Консистенция	описание
3196.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5 - 99,0 %
3197.	ГОСТ Р 54669-2011, п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2 - 250^0 Т
3198.	ГОСТ Р 54758-2011, п.6.	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015 -1040 кг/м^3
3199.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5 - 99,0 %
3200.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.5.	Сыры, сыры плавленые	10.51.4.	0406	Массовая доля рассола, маринада	0 - 50,0%
3201.	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.6.				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0 - 70,0 %
3202.	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.8.				Массовая доля жира	7,0 -3 9,0 %
3203.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.10.				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0 -8,0 %
3204.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.4., п. 7.5.	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Массовая доля жира	50 - 75%
3205.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.6., п.7.7.				Массовая доля влаги	0,5 - 60,0 %
3206.	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.12.				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5 - 3,0 %
3207.	ГОСТ Р 55361-2012,				Титруемая кислотность	1,0 - 6,0^{0}К

	п.7.14.					
3208.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.15.				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0 - 6,0^{0}К
3209.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16.				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0 - 70,0^{0}Т
3210.	ГОСТ 7636-85, п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
3211.	ГОСТ 7636-85, п.3.3.1, п.3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90 %
3212.	ГОСТ 7636-85, п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
3213.	ГОСТ 7636-85, п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
3214.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	Описание
					Массовая доля составных частей	5,0-95,0 %
					Масса нетто	0-100,0 %
3215.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0 %
3216.	ГОСТ 27082-2014, п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 %
3217.	ГОСТ 31339-2006,п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них			Массовая доля глазури	0-5,0 %
3218.	ГОСТ 31412-2012, п.6	Водоросли, морские травы и продукция из них	10.20.	0303-0308	Внешний вид Цвет Посторонние примеси Консистенция Вкус и запах	Описание
3219.	ГОСТ 32157-2013	Рыбные консервы	10.20.	1604,1605	Массовая доля отстоя в масле	0-50 %
3220.	ГОСТ 10844-74	Зерно	01.11	1104	Кислотность	0,2-50,0 град
3221.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
3222.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50 градус кислотности
3223.	ГОСТ 27494-2016	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Зольность	0,38-1,94 % мука 4,45-6,05 % отруби

3224.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет Запах Вкус Хруст	Описание
3225.	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Количество и качество клейковины	1-50 %
3226.	ГОСТ 31964-2012, п.6				Подготовка проб	-
3227.	ГОСТ 31964-2012, п.7.1				Цвет и форма	Описание
3228.	ГОСТ 31964-2012, п.7.2				Запах и вкус	Описание
3229.	ГОСТ 31964-2012,п.7.3.1, 7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
3230.	ГОСТ 31964-2012, п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
3231.	ГОСТ 31964-2012, п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе HCl	0-0,2 %
3232.	ГОСТ 31964-2012, п.7.6				Массовая доля золы	0-5,0 %
3233.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма Поверхность Цвет Вкус и запах	Описание Описание Описание Описание
3234.	ГОСТ 5668-68, п.2., п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
3235.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
3236.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
3237.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.	1901, 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
3238.	ГОСТ 5698-51, п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
3239.	ГОСТ 7128-91	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72.	1901, 1905	Влажность	1,0-50,0 %
3240.	ГОСТ 8494-96	Сдобные пшеничные сухари	10.72.	1901, 1905	Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
3241.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
3242.	ГОСТ 5897-90, п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	Описание
3243.	ГОСТ 5898-87, п.2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
3244.	ГОСТ 5898-87,п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
3245.	ГОСТ 5900-2014, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
3246.	ГОСТ 5901-2014, п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая общей доля золы	0,020-5,000 %

3247.	ГОСТ 5901-2014, п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,020-5,000 %
3248.	ГОСТ 5903-89, п 6.2.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
3249.	ГОСТ 5904-2019 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
3250.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
3251.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля жира	0-60 %
3252.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00%
3253.	ГОСТ 8756.0-70 п.4	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Подготовка проб	- -
3254.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 0-95,0% 10,0-95,0%
3255.	ГОСТ 24556-89, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция
3256.	ГОСТ 25555.5-2014, п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
3257.	ГОСТ 26186-84, п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-30 %
3258.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12 ед pH
3259.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
3260.	ГОСТ ISO 750-2013, п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
3261.	ГОСТ 33977-2016, п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля влаги	От 0,2 – св. 10%
3262.	ГОСТ 1936-85	Чай			Массовая доля металломагнитной примеси	-
3263.	ГОСТ 32572-2013, п.10.2	Чай	10.83.	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	Описание
3264.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
3265.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	Описание
3266.	ГОСТ 11812-66, п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7

3267.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	Описание
3268.	ГОСТ 31762-2012, п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
3269.	ГОСТ 31762-2012, п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
3270.	ГОСТ 31762-2012, п.4.8				Кислотность	0,05-10,0 %
3271.	ГОСТ 31762-2012, п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
3272.	ГОСТ 31933-2012, п.7.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Кислотное число	0-30 мг КОН/г
3273.	ГОСТ 32189-2013,п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	Описание
3274.	ГОСТ 32189-2013,п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	0-50,0%
3275.	ГОСТ 32189-2013,п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
3276.	ГОСТ 32189-2013,п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	0-85,0%
3277.	ГОСТ 32189-2013,п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
3278.	ГОСТ 3639-79, п.2.1	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
3279.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 к.ед.
3280.	ГОСТ 12788-80, п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
3281.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05.	2203	pH	3,8-4,8 ед. pH
3282.	ГОСТ 32035-2013, п.5.4.	Водка	11.01	2208	Щелочность	1,5-3,5 см^3/100 см^3
3283.	ГОСТ 32036-2013,п.6.4	Спирт этиловый	11.01.	2207	Определение чистоты	положительный/отрицательный
3284.	ГОСТ 32114-2013, п.4	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм^3
3285.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
3286.	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.2	Соль пищевая			Йод	20-60 мкг/г
3287.	ГОСТ Р 54607.3-2014,п.6.2	Продукция общественного питания			Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
3288.	ГОСТ Р 54607.3-2014,п.7.1	Продукция общественного питания			Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных	достаточная/ недостаточная (реакция положительная/отрицательная)

					кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	
3289.	ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1, 7.2	Продукция общественного питания	10.85		Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0 %
3290.	ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.3	Продукция общественного питания	10.85		Массовая доля жира	0-85,0 %
3291.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	(50-300) г/порция (100-700) г/суточной порции (1,0-100,0) г/порция (10,0-150,0) г/суточной порции - -
3292.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора/Активный хлор	0-65,0 %
3293.	Р 4.2.2643-10, п.4.2.2.	Дезинфекционные средства	20.20.14	380894	Массовая доля перекиси водорода/Перекись водорода	0-40,0%
3294.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
3295.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-
3296.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
3297.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-
3298.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
3299.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
3300.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др.методов	-	-	Применяемые вещества	-
Физические факторы						
3301.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение: Освещенность Яркость Естественное освещение/КЕО	 (10-200000) лк (10-200000) кд/м^2 -
3302.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С

					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3303.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
3304.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
3305.	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 61»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
Отбор проб						
3306.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
3307.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
3308.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308		
3309.	МУК 4.2.3016-12п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
3310.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников	36.00.11	2201	Отбор проб	

		централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.				
3311.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
3312.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
3313.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
3314.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
3315.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
3316.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
3317.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Отбор проб	
3318.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого	10.4 10.5	0401-0406	Отбор проб	
3319.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб подготовка проб	
3320.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб подготовка проб	
3321.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб подготовка проб	
3322.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб подготовка проб	
3323.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.	0303-0308	Отбор проб подготовка проб	
3324.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	
3325.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб подготовка проб	
3326.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб подготовка проб	
3327.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	

3328.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Белый сахар	10.81.	1701	Отбор проб	
3329.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб Подготовка проб	
3330.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	
3331.	ГОСТ 28875 п.2.1.2, п.2.1.3	Пряности	10.84.	0903-0910	Отбор и подготовка проб	
3332.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84.	0903-0910	Отбор проб	
3333.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	
3334.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	
3335.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Отбор проб	
3336.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	
3337.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3, 10.84.30.130	2501 00, 2501 009110	Отбор проб	
Раздел 13: 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.12.						
3338.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	Презумптивные B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3339.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3340.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3341.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Плесневые грибы Дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

3342.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3343.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20; 10.61;10,71;10.85; 10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	БактериородовProteus , Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
3344.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

			10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.		Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3345.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3346.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3347.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3348.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

			10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;		
3349.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Esherichia coli	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3350.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3351.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки(S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
3352.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406;0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

3353.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3354.	ГОСТ 32901п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3355.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
3356.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующи еклостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3357.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3358.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203	Подсчет микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)
3359.	ГОСТ 7702.2.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
3360.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг
3361.	ГОСТ Р 54674, п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3362.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

3363.	МУК 4.2.577-96 п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3364.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				E.coli;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3365.	МУК 4.2.577-96 п.7.5.				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3366.	МУК 4.2.577-96 п.7.4.				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
3367.	МУК 4.2.577-96 п.7.6.				Энтерококки	Обнаружено/не обнаруженов Хг($см^3$)
3368.	МУК 4.2.577-96 п.7.8.				Количество дрожжей	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Количество плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3369.	МУК 4.2.577-96 п.7.10.				Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3370.	МУК 4.2.577-96 п.7.7.				B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3371.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3372.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806; 1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г($см^3$)
3373.	ГОСТ 33536-2015	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	1082.21-1082.23	180690110-1806906000,1704;1704906500, 1704907100	КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3374.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения,	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	от 0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7

3375.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)	технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков. Вода, расфасованная в емкости.			Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
3376.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3. МУК 4.2.3690- 21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0,3 -240 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0,3 -240 КОЕ/100мл
3377.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
3378.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
3379.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201, 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантныекол иформныебактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
3380.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8. МУК 4.2.3691-21(изменения №2 в МУК 4.2.1884-04)				Общие (обобщенные) колиформные бактерии;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ 1-24000 КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ 1-24000 КОЕ/100мл
3381.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
3382.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Сточная вода.			Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
3383.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
3384.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл

					число стафилококков Staphylococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл
3385.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
3386.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 Изменения №1 МУ 2.1.5.3692- 21п.4.5	Сточные воды.	37.00.2	2201, 2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
3387.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
3388.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
3389.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода, расфасованная в емкости.	11.07		Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
3390.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости			Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;	0-300 КОЕ/1мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
3391.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл

					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
3392.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	0-300 БОЕ/100мл
3393.	ГОСТ 18963, п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
3394.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
3395.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов	36.00.11	2201,2202	E. coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
3396.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодеждаметодом смывов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
3397.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
3398.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
3399.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
3400.	МУК 4.2.3695-21 п.4.1	Почва, песок жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций , игровых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи, лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов,	71.20.11	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli;	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)

		территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки , тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.			Лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
3401.	МУК 4.2.3695-21 п.5.1				Энтерококки (фекальные)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
3402.	МУК 4.2.3695-21 п.6.1,п.6.2				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в 1г
3403.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Пищевые продукты, вода Объекты внешней среды (смывы, почва, сточная вода, воздух)	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
3404.	МУ15/6-5-91инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна /стерилизация неэффективна
3405.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
3406.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
3407.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
3408.	МУ 3.1.1.2438-09	Материал из внешней среды.	01.47.2 10.1 10.3 10.5 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	0201-0204, 0205 00, 0206-0208, 0210, 0401-0408 0701, 0702 00 000 0703-0706, 0707 00, 0708-0712, 0714, 0801-0810	Возбудитель кишечного иерсиниоза Возбудитель псевдотуберкулеза	Обнаружен /не обнаружен
3409.	МУК 4.2.2218-07 п.5.	Материал из внешней среды.	10.8 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	Обнаружен/не обнаружен
3410.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Отбор проб	-
3411.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п.2.2.	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
3412.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 2, п. 2.5.	Атмосферный воздух			Отбор проб	-

3413.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 3, п. 3.4.	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
3414.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п.4.1.	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
3415.	РД 52.04.186-89, ч.1. раздел 4, п. 4.4.	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
3416.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.4	Атмосферный воздух			диоксид азота	0,02-1,4 мг/м^3
3417.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.1.6	Атмосферный воздух			оксид азота	0,016-0,94 мг/м^3
3418.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.2.6	Атмосферный воздух			взвешенные частицы (пыль)	суточная – 0,007-0,69 мг/м^3
3419.	РД 52.04.186-89, ч.1, раздел 5, п.5.3.3.5	Атмосферный воздух			фенол	0,004-0,2 мг/м^3
3420.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух			диоксид азота	0,021-4,3 мг/м^3
					оксид азота	0,028-2,8 мг/м^3
3421.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			диоксид серы	0,03-5,0 мг/м^3
3422.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			фенол	0,003-0,1 мг/м^3
3423.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			формальдегид	0,01-0,20 мг/м^3
3424.	РД 52.04.186-89 ч. 1 раздел 5, п. 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Взвешенные частицы пыли/ взвешенные вещества/ массовая концентрация пыли/ пыль	разовая - 0,26-50,00 мг/м^3
3425.	Амперометрический метод с использованием прибора Комета М5 ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ	Воздух рабочей зоны			аммиак	0-300 мг/м3
					диоксид серы	0-30 мг/м3
					диоксид азота	0-30 мг/м3
					оксид углерода	0-300 мг/м3
					формальдегид	0-8 мг/м3
3426.	ГОСТ 4245-72, п.2	Вода питьевая	36.00.11		Хлориды (хлор-ион) (Cl^-)	от 10 -500,0 мг/дм3 / мг/л
3427.	ГОСТ 4245-72, п.3				Хлориды (хлор-ион) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
3428.	ГОСТ 4386-89 п.1 вариант А	Вода питьевая	36.00.11		Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм^3/ мг/л
3429.	ГОСТ 6709-72, п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак/аммоний-ион ($NH3/NH4^+$)	менее 0,02 мг/дм3 / более 0,02 мг/дм3 (мг/л)

3430.	ГОСТ 6709-72, п. 3.6				Нитраты (NO3)	менее 0,2 мг/дм3/ более 0,2 мг/дм3
3431.	ГОСТ 6709-72, п.3.7				Сульфаты (SO_4^{2-})	менее 0,5 мг/дм3 / более 0,5 мг/дм3
3432.	ГОСТ 6709-72, п.3.8				Хлориды (Cl^-)	менее 0,02 мг/дм3/более 0,02 мг/дм3
3433.	ГОСТ 6709-72, п. 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 мг/дм3/более 0,05 мг/дм3
3434.	ГОСТ 6709-72, п. 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 мг/дм3/более 0,02 мг/дм3
3435.	ГОСТ 6709-72, п. 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 мг/дм3/более 0,05 мг/дм3
3436.	ГОСТ 6709-72, п. 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм3/более 0,2 мг/дм3
3437.	ГОСТ 6709-72, п. 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KmnO4 (O)	менее 0,08 мг/дм3/более 0,08 мг/дм3
3438.	ГОСТ 6709-72, п. 3.16				Водородный показатель	-1-19 ед. pH
3439.	ГОСТ 6709-72, п. 3.17				Удельная электрическая проводимость при t 20ºС	10^{-4} – 10^{-1} См/м
3440.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
3441.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая	36.00		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
3442.	ГОСТ 18190-72, п.3				Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3 /мг/л
3443.	ГОСТ 31859-2012	Вода питьевая, природная	11.07.11.120 36.00.1		Химическое потребление кислорода	10-800 мгО/$дм^3$
3444.	ГОСТ 31868-2012 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	11.07.11.120 36.00.1 36.00.11	7418, 7507, 8215, 8306, 8309	Цветость	1-70 градусов
3445.	ГОСТ 31868-2012 метод Б				Цветность	1-70 градусов
3446.	ГОСТ 31940-2012 п.4. метод 1	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	11.07.11.120 36.00.11		Сульфат-ион (сульфаты)	25-500 мг/$дм^3$ / мг/л
3447.	ГОСТ 31940-2012 п.6. метод 3				Сульфат-ион (сульфаты)	2-50 мг/$дм^3$ / мг/л

3448.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ / мг-экв/дм3
3449.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.3.2	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости),	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
3450.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.5.5	природная (подземная, поверхностная)	36.00		Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм^3
3451.	ГОСТ 32220-2013, п.9.1	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11.120		Внешний вид	-
3452.	ГОСТ 32220-2013, п.9.2				Герметичность упаковки	-
3453.	ГОСТ 32220-2013, п.9.3				Полнота налива	-
3454.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная), вода для гемодиализа	36.00 11.07.11.120		Аммиак / аммоний-ион	0,1-300,0 мг/дм3 / мг/л
3455.	ГОСТ33045-2014 Метод Б		36.00 21.20.9		Нитриты (NO_2)	0,003-3,0 мг/дм^3 / мг/л
3456.	ГОСТ33045-2014 Метод Д				Нитраты(NO_3)	0,1-200,0 мг/дм3 / мг/л
3457.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25^{0}С	10^{-7}-10^{-2} См/м
3458.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMn_4 (О)	обнаружено/не обнаружено
3459.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110^{0}С	0,1-10,0 мг/дм^3
3460.	ГОСТ Р 55683-2013	Вода питьевая в том	36.00.11		Остаточный активный (общий) хлор на месте отбора проб	(0,15-2,0) мг/дм^3/мг/л
3461.	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1	числе расфасованная в ёмкости	36.00.11		Запах	0-5 балл
3462.	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2		11.07.11.120		Вкус и привкус	0-5 балл
3463.	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6				Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
3464.	ГОСТ Р 58144-2018, п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация веществ,	розовая окраска

					восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	
3465.	ГОСТ Р 58144-2018, п.8.14				Водородный показатель	-1-19 ед. pH
3466.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Нитриты (по NO_2)	0,010 -0,250 мг/дм^3
3467.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Жесткость общая	0,06-13,00 ммоль/дм^3
3468.	РД 52.24.420-2019 Вариант 1	Вода поверхностная , очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Биохимическое потребление кислорода	1,0-120 мг/дм^3
3469.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм^3
3470.	РД 52.24.495-2017, п.10.1	Вода поверхностная	36.00.1		Водородный показатель	4-14 ед pH
3471.	РД 52.24.496-2018, п.4, 8	Вода поверхностная	36.00.1 36.00.1		температура	0-50 ºС
					температура	0-100 ºС
3472.	РД 52.24.496-2018, п.10				запах	0-5 балл
3473.	РД 52.24.496-2018, п.9.2				прозрачность	0-10 см
3474.	РД 52.24.497-2019 Вариант 1	Вода поверхностная	36.00.1		Цветность	5-500 градус
3475.	РД 52.24.497-2019 Вариант 2		36.00.1			5-500 градус визуальный
3476.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Марганец (Mn),	0,005-10,0 мг/дм^3
3477.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, очищенная сточная	36.00.11 36.00.1		Нитраты (NO_3)	0,1-100,0 мг/дм^3
3478.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная, очищенная сточная	36.00.11 36.00.1		Железо (Fe),	0,05-10,0 мг/дм^3/ мг/л
3479.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная	36.00.1		Химическое потребление кислорода	4,0-2000,0 мг/дм^3
3480.	ПНД Ф14.1:2.101-97	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
3481.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная	36.00.1		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3 / мг/л
3482.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.1		Хлориды (Cl^-)	10-10000 мг/дм^3/ мг/л
3483.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.1 36.00.11		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80 мг/дм^3 / мг/л
3484.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, питьевая, подземная	36.00.1 36.00.11		Водородный показатель	1-14 ед pH
3485.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная	36.00.11 36.00.1		Перманганатная окисляемость	0,25-100,00 мг/дм^3

3486.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная	36.00.1		Сульфат - ион	10-1000 мг/дм^3
3487.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная	36.00.11 36.00.1		Сероводород, сульфиды, гидросульфиды	0,002-10,000 мг/дм^3 / мг/л
3488.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода природная, питьевая, подземная	36.00.1 36.00.11		Фториды (F)	0,1-5,0 мг/дм^3 / мг/л
3489.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода природная, питьевая, очищенная сточная	36.00.11 36.00.1 36.00.12		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)
3490.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная	36.00.1 36.00.11		Кремний (Si), суммарно	0,5-16 мг/дм3 / мг/л
3491.	ГОСТ 4011-72, п.2	Вода питьевая	36.00.11		Железо(Fe), суммарно	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
3492.	ГОСТ 4388-72 п.2. вариант А	Вода питьевая	36.00.11		Медь(Cu)	без учета разбавления: 0,02-0,5 мг/дм^3 (0,02-0,5 мг/л) при разбавлении 0,02-12,5 мг/дм^3 (0,02-12,5 мг/л)
3493.	ГОСТ 4974-2014 п.6. метод А	Вода природная (поверхностные и подземные), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, а также вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120		Марганец (Mn), суммарно	0,01-5,0 мг/дм^3 / мг/л
3494.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11 36.00.1		Кадмий (Cd), суммарно	0,0001-1,0 мг/дм^3 / мг/л
					Медь (Cu)	0,0005-5,0 мг/дм^3/ мг/л
					Свинец (Pb), суммарно	0,0001-1,0 мг/дм^3/ мг/л
					Цинк (Zn), суммарно	0,0005-10,0 мг/дм^3/ мг/л
3495.	МУ 31-03/04 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11 36.00.1		Кадмий (Cd)	0,0002-0,005 мг/дм^3/ мг/л
					Медь (Cu), суммарно	0,0006-1,0 мг/дм^3/ мг/л
					Свинец (Pb)	0,0002-0,05 мг/дм^3/ мг/л
					Цинк (Zn)	0,0005-0,1 мг/дм^3/ мг/л
3496.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		pH	(1-14) ед pH
3497.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный	2,8-1090,0 мг/кг
3498.	МУ 08-47/152 ФР.1.31.2004.01216	Почвы	71.20.11		Кадмий	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)

					Медь	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
					Свинец	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Цинк	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
3499.	ГОСТ 4288-76, п.2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рублёного мяса	01.47.2 10.11 10.11.31.140, 10.12, 10.13, 10.89.12	0201-0210, 0407, 0408, 1501, 1502, 1601, 1602	Отбор проб	-
3500.	ГОСТ 4288-76, п.2.2				Масса	1-500,00 г
3501.	ГОСТ 4288-76, п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша	описание
3502.	ГОСТ 4288-76, п.2.4				Подготовка проб	-
3503.	ГОСТ 4288-76, п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
3504.	ГОСТ 4288-76, п.2.6				Кислотность	4-25° Т
3505.	ГОСТ 34135-17, п.2.8				Массовая доля хлеба	0,6-40,0 %
3506.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
3507.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
3508.	ГОСТ 9957-2015, п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Подготовка проб	-
3509.	ГОСТ 9957-2015п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
3510.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Внешний вид. Цвет. Вкус.Состояние поверхности. Запах. Консистенция.	описание
3511.	ГОСТ 10574-2016	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных, мясные консервы	10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
3512.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Отбор проб Подготовка проб к испытаниям	-
3513.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Замороженное мясо птицы.	10.12.	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при	0-80,0%

					размораживании мяса птицы	
3514.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
3515.	ГОСТ 3623-2015п.6.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана,	10.51.	0401, 0403-0406	Пероксидаза	обнаружено / не обнаружено
3516.	ГОСТ 3623-2015п.7.	сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты		0401-0406	Фосфатаза	обнаружено / не обнаружено
3517.	ГОСТ 3627-81п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.53.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
3518.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
3519.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	присутствует/ отсутствует
3520.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	присутствует/ отсутствует
3521.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	присутствует/ отсутствует
3522.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб Подготовка проб к анализу	-
3523.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб Подготовка проб к анализу	-
3524.	ГОСТ 28283-2015	Молоко сырое и термически обработанное коровье	10.51		Запах, вкус	0-5 балл
3525.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
3526.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
3527.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
3528.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1.	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
3529.	ГОСТ 29247-91 п.3, п.4	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	1,0-40,0%
3530.	ГОСТ 30305.1-95 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
3531.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0 °Т
3532.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0406	Активная кислотность (pH)	3-8 ед. pH

3533.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
3534.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250º Т
3535.	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
3536.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
3537.	ГОСТ Р 55063-2012, п.5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб и подготовка проб	-
3538.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0%
3539.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0%
3540.	ГОСТ Р 55063-2012, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0%
3541.	ГОСТ Р 55361-2012, п.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.53.3	0405	Отбор и подготовка проб	-
3542.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.4, 7.5				Массовая доля жира	50,0-75,0 %
3543.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.6, 7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
3544.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0%
3545.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.14				Кислотность титруемая	1,0-6,0ºК
3546.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.15				Кислотность титруемая жировой фазы	1,0-6,0ºК
3547.	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.16				Кислотность титруемая молочной плазмы	10,0-70,0ºТ
3548.	ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Органолептический анализ	-
3549.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011				Органолептическая оценка	-
3550.	ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011				Органолептический анализ	-
3551.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-

3552.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8%
3553.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
3554.	ГОСТ 26664-85 п.3				Масса нетто	0-100,0%
3555.	ГОСТ 26664-85 п.4				Массовая доля составных частей	5,0-95,0%
3556.	ГОСТ 26808-2017 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90 %
3557.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 %
3558.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
3559.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла.	10.20	1604 1605	pH	3,0-10,0 ед pH
3560.	ГОСТ 31339-2006, п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Отбор проб	-
3561.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а				Массовая доля глазури	0-5,0%
3562.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб Форма Поверхность Цвет Вкус и запах	- описание описание описание описание
3563.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
3564.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
3565.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
3566.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.	1901, 1905	Массовая доля сахара	1-20 %
3567.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
3568.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
3569.	ГОСТ 5898-87 п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50,0 градусов
3570.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50,0 градусов
3571.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
3572.	ГОСТ 5900-2014 п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %

3573.	ГОСТ 5903-89п 6.2.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля сахара	0,2-80,0 %
3574.	ГОСТ 5904-2019	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	-
3575.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
3576.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб Подготовка проб	- -
3577.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	описание 0-95,0% 10,0-95,0%
3578.	ГОСТ 24556-89п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	от $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
3579.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7 метод Б	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
3580.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-30 %
3581.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12 ед pH
3582.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
3583.	ГОСТ 32572-2013 п.10.2	Чай	10.83.	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	описание
3584.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0 %
3585.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
3586.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
3587.	ГОСТ 11812-66 п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
3588.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2				Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
3589.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %

1	2	3	4	5	6	7

3590.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
3591.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0 %
3592.	ГОСТ 31933-2012 п.7.1	Масла растительные	10.41	1507-1509 1511-1512 1514-1515	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
3593.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2				Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
3594.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	0-50,0%
3595.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 °К
3596.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
3597.	ГОСТ 3639-79, п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
3598.	ГОСТ 6687.2-90, п.3	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35 %
3599.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 к.ед.
3600.	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35,81 %
3601.	ГОСТ 6687.5-86п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
3602.	ГОСТ 6687.6-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Стойкость	05-70%
3603.	ГОСТ 12787-80 п.1	Пиво	11.05.		Объемная доля спирта	2,8-8,6%
3604.	ГОСТ 12787-80 п.3			2203	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-22%
3605.	ГОСТ 12788-80 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
3606.	ГОСТ 12789-80 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
3607.	ГОСТ 13192-73 п.2	Вина	11.02., 11.03.	2204-2206	Массовая концентрация сахаров	1,0-300 г/дм^3 либо до 100 либо до 4,0 г/дм^3 4,0-45,0 г/дм^3 свыше 45,0 г/дм^3
3608.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05.	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат	описание
3609.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05	2203	pH	3,8-4,8 ед pH
3610.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация общего экстракта	0-420,0 г/ дм3 0-420г/дм3

					Массовая концентрация приведенного экстракта Массовая концентрация остаточного экстракта	0-420,0 г/дм3
3611.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1				Объемная доля этилового спирта	0-100 %
3612.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
3613.	ГОСТ 32080-2013п.5.3.1				Крепость	0-100 %
3614.	ГОСТ 32080-2013п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см3
3615.	ГОСТ 32080-2013п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5 г/100 см3
3616.	ГОСТ 32080-2013п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см3
3617.	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Относительная плотность продукта	0-20% (0-1,1) г/см3, г/мл
3618.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
3619.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3
3620.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
3621.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая	10.84.30.130	25010091	Йод	0,02-0,06мг/г 20-60 мкг/г
3622.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Определение средней массы	0-500,0 г
3623.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
3624.	ГОСТ Р 54607.3-2014п.6.2	Продукция общественного питания	10.85.		Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%

1	2	3	4	5	6	7

3625.	ГОСТ Р 54607.3-2014п.7.1	Продукция общественного питания	10.85.		Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
3626.	ГОСТ Р 54607.4-2014п.7.1	Продукция общественного питания	10.85.		Влага и сухие вещества	0-80,0%
3627.	ГОСТ Р 54607.5-2014п.7.3	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля жира	0-90,0%
3628.	ГОСТ Р 54607.6-2015	Продукция общественного питания	10.85.		Массовая доля сахара	0-80,0%
3629.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-10,0 г/порция 0,1-20,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
3630.	ГОСТ 26929-94	Пищевое сырьё и продукты	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11 01.47.2, 01.49.2, 03.11.20, 02.30.40, 03.11.30, 03.11.4, 03.11.63, 03.12.2, 03.12.3, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.4, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.3,03.22.4,10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72,	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208,	Подготовка проб, минерализация проб	-

			10.73, 10.81, 10.82, 10.83,10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07			
3631.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Цинк	0,5-100,0 мг/кг
					Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Медь	0,05-30,0 мг/кг
3632.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Фосфаты	50- 300,0 мг/100г
3633.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1	Дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Активный хлор	0-65,0 %
					Бромактивные соединения	0-10,0 %
					Йодактивные соединения	0-10,0 %
3634.	Р.4.2.2643-10 п. 4.2.6				Третичный алкиламинN ,N-бис(3аминопропил)-додециламина	0-15,0 %
Физические факторы						
3635.	Инструкция по эксплуатации дозиметра ДРГ-01Т1	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,010 – 9,999 мР/ч
3636.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО:	-
3637.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
3638.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
3639.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк

		вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.			Естественное освещение/КЕО:	-
3640.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение: Освещенность Естественное освещение/КЕО:	 (10-200000) лк -
3641.	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 43»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Искусственное освещение: Освещенность Естественное освещение/КЕО: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	 (10-200000) лк - (от 0 до + 50)^{0}С (10-98)%
Отбор проб						
3642.	ГОСТ 31861	Вода: вода централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода водоёмов в местах купания (рекреационного водопользования), вода купально-плавательных бассейнов, вода природная.			Отбор проб	
3643.	ГОСТР 56237	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	
3644.	ГОСТ Р 57164 п.4	Вода природная и питьевая, в том	36.00.1		Отбор проб	-
3645.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почвы	71.20.11		Отбор проб	-
3646.	ГОСТ 4288 п.2.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рублёного мяса	01.47.2	0201-0210,	Отбор проб	-
3647.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных			Отбор проб	
3648.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Отбор проб	-
3649.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты,	01.47.	0407-0408	Отбор проб	-
3650.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Отбор проб	-

3651.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб	-
3652.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб	-
3653.	ГОСТ Р 55063 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб и подготовка проб	-
3654.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.53.3	0405	Отбор и подготовка проб	-
3655.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.2.5, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	1604-1605	Отбор проб	-
3656.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.	1103	Отбор проб	-
3657.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	-
3658.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.	2102	Отбор проб	-
3659.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.	2102	Отбор проб	-
3660.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб	-
3661.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	-
3662.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб	-
3663.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	-
3664.	ГОСТ Р ИСО 1839 п.5	Чай	10.83.13		Отбор проб	-
3665.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	10.83.13		Отбор проб	
3666.	ГОСТ 31762-2012 п.4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Отбор проб	

3667.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топлёные смеси,	10.42	2103	Отбор проб	
3668.	ГОСТ 32190 п.5.9	Масла растительные	10.41		Отбор проб	
3669.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Жиры и масла животные и растительные	10.41		Отбор проб	
3670.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Отбор проб	
3671.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
3672.	ГОСТ 31730 п.5.2	Вина			Отбор проб	
3673.	ГОСТ 32035 п.4.5	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	
3674.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01	2207	Отбор проб	
3675.	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликёроводочные	11.01.10.200	2208	Отбор проб	
3676.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Отбор и подготовка проб	
3677.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор и подготовка проб	
3678.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	-	-	Отбор проб	
Раздел 14: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом № 38.						
Санитарно-гигиеническиеисследования						
3679.	ГОСТ 4011-72 п.2.1	Вода питьевая	36.00.	-	Железо/массовая концентрация железа/(Fe, суммарно)	0,10-2,00 мг/дм^3/ мг/л
3680.	ГОСТ 4011-72 п.3.1				Железо/массовая концентрация железа/(Fe,суммарно)	0,05-2,00 мг/дм^3/ мг/л
3681.	ГОСТ 4245-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.	-	Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10,0-500,0 мг/дм^3/мг/л
3682.	ГОСТ 4245-72, п.3				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 0,5-10 мг/дм^3/мг/л
3683.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая	36.00. 21.20.9 25.92 25.99	7323,7324 7326 90 100 0,7411,7412, 7418,7507,8215,8306,8309	Фториды /массовая концентрация фторидов /Фториды (F^-)	0,05-500,0 мг/дм^3/ мг/л
3684.	ГОСТ 4386-89 Вариант Б				Фториды /Массовая концентрация фторидов /Фториды (F^-)	0,04-0,60 мг/дм^3/ мг/л
3685.	ГОСТ 4974-2014 метод А (п.6.1)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00.	-	Марганец/массовая концентрация марганца/(Mn, суммарно)	0,01-5,0 мг/дм^3/ мг/л

3686.	ГОСТ 6709-72п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм^3/ мг/л
3687.	ГОСТ 6709-72п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3/ мг/л /более 0,02 мг/дм^3/ мг/л
3688.	ГОСТ 6709-72п.3.6				Массовая концентрация нитратов (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ мг/л /более 0,2мг/дм^3/ мг/л
3689.	ГОСТ 6709-72п.3.7				Массовая концентрация сульфатов (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ мг/л /более 0,5 мг/дм^3/ мг/л
3690.	ГОСТ 6709-72п.3.8				Массовая концентрация хлоридов (Cl)	менее 0,02 мг/дм^3/ мг/л /более 0,02 мг/дм^3/ мг/л
3691.	ГОСТ 6709-72п.3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 мг/дм^3/ мг/л /более 0,05 мг/дм^3/ мг/л
3692.	ГОСТ 6709-72п.3.10				Массовая концентрация железа (Fe)	менее 0,05 мг/дм^3/ мг/л /более 0,05 мг/дм^3/ мг/л
3693.	ГОСТ 6709-72п.3.12				Массовая концентрация меди (Cu)	менее 0,02 мг/дм^3/ мг/л /более 0,02 мг/дм^3/ мг/л
3694.	ГОСТ 6709-72п.3.13				Свинец (Рв)	менее 0,05 мг/дм^3/ мг/л /более 0,05мг/дм^3/ мг/л
3695.	ГОСТ 6709-72п.3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ мг/л /более 0,2мг/дм^3/ мг/л
3696.	ГОСТ 6709-72п.3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O)	менее 0,08мг/дм^3/ мг/л /более 0,08мг/дм^3/ мг/л
3697.	ГОСТ 6709-72п.3.16				Водородный показатель	1-19 ед. pH
3698.	ГОСТ 6709-72п.3.17				Удельная электрическая проводимость при t 20°С	10^{-4}-10^{-1} См/м
3699.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00	-	Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм^3/ мг/л

1	2	3	4	5	6	7

3700.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная	36.00 11.07.11.120 25.71 29.92 25.99 32.40	5809 00000 0 7602 00, 7607, 7608,7609 00 000 0, 7615, 7615, 9503 00 9505-9507, 7323 94, 6910,6911,6912 00, 6913, 6914,7009, 7010, 7013,7015,7018	Алюминий/массовая концентрация алюминия/(Al^{3+}, суммарно)	0,04-0,50мг/дм^3/ мг/л
3701.	ГОСТ 18190-72, 2	Вода питьевая , вода для гемодиализа	36.00 21.20.9	-	Активный хлор/суммарный остаточный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм^3/ мг/л
3702.	ГОСТ 18190-72, 3				Свободный остаточный хлор	0,01-10,0 мг/дм^3/ мг/л при разбавлении 10,0-50,0 мг/дм^3/ мг/л
3703.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00	6101, 6112 - 6115,6117, 6301-6308, 4101-4103, 4302,4303,5106-5113, 5701-5705, 4823	Цветность	1-70 градус
3704.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00,11.07.11.120,36.00,111.07, 11.112 21.20.9	-	Сульфат-ион/сульфат-ион,SO_4^{2-}/ массовая концентрация сульфат-ионов	2-50 мг/дм^3/ мг/л
3705.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода природная (расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00	-	Жёсткость/жесткость общая	от 0,1 -20,0ºЖ/мг-экв/л
3706.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.4.2(м. А2)	Вода питьевая (расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00	-	Общая щёлочность	0,1-100ммоль/дм^3
3707.	ГОСТ 31957-2012 Метод А 5.5.5				Гидрокарбонаты/массовая концентрация гидрокарбонатов	6,1-6100 мг/дм^3/ мг/л
3708.	ГОСТ 33045-2014 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120 21.20.9	-	Аммиак и ионов аммония/ /массовая концентрация аммиака и ионов аммония/аммиак (по азоту)	0,1-300,0мг/дм^3/ мг/л
3709.	ГОСТ 33045-2014 метод Б				Нитриты/нитрит-ион/массовая	0,003-30,0мг/дм^3/ мг/л

					концентрация нитрит-ионов	
3710.	ГОСТ 33045-2014 метод Д				Нитраты/ массовая концентрация нитрат-ионов/(по NO_3^-)	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
3711.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25ºС	10^{-7}-10^{-2}См/м
3712.	ГОСТ Р 52501-2005п. 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMn_4 (О)	Обнаружено/ не обнаружено
3713.	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 ºС	0,1-10,0мг/дм^3/ мг/л
3714.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00 14.12	6101,6112 - 6115,6117,6301-6308,4101-4103,4302,4303,5106- 5113,5701-5705,4823	Запах	0-5 балл
3715.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2				Вкус и привкус	0-5балл
3716.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6				Мутность	1-8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
3717.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120	-	Окисляемость перманганатная	0,5-10мгО/дм^3
3718.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б				Окисляемость перманганатная	0,25-100мгО/дм^3
3719.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Обнаружено/не обнаружено
3720.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14				Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
3721.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15				Удельная электрическая проводимость (УЭП)	10^{-4}-10^{-1} См/м
3722.	РД 52.24.420-2019А	Вода природная, очищенная сточная	36.00	-	Биохимическое потребление кислорода /БПК5	1-120мг/дм^3/ мг/л

3723.	РД 52.24.421-2012	Вода природная, очищенная сточная	36.00	-	Химическое потребление кислорода /ХПК/бихроматная окисляемость/	4-80мг/дм^3/ мг/л
3724.	РД 52.24.493-2006	Вода природная, очищенная сточная	36.00	-	Щелочность/общая щелочность	0,17-8,2ммоль/дм^3
					Гидрокарбонаты/массовая концентрация гидрокарбонатов	10-500мг/дм^3/ мг/л
3725.	РД 52.24.496-2005 п.9.1	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00	-	Температура	0-50ºС 0-100ºС
3726.	РД 52.24.496-2005 п.9.2				Запах	0-5балл
3727.	РД 52.24.496-2005 п.9.4				Прозрачность	0-10см
3728.	РД 52.24.497-2005 Вариант1	Вода поверхностная	36.00	-	Цветность	5-500 градус
3729.	ПНД Ф 14.2.99-97 Вариант1	Вода природная и сточная	36.00	-	Гидрокарбонаты/ массовая концентрация гидрокарбонатов	10-500 мг/дм^3/ мг/л
3730.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая природная и сточная	36.00	-	Железо/массовая концентрация общего железа	0,05-10мг/дм^3/ мг/л
3731.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода природная и сточная	36.00	-	Марганец (Mn)/массовая концентрация марганца	0,005-10 мг/дм^3/ мг/л
3732.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	36.00	-	Кальций (Ca)/ массовая концентрация кальция	1,0-2000мг/дм^3/ мг/л
3733.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	36.00 38.1	-	Хлориды (Cl^-)/массовая концентрация хлоридов	10,0-5000мг/дм^3/ мг/л
3734.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	36.00	-	Жесткость общая/жесткость	0,1-50ºЖ /мг-экв/л
3735.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая природная и сточная	36.00.1 20.42	6101,6112-6117,6301-6308,4101-4103,4302,4303, 5106-5113,5701-5705,4823	Водородный показатель (pH)	1-14ед.pH
3736.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная и очищенная сточная	36.00	-	Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3/ мг/л

3737.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная и очищенная сточная	36.00	-	Взвешенные вещества	3,0 -50000мг/дм^3/ мг/л
3738.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода природная (поверхностная, подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	36.00,38.1	-	Хлориды (Cl^-)/массовая концентрация хлорид-ионов	10-10000мг/дм^3/ мг/л
3739.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	-	Окисляемость перманганатная	0,25-100,00 мг/дм^3/ мг/л
3740.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная, сточная	36.00,38.1	-	Фторид-ион (F^-)/ массовая концентрация фторид-ионов	0,1-5,0мг/дм^3/ мг/л
3741.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Вода природная, питьевая, подземная	36.00.1 36.00.11	-	Медь/массовая концентрация ионов меди	0,001-1,00мг/дм^3/ мг/л
3742.	ГОСТ 26483-85	Почва	71.20.11	-	pH	1,0-14,0 ед pH
3743.	ГОСТ 26951-86	Почва	71.20.11	-	Нитраты	2,8-109,0 мг/кг
3744.	ГОСТ 4288-76п.2.2,2.4	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13 021.001.01.05	0210	Масса	1-1000,00 г
3745.	ГОСТ 4288-76 п.2.3,2.4				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша	описание
3746.	ГОСТ 4288-76 п.2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
3747.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80,0%
3748.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25ºТ
3749.	ГОСТ 34135-17 п.7		10.13 021.001.01.05	0210	Массовая доля хлеба	0,6-40,0%
3750.	ГОСТ 8285-91 п.2.2	Топленые животные жиры	10.11.1	0209, 020910, 0209900000, 1501	Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	описание
3751.	ГОСТ 8285-91 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10%
3752.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2				Перекисное число	1,0-15,0 ммоль активного кислорода на кг
3753.	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3				Кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
3754.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7, п.8	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты, посолочные смеси, рассолы			Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %

1	2	3	4	5	6	7

3755.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Масса	1-500,00 г
3756.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210,1601, 1602	Массовая доля влаги	1,0-85%
3757.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210,1601, 1602	Подготовка проб	-
3758.	ГОСТ 9957-2015 п.7,п. 8	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210,1601, 1602	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0%
3759.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0208, 0210,1601, 1602	Внешний вид. Цвет. Вкус. Состояние поверхности. Запах. Консистенция.	описание
3760.	ГОСТ 31467-2012 п.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Подготовка проб	-
3761.	ГОСТ 31470-2012п.4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Внешний вид и цвет	описание
3762.	ГОСТ 31470-2012п.4.3				Консистенция	описание
3763.	ГОСТ 31470-2012п.4.4				Запах	описание
3764.	ГОСТ 31470-2012п.5				Общая кислотность	0,3-10^{0}Т
3765.	ГОСТ 31470-2012п.6				Качественное определение свежести мяса птицы	Отрицательный/положительный
3766.	ГОСТ 31930-2012 п.4	Замороженное мясо птицы.	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	0-80,0%
3767.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.13	0201-0208, 0210,1601, 1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0%
3768.	ГОСТ 34118-2017	Мясо, мясосодержащие продукты, жир сырец и продукты из шпика	10.13	1601	Перекисное число	(0-40)ммоль активного кислорода/кг жира
3769.	ГОСТ Р 51480-99(ИСО 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты	10.11,10.13	0201-0208, 0210,1601,1602	Массовая доля хлоридов	Не менее 1,0%
3770.	ГОСТ 3623-2015 п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено
3771.	ГОСТ 3627-81 п. 2	Сыр, творог, масло сливочное.	10.53	0405,0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0%

1	2	3	4	5	6	7

3772.	ГОСТ 3627-81 п.4				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0%
3773.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0%
3774.	ГОСТ Р ИСО 22935.1-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401,0403 0404-0406	Внешний вид. Запах. Консистенция	описание
3775.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401,0403 0404-0406	Внешний вид. Запах. Консистенция	описание
3776.	ГОСТ Р ИСО 22935.3-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53	0401,0403 0404-0406	Внешний вид. Запах. Консистенция	описание
3777.	ГОСТ 24065-80	Молоко	10.53	0401	Сода	Присутствует/отсутствует
3778.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко	10.53	0401	Аммиак	Присутствует/отсутствует
3779.	ГОСТ 24067-80	Молоко	10.53	0401	Перекись водорода	Присутствует/отсутствует
3780.	ГОСТ 28283-2015	Молоко коровье	10.51	0401	Запах. Вкус	описание
3781.	ГОСТ 29245-91п.3	Молочные консервы	10.51	0401	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
3782.	ГОСТ 29245-91п.4				Герметичность металлических банок	описание
3783.	ГОСТ 29245-91п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
3784.	ГОСТ 29246-9 п.2.2,3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25%
3785.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
3786.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0%
3787.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51	0402-0404	Кислотность	1,0-150,0 ºТ
3788.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51	0403	Титруемая кислотность	50,0-180,0°Т
3789.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51	0401-0406	Активная кислотность (pH)	3-8ед.pH
3790.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51	0401,0403 0404-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0%
3791.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51	0401-0404	Кислотность	2-250 º Т
3792.	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и продукты переработки молока.	10.51	0401-0404	Плотность	10-1040кг/м^3
3793.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка	10.51	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0%

3794.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4	0406	Массовая доля рассола, маринада	0-50,0% 0-30 Св 30%
3795.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0%
3796.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0%
3797.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0%
3798.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, п.7.5	Молочный жир, масло и масляная паста из коровьего молока.	10.51.3	0405	Массовая доля жира	50,0-75,0%
3799.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0%
3800.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0% 3,0-20,0%
3801.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0°К
3802.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0°К
3803.	ГОСТ Р 55361-2012п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Т
3804.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет. Консистенция	описание
					Посторонние примеси.	Обнаружено/не обнаружено
					Запах. Вкус	описание
3805.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
3806.	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, 3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90,0%
3807.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8%
3808.	ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.4.				Массовая доля жира	0,6-60,0%
3809.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28,00 мг КОН/г
3810.	ГОСТ 7636-85 п.7.12				Перекисное число	0,03-1,30 ммоль активного кислорода на кг
3811.	ГОСТ 32157-2013	Консервы рыбные	10.20	1604,1605	Массовая доля отстоя в масле	0,5-50,0%

1	2	3	4	5	6	7

3812.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
3813.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604,1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
					Массовая доля составных частей	5,0-95,0%
					Масса нетто	0-100,0%
3814.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30	2001-2002 2004-2005 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
3815.	ГОСТ 26808-86 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90%
3816.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604,1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
3817.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20	1604,1605	Общая кислотность	0,3-0,7%
3818.	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1604,1605	Активная кислотность (pH)	3-10ед.pH
3819.	МУ № 4274-87	Рыба	10.20	1604,1605	Гистамин	20-175 мг/кг
3820.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61	1101-1103	Влажность	1-30%
3821.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61	1101-1102, 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-10,000мг/кг
3822.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61	1103	Цвет	описание
3823.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	описание
3824.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	описание
3825.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.5				Развариваемость	1-60 мин
3826.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61	1103	Примеси.	0,05-50,0%
					Доброкачественное ядро	1-100%
3827.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61	1103	Кислотность	0,2-50,0 градус кислотности
3828.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа	10.61	1103	Влажность	0,5-50,0%
3829.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50,0 градус кислотности
3830.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105-1106	Цвет Запах Вкус Хруст	описание

3831.	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	10.61	1101-1103, 1105-1106	Количество и качество клейковины	1-50%
3832.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71 10.72	1901,1905	Форма. Поверхность. Цвет. Вкус и запах	описание
3833.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71 10.72	1901,1905	Массовая доля жира	0,7-50%
3834.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901,1905	Пористость	50,0-95,0%
3835.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1901,1905	Кислотность	0,1-50 град.
3836.	ГОСТ 5672-68	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71	1901,1905	Массовая доля сахара	1-20%
3837.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1901,1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0%
3838.	ГОСТ 7128-91	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1901,1905	Влажность	1,0-50,0%
3839.	ГОСТ 8494-96	Сдобные пшеничные сухари	10.72	1901,1905	Массовая доля влаги	1,0-50,0%
3840.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71	1901,1905	Влажность	1,0-80,0%
3841.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
3842.	ГОСТ 5898-87 п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Кислотность	0,2-50,0 градусы
3843.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50,0градусы
3844.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.82	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0%
3845.	ГОСТ 5900-87 п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0%
3846.	ГОСТ 31902-2012	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Массовая доля жира	0-60%
3847.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00%
3848.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
3849.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля мякоти Объемная доля мякоти	1,0-30,0% 5,0-20%
3850.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От $1*10^{-3}$% (0,001%) 0,5-200,0 мг/порция
3851.	ГОСТ 26183-84	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30,10.11	2001-2008, 1602	Массовая доля жира	0-80%
3852.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30,10.11	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7

3853.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30,10.11	2001-2009	pH	2-12ед.pH
3854.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	От 0,01 %
3855.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля влаги	от 0,2 – 10,0% св. 10%
3856.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей. Мясные и мясорастительные консервы	10.30, 10.11	2001-2008 16.02	Подготовка проб	-
3857.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
3858.	МУ 5048-89	Овощи	10.30	0701-0709	Нитраты	50-3000мг/кг
3859.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507-1514,021	Запах, цвет, прозрачность	описание
3860.	ГОСТ 5477-2015	Растительные масла	10.41	1507-1514	Цветное число	1-100 мг йода
3861.	ГОСТ 11812-66 п.1	Растительные масла	10.41	1507-1514,024	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,00%
3862.	ГОСТ 26593-85	Растительные масла	10.41	1507-1514,021,024	Перекисное число	0,1-40,0ммоль активного кислорода на кг масла
3863.	ГОСТ 31762-2012 п.4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12	2103,024	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
3864.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0%
3865.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0%
3866.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0%
3867.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16				Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного кислорода на кг масла
3868.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41	1507-1514,024	Кислотное число	0-30 мг КОН/г
3869.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
3870.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	5,0-60,0%
3871.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
3872.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	0-85,0%
3873.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5%

3874.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41	1507-1514	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль активного кислорода на кг масла
3875.	ГОСТ 3639-79 п.2	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
3876.	ГОСТ 6687.2-90 п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35%
3877.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Кислотность	1,0-20,0к.ед
3878.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
3879.	ГОСТ 12258-79	Игристое вино	11.02	2204-2206	Давление двуокиси углерода	0-600 кПа
3880.	ГОСТ 12787-81 п.1	Пиво	11.05	2203	Объемная доля спирта	2,8-8,6%
3881.	ГОСТ 12787-81 п.3				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8-22%
3882.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05	2203	Кислотность	1,3-5,5к.ед.
3883.	ГОСТ 12789-87 п.3	Пиво	11.05	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед. 2,0-100 ед. ЕВС
3884.	ГОСТ 30060-93	Пиво	11.05	2203	Внешний вид, прозрачность, аромат	описание
					Высота пены	0,5-100,0 мм
					Пеностойкость	От 0,2с
3885.	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05	2203	pH	3,8-4,8 ед.pH
3886.	ГОСТ 32000-2012	Алкогольная продукция	11.01	2204-2208	Массовая концентрация общего экстракта	0-420,0г/дм^3
					Массовая концентрация приведенного экстракта	0-420,0г/дм^3
					Массовая концентрация остаточного экстракта	0-420,0г/дм^3
3887.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100%
3888.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.	Спирт этиловый	11.01	2207	Щелочность	1,5-3,5см^3/100 см^3
3889.	ГОСТ 32036-2013 п.6.4				Определение чистоты	Положительный/отрицательный

3890.	ГОСТ 32051-2013 п.6.1, 6.2	Винодельческая продукция.	11.02,11.03	2204-2206	Внешний вид, цвет, пенистые и игристые свойства	описание
3891.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Крепость	0-100%
3892.	ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0г/100 см3
3893.	ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	0,1-1,5г/100 см3
3894.	ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1				Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см3
3895.	ГОСТ 32081-2013	Алкогольная продукция	11.01	2204-2208	Относительная плотность продукта	0-20% (0-1,1) г/см3, г/мл
3896.	ГОСТ 32095-2013	Алкогольная продукция	11.01	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	0-100%
3897.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,20-16,75 г/дм^3
3898.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
3899.	ГОСТ 33817-2016	Спирт и спиртные напитки	11.01	2207	Прозрачность, наличие посторонних включений, насыщенность двуокисью углерода, цвет	описание
3900.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
3901.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	250110091	Йод/массовая доля йода в соли	0.02-0.06 мг/г / 20-60 мкг/г
3902.	ГОСТ 32169-2013	Мёд	01.49.21	0409	Водородный показатель/pH Свободная кислотность	3,0-9,0ед.pH 10-80 мг-экв/кг
3903.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85	-	Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание описание

3904.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85	-	Определение средней массы	0-1000,0г свыше 1000,0г
3905.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1				Цвет, запах фритюрного жира	описание
3906.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
3907.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
3908.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85	-	Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
3909.	Р 4.2.2643-10п.4.2.1.	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора/активный хлор	0-75,0%
Бактериологические исследования						
3910.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3911.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	Мезофильные факультативно-анаэробные клостридии, в том числе C.perfringens;	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3912.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3913.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Плесневые грибы дрожжи	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

3914.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3915.	ГОСТ 26968-86 п.4.1	Сахар.	10.81	19.02;19.04;19;05	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3916.	ГОСТ 26968-86 п.4.2				Дрожжи, плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3917.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10,71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia;	Обнаружено /не обнаружено) в X г (см^3)
3918.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Бактерии рода Enterococcus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3919.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено) в X г (см^3)

			03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,21010.61.1-4,10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.8901.13. 10.11.			
3920.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
3921.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/промышленно-нестерильно
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa;	Обнаружено /не обнаружено) в X г ($см^3$)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и микроорганизмы группы B.subtilis	Обнаружено /не обнаружено) в X г ($см^3$)
					Мезофильныеклостридии (кроме C. botulinumи (или) C. perfringens);	Обнаружено /не обнаружено) в X г ($см^3$)
					Неспорообразующиемикроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	Обнаружено /не обнаружено) в X г ($см^3$)

					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3922.	ГОСТ 30425 п.7.8				Количество плесневых грибов и дрожжей/Дрожжи, Плесени	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3923.	ГОСТ 30425 п.7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3924.	ГОСТ 30425 п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3925.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3926.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Дрожжи, плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3927.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3928.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3929.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

3930.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи, плесневые грибы	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
3931.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203	Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г (см^3)
3932.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
3933.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено) в Х г (см^3)
3934.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г (см^3)
3935.	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г (см^3)

			10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;		
3936.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Staphyloccus aureus (S.aureus);	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3937.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3938.	ГОСТ 32149 п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106;2201-2203;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3939.	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3940.	ГОСТ 32149 п. 9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3941.	ГОСТ 32149 п. 10				Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)

3942.	ГОСТ 32149 п. 11				Staphyloccus aureus (S.aureus);	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3943.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10. 51.51.110	0401;0406;0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3944.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3945.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3946.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
					КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3947.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3948.	ГОСТ 7702.2.6п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3949.	ГОСТ 7702.2.6п.8.3		-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3950.	ГОСТ 7702.2.6п.8.4				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3951.	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено) в Х г ($см^3$)
3952.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

3953.	ГОСТ Р 54374 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3954.	ГОСТ Р 54674 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Staphilyoccus aureus/S.aureus;	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3955.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3956.	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3957.	МУК 4.2.577-96 п.7.3				Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3958.	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3959.	МУК 4.2.577-96 п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3960.	МУК 4.2.577-96 п.7.6				Энтерококки	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)
3961.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3962.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Количество дрожжей и плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3963.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3964.	МУК 4.2.577-96 п.7.12				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
3965.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Бифидобактерии	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
3966.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905;	Listeria monocytogenes	Обнаружено /не обнаружено в Х г ($см^3$)

				2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;		
3967.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды	37.00.2	2201, 2202	Общие (обобщенные) колиформныебактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено
3968.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено
3969.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	От 1 БОЕ/100 мл
3970.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Вода, расфасованная в емкости.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
3971.	МУК 4.2.1884-04 п.8.4	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
3972.	МУК 4.2.1884-04 п.2.1-п.2.3 (приложение 2)				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружен /не обнаружен в20мл
3973.	МУК 4.2.1884-04 п.5.1-п.5.4 (приложение 5)				Энтерококки;	0-300 КОЕ/100 мл
3974.	МУК 4.2.1884-04 п.7.1-п.7.2 (приложение 7)				Золотистый стафилококк;	Обнаружен /не обнаружен 0-300 КОЕ/100 мл
3975.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Патогенные бактерии кишечной группы	Обнаружен /не обнаружен в 1000 мл
3976.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая			Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружено /не обнаружена в 1000мл
3977.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
3978.	ГОСТ 18963 п.4.1	Вода питьевая, дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1см^3
3979.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл

3980.	МУ 4.2.2218-07 п.5.2,п.5.2.2	Вода открытых водоемов	-	-	Холерный вибрион	Обнаружен /не обнаружено
3981.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Овощи, фрукты,поверхность объектов внешней среды методом смывов	-	-	Y.enterocolitica	Обнаружено /не обнаружено
					Y.pseudotuberculosis	Обнаружено /не обнаружено
3982.	МР 4.2.0220-20	Методы санитарно эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды	-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ);	от 0-300КОЕ/см^3
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
3983.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов, аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость), воздух	20.13.52.12021.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10^{10}
					Плесневые дрожжевые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10^{10}
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300 КОЕ /1 см^3
					Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / 1м^3
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ /1м^3
					Общее количество микроорганизмов;	0-300КОЕ/1м^3
3984.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодежда методом смывов			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружен /не обнаружен
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружен /не обнаружен
3985.	МУ № 3182-84 п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала			Синегнойная палочка	Обнаружен /не обнаружен
					Бактерии рода Протея	Обнаружен /не обнаружен

3986.	Дополнения № 5191-90 к МУ № 3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества	20.13.52.120	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено Предельно допустимое количество микроорганизов 5-500
3987.	МУК 4.2.2942-11 п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
3988.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
3989.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения	-	-	Стерильность	Стерильно/нестерильно
3990.	МУ 4.2.2723-10 (п. 9, п. 10) за исключением п.13	Объекты внешней среды.	-	-	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено
3991.	МУ15/6-5-91 Инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации с помощью биологических индикаторов	Стерилизация эффективна/ стерилизация неэффективна
3992.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с помощью биологического индикатора Staphylococcusaureusштамм 906	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
3993.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1					
3994.	МУК 4.2.1035-01п.10					
3995.	МУК 4.2.3695-21	Почва территорий населенных мест (Жилая зона, детские дошкольные, школьные учреждения, зона санитарной охраны водоемов, рекреационные зоны, транспортные магистрали и т.д.)	71.20.11		Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ ОКБ	Обнаружено /не обнаружено
					Энтерококки фекальные	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенные бактерии в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

Паразитологические исследования						
3996.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203, 0205-0206, 0209-0210, 0201-0203, 0205-0206, 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены / не обнаружены, экз.
3997.	МУК 4.2.2747п.7.2.1				Цистицерки (финны)	Обнаружены / не обнаружены, экз.
3998.	МУК 4.2.2747п.7.2.2					
3999.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.1.-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21- 03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4000.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4001.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4002.	МУК 3.2.988 п.7					-
4003.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1 - 7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4004.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших. Цисты лямблий Ооцисты патогенных простейших-ооцисты криптоспоридий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4005.	МУК 4.2.2314 -08 п.5.1.3.1					
4006.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2					
4007.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4008.	МУК 4. 2.1884 – 04 п.3.4					
4009.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/ жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
4010.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5				Личинки гельминтов - жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены, экз./кг
4011.	МУК 4.2.2661 – 10				Цисты патогенных	Обнаружены/ не обнаружены,

	п.4.7				кишечных простейших	экз./100г
4012.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода	-		Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4013.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4014.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4015.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4016.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4017.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	
Физические факторы						
4018.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
4019.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
4020.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
4021.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение:	-
					КЕО	-
4022.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк

		вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.			Естественное освещение:	-
					КЕО	-
4023.	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 43»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
Отбор проб						
4024.	ГОСТ 31861	Вода: вода централизованных систем питьевого водоснабжения,вода источников нецентрализованноговодоснабжения,вода открытых водоёмов,вода водоёмов в местах купания (рекреационного водопользования),вода купально-плавательных бассейнов	36.00	-	Отбор проб	
4025.	ГОСТ 31862	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенной для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемой для производства пищевых продуктов и напитков	3600	-	Отбор проб	
4026.	ГОСТ Р 52501 п.5.0	Вода для лабораторного анализа	-	-	Отбор проб	
4027.	ГОСТ Р 57164 п. 4	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная) СИЗ и их комплектующие (водн.вытяжки)	36.00 14.12	6101,6112 - 6115,6117,6301-6308,4101-4103,4302,4303,5106- 5113,5701-5705,4823	Отбор проб	
4028.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почвы	71.20.11		Отбор проб	
4029.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	0210	Отбор проб	
4030.	ГОСТ 8285 п.1.4	Топленые животные жиры	10.11	0209, 1501, 1502	Отбор проб	
4031.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах	10.11	15.02	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

4032.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Продукты пищевые консервированные.	10.3	2001-2002 2004-2008	Отбор проб	
4033.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Отбор проб Подготовка проб к испытаниям	
4034.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.13	1601	Отбор проб	
4035.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	10.12		Отбор проб	
4036.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и молочные продукты	10.53	0401-0406	Отбор проб	
4037.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты	10.53	0405	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	
4038.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3	0405	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	
4039.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4	0406	Отбор проб и подготовка проб	
4040.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Молочный жир, масло и масляная паста из коровьего молока.	10.51.3	0405	Отбор проб и подготовка проб	
4041.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0303-0308	Отбор проб	
4042.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61	1103	Отбор проб	
4043.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	
4044.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1901,1905	Отбор проб	
4045.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Отбор и подготовка проб	
4046.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб Подготовка проб	
4047.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из	10.30,10.32	2001-2009	Отбор проб	

		сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)				
4048.	ГОСТ Р 51434 п.6.1	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Отбор проб	
4049.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	2103	Отбор проб	
4050.	ГОСТ 32190 п.5.9	Растительные масла	10.41	1507-1514	Отбор проб	
4051.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202, 2202.9	Отбор проб	
4052.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
4053.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.02	2204- 2206	Отбор проб	
4054.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01	2208	Отбор проб	
4055.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01	2207	Отбор проб	
4056.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Отбор проб	
4057.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	
4058.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85		Отбор и подготовка проб	
4059.	Р 2.2.2006	Дезинфицирующие средства	-	-	Отбор проб	
4060.	МУК 4.2.999-00 п.3	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Отбор проб	
4061.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
4062.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
4063.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301, 0302-0308	Отбор проб	
4064.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707, 0709-0710, 0803-0810 2009	Отбор проб	
4065.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	
4066.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
4067.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва.	-	-	Отбор проб	
4068.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	

4069.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
4070.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
4071.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
Раздел 15: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом № 26						
Бактериологические исследования						
4072.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4073.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4074.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4075.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, корма для животных	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604;1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4076.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4077.	ГОСТ 20235.2-74 П.4.1.3.	Мясо кроликов	10.13		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ сальмонеллы;	Обнаружен /не обнаружен в Х г (см^3)
4078.	ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4				E.coli/эшерихии	Обнаружен /не обнаружен в Х г (см^3)
4079.	ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.6				S.aureus/ Стафилококки	Обнаружен /не обнаружен в Х г (см^3)
4080.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10,71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604;	Бактерии рода Proteus	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

				1901 10; 2009; 2201; 2202;		
4081.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Энтерококки	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4082.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.120 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89, 01.13. 10.11.	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4083.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

4084.	ГОСТ 30425-97 п.7.7	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробныеи анаэробные микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4085.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Escherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4086.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4087.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4088.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-	Escherichia coli	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

				1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106;2201-2203;		
4089.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814;0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4090.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009, 2101-2106; 2201-2203;	Коагулазоположительные стафилококки(S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4091.	ГОСТ 32064, п.9.1.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4092.	ГОСТ 32901-2014 п.5.	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406;0407; 0402;	Отбор проб	
4093.	ГОСТ 32901-2014 п 8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

					микроорганизмов КМАФАнМ	
4094.	ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4095.	ГОСТ 32901-2014 п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4096.	ГОСТ 32901-2014 п.8.8				Промышленная стерильность:	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно:
4097.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4098.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	10.12, 10.13	0201-0210;	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4099.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4100.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	подсчет микроорганизмов	От 1КОЕ/г(см^3)
4101.	ГОСТ Р 54674, п.8.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4102.	МУК 4.2.577-96 п..7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)

4103.	МУК 4.2.577-96 п..7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4104.	МУК 4.2.577-96 п..7.3				E.coli;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4105.	МУК 4.2.577-96 п..7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4106.	МУК 4.2.577-96 п..7.4				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4107.	МУК 4.2.577-96 п..7.6				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4108.	МУК 4.2.577-96 п..7.12				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
4109.	МУК 4.2.577-96 п..7.8				Количество дрожжей	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
					Количество плесневых грибов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4110.	МУК 4.2.577-96 п..7.7				B.cereus/Бактерии B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4111.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806; 1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г($см^3$)
4112.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6 МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6	Природная минеральная вода, купажированная, упакованная, обработанная, для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода. Природная минеральная вода, купажированная, упакованная,	11.07 11.07	- -	Общее количество бактерий/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

4113.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.	обработанная, для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода.			Колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4114.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии/бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4115.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка (Pseudomonasaeruginosa);	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4116.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
4117.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
4118.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Отбор проб	
4119.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
4120.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10				Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
4121.	МУК 4.2.1884-04приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
4122.	МУК 4.2.1884-04приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
4123.	МУК 4.2.1884-04приложение 7	Вода бассейнов, вода аквапарков Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Staphylococcus aureus;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл
					число стафилококков Staphylococcus aureus	от 0-300 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7

4124.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
4125.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружен /не обнаружен в 1000мл
4126.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
4127.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;	0-300 КОЕ/1мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
4128.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
					Термотолерантныекол иформные бактерии (ТКБ);	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
4129.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования			Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
4130.	МУ 2.1.4.1184-03приложение 10	Вода, расфасованная в емкости			Колифаги;	0-300 БОЕ/100мл
4131.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая,дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1$см^3$
4132.	ГОСТ 18963-73п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
4133.	ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000)	Вода питьевая	36.00.11	2201,2202	E. coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7

4134.	МУ 3.1.1.2438-09	Поверхность объектов внешней среды методом смывов			Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Обнаружен /не обнаружен
4135.	МУ № 3182-84 п.3	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов	20.13.52.12021.20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300 КОЕ /1 $см^3$
		аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость)			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	0-150 КОЕ в $10см^3$
		Воздух			Общее количество микроорганизмов;	0-300КОЕ/$1м^3$
					Количество золотистого стафилококка	0-300 КОЕ / $1м^3$
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	0-300 КОЕ /$1м^3$
4136.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, сан одежда методом смывов	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружено /не обнаружено
4137.	МУ № 3182-84п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала	-	-	Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Бактерии рода Протея	Обнаружено / не обнаружено
4138.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено
4139.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/$1м^3$

					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
4140.	МУК 4.2.2942-11п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
4141.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/нестерильно
4142.	МР от 03.06.86. «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций», п.3, п.5	Объекты внешней среды	-		Отбор проб	
					Грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы;	Обнаружено /не обнаружено
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ);	Обнаружено /не обнаружено
4143.	МУ15/6-5-91инструкция к применению набора	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Стерилизация эффективна /стерилизация неэффективна
4144.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
4145.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
4146.	МУК 4.2.1035-01п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
Паразитологиские исследования						
4147.	МУК 4.2.2747-10п.7.1.1.	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4148.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1				Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4149.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2					
4150.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных	Обнаружены/ не обнаружены, экз.

1	2	3	4	5	6	7

4151.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1		03.21- 03.22 10.20		для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4152.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4153.	МУК 3.2.988 -00 п.7					-
4154.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1 - 7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4155.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий Ооцисты патогенных простейших - ооцистыкриптоспоридий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4156.	МУК 4.2.2314 -08 п.5.1.3.1 МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2					
4157.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.3 МУК 4. 2.1884 – 04 п.3.4	Вода поверхностных водных объектов			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4158.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов/ жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
4159.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов - жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
4160.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./ 100 г
4161.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4162.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4163.	МУК 4.2.2661 – 10 п.	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены,

	7.2					экз.
4164.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4165.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4166.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
Санитарно-химические методы исследований						
4167.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух (селитебных территорий)	-	-	Отбор проб	-
4168.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид/Двуокись азота/Пероксид азота/Диоксид азота,	0,02-1,40 мг/м^3
4169.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6		-	-	Азот (II) оксид/азот монооксид	0,016-0,940 мг/м^3
4170.	РД 52.04.186-89, ч., раздел 5, п.5.2.6		-	-	Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	суточная- 0,007-0,69 мг/м^3;
4171.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4		-	-	Дигидросульфид/Водород Сернистый/гидросульфид/Сероводород	0,004-0,120 мг/м3
4172.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5.		-	-	Гидроскибензол/Фенол	0,004-0,200 мг/м^3
4173.	РД 52.04.893-2020	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Взвешенные частицы пыли/взвешенные вещества/массовая концентрация пыли/пыль	Разовая - 0,15-10,00 мг/м^3
4174.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Диоксид азота / азота диоксид / двуокись азота /пероксид азота/азот(IV)оксид/азота двуокись	0,021-4,3 мг/м^3
4175.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Серы диоксид / диоксид серы /	(0,03-5,0) мг/м^3

					сернистый ангидрид / сернистый газ/оксид серы (IV)	
4176.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух, Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол/гидроксибензол/оксибензол/фенилгидроксид/фениловый спирт/моногидроксибензол	(0,003-0,1) мг/м^3
4177.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
4178.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
4179.	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), вода плавательных бассейнов	36.00	-	Запах	0-5 балл (баллы)
4180.	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00	-	Привкус/Вкус и привкус	0-5 балл (баллы)
4181.	ГОСТ Р 57164-2016 6.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная)	36.00	-	Мутность	1- 20 ЕМФ (1- 20 ЕМФ (единицы мутности по формазину)
4182.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120	-	Цветность	1-70 градуса
4183.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00	-	Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ (0,1- 20,0 мг-экв/дм^3)
4184.	ГОСТ Р 55684- 2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода бассейнов и аквапарков	36.00 11.07.11.120	-	Окисляемость (перманганатная)	0,25 - 100,0 мгО/дм^3 , (0,25-100,0мг/дм^3)
4185.	ГОСТ 4011-72 п. 2	Вода питьевая.	36.00.11	2201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe суммарно)	0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л)
4186.	ГОСТ 4011-72 п. 3	Вода питьевая.	36.00.11	2201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)	0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л)
4187.	ГОСТ 4245-72 п. 2	Воды питьевые	36.00.11		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	10 -500 мг/дм^3 (10 - 500,0 мг/л)
4188.	ГОСТ 4386-81 Вариант Б.	Воды питьевые	36.00.11 21.20.9 25.92, 25.99	7323, 7324	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм^3 (0,05-5,0 мг/л)

4189.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости Воды природные (подземные и поверхностные)	36.00.11 11.07.11.120		Сульфат-ион (сульфаты) /сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3 (25-200 мг/л)
4190.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3		21.20.9		Сульфат-ион (сульфаты) /сульфаты (SO_4^{2-})	2 -50 мг/дм^3 (2- 50 мг/л)
4191.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
4192.	ГОСТ 18190-72п.2	Воды питьевые	36.00.11		Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
4193.	ГОСТ 18190-72 п.3		21.20.9		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм^3 (0,01-50,0 мг/л)
4194.	ГОСТ 23268.1-91	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	36.0		Прозрачность, цвет, запах и вкус	-
4195.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.120		Аммиак и ионов аммония /аммиак/аммоний-ион(NH_3/NH_4)	Без учета разбавления: 0,1-3,0 мг/дм^3 (0,1-3,0 мг/л) При разбавлении: 0,1-300 мг/дм^3, (0,1-300 мг/л)
4196.	ГОСТ33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 21.20.9		Нитриты /нитриты (NO_2^-)	Без учета разбавления: 0,003- 0,3 мг/дм^3 , (0,003-0,3 мг/л) При разбавлении: 0,003-30 мг/дм^3 , (0,003-30,0 мг/л)
4197.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная			Нитраты /нитраты (NO_3^-)	Без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 , (0,1-2,0 мг/л) При разбавлении: 0,1- 200 мг/дм^3 , (0,1-200 мг/л)
4198.	ГОСТ 18309-2014 п.5 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07.11.12 036.00	-	Ортофосфаты (полифосфаты (PO_4^{3-}) /полифосфаты (PO_4^{3-})	0,01-0,4мг/дм^3 (0,01-0,4мг/л)
4199.	ГОСТ 4974-2014 п. 6 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Воды поверхностные и подземные	36.00.11, 36.00.1, 25.92,		Массовая концентрация марганца/Марганец (Mn,суммарно)	0,01-5,0 мг/дм^3 (0,01-5,0 мг/л)

1	2	3	4	5	6	7

4200.	ГОСТ Р 55683-2013	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов) на месте отбора проб	36.0	-	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора /Остаточный активный хлор	0,15-2,0 мг/дм^3
4201.	РД 52.24.419-2005	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
4202.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды суши Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Щелочность	0,17-8,2 ммоль/дм^3
4203.	ПНД Ф 14.1:2:4.50—96	Воды питьевые Воды поверхностные и очищенные сточные	36.00.11, 36.00.1, 36.00.12	-	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe суммарно)	0,05 - 10 мг/дм^3 , (0,05- 10,0 мг/л)
4204.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Хлориды (Cl^-)	10,0 - 5000 мг/дм^3 , (10,0-5000 мг/л)
4205.	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.1 36.00.12	-	Жесткость общая	0,1-50,0 ºЖ
4206.	ПНД Ф 14.1:2.3.100-97	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.1	-	Химическое потребление кислорода/Бихроматная окисляемость /ХПК	4,0-2000 мг/дм^3, (4,0- 2000 мгO_2/дм^3)
4207.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.11	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/ взвешенные вещества	3,0-5000 мг/дм^3
4208.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.11 36.00.1	-	Массовая концентрация фосфат-ионов /полифосфаты (PO_4^{3-})	0,05- 80 мг/дм^3, (0,05-80 мг/л)
4209.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Воды питьевые Воды поверхностные и очищеннесточные	36.00.1	-	Общая минерализация (сухой остаток)/ массовая концентрация сухого остатка	50,0-25000,0 мг/дм^3
4210.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды питьевые Воды поверхностные и очищенные сточные	36.00.11 36.00.1	61016112, 6113 00, 6114,6115,6117 6301-6308 4101-4103	Водородный показатель (pH)	-1-19 pH

1	2	3	4	5	6	7

4211.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная, вода техническая	36.00.11 36.00.1 36.00.12	-	Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)/ Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	0,5-1000,0 мг O_2/дм^3
4212.	ПНД Ф 14.1.2:159-2000	Воды природные Воды поверхностные и сточные	36.00.1 38.1	-	Сульфат - ион	10-1000 мг/дм^3
4213.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Воды питьевые Воды поверхностные и сточные	36.00.11 36.00.1,38.1	-	Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
4214.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Воды питьевые Воды поверхностные и сточные	36.00.11	-	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм^3
4215.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Воды природные Вода сточная очищенная	36.00.1, 36.00.12	-	Массовая концентрация марганца/Марганец (Mn,суммарно)	0,005-10,0 мг/дм^3
4216.	ГОСТ 26483-85	Почва	71.20.11	-	Водородный показатель (pH)/ кислотность (pH)	1,0-14.0 pH
4217.	ГОСТ 26951-86	Почва	71.20.11	-	Нитраты (по NO_3)/ Азот нитратный	2,8-109,0 мг/кг при разбавлении 28,0-1090,0 мг/кг
4218.	ГОСТ 4288-76 п.2.5	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса	01.47.2	1601 -1602	Массовая доля влаги	0,7-80%
4219.	ГОСТ 4288-76 п. 2.3	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса			Внешний вид вкус и запах степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	Описание Описание Описание Описание
4220.	ГОСТ 4288-76 п. 2.6	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленного мяса			Кислотность	4-25° Т
4221.	ГОСТ 34135-2017 п.6, п.7, п.8	Рубленные мясные и мясосодержащие кулинарные изделия, полуфабрикаты	10.13.	0210	Массовая доля хлеба	0,6-40,0%
4222.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массова доля влаги	1,0-85 %
4223.	ГОСТ 9957-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля хлористого натрия/Массовая доля повареной соли/ массовая доля	0,1-7,0%

					хлористого натрия (поваренной соли)	
4224.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Внешний вид, цвет,состояние поверхности, запах, консистенция, вкус	Описание
4225.	ГОСТ 19342-73	Печень крупнорогатого скота и свиней	10.11.	0201-0208	Внешний вид, цвет	Описание
4226.	ГОСТ 31720-2012 п.5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы			Внешний вид, цвет, текстура и консистенция, запах и вкус	Описание
4227.	ГОСТ 31470-2012 п.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Внешний вид, цвет, консистенция Запах	Описание
4228.	ГОСТ 31470-2012 п.5				Общая кислотность/кислотность	0,3-10,0°Т
4229.	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты из шпика.	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Кислотное число	0,1-40 мг КОН/г жира в пробе
4230.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4, п.5	Сыры, брынза, соленные творожные изделия, сливочное масло	10.51.3 10.51.4	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия/Массовая доля повареной соли/ массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,1-7,0%
4231.	ГОСТ 5867-90 п.1, п.4	Молоко и молочные продукты		0401-0403 0404-0406	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
4232.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко	10.51.1	0401	Аммиак	Присутсвует/ отсуствует
4233.	ГОСТ 24067-80	Молоко	10.51.1	0401	Перекись водорода	Присутсвует/ отсуствует
4234.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.5	040310	Титруемая кислотность/кислотность	50-180 ^{0}Т
4235.	ГОСТ Р 32892-2014	Молоко и молочные продукты		0401 0403-0406	Активная кислотность (pH)	3-8 ед.pH
4236.	ГОСТ Р 54668-2011 п. 7, п. 8.1, п. 8.3	Молоко и продукты переработки молока.	10.51	0401-0403 0404-0406	Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	0,5-99,0 %
4237.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401 0403-0406	Кислотность	2-250°Т
4238.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401	Плотность	1015-1040 кг/м^3

	п.6			0403-0406		
4239.	ГОСТ Р 55063-2012п. 7.8	Сыры, сыры плавленые.	10.53.4		Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	7,0-39,0%
4240.	ГОСТ Р 55063-2012п. 7.9	Сыры, сыры плавленые.			Массовая доля хлористого натрия/Массовая доля повареной соли/ массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-10,0%
4241.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.6, 7.7	Молочный жир, масло и масляная паста из коровьего молока	10.53.3	0405	Массовая доля влаги	0,5-60,0%
4242.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, п.7.5				Массовая доля жира	50-75т%
4243.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0 ^{0}К
4244.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0°К
4245.	ГОСТ Р 55361-2012 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Т
4246.	ГОСТ 3623-2015 7.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты,	10.51	0401 0403-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
4247.	ГОСТ 31339-2006п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	0-5,0%
4248.	ГОСТ 7636-85п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
4249.	ГОСТ 7636-85п. 7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
4250.	ГОСТ 7636-85п.3.5.1; п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8% 1,0-80,0%
4251.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
4252.	ГОСТ 27082-2014 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20	1604 1605	Общая кислотность	0,3-0,7
4253.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма Поверхность Цвет	описание описание описание

					Вкус и запах	описание
4254.	ГОСТ 5668-68 п.2, п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
4255.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
4256.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Кислотность	0,2-50,0°Т
4257.	ГОСТ 5698-51п.2	Хле и хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0%
4258.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11	1905	Влажность	1,0-80,0%
4259.	ГОСТ 26312.2-84	Крупа	10.61.3	1103	Органолептические показатели	Описание
4260.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.32.111	110412	Кислотность	0,2-50,0°Т
4261.	ГОСТ 27493-87	Мука, отруби	10.61.2	1101-1102	Кислотность	0,3-50,0°Т
4262.	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	10.61.2	1101-1102	Цвет. Запах. вкус. Хруст	Описание Описание Описание Описание
4263.	ГОСТ 9404-88	Мука, отруби	10.61.2	1101-1102	Влажность	1-30%
4264.	ГОСТ 31964-2012 п. 7.3.1, 7.3.2	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Влажность	0,5-50,0%
4265.	ГОСТ 31964-2012 п. 7.2.				Запах и вкус	Описание
4266.	ГОСТ 31964-2012 п. 7.4				Кислотность	0,2-50,0°Т
4267.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Пищевые концентраты	10.89.11 10.89.19		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	Описание
4268.	ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3	Пищевые концентраты	10.89.11 10.89.19		Массовая доля влаги	0,5-50%
4269.	ГОСТ 15113.5 -77 п.2, п. 3	Пищевые концентраты	10.89.11 10.89.19		Кислотность	0,07-17,5^{0}Т
4270.	ГОСТ Р 52610-2006	Пищевые концентраты	10.89.11 10.89.19		Массовая доля влаги	5,0-15,0% 3,0-11,0%
4271.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82	1704 1905	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	Описание
4272.	ГОСТ 5898-87 п.2, п.3	Кондитерские изделия	10.71.12 10.72.12	1704 1905	Кислотность	0,2-50,0°Т
4273.	ГОСТ 5898-87 п.4		10.82		Щелочность	0,2-50,0 град
4274.	ГОСТ 5904-82 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12,10.82	1704 1905	Подготовка проб	-
4275.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12, 10.82	1704 1905	Массовая доля влаги	0,5-50,0%

1	2	3	4	5	6	7

4276.	ГОСТ 31902-2012 п.7; п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12,10.82	1704 1905	Массовая доля жира	0-60%
4277.	ГОСТ 1721-85	Морковь свежая столовая	10.3	-	Органолептические показатели	Описание
4278.	ГОСТ 1724-85	Капуста белокачанная свежая	10.3	-	Органолептические показатели	Описание
4279.	ГОСТ 1726-85	Огурцы свежие	10.3	-	Органолептические показатели	Описание
4280.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные, их смеси, фруктовые десерты	10.3	-	Органолептические показатели	Описание
4281.	ГОСТ 13340.1-77	Сушеные фрукты и овощи, их смеси	10.3	-	Органолептические показатели	Описание
4282.	ГОСТ 24556-2014 п. 5.4.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2002 2004-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты/аскорбиновая кислота (витамин С)/ Витамин С	0,5-200,0 мг/порция
4283.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.3	2001-2002 2004-2008	Активная кислотность (pH)	2-12ед.pH
4284.	ГОСТ 29270-95 п.5.	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001-2002 2004-2008	Нитраты	24-3000мг/кг
4285.	ГОСТ ISO 750-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
4286.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
4287.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2002 2004-2008	Массовая доля свободного и общего диоксида серы	0,5-10 $^{-2}$%
4288.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства (сельскохозяйственная продукция), плодоовощная продукция	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
4289.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и соус майонезный	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	Описание
4290.	ГОСТ 32035-2013п.5.4	Водки и особые водки	11.01.10.110	-	Щелочность	1,5-3,5 см^3/100 см^3
4291.	ГОСТ 3639-79п.2.1	Водно-спиртовые растворы	11.01	-	Объемная доля этилового спирта	0-100%
4292.	ГОСТ Р 51575-2000 п.4.1, п.4.2	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Йод/Массовая доля йода	20-60 мкг/г/ (20-60)·10^{-4}%

1	2	3	4	5	6	7

4293.	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания массового изготовления	10.85.1	-	Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	Описание
4294.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1	Продукция общественного питания	10.85.1	-	Эффективность тепловой обработки/Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ тепловая обработка недостаточная
4295.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2	Продукция общественного питания	10.85.1	-	Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров/степень термического окисления фритюрный жиров	менее 1% более 1%
4296.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.	-	Сухие вещества Зола Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
4297.	ГОСТ 11086-76	Гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий)	-	-	Массовая доля активного хлора	3,0-200,0г/дм^3
4298.	ГОСТ Р 54562-2011	Хлорная известь	-	-	Массовая доля активного хлора	0-30,0 %
4299.	МУ по применению и качеству контролядезинфицирующих хлоросодержащих средств	Дезинфекционные средства, содержащие хлоративные соединения	-	-	Массовая доля активного хлора	0-30,0%
4300.	Р 4.2.2643-10 п. 4.2.1	Дезинфекционные средства, содержащие хлоративные соединения	-	-	Активный хлор/массовая доля активного хлора	0-65,0 %

4301.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.6	дезинфекционные средства, содержащие третичный алкиламин	-	-	Массовая доля N,N-бис (3 аминопропил)-додециламина /Третичный алкиламин	0-15,0 %
4302.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4	дезинфекционные средства, содержащие четвертичные аммонийные соли	-	-	Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида / Четвертичные аммониевые соли/ЧАС	0-40,0 %
4303.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.9	дезинфекционные средства, содержащие кислоты	-	-	Массовая доля серной кислоты	0-10,0 %
4304.	ГОСТ 25263-82	Гипохлорит кальция (нейтральный хлорноватистокислый кальций)	-	-	Массовая доля активного хлора	- 0-60,0 %
Методы измерения физических факторов						
4305.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение/КЕО	-
4306.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО:	-
4307.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
4308.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
4309.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных	-	-	Температура воздуха	(от 0 до +50)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(10-98)%

		учреждений, общественных, административных и бытовых зданий.			скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
4310.	Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 61»	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Температура воздуха	(от 0 до +50)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(10-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
Отбор проб						
4311.	ГОСТ 17.4.3.01 п. 6	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	
4312.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13	1601 1602	Отбор проб	
4313.	ГОСТ 31467 п. 5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Отбор проб	
4314.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	01.47.	0407-0408	Отбор проб	
4315.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.12.	0207	Отбор проб	
4316.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.51	0401,0403 0404	Отбор проб	
4317.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51	0405, 0406	Отбор проб	
4318.	ГОСТ 31339-2006 п.5 .1, п.5.2.1, п. 5.2.21-5.2.25, п. 5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и	10.20	1604-1605	Отбор проб	
4319.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб	
4320.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.3		Отбор проб	
4321.	ГОСТ 27668 п.2.2.2	Мука пшеничная	10.61.21.110	1101	Отбор проб	
4322.	ГОСТ 31749 п.5	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Отбор проб	
4323.	ГОСТ 15113.0 п.2	Пищевые концентраты	10.89.11 10.89.19		Отбор проб	
4324.	ГОСТ 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11		Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

4325.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12,10.82	1704 1905	Отбор и подготовка проб	
4326.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Сахар белый, прочие виды сахара, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701	Отбор проб	
4327.	ГОСТ 32190 п.5.9	Масла растительные	10.41	1507-1509 1511-1512 1514-1515	Отбор проб	
4328.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах.	10.11.5 10.41.	0209 1501-1502 1507-1509 1511-1512 1514-1515	Отбор проб	
4329.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция в потребительской таре	11.02 11.03	2204 2205	Отбор проб	
4330.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
4331.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Жидкие безалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	11.07	-	Отбор проб	
4332.	ГОСТ ISO 1839 п.5	Чай	10.83.13	0902	Отбор проб	
4333.	ГОСТ Р ИСО 7516	Растворимый чай	10.83.13	0902	Отбор проб	
4334.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2002 2004-2008	Отбор проб Подготовка проб	
4335.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов	10.89.13.111	210210	Отбор проб	
4336.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Хлебопекарные сушеные дрожжи	10.89.13.111	210210	Отбор проб	
4337.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
4338.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2				Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
4339.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	
4340.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
4341.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	

4342.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
4343.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
4344.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
4345.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
4346.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
4347.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
Раздел16: 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, дом № 9.						
Санитарно-химические исследования						
4348.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая.	36.00		Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,1-50,0 мг/дм^3/мг/л
4349.	ГОСТ 4011-72 п. 3.				Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	0,05-50,0 мг/дм^3/мг/л
4350.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая	36.00		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
4351.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
4352.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая	36.00		Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л
4353.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и воду подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00		Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3/мг/л
4354.	ГОСТ 6709-72 п.3.5	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
4355.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ не более 0,2 мг/дм^3
4356.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
4357.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3
4358.	ГОСТ 6709-72 п 3.9а				Алюминий (Al)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
4359.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3

4360.	ГОСТ 6709-72 п 3.11				Кальций (Ca)	менее 0,8 мг/дм^3/ более 0,8 мг/дм^3
4361.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
4362.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
4363.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
4364.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
4365.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-19 ед. pH
4366.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10 См/м
4367.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
4368.	ГОСТ 18165-2014 метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная	36.00 11.07.11.120		Алюминий/ (Al, суммарно)	0,04-56,0 мг/дм^3/ мг/л
4369.	ГОСТ 18190-72, п.3	Вода питьевая	36.00		Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3/ мг/л
4370.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природную (подземную и поверхностную)	11.07.11.120, 36.00		Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-40,0 мг/дм^3/мг/л
4371.	ГОСТ 23268.5-78 п.2	Вода питьевая, включая природную минеральную воду	11.07.11.112	2201	Ионов – кальция (Ca)	10,00-800,0 мг/дм^3
4372.	ГОСТ 23268.5-78 п.3				Ионов магния (Mg)	20,00 – 900,0 мг/дм^3
4373.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников включая природную минеральную воду.	11.07.11.112, 36.00	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/Кадмий (Cd, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 /мг/л
					Массовая концентрация меди/ Медь/Медь (Cu, суммарно)	0,0005-5,0 мг/дм^3 / мг/л
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец (Pb, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 / мг/л

1	2	3	4	5	6	7

					Массовая концентрация цинка/ Цинк/Цинк (Zn, суммарно)	0,0005-10,0 мг/дм^3 / мг/л
4374.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120. 36.00		Цветность	1-70 градуса
4375.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.120		Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
4376.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
4377.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
4378.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120		Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
4379.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.5.5	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная (поверхностная и подземная)			Гидрокарбонаты	6,1-6100,0 мг/дм^3
4380.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.`120		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
4381.	ГОСТ33045-2014 Метод Б				Нитриты (NO_{2-})	0,003-30,0 мг/дм^3/ мг/л
4382.	ГОСТ33045-2014 Метод Д				Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
4383.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм^3
4384.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная вемкости, вода природная	36.00 11.07.11.120		Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
4385.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
4386.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.				Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
4387.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Массовая концентрация	Розовая окраска

					веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	
4388.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
4389.	ГОСТ Р 58144-2018п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
4390.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая,поверхностная	36.00		Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 /мг/л
4391.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные (поверхностные и подземные) воды	36.00		Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,005-10 мг/дм^3 /мг/л
4392.	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.		Кальций (Ca)	1,0-2000,0 мг/дм^3
4393.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.		Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
4394.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода природные (очищенная и подземная), очищенная сточная	36.00		Жесткость общая	0,1-50 °Ж
4395.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная , очищенная сточная	36.00		Химическое потребление кислорода	4,0-2000 мг/дм^3, (4,0- 2000 мгO_2/дм^3)
4396.	ПНД Ф 14.1:2.3.101-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00		Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
4397.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная)	36.00.		Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
4398.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00.		Фосфат-ион (фосфаты) (PO_4^{3-})	0,05-80,0 мг/дм^3
4399.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
4400.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная),	36.00.		Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
4401.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, поверхностная пресная, подземная	36.00.		Биохимическое потребление кислорода (БПКполн)/	0,5-1000,0 мг O_2/дм^3

1	2	3	4	5	6	7

					Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	
4402.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
4403.	РД 52.24.486-2009	Вода природная , очищенная сточная	36.00	-	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,00 мг/дм^3/ мг/л
4404.	МУ 31-03/04	Вода питьевая, природная	36.00		Массовая концентрация кадмия/Кадмий (Cd, суммарно)	0,0002-0,005 мг/дм^3 /мг/л
					Массовая концентрация меди/ Медь(Cu, суммарно)	0,0006- 1,0 мг/дм^3 /мг/л
					Массовая концентрация свинца/Свинец (Pb, суммарно)	0,0002 - 0,05мг/дм^3 /мг/л
					Массовая концентрация цинка/Цинк (Zn, суммарно)	0,0005 - 0,1 мг/дм^3 /мг/л
4405.	МУ 08-47/152	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация меди/ Медь	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,01-100,0 мг/кг (0,01-100,0 млн$^{-1}$)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	1,0-500,0 мг/кг (1,0-500,0 млн$^{-1}$)
4406.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
4407.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-1090,0 мг/кг
4408.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
4409.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень	описание

1	2	3	4	5	6	7

					измельчения, равномерность перемешивания фарша.	
4410.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
4411.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
4412.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25° Т
4413.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %
4414.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11. 10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
4415.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
4416.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
4417.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
4418.	ГОСТ 23042-2015, п.8	Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.,.10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля жира	0,2-50 %
4419.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты	10.13	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля нитрита натрия	20-200 мг/кг 0,002 – 0,02 %
4420.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
4421.	ГОСТ 3623-2015п. 7.	Пастеризованное молоко, сливки, пахту, творог, сметана, кисломолочные продукты, сливочное масло	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Обнаружено / не обнаружено
4422.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
4423.	ГОСТ 13928-84 п.3	Заготовляемое молоко и сливка	10.53	0401	Подготовка проб к анализу	-
4424.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид, запах, консистенция	Описание
4425.	ГОСТ 24065-80	Молоко.	10.53.	0401	Сода	Присутствует/отсутствует
4426.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко.	10.53.	0401	Аммиак	Присутствует/отсутствует
4427.	ГОСТ 24067-80	Молоко.	10.53.	0401	Перекись водорода	Присутствует/отсутствует
4428.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание

4429.	ГОСТ 29247-91	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-40,0%
4430.	ГОСТ 30305.1-95п. 4.	Сгущенные молочные консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
4431.	ГОСТ 30305.3-95п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0^{0}Т
4432.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
4433.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
4434.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
4435.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6	Сыры, сыры плавленые	10.51.4.	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
4436.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
4437.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
4438.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, 7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Массовая доля жира	50-75 %
4439.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
4440.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0^{0}К
4441.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0^{0}К
4442.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0^{0}Т
4443.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские	10.20.	0303-0308,	Подготовка к анализу средней пробы	-
4444.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1	млекопитающие, морские беспозвоночные ипродукты их переработки		1604-1605	Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
4445.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
4446.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%

1	2	3	4	5	6	7

4447.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 % 0,4-1,2%
4448.	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция их них	10.20.	0303-0308	Массовая доля глазури	0-5,0%
4449.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
4450.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Металломагнитная примесь	0,001-5,000 мг/кг свыше 5,000 мкг/кг
4451.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61.	1103	Цвет	Описание
4452.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	Описание
4453.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	Описание
4454.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.5				Развариваемость	1-60 мин
4455.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.	1103	Кислотность	0,2-50 град.
4456.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа	10.61.	1103	Влажность	0,5-50 %
4457.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет,Запах, Вкус, Хруст	описание
4458.	ГОСТ 27839-2013	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Качество клейковины Количество клейковины	0-150,7 у.е. 1-50 %
4459.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
4460.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
4461.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
4462.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
4463.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
4464.	ГОСТ 5898-87, п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
4465.	ГОСТ 5898-87п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
4466.	ГОСТ 5900-2014п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
4467.	ГОСТ 5900-2014п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
4468.	ГОСТ 5904-2019	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
4469.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81.	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00 %
4470.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-
4471.	ГОСТ 24556-89, п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой	0,5-200,0 мг/порция

					кислоты	
4472.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
4473.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	1-14 ед pH
4474.	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
4475.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
4476.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-95,0) %
4477.	ГОСТ 34128-2017	Соки из фруктов и овощей	10.32.	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-95,0) %
4478.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
4479.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
4480.	ГОСТ 11812-66, п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-0,5 %
4481.	ГОСТ 31933-2012 п.7.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
4482.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
4483.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Массовая доля жира	5,0-80,0 %
4484.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0 %
4485.	ГОСТ 32189-2013, п.5.2	Маргарины, спреды, топленые, смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
4486.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	5,0-60,0%
4487.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
4488.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	40,0-100,0%
4489.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %

1	2	3	4	5	6	7

4490.	ГОСТ 3639-79, п.2.1	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Концентрация спирта	св.10%
4491.	ГОСТ 6687.2-90, п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35 %
4492.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3/100см3
4493.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
4494.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-5,5к.ед.
4495.	ГОСТ 12789-87 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед. 2,0-100 ед. ЕВС
4496.	ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1	Водка	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
4497.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
4498.	ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Крепость	0-100 %
4499.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3
4500.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
4501.	ГОСТ Р 51575-2000, п.4.2	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
4502.	ГОСТ 31774-2012	Мёд.	01.49.21	0409	Массовая доля воды	13,0-25,0 %
4503.	ГОСТ 34232-2017, п.7	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
4504.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2	Продукция общественного питания	10.85		Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
4505.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.3				Степень термического окисления растительного масла по показателю преломления	менее 0,001
4506.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных	тепловая обработка достаточная/ недостаточная

					кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	
4507.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
4508.	ГОСТ Р 54607.5-2015, п.7.3				Массовая доля жира	0-90,0%
4509.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции - -
4510.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	10.1,10.2,10.3,10.41,10.42,10.51,10.61,10.62,10.71,10.72	0201 - 0204, 0207, 0302 -0304	Фосфаты	50-300 мг/100г
4511.	ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Подготовка проб. Минерализация проб	-
4512.	ГОСТ 26928-86	Продукты пищевые	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41.2, 01.45.2, 01.47.11, 01.49.2, 03.11.20,02.30.40	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-	Массовая концентрация железа/ Железо	1,0-20,0 мг/кг

			, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07	1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208		
4513.	ГОСТ 33824-2016	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11 – 01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.11,02.30, 03.12, 03.21, 03.22, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81- 10.86, 10.89, 11.01-11.07	0201- 0210, 0302-0309, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1206, 1501-1518, 1601-1605, 1701, 1702, 1704, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2208	Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,004-50,00 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,001-50,000 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,002-200,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,01-400,0 мг/кг
4514.	МУ 31-04/04	Продукты пищевые и продовольственное сырье и продукты их переработки			Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,0015-1,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,01-6,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,05-30,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,5-100,0 мг/кг
4515.	ГОСТ 10929-76, п.3.2	Перекись водорода	20.20.14	3808 94	Массовая доля перекиси водорода	0-35,0 %
4516.	ГОСТ 14193-78, п.4.4	Технический монохлорамин ХБ			Массовая доля активного хлора	0-30,0 %

4517.	ГОСТ 25263-82, п.4.3	Нейтральный гипохлорит кальция			Массовая доля активного хлора	0 – 60,0%
4518.	ГОСТ Р 54562-2011, .7.4	Хлорная известь			Массовая доля активного хлора	0 - 30,0 %
4519.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
4520.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2.				Массовая доля активного кислорода /Активный кислород	0-40,0%
					Массовая доля активного перекиси водорода /Перекись водорода	0-40,0%
4521.	ГОСТ 4212-2016	Приготовление растворов	-	-	Применяемые вещества	-
4522.	ГОСТ 4517-2016	Приготовление вспомогательных реактивов	-	-	Применяемые вещества	-
4523.	ГОСТ 4919.1-2016	Приготовление растворов индикаторов	-	-	Применяемые вещества	-
4524.	ГОСТ 4919.2-2016	Приготовление рабочих буферных растворов	-	-	Применяемые вещества	-
4525.	ГОСТ 25794.1-83	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
4526.	ГОСТ 25794.2-83	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-	-	Применяемые вещества	-
4527.	ГОСТ 25794.3-83	Приготовление титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и др.методов	-	-	Применяемые вещества	-
Радиологические методы исследований						
4528.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
4529.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) мР/ч
						(0,010 – 9,999) Р/ч
						(0,10 – 99,99) мР/ч
						(0,10 – 99,99) Р/ч
4530.			-	-		(0,010 – 9,999) мР/ч

	Руководство по эксплуатации дозиметра ДРГ-01Т1	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,010 – 9,999) Р/ч (0,10 – 99,99) мР/ч (0,10 – 99,99) Р/ч
Физические факторы						
4531.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение/КЕО	-
4532.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
4533.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
4534.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
4535.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
4536.	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 61»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с

		общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м^2
					Естественное освещение/кео:	-
4537.	Руководство по эксплуатации «Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002»	Игры, игрушки, канцтовары, наглядные школьные пособия, предметы гигиены и другие товары детского обихода. Помещения зданий и сооружений, рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны, территория.	-	-	Напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 8 – 100 В/м 0,8 – 10 В/м
					Напряженность магнитного поля 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 0,08 мкТл – 1 мкТл 8– 100 нТл
Раздел 17: 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Пролетарская, 14						
Микробиологические исследования						
4538.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	презумптивные B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4539.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	C. perfringens	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4540.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4541.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4542.	ГОСТ 10444.15- 94	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86,	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)

			10.89, 11.05, 11.07			
4543.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко сырое, цельное и обезжиренное,термическиобработанное,предварительно восстановленное из сгущенного,концентрированного или сухого молока.	10.51	04.02	Ингибирующие вещества	Наличие/отсутствует
4544.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар.	10.81	19.02;19.04;19;05	Количество мезифильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4545.	ГОСТ 26968 п.4.2				Дрожжи, плесневые грибы	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4546.	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10,71;10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	БактериародовProteus, Moraxella, Providencia /Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено
4547.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20	1901 10; 0302	Бактерии рода Enterococcus	1,0х10 $^{-1}$ -9,9х10 ^{10}КОЕ/г (см^3) Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4548.	ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.21.120 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420 10.13.14 111; 10.85.13 10.32.19.141	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

			01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11.12010.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.		Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4549.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium
4550.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
					Термофильные аэробные и факультативно-анаэробныеи анаэробные микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$) Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4551.	ГОСТ 30425 п.7.8				Плесневые грибы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4552.	ГОСТ 30425 п.7.9				Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4553.	ГОСТ 30425 п.7.10				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

					(колиформных бактерий)	
4554.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4555.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86	1901 10	Плесень и дрожжи в сумме	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4556.	ГОСТ 30712 п.6.1	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4557.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ)	1-300 КОЕ в100 см^3
4558.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)
4559.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
					Плесневые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4560.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308;0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203	Esherichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг(см^3)

1	2	3	4	5	6	7

4561.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207-0210	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4562.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4563.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86; 10.89.19.210	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Eshеrichia coli (E.coli)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4564.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4565.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009	Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				2101-2106; 2201-2203;		
4566.	ГОСТ 32064 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4567.	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4568.	ГОСТ 32149 п.8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4569.	ГОСТ 32149 п.9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4570.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus;	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4571.	ГОСТ 32149 п. 11				S.aureus	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)
4572.	ГОСТ 32901п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10.51.51.110	0401;0406;0407; 0402;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4573.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4574.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Энтеробактерии (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

4575.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно: $1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4576.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4577.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса птицы	ГОСТ 7702.2.7	ГОСТ 7702.2.7	Сульфитредуцирующи еклостридии	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4578.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4579.	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.20, 10.61, 10.73, 10.81, 10.71, 10.82, 10.86, 10.89.19.210, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Дрожжи, Плесени	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4580.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4581.		Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса		0207-0210	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
4582.	ГОСТ Р 54674п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207-0210	S.aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

4583.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86	1901 10	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4584.	МУК 4.2.577-96 п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4585.	МУК 4.2.577-96 п.7.3 МУК 4.2.577-96 п.7.5				E.coli;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
					Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4586.	МУК 4.2.577-96 п.7.4				Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4587.	МУК 4.2.577-96 п.7.6				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
4588.	МУК 4.2.577-96 п.7.12				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно
					Общее количество бактерий	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4589.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Количество дрожжей	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4590.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B.cereus/Бактерии B.cereus	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4591.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4592.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Количество бифидобактерий	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4593.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)

1	2	3	4	5	6	7

4594.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.2.2	Пиво, безалкогольные напитки	11.05; 11.07	2201; 2206	Общее микробное число/количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4595.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.3				Общее микробное число/количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4596.	ИК 10-04-06-140-87 п.1.2.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)
4597.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1п.4.1.2.6	Минеральные воды	11.07		Общее количество бактерий/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4598.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1п.4.1.2.3				Колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)
4599.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1п.4.1.2.4				Фекальные колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)
4600.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1п.4.1.2.5				Синегнойная палочка/Pseudomonasae ruginosa;	Обнаружено/не обнаружено в Х г(см^3)
4601.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая, вода бассейнов, вода аквапарков. Горячая вода. Вода, расфасованная в емкости.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Общее число микроорганизмов(ОМЧ)	от 0-300 КОЕ/мл

4602.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
4603.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3				Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-240 КОЕ в 100 мл
					Термотолерантныеко лиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-240 КОЕ в 100мл
4604.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300 БОЕ / 100 мл
4605.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300 КОЕ/20мл
4606.	МУК 4.2.1884-04п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии ;	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено КОЕ в 100мл 0-300 КОЕ в 100мл
4607.	МУК 4.2.1884-04п2.8				Общие (обобщенные) колиформные бактерии/	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-24000 КОЕ в 100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл НВЧ от 0-24000 КОЕ в 100мл
4608.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9				Колифаги;	0 -300БОЕ / 100 мл
4609.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				Семейство Enterobacteriaceae род Salmonella/возбудители кишечных инфекций	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл

1	2	3	4	5	6	7

4610.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20мл
4611.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки;	0 -300КОЕ/100 мл
4612.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7				Число стафилококков Staphylococcus aureus;	от 0-300 КОЕ/100 мл
4613.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Сточные воды.	37.00.2	2201,2202	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	
4614.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7				Сальмонелла	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
4615.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8				Колифаги;	0-300БОЕ/100 мл
4616.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37^0С;при 22^0С;	0-300 КОЕ/1мл
4617.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформныебактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 300 мл 0-300 КОЕ/100мл
4618.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				Pseudomonas aeruginosa;	Обнаружено /не обнаружено в 1000мл
4619.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги;	0-300 БОЕ/100мл
4620.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая,дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300 КОЕ/1$см^3$
4621.	ГОСТ 18963-73п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл
4622.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000 п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая. Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов.	36.00.11	2201,2202	E. coli	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
					Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
4623.	МР 4.2.0220-20 п. 3.3	Поверхности объектов методом смывов	-	3003, 3005 3006 10 3006 10 300 0	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ);	от 0-300КОЕ/$см^3$

4624.	МР 4.2.0220-20п. 3.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено
4625.	МР 4.2.0220-20п. 3.4				St.aureus	Обнаружен о/не обнаружено
4626.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24	-	Общее количество микроорганизмов	0-300КОЕ/1м^3
					S.aureus	0-300КОЕ/1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	0-300КОЕ/1м^3
4627.	МУК 4.2.2942-11п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персонала методом смывов в организациях лечебного профиля	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено /не обнаружено
					Стафилококки S.aureus	Обнаружено /не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружен о/не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено /не обнаружено
4628.	МУК 4.2.2942-11п 4	Стерильные изделия медицинского назначения			стерильность	Стерильно/нестерильно
4629.	МУ 3.1.1.2438-09	Поверхность объектов методом смывов			Возбудитель кишечного иерсиниоза,псевдотуберкулеза	Обнаружено /не обнаружено
4630.	МУК 4.2.2218-07	Клинический материал. Материал из внешней среды	10.8 36.00.1 36.00.11 36.00.12.000	1601 00	Возбудитель холеры	Обнаружено /не обнаружено
4631.	МР от 03.06.86. «Определение грамотрицаттельныхпотенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций, п.3,п.5	Объекты внешней среды	-	-	Общие колиформные бактерии (БГКП)/индекс БГКП	Коли – индекс от 1клетки на 1г
					Энтерококки/индекс энтерококков	Коли – индекс от 1клетки на 1г
					Патогенные энтероба/патогнные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
4632.	МУК 4.2.3695-21 п. 4.1.	Почва, песок жилых	71.20.11		Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)

		Территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных зон, игровых площадок и дворов, рекреационных (скверы, парки,бульвары, пляжи, лесопарки) зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки , тепличные хозяйства) промышленных зон, транспортных магистралей и др.			(ОКБ), в том числе E.coli;	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (коли-формы)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
4633.	МУК 4.2.3695-21 п. 5.1.				Энтерококки (фекальные)	Не обнаружено / обнаружено КОЕ/г (кл/г)
4634.	МУК 4.2.3695-21 п. 6.2.				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено в 1г
4635.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Объекты внешней среды (смывы, вода, воздух, почва).			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружено /не обнаружено в Хг ($см^3$)
4636.	Р 4.2.2643-10п.5.1.2.1	Дезинфицирующие средства, их компоненты	20.20.14	3808 94	бактерицидная активность	Активна /не активна
4637.	Р 4.2.2643-10 п.5.1.2.2					
4638.	МУК 4.2.2747-10п.7.1.1.	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4639.	МУК 4.2.2747-10п.7.2.1 МУК 4.2.2747-10п.7.2.2				Цистицерки (финны)	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4640.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.1-3.2.10	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21- 03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде, опасных для здоровья человека: цестод, трематод, нематод, скребней	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4641.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.1					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4642.	МУК 3.2.988-00 п. 3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4643.	МУК 3.2.988-00 п.7					-
4644.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1 - 7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4645.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4646.	МУК 4.2.2314 -08 п.5.1.3.1 МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2					Обнаружены/ не обнаружены, экз.

					Ооцисты патогенных простейших - ооцистыкриптоспоридий	
4647.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.3 МУК 4. 2.1884 – 04 п.3.4	Вода поверхностных водных объектов			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4648.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.2	Почва. Песок			Яйца гельминтов Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
4649.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.5	Почва, песок			Личинки гельминтов - жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/ не обнаружены, экз./кг
4650.	МУК 4.2.2661 – 10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз./ 100 г
4651.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4652.	МУК 4.2.2661 – 10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4653.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4654.	МУК 4.2.2661 – 10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4655.	МУК 4.2.2661 – 10 п. 10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
4656.	МУК 4.2.2661 – 10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены, экз.
Отбор проб						
4657.	ГОСТ Р 57164 п.4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00		Отбор проб	
4658.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13	0210	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

4659.	ГОСТ 13928 п.2	Заготовляемое молоко и сливка	10.53	0401	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	
4660.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	
4661.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб. Подготовка проб к анализу	
4662.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб и подготовка проб	
4663.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Молочный жир, масло и масляную	10.51.3.	0405	Отбор проб и подготовка проб	
4664.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и	10.20.	0303-0308	Отбор проб	-
4665.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73	1902	Отбор проб	-
4666.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89	2102	Отбор проб	-
4667.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89	2102	Отбор проб	-
4668.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1901, 1905		
4669.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1704	Отбор и подготовка проб	-
4670.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб. Подготовка проб	-
4671.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонез и майонезные соусы	10.84.12	2103	Отбор проб	-
4672.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	2103	Отбор проб	-
4673.	ГОСТ 3639 п.1	Водно-спиртовые растворы	11.01	2207	Отбор проб	
4674.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	1101	2208	Отбор проб	
4675.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01	2207	Отбор проб	
4676.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Отбор проб	
4677.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501		
4678.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85		Отбор и подготовка проб	
4679.	ГОСТ 10929 п.3.2	Перекись водорода	20.20.14	3808 94	Отбор проб	
4680.	ГОСТ 14193 п.4.4	Технический монохлорамин ХБ			Отбор проб	
4681.	ГОСТ 25263 п.4.3	Нейтральный гипохлорит кальция			Отбор проб	

4682.	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Хлорная известь			Отбор проб	
4683.	ГОСТ 17.4.3.01 п.6	Почвы	71.20.11		Отбор проб	
4684.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07	2202	Отбор проб	
4685.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных	10.13	1601, 1602	Отбор проб	
4686.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Белый сахар	10.81	1701	Отбор проб	
4687.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
4688.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	
4689.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья,фруктовые и овощные соусы, кетчупы	10.3	2001- 2002, 2004-2008	Отбор проб	-
4690.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61	1101	Отбор проб	-
4691.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.02, 11.03	2204, 2205	Отбор проб	-
4692.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	36.00.1 36.00.11 36.00.12 11.07.11.112 20.13.52.120		Отбор проб	-
4693.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.13	0201-0208, 0210 1601-1602	Отбор проб	-
4694.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5664-5:2006)	Вода питьевая централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, включая точку фактического потребления в распределительной сети; домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения (в больших зданиях и сооружениях)	36.00.11		Отбор проб	-

4695.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	-
4696.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция			Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
4697.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	- -
4698.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
4699.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	-
4700.	МУК.4.2.1884-04п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	-
4701.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	-
4702.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	-
4703.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	-
4704.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	-
4705.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	-
Раздел 18: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Партизанская, дом № 77.						
Исследования воды						
4706.	ГОСТ 4011-72 п. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00. 1107.11.110	2201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
4707.	ГОСТ 4011-72 п. 3.				Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л) при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
4708.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную	36.00. 1107.11.110		Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л

1	2	3	4	5	6	7

4709.	ГОСТ 4245-72, 3.	воду			Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
4710.	ГОСТ 4974-2014 п.6	Вода питьевая, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, упакованная питьевая вода.	36.00.	2201	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)	0,01-5,0 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
4711.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	2201	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л
4712.	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2201	Остаток после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм^3
4713.	ГОСТ 6709-72 п.3.5				Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 мг/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
4714.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
4715.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
4716.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3
4717.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
4718.	ГОСТ 6709-72 п 3.12				Медь (Cu)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 мг/дм^3
4719.	ГОСТ 6709-72 п 3.13				Свинец (Pb)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
4720.	ГОСТ 6709-72 п 3.14				Цинк (Zn)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
4721.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
4722.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-19 ед. pH
4723.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}C	10^{-4}-10 См/м
4724.	ГОСТ 18190-72, п.2	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00. 1107.11.110	2201	Активный хлор	0,3 - 300,0 мг/дм3
4725.	ГОСТ 18190-72, п.3				Свободный остаточный хлор	0,01-50,0 мг/дм3/ мг/л

1	2	3	4	5	6	7

4726.	ГОСТ 18190-72, п.4				Остаточный активный хлор	0,1-300,0 мг/дм3
4727.	ГОСТ 18309-2014, Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природную (подземную и поверхностную)	36.00 1107.11.110	2201	Ортофосфаты (Полифосфаты (PO_4^{3-}))	0,01-40,0 мг/дм^3/мг/л
4728.	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная), вода техническая (горячего водоснабжения)	36.00 11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Цветность	1-70 градуса
4729.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25-500 мг/дм^3/ мг/л
4730.	ГОСТ 31940-2012 Метод 2				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	10-2500 мг/дм^3
4731.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
4732.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120	2201	Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
4733.	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 5.4.1; 5.4.2 (Способ 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00 11.07.11.120	2201	Щелочность	0,1-100 ммоль/дм^3
4734.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.120	2201	Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
4735.	ГОСТ33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)		2201	Нитриты (NO_{2-})	0,003-3,0 мг/дм^3/ мг/л
4736.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная		2201	Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л

		(подземная, поверхностная), вода дистиллированная				
4737.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) (Способ Б)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Окисляемость перманганатная	0,5-10 мг О/дм^3/ мг/дм^3
4738.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная вемкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная	36.00 11.07.11.110	2201	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
4739.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.			2201	Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
4740.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная	36.00 11.07.11.110	2201	Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл
4741.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12, п.8.14, п.8.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2201	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (О)	Розовая окраска
					Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
					Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
4742.	ГОСТ 31866-2012	Вода питьевая, минеральная, поверхностная и подземных источников	36.00. 11.07.11.110	2201	Массовая концентрация кадмия/ Кадмий (Cd, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация меди/ Медь (Cu, суммарно)	0,0005-5,0 мг/дм^3 (0,0005-5,0 мг/л)
					Массовая концентрация свинца/ Свинец (Pb, суммарно)	0,0001-1,0 мг/дм^3 (0,0001-1,0 мг/л)
					Массовая концентрация цинка/ Цинк (Zn, суммарно)	0,0005-10,0 мг/дм^3(0,0005-10,0 мг/л)
4743.	РД 52.24.420-2019	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.	2201	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	1,0-120 мг/дм^3 / мгO_2/дм^3

4744.	РД 52.24.421-2012	Вода поверхностная, очищенная сточная	36.00.	2201	Химическое потребление кислорода (бихроматнаяокисляемость,ХПК)	4,0-80,0 мг/дм^3 / мг O_2/дм^3
4745.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) воды, очищенные сточные, ливневые, и хозяйственно-бытовые воды, отходы	36.00.	2201	Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3 (10,0-5000 мг/л)
4746.	ПНД Ф 14.1:2.:3.101-97	Вода природная, очищенная сточная	36.00.	2201	Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм^3
4747.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная , (поверхностная, подземная)	36.00.	2201	Взвешенные вещества	3,0-50000 мг/дм^3
4748.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	36.00.	2201	Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
4749.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Железо	0,05-10,0 мг/дм^3
Исследования почвы						
4750.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14.0 pH
4751.	ГОСТ 26951-86	Почвы	71.20.11		Азот нитратный/Нитраты(по NO_3)	2,8-1090,0 мг/кг
4752.	МУ 08-47/152	Почвы	71.20.11		Массовая концентрация кадмия/ кадмий	0,01-100,0 мг/кг
4753.	ФР.1.31.2004.01216				Массовая концентрация меди/ медь	1,0-500,0 мг/кг
					Массовая концентрация свинеца/ свинец	0,01-100,0 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/цинк	1,0-500,0 мг/кг
Исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов						
4754.	ГОСТ 4288-76 п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса			Масса	1,00-500,00 г
4755.	ГОСТ 4288-76 п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень	описание

					измельчения, равномерность перемешивания фарша	
4756.	ГОСТ 4288-76 п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
4757.	ГОСТ 4288-76 п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
4758.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25 ° Т
4759.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85 %
4760.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	11.11	0201-0208, 0210, 1601-1602	Подготовка проб	-
4761.	ГОСТ 9957-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
4762.	ГОСТ 9959-2015	Все виды мяса, мясные и мясо содержащие продукты	10.11.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Внешний вид. Цвет. Вкус.Состояние поверхности. Запах. Консистенция.	описание
4763.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Внешний вид и цвет	описание
4764.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.3				Консистенция	описание
4765.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.4				Запах	описание
4766.	ГОСТ 31470-2012 п. 5				Общая кислотность	0,3-10 ^{0}Т
4767.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11., 10.13.	0201-0208, 0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
4768.	ГОСТ 33741-2015 п. 7	Мясные и мясосодержащие консервы	10.11, 10.12, 10.13	1602	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус	описание
4769.	ГОСТ 33741-2015 п. 8				Масса нетто	1,00-5000,00 г
4770.	ГОСТ 33741-2015 п. 9				Массовая доля составных частей	1,00-5000,00 г
4771.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.53.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
4772.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-70,0 %
4773.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
4774.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Подготовка проб к анализу	-
4775.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.	0403	Титруемая кислотность	50-180 ^{0}Т

4776.	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0406	Активная кислотность (pH)	3-8 ед. pH
4777.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
4778.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
4779.	ГОСТ Р 54669-2011п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250 ^{0} Т
4780.	ГОСТ Р 54758-2011п.6	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0404	Плотность	1015-1040 кг/м^3
4781.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Подготовка проб	-
4782.	ГОСТ Р 55063-2012п.7.5				Массовая доля рассола, маринада	0-50,0 %
4783.	ГОСТ Р 55063-2012п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
4784.	ГОСТ Р 55063-2012п.7.8				Массовая доля жира	7,0-39,0 %
4785.	ГОСТ Р 55361-2012 п.5	Жир молочный, масло и паста маслянаяиз коровьего молока.	10.51.3.	0405	Подготовка проб	-
4786.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, п.7.5				Массовая доля жира	50-75 %
4787.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0%
4788.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,5-3,0 %
4789.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	1,0-6,0 ^{0}К
4790.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0 ^{0}К
4791.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0 ^{0}Т
4792.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.	0303-0308, 1604-1605	Подготовка к анализу средней пробы	-
4793.	ГОСТ 7636-85 п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8 %
4794.	ГОСТ 7636-85 п.7.9				Кислотное число	0,14-28 мг КОН/г
4795.	ГОСТ 7636-85 п.7.12				Перекисное число	0,03-1,3 ммоль активного кислорода/ кг
4796.	ГОСТ 26808-2017 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1-90 %

4797.	ГОСТ 27082-2014 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.20.	1604, 1605	Общая кислотность	0,3-0,7 %
4798.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0%
4799.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма Поверхность Цвет Вкус и запах	описание описание описание описание
4800.	ГОСТ 5668-68 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71., 10.72.	1901, 1905	Массовая доля жира	0,7-50 %
4801.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
4802.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
4803.	ГОСТ 5698-51 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Массовая доля поваренной соли	0,14-5,0 %
4804.	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Влажность	1-30 %
4805.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
4806.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1	Крупа	10.61.	1103	Цвет	Описание
4807.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2				Запах	Описание
4808.	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3				Вкус	описание
4809.	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.	1103	Кислотность	0,2-50 градус кислотности
4810.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Кислотность	0,3-50 градус кислотности
4811.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет Запах Вкус Хруст	описание описание описание описание
4812.	ГОСТ 5897-90 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
4813.	ГОСТ 5898-87 п.2, 3	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
4814.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50 градусы
4815.	ГОСТ 5900-2014 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
4816.	ГОСТ 5900-2014 п.8				Массовая доля сухого вещества.	1,0-50,0 %
4817.	ГОСТ 5904-2019	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
4818.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	10.81.	1701	Цветность	20-200 ед. оптической плотности
4819.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81.	1701	Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора	описание описание описание

					Вкус	описание
4820.	ГОСТ 26811-2014	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
4821.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81.	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00 %
4822.	ГОСТ 1936-85 п 2.5	Чай	10.83.	0902	Массовая доля влаги	0,2- 30,0 %
4823.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Подготовка проб	-
4824.	ГОСТ 8756.1-2017	Продукты переработки фруктов,овощей и грибов	10.30.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	описание 0-95,0% 10,0-95,0%
4825.	ГОСТ 8756.11-2015	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Прозрачность	Прозрачная/непрозрачная
4826.	ГОСТ 24556-89 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.30.	2001-2008	Массовая доля аскорбиновой кислоты	0,5-200,0 мг/порция
4827.	ГОСТ 25555.5-2014 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2008	Массовая доля общего диоксида серы	0,01-2,00 %
4828.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.30., 10.11.	2001-2009, 1602	pH	2-12 ед. pH
4829.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки фруктов и овощей, соки, пюре, морсы, джемы, повидла, варенья	10.30., 10.32.	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Обнаружено/необнаружено
4830.	ГОСТ 34125-2017	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Подготовка проб	-
4831.	ГОСТ 34130-2017 п. 6	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712, 0713	Массовая доля компонентов смеси	0-100 %
4832.	ГОСТ 34130-2017 п. 9				Определение дефектов внешнего вида и посторонних примесей	описание
4833.	ГОСТ 34130-2017 п. 10				Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	описание
4834.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30.	2001-2008	Титруемая кислотность	0,1-10,0 %
4835.	МУ 5048-89	Овощи	10.30.	0701-0709	Нитраты	50-3000 мг/кг
4836.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание

1	2	3	4	5	6	7

4837.	ГОСТ 11812-66п.1	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
4838.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	описание
4839.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
4840.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	5,0-95,0 %
4841.	ГОСТ 31762-2012 п.4.13				Кислотность	0,05-10,0 %
4842.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16				Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
4843.	ГОСТ 31933-2012 п.7	Растительные масла	10.41.	1507- 1514	Кислотное число	0-30 мг КОН/г
4844.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Цвет, запах и вкус, консистенция	описание
4845.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	0-50,0%
4846.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	0,5-3,0 ^{0}К
4847.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	0-85,0 %
4848.	ГОСТ 32189-2013п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5 %
4849.	ГОСТ Р 51487-99	Растительные масла и животные жиры	10.41.	1507- 1514	Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода на кг масла
4850.	ГОСТ 6687.2-90, п.4	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Массовая доля сухих веществ	0-35 %
4851.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 к.ед.
4852.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
4853.	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	11.05.	2203	Кислотность	1,3-6,0 к.ед.
4854.	ГОСТ 12789-87 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
4855.	ГОСТ 32035-2013п.5.3.1	Водки и водки особые	11.01.	2208	Объемная доля этилового спирта	0-100 %
4856.	ГОСТ 32035-2013 п.5.4.				Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
4857. 4858.	ГОСТ 32036-2013 11.01 п.6.4	Спирт этиловый	11.01.	2207	Определение чистоты	положительный/отрицательный
4859.	ГОСТ 32080-2013п.5.6.1	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Массовая концентрация кислот	0,1-1,3 г/100 см3

1	2	3	4	5	6	7

4860.	ГОСТ 32114-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм3
4861.	ГОСТ 32115-2013	Алкогольная продукция	11.01.	2204-2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	2,0-100 мг/дм^3
4862.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Подготовка проб	-
4863.	ГОСТ 15113.2-77 п.3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Посторонние примеси	описание
4864.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	описание
4865.	ГОСТ 15113.4-77 п.2,3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-50 %
4866.	ГОСТ 15113.5-77 п.2,3.	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Кислотность	0,07-17,5 %
4867.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
4868.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	20-60 мкг/г
4869.	ГОСТ 31774-2012	Мёд.	01.49.21	0409	Массовая доля воды	13,0-25,0 %
	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания	10.85.		Внешний вид, текстура (консистенция), запах, вкус	описание описание
4870.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.		Подготовка проб	-
4871.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
4872.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
4873.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	достаточная/ недостаточная (реакция положительная/отрицательная)
4874.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции

					Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
4875.	ГОСТ 26929-94	Пищевые сырье и продукты	10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89, 11.01- 11.07, 20.41.31.110, 20.42.	0201- 0210, 0302-0307, 0401-0410, 0701-0713, 0801-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1210	Подготовка проб. Минерализация проб	-
4876.	ГОСТ 33824-2016	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,004-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,04-100 мг/кг
					Массовая концентрация цинка/ Цинк	0,5-50,0 мг/кг
4877..	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая концентрация свинца/ Свинец	0,0015-1,0мг/кг
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	0,05-30,0мг/кг
					Массовая концентрация меди/ Медь	0,01-6,0мг/кг
Исследования дезинфицирующих средств						
4878.	Р4.2.2643-10 п.4.2.1	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Активный хлор	0-65,0%
Физические факторы						
4879.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
4880.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
4881.	ГОСТ 30494-2011		-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С

		Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
4882.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
4883.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
Отбор проб						
4884.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	36.00.1	220190	Отбор проб	-
4885.	ГОСТ Р 56237	Питьевая вода	36.00.	2201	Отбор проб	-
4886.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почвы естественного и нарушенного сложения	71.20.11		Отбор проб	
4887.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Отбор проб	-
4888.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц, бекон соленый в полутушах, студни, холодец и паштеты	10.13.14	1601, 1602	Отбор проб	-
4889.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	10.11, 10.12, 10.13	0201-0205, 0207, 1601, 1602	Отбор проб	-
4890.	ГОСТ 13928 п.2	Молоко и сливки	01.41.2	0401	Отбор проб	-
4891.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб Подготовка проб к анализу	-
4892.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб Подготовка проб к анализу	-
4893.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4.	0406	Отбор проб и подготовка проб	-
4894.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста маслянаяиз коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб и подготовка проб	-

4895.	ГОСТ 31339 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.21-5.2.25, п.5.2.28, п.6	Рыба, нерыбные объекты и	10.20.	0303-0308	Отбор проб	-
4896.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Отбор проб	-
4897.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	-
4898.	ГОСТ 27668 п. 2.2.2	Мука пшеничная	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Отбор проб	-
4899.	ГОСТ 31807 п. 8.1-8.3	Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	10.71.11	1905	Отбор проб	-
4900.	ГОСТ 31752 п. 7.1	Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Отбор проб	-
4901.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	-
4902.	ГОСТ 12569 (потребительская упаковка)	Белый сахар	10.81.	1701	Отбор проб	-
4903.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30.	2001-2008	Отбор проб Подготовка проб	--
4904.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.30., 10.32.	2001-2009	Отбор проб	
4905.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	10.31.1	2004	Отбор проб	-
4906.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Отбор и подготовка проб	
4907.	ГОСТ ISO 1839 п.5	Чай	10.83.13	0902	Отбор проб	
4908.	ГОСТ Р ИСО 7516	Растворимый чай	10.83.13	0902	Отбор проб	
4909.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.	2103	Отбор проб	
4910.	ГОСТ 32190 п.5.9	Растительные масла	10.41	1507- 1509, 1511-1515	Отбор проб	

4911.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8.1	Сырые либо прошедшие обработку животные и растительные жиры и масла любого происхождения в твердой и жидкой фазах	10.41	1501, 1502, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1514, 1515	Отбор проб	
4912.	ГОСТ 6687.0 п.1.4, п.1.5, п.2.1, п.2.2	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	11.07	2202	Отбор проб	
4913.	ГОСТ 12786 п.5.2	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	
4914.	ГОСТ 31730 п.5.2	Винодельческая продукция	11.01, 11.02, 11.03, 11.04	2204, 2205, 2208	Отбор проб	
4915.	ГОСТ 32035 п.4	Водка	11.01.	2208	Отбор проб	
4916.	ГОСТ 32036 п.4.5	Спирт этиловый	11.01.	2207	Отбор проб	
4917.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия	11.01.	2208	Отбор проб	
4918.	ГОСТ Р 51144 п. 5	Винодельческая продукция	11.01, 11.02, 11.03, 11.04	2204, 2205, 2208	Отбор проб	
4919.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Отбор и подготовка проб	
4920.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501		
4921.	ГОСТ Р 54644 п. 6.1	Натуральный мед	01.49.21	0409	Отбор проб	
4922.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор и подготовка проб	
Раздел 19: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Октябрьская,67а						
Бактериологический метод						
4923.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.61; 10.86; 10.83; 10.89.19.210	11.05; 07.12; 04.01	B.cereus/Бактерии B.cereus	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4924.	ГОСТ 10444.9	Консервы	10.13; 10.20; 10.39;10.84; 10.89; 10.86;	02.07	Мезофильныефакультативно-анаэробные клостридии, в том числе C. perfringens;	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
4925.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51	04.03	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г($см^3$) Обнаружен /не обнаруженв X г ($см^3$)
4926.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.62, 10.72, 10.82, 10.86, 10.89, 11.05	1601;1604; 1901 10;1904;1905; 2001;2206	Дрожжи/Плесени/ Плесень и дрожжи в сумме/Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

4927.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4928.	ГОСТ ISO 7218 п.10.	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89, 11.05, 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714;0801-0814;0901-0910;1101-1109;1501-1522;1601-1605;1701-1704;1801-1806;1901-1905;2001-20092101-2106;2201-2203;	Подсчет микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
4929.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11;10.12;10.20;10.61;10,71; 10.85;10.86	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601;1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202;	Бактерии рода Proteus;	Обнаружен /не обнаружен в Х г (см^3)
4930.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.51.11.110-140, 190 10.51.11 190 10.51.21.110, 10.51.56.120, 130,140, 400, 420.420	0201-0207; 0302; 0710; 0811; 1601; 10; 1602; 1604; 1901 10; 2009; 2201; 2202	Сульфитредуцирующие клостридии/ Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружен /не обнаружен в Х г (см^3)

			10.13.14111;10.85.13 10.32.19.141 01.26.11.000 01.26.12.000 01.26.90.000 10.41.19.000 03.21.11 000 03.21.12.110-130, 190 03.21.20.110-130 ,190 03.21.30.000 03.21.41.000 03.21.44.000 03.21.49.000 03.21.50.110-180,210 10.61.1-4 10.71.11.110, 10.71.11,12 10.72.12,19 10.61,10.71, 10.89 01.13. 10.11.			
4931.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция.	10.51;10.52; 10.86	0401-0406	S.aureus/ Стафилококки S.aureus	Обнаружен /не обнаружен в X г ($см^3$)
4932.	ГОСТ 30425 п.6	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Промышленная стерильность	промышленно-стерильно/ промышленно-нестерильно
4933.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы.			Аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	Обнаружено /не обнаружено $1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г

					анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Мезофильныеклостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens);	
4934.	ГОСТ 30425, п.7.8.	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Количество плесневых грибов и дрожжей/Дрожжи, Плесени	Обнаружено /не обнаружено
4935.	ГОСТ 30425, п.7.9.	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено
4936.	ГОСТ 30425, п.7.10	Консервы.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.39;10.51; 10.86	0201; 0302; 0711; 0811	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено
4937.	ГОСТ 30712, п.6.1.	Безалкогольные напитки	11.05; 11.07; 11.07.19	2202; 2201; 2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г
4938.	ГОСТ 30712 п.6.2.				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов КМАэМ)/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	1-300 КОЕ в 100$см^3$
4939.	ГОСТ 30712 п.6.3.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено /не обнаружено
4940.	ГОСТ 30712 п.6.4.				Дрожжи/Плесени/ Плесень и дрожжи в сумме/Дрожжи,	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г

					дрожжеподобные, плесневые грибы	
4941.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.13.14; 10.85; 10.86	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	E.coli	Обнаружен /не обнаружен в X г (см^3)
4942.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружен /не обнаружен в X г (см^3)
4943.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружен /не обнаружен в X г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7

				1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;		
4944.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты и продовольственное сырье (кроме молока и молочных продуктов)	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	S.aureus/ Стафилококки S.aureus;	Обнаружен /не обнаружен в X г ($см^3$)
4945.	ГОСТ 32064 п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13;10.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.85; 10.86; 10.89; 11.05; 11.07	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен /не обнаружен в X г ($см^3$)
4946.	ГОСТ 32901 п 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51.11.120; 10.51.12.112;10 .51.51.110	0401;0406;04 07; 0402;	Отбор проб	
					КМАФАнМ	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г
4947.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружен /не обнаружен в X г ($см^3$)
4948.	ГОСТ 32901 п.8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружен /не обнаружен в X г ($см^3$)
4949.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/промышленно нестерильно

1	2	3	4	5	6	7

4950.	ГОСТ 32901 п.8.8				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
		Концентрированные и сгущенные стерилизованные продукты			Клетки микроорганизмов Плесневые грибы, дрожжи Молочнокислые микроорганизмы	Отсутствие\наличие
4951.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71.12	1905	КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
4952.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0410;	Дрожжи (Д), Плесени (П)	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
4953.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	10.51	0403	Отбор проб	-
					Бифидобактерии	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
4954.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.32; 10.51; 10.85; 10.86;	0201-0210; 0302-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0910; 1101-1109; 1501-1522; 1601-1605; 1701-1704; 1801-1806; 1901-1905; 2001-2009 2101-2106; 2201-2203;	Listeria monocytogenes/ЛистерииL.monocytogenes;	Обнаружен /не обнаружен в X г (см^3)
4955.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6	Природная минеральная вода, купажированная, упакованная, обработанная, для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода.	11.07	-	Общее количество бактерий/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г
4956.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено/не обнаружено
4957.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии/бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные;	Обнаружено/не обнаружено
4958.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка/ Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено

4959.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, технического водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков.	36.000.11, 36.000.12	2201,2202	Колифаги	Обнаружено /не обнаружено БОЕ в 100мл, 0-300БОЕ\100мл
4960.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено в 20 мл 0-300КОЕ\20мл
4961.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	36.00.11, 36.00.12	2201,2202	Отбор проб	
4962.	МУК 4.2.1884-04п.2.7				Общие колиформныебактерии(ОКБ); Термотолерантныеколиформныебактерии(ТКБ)	Обнаружен /не обнаружен в 100 мл 0-300КОЕ\100мл
4963.	МУК 4.2.1884-04п2.8				Общие колиформныебактерии(ОКБ); Термотолерантныеколиформныебактерии(ТКБ)	Обнаружен /не обнаружен в 100мл 0-300КОЕ\100мл
4964.	МУК 4.2.1884-04п. 2.9				Колифаги;	0-300БОЕ\100мл
4965.	МУК 4.2.1884-04приложение 2				Споры сульфитредуцирующихклостридий	Обнаружен /не обнаружен в20мл
4966.	МУК 4.2.1884-04приложение 5				Энтерококки;	Обнаружено / не обнаружено
4967.	МУК 4.2.1884-04приложение 7				Золотистый стафилококк;	Обнаружен /не обнаружен
4968.	МУ 2.1.4.1184-03приложение 7	Вода, расфасованная в емкости.	11.07	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ) при температуре 37^0С; притемпературе22^0С;	0-300КОЕ\1мл
4969.	МУ 2.1.4.1184-03приложение 8	Вода питьевая			Общие колиформныебактерии(ОКБ) Термотолерантныеколиформныебактерии(ТКБ); Глюкозоположительныеколиформные бактерии;	Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300КОЕ\100мл Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300КОЕ\100мл Обнаружен /не обнаружен в 300 мл 0-300КОЕ\100мл
4970.	МУ 2.1.4.1184-03приложение 9				Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружена /не обнаружена в 1000мл

1	2	3	4	5	6	7

4971.	МУ 2.1.4.1184-03приложение 10				Колифаги;	0-300БОЕ\100мл
4972.	ГОСТ 18963-73, п.4.1	Вода питьевая,дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель)	36.00.11	2201,2202	Общее микробное число(ОМЧ)	0-300КОЕ в 1см^3
4973.	ГОСТ 18963-73п.4.2				Бактерии группы кишечной палочки	0-300 КОЕ/100мл Обнаружен /не обнаружен
4974.	ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000) п.8.3 стандартный тест	Вода питьевая Другие типы воды, при условии, что не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов Вода питьевая	36.00.11	2201,2202	E.coli Колиформные бактерии (Обобщенные колиформныебактерии (ОКБ)	Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл Обнаружено /не обнаружено в 100мл 0-300 КОЕ/100 мл
4975.	МУ № 3182-84 п.2	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов,глазныхкапель; сухие лекарственныевещества для изготовления инъекционных растворов, аптечнаяпосуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость), воздух	20.13.52.12021. 20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11		Отбор проб	
4976.	МУ № 3182-84 п.3				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Плесневые дрожжевые грибы	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено /не обнаружено От 0-300КОЕ\1см^3
					Количество золотистого стафилококка	От 0-300КОЕ\1м^3
					Количество дрожжевых, плесневых грибов	От 0-300КОЕ\1м^3
					Общее количество микроорганизмов;	От 0-300КОЕ\1м^3
4977.	МУ № 3182-84 п.4	Поверхность объектов внешней среды, руки, санодеждаметодом смывов			Бактерии группы кишечных палочек Патогенный (золотистый) стафилококк	Обнаружен /не обнаружен
4978.	МУ № 3182-84п.5	Дистиллированная вода, в том числе для инъекционных растворов до стерилизации, глазные капли, смывы с аптечного стекла, инвентаря, оборудования и рук персонала			Синегнойная палочка Бактерии рода Протея	Обнаружен /не обнаружен
4979.	Дополнения №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель, сухие лекарственные вещества.	20.13.52.120		Пирогенообразующие микроорганизмы	Обнаружено /не обнаружено Предельно допустимое содержание 5-50микроорганизмов

1	2	3	4	5	6	7

4980.	МУК 4.2.2942-11п 3.1	Воздушная среда	71.20.11; 21.20.24		Общее количество микроорганизмов	От 0-300КОЕ\1м^3
					S.aureus	От 0-300КОЕ\1м^3
					Количество плесневых и дрожжевых грибов	От 0-300КОЕ\1м^3
4981.	МУ 3.1.1.2438-09	Поверхность объектов методом смывов			Возбудитель кишечного иерсиниоза,псевдотуберкулеза	Обнаружено /не обнаружено
4982.	МУК 4.2.2942-11п 3.2	Поверхность объектов внешней среды, рук персоналаметодом смывов в организациях лечебного профиля			Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружен /не обнаружен
					Стафилококки S.aureus	Обнаружен /не обнаружен
					Сальмонеллы	Обнаружен /не обнаружен
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружен /не обнаружен
					Pseudomonasaeruginosa	Обнаружен /не обнаружен
4983.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Стерильные изделия медицинского назначения			Стерильность	Стерильно/нестерильно
4984.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Продукты питания, объекты внешней среды.			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;	Обнаружен /не обнаружен в 1г
4985.	МУ15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность стерилизации	стерилизация эффективна /стерилизация неэффективна
4986.	МУ 3.5.1.3439-17	Культуры микроорганизмов	20.20.14		Чувствительность микроорганизмов к дезинфицирующим средствам	Чувствительный/ устойчивый
4987.	МУК 4.2.1035-01 п.5	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
4988.	МУК 4.2.1035-01 п. 6.3.1				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
4989.	МУК 4.2.1035-01 п.10				Эффективность дезинфекции	Дезинфекция эффективна /дезинфекция неэффективна
4990.	МУ №28-6/34 от 02.09.87	Объекты окружающей среды			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
					Грамотрицательные неферментирующие бактерии	Обнаружено / не обнаружено
					Условно патогенные энтеробактерии	Обнаружено / не обнаружено
Паразитологическая методы						
4991.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:мясо и мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены /не обнаружены,экз
4992.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1				Цистицерки(финны)	Обнаружены/ не обнаружены,экз

1	2	3	4	5	6	7

4993.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Цистицерки(финны)	Обнаружены/ не обнаружены,экз
4994.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде,опасных для здоровья человека:нематод.цестод.трематод ,скребней	Обнаружены/ не обнаружены,экз
4995.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.1					Обнаружены/ не обнаружены,экз
4996.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Обнаружены/ не обнаружены,экз
4997.	МУК 3.2.988-00 п.7					-
4998.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.201.25	0701-07.07, 0709 0710, 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены,экз
4999.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Водасистемцентрализованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Цисты лямблий	Обнаружены/ не обнаружены,экз
5000.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1					
5001.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших/ооцистыкриптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены,экз
5002.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.1	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5003.	МУК 4.2.1884-04 п.3.4					
5004.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва , песок			Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены,экз/кг
5005.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5				Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены,экз/кг
5006.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз/100гр
5007.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
5008.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5009.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
5010.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5011.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз

5012.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
Санитарно-гигиенические методы						
5013.	ГОСТ 18164-72 п. 3.1	Вода питьевая	36.0011	2201	Общая минерализация (сухой остаток)	Не определен
5014.	ГОСТ 18190-72 п. 2, п. 3	Вода питьевая	36.0011	2201	Хлор остаточный свободный	Не определен
5015.	ГОСТ 23268.1-91, 2	Вода минеральная питьевая лечебная,лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201101100	Прозрачность и цвет, запах, вкус	обнаружено/не обнаружено описание
5016.	ГОСТ 23268.4-78		11.07.11.113 11.07.11.120		Сульфат-ион (SO_4^{2-})	0,001-1000,0 мг/дм^3
5017.	ГОСТ 23268.8-78, 3	Вода минеральная питьевая лечебная,лечебно-столовая и природная столовая				0,25 –1,5 мг/дм^3
5018.	ГОСТ 23268.9-78, 4	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Нитрат-ион (по NO_3)	10,0 – 500,0 мг/дм^3
5019.	ГОСТ 23268.9-78, 4	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Нитрат-ион (по NO_3)	10,0-700,0 мг/дм^3
5020.	ГОСТ 23268.10-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Ион – аммония	0,05-40,0 мг/дм^3
5021.	ГОСТ 23268.17-78, 2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Хлорид- ион (Cl^-)	0,7- 1000,0 мг/дм^3
5022.	ГОСТ 23268.17-78, 2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201, 6101,6112 - 6115, 6117, 6301-6308 4101-4103, 4302,4303, 5106-5109,5110 – 5113,	Фторид – ион	0,005-50 мг в пробе
5023.	ГОСТ 23268.18-78, 3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая				0,05-0,25 мг в пробе
5024.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая (расфасованная в емкость), природная (поверхностная и подземная)	36.0011 36.00.1 11.07	2201900000 2201101100	Цветность	1-70градус
5025.	ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; природная (поверхностная и	36.0011 11.07	2201	Цветность	(1-70) градус

		подземная) вода, в том числе из источников питьевого водоснабжения				
5026.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.120 36.00.111.07.		Сульфат-ион (сульфаты)	25-500мг/дм^3
5027.	ГОСТ 31940-2012 Метод 2	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)			Сульфат-ион (сульфаты)	10-2500 мг/дм^3
5028.	ГОСТ 31940-2012 п. 6 (метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода поверхностных вод, подземная вода.	36.0011 11.07	2201	Сульфаты (SO_4^{2-})	(2,0-50,0) мг/дм^3
5029.	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.0011 11.07	2201	Жесткость общая	от 0,1ºЖ
5030.	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82) п. 5 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода.	36.00.11 36.00.12 11.07	2201 22011	Аммиак и аммоний ион (по азоту)	(0,1-3,0) мг/дм3
5031.	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82) п. 6 (метод Б)				Нитраты (по NO3)	(0,1-2,0) мг/дм3
5032.	ГОСТ 33045-2014 (взамен ГОСТ 4192-82) п. 9 (метод Д)				Нитриты (по NO2)	(0,003-0,3) мг/дм3
5033.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вар. А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,5-10 мгО/дм^3
5034.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вар. Б				Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мгО/дм^3
5035.	ГОСТ 4011-72 п. 2	Вода питьевая	36.00.11	2201	Железо	(0,1-2,0) мг/дм^3
5036.	ГОСТ 4245-72 п. 2 (аргент. метод)	Вода питьевая	36 0011	2201	Хлориды (Cl^-)	(от 10,0 и выше) мг/дм^3
5037.	ГОСТ 4245-72 п. 3 (меркур. метод)				Хлориды (Cl^-)	(от 0,5 до 10,0) мг/дм^3
5038.	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)	Вода питьевая	36 0011	2201	Фториды (F^-)	(0,05-1,0) мг/дм^3
5039.	ГОСТ 4974-2014 (взамен ГОСТ 4974-72) п. 6 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода поверхностных вод, подземная вода	36 0011 11.07	2201	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
5040.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая	36.0011	2201	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

5041.	ГОСТ Р 57164-2016	Вода питьевая	36.00.11	2201	Вкус и привкус	(1-5) баллы
		Вода питьевая	36.00.11	2201	Запах	(1-5) баллы
		Вода питьевая	36.00.11	2201	Мутность	Не определен
5042.	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода природная, очищенная сточная	36.00.		Общий фосфор	0,04-0,40 мг/дм^3
5043.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода	36.00.11 36.00.12	2201	Взвешенные вещества	от 3,0 мг/дм^3
5044.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода	36.00.		Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
5045.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода	36.00.11 36.00.12	2201	Водородный показатель (pH)	(1,0-14.0) pH
5046.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная	36.00.		Окисляемость перманганатная	0,25-100,00 мг/дм^3
5047.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная, отходы	36.00. 38.1, 71.20.11		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3
5048.	ГОСТ 26951-86	Почва			Азот нитратный	(2,8-109,0) мг/кг изменить
Пищевые продукты						
5049.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
5050.	ГОСТ 33319-2015	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
5051.	ГОСТ 31930-2012 п. 4	Замороженное мясо птицы.	10.12.1 10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	Не определен
5052.	ГОСТ 10574-2016	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных, мясные консервы	10.13	16011602	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
5053.	ГОСТ 9957-2015 п. 6.2	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0210 1601 1602	Подготовка проб	
5054.	ГОСТ 9957-2015 п. 7				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
5055.	ГОСТ 31720-2012 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	10.89.1	0407 0408	Отбор проб	
5056.	ГОСТ 31720-2012 п. 5		10.89.1	0407 0408	Внешний вид, цвет, текстура и консистенция Запах и вкус	Не определен
5057.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207	Внешний вид и цвет	
5058.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.3				Консистенция	
5059.	ГОСТ 31470-2012 п. 4.4				Запах	
5060.	ГОСТ 31470-2012 п. 5				Общая кислотность	0,3-10
5061.	ГОСТ 31470-2012 п. 6				Качественное определение свежести мяса птицы	

1	2	3	4	5	6	7

5062.	ГОСТ 3627-81 (в ч. слив.масла ГОСТ 553261-2012) п. 2, п. 4.	Сыр, творог, масло сливочное.	10.5		Массовая доля хлористого натрия	(1,0 – 7,0)%
5063.	ГОСТ 5867-90 (восстан. с 01.05.2014 г)	Молоко и молочные продукты	10.42 10.51 10.52	0401-0406 2105	Массовая доля жира	
5064.	ГОСТ 29245-91 п. 3	Молочные консервы	10.5	0402-0405	Вкус и запах, консистенция, цвет	
5065.	ГОСТ 29245-91 п. 4				Герметичность металлических банок	
5066.	ГОСТ 29245-91 п. 5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	
5067.	ГОСТ 29246-91 (поправка №8-09 д.в.13.05.2009)	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.5	0402-0405	Массовая доля влаги	(0,5-25,0)%
5068.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4	Сгущенные молочные консервы	10.5	0402-0405	Массовая доля влаги	(2,0-50,0)%
5069.	ГОСТ 30305.3-95 (Попр.№ 8-09-д.в.13.05.2009) п. 5	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.5	0402-0405	Кислотность	(1,0-150) ^{0}Т
5070.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты	10.51.52	040310	Кислотность	(50-180)^{0}Т
5071.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока	01.49 10.5	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%
5072.	ГОСТ Р 54669-2011 п. 7	Молоко и продукты переработки молока	01.49 10.5	0401-0406	Кислотность	(2-250)^{0}Т
5073.	ГОСТ Р 54759-2011	Продукты переработки молока.	10.5	0401-0406	Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
5074.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 5	Сыры, сыры плавленые.	10.51.4	0406	Отбор проб и подготовка проб	
5075.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
5076.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0)%
5077.	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-8,0)%
5078.	ГОСТ Р 55361-2012	Молочный жир, масло и масляная паста из коровьего молока	10.51.3	0405	Отбор проб	
5079.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4, п.7.5				Массовая доля жира	(50-75)%
5080.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
5081.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0)%
5082.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
5083.	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0)^{0}К

1	2	3	4	5	6	7

5084.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.2	1604 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус	
					Массовая доля составных частей	
					Масса нетто	
5085.	ГОСТ 27082-2014 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей	10.2	1604 1605	Кислотность	(0,3-0,7) %
5086.	ГОСТ 5668-68 (изм. 1, 2, 3, 4)п. 2, п. 5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7-50,0)%
5087.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Пористость	(50-90)%
5088.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Кислотность	$(0,2\text{-}50,0)^0$Т
5089.	ГОСТ 5698-51 (изм. 1, 2, 3)п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля хлористого натрия	(0,14-5,0)%
5090.	ГОСТ 21094-75 (изм. 1, 2)	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1905	Влажность	(0-80,0)%
5091.	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых злаков	10.61	1001-1008 1104	Влажность	(1,0-80,0)%
5092.	ГОСТ 27558-87 (изм. 1)	Мука и отруби	10.61	1101-1106 2302	Цвет Запах Вкус Хруст	Не определен
5093.	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
5094.	ГОСТ 31964-2012 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	-
5095.	ГОСТ 31964-2012п.6				Подготовка проб	-
5096.	ГОСТ 31964-2012п.7.1				Цвет и форма	описание
5097.	ГОСТ 31964-2012п.7.2				Запах и вкус	описание
5098.	ГОСТ 31964-2012п.7.3.1, п7.3.2				Массовая доля влаги	0,2-50,0 %
5099.	ГОСТ 31964-2012п.7.4				Кислотность	0,2-50 град.
5100.	ГОСТ 31964-2012п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе HCl	0-0,2 %
5101.	ГОСТ 31964-2012п.7.6				Массовая доля золы	0-5,0 %
5102.	ГОСТ 31964-2012п.7.8.1,				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	5,0-10,0 %
5103.	ГОСТ 31964-2012п.7.8.2					
5104.	ГОСТ 31964-2012п.7.9				Металломагнитные примеси	0,001-10,000 мг/кг
5105.	ГОСТ 31964-2012п.7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено/не обнаружено

5106.	ГОСТ 5897-90 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.2	1704 1806 1905	Внешний вид, вкус, запах, цвет	Не определен
5107.	ГОСТ 5898-87 (изм. 1) п. 2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.2	1704 1806 1905	Кислотность	(0,2-50,0)^{0}Т
5108.	ГОСТ 5900-2014 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12	1704 1806	Массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
5109.	ГОСТ 5900-2014 п. 8		10.82.2	1905	Массовая доля сухого вещества	(1,0-50,0)%
5110.	ГОСТ 5904-82 (изм. 1)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.12 10.72.12 10.82.2	1704 1806 1905	Отбор и подготовка проб	
5111.	ГОСТ 12572-2015	Белый сахар	00000010.81	1701	Цветность	(20-200) ед.оптической плотности
5112.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81	1701	Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	Не определен
5113.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81.1	1701	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,10-1,00)%
5114.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.3	2001-2009	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Не определен
5115.	ГОСТ 8756.13-87	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля сахаров	(3,0-80,0)%
5116.	ГОСТ 8756.21-89 (изм. 1)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2005	Массовая доля жира	(0,5-30,0)%
5117.	ГОСТ 24556-89 п. 2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От 0,001 %
5118.	ГОСТ 5472-50 (изм.1)	Растительные масла	10.41	1516	Запах, цвет, прозрачность	Не определен
5119.	ГОСТ 11812-66 (изм. 1, 2, 3) п. 1	Растительные масла	10.41 10.42	1507-1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-1,0)%
5120.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.2	Майонез и майонезные соусы	10.84.12.13 10.84.13.14	2103909001	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	
5121.	ГОСТ 31762-2012 п.4.3				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
5122.	ГОСТ 31762-2012 п.4.6				Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
5123.	ГОСТ 31762-2012 п.4.8				Кислотность	(0,05-10,0)%
5124.	ГОСТ 31762-2012 п. 4.16				Перекисное число	
5125.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1516-1518	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

5126.	ГОСТ 32189-2013 п.5.2				Цвет, запах и вкус, консистенция	
5127.	ГОСТ 32189-2013 п.5.4 – 5.8				Массовая доля влаги	
5128.	ГОСТ 32189-2013 п.5.10				Кислотность	(0,5-3,0) ^{0}К
5129.	ГОСТ 32189-2013 п.5.11 – 5.14				Массовая доля жира	
5130.	ГОСТ 32189-2013 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
5131.	ГОСТ 8285-91 п 2.2	Топленые животные жиры	10.41	1501-1506	Вкус и запах Консистенция Цвет Прозрачность	
5132.	ГОСТ 8285-91 п.2.3		10.41	1501-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10,0)%
5133.	ГОСТ 12788-87 (попр)	Пиво	11.05	220300	Кислотность	(1,3-6,0) см^3 NaOH/100 см^3
5134.	ГОСТ 6687.4-86 (попр. № 7)	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	10.62.13 11.03.10 11.07.19	1702 2202	Кислотность	(1-5), (10-20) см^{3}NaOH/100 см^3
5135.	ГОСТ 6687.5-86 (изм.1, попр. № 7) п. 2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	10.62.13 11.03.10 11.07.19	1702 2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат,вкус	-
5136.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Зола Белок Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0г/суточной порции --
5137.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	56.1 56.2 56.3	2103 2104	Цвет, запах фритюрного жира	-
5138.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	-
5139.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	-

1	2	3	4	5	6	7

5140.	ГОСТ Р 54607.4-2015, п.7.1, 7.2				Массовая доля влаги и сухих веществ	0-80,0%
5141.	ГОСТ Р 54607.8-2016	Продукция общественного	10.85.		Массовая доля сухих веществ Массовая доля жира	0-80,0 %
5142.	ГОСТ 15113.2-77	Другие продукты	10.6 10.7 10.8	1701, 1801, 1802, 1805, 1901-1905, 2101, 2103, 2104, 2106	Посторонние примеси	-
5143.	ГОСТ 15113.3-77	Другие продукты	10.6 10.7 10.8	1701, 1801, 1802, 1805, 1901-1905, 2101, 2103, 2104, 2106	Органолептические показатели	-
5144.	ГОСТ 15113.4-77	Другие продукты	10.6 10.7 10.8	1701, 1801, 1802, 1805, 1901-1905, 2101, 2103, 2104, 2106	Массовая доля влаги	(5,0-15,0)%
5145.	ГОСТ Р 51575-2000	Другие продукты	10.84.3	250100	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
5146.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Удельная электрическая проводимость	(1,0-10,0) мкСм/см
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Аммиак и аммонийные соли (NH4)	-
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Нитраты (NO3)	-
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Сульфаты (SO4)	-
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Хлориды (Cl)	-
		Вода дистиллированная	20.13.52.120	28.53.90.100 0	Железо(Fe)	-
5147.	МУ № 3182-84 п.2	Дистиллированная вода, в том числе для приготовления инъекционных растворов, глазных капель; сухие лекарственные вещества для изготовления инъекционных растворов, аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры и прочие вспомогательные материалы (смывная жидкость), воздух	20.13.52.12021. 20.10.261; 21.20.23.190; 71.20.11	-	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

5148.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: Мясо, мясная продукция	10,11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Отбор проб на наличие личинок трихинелл	
5149.	МУК 4.2.2747-10 п.4.2				Отбор проб на наличие цистицерков (финн)	
5150.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2	Рыба ,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03-21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Отбор проб	
5151.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодовоягодня растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
5152.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов .Вода аквапарков.	36.00.11	2201	Отбор проб	
5153.	МУК.4.2.1884-04 п.3.1	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
5154.	ГОСТ 17.4.4.02 п.5	Почва	-	-	Отбор проб	
5155.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1	Почва.	-	-	Отбор проб	
5156.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1	Сточная вода.			Отбор проб	
5157.	МУК 4.2.2661-10 п.7.1	Осадки сточных вод.			Отбор проб	
5158.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с поверхностей			Отбор проб	
5159.	ГОСТ 31720 п.4.1, п.4.2.13	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц с/х птицы	01.47.	0407-0408	Отбор проб	
5160.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Отбор проб Подготовка проб к анализу	
5161.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Отбор проб Подготовка проб к анализу	
5162.	ГОСТ Р 55361 (потребительская упаковка)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.3.	0405	Отбор проб и подготовка проб	
5163.	ГОСТ 13586.3 (потребительская упаковка)	Зерно и зернобобовые культуры	01.11	1104	Отбор проб	
5164.	ГОСТ 31964 п.5	Макаронные изделия	10.73.	1902	Отбор проб	
5165.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Отбор и подготовка проб	
5166.	ГОСТ 34125 п.5	Сушеные овощи и фрукты	10.30.	0712. 0713	Отбор и подготовка проб	

5167.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.30	2001-2008	Отбор проб. Подготовка проб	
5168.	ГОСТ ISO 1839 п.5	Чай			Отбор проб. Подготовка проб	
5169.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.		Отбор и подготовка проб	
5170.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты завтраки,кофепродукты	10.89.		Отбор и подготовка проб	
5171.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	2501	Отбор проб	
5172.	ГОСТ 11086 п. 3.1	Гипохлорит натрия	71.20.11		Отбор проб	
5173.	ГОСТ 14193	Монохлорамин технический ХБ			Отбор проб	
5174.	ГОСТ 25263	Кальция гипохлорит нейтральный			Отбор проб	
5175.	ГОСТ Р 54562	Хлорная известь			Отбор проб	
5176.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5177.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
5178.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
5179.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5180.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5181.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 2.3	Рабочие места производственная зона общественные здания лечебно-профилактические учреждения и аптеки	-	-	Температура воздуха	(от -50 до 60)^{0}С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
5182.	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 43»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе общежитий), детских	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк

		дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Естественное освещение/КЕО	-
Раздел 20: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская 145						
Бактериологический метод						
5183.	ГОСТ ISO 7218 п. 10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.9 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901,0902,0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009 2101-2106 2201-2203	Подсчет микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
5184.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0406	Дрожжи, плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
5185.	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.41 01.47, 01.49 03.21 10.01-10.8 11.01-11.07	0201-0210 0301-0308 0401-04.06 04.07-0409, 0701-0714 0801-0813 0901,0902,0904, 0910,1501-1504,1507-1519,,1511-1514,1516-1518, 1601,1602,1604, 1605,1701-1704,1801,1803-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)

				1806,1901,1902 1904,1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
5186.	ГОСТ32901 п.8.4	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	1,0x10 $^{-1}$ -9,9x10 ^{10}КОЕ/г (см^3)
5187.	ГОСТ 32901 п.8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
5188.	ГОСТ Р 50454-92 ИСО (3811-79)	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0206,0208-0210,1601,1602	Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
5189.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	01.41 01/47.01/49 03/21 10/01-10/8 11/01-11/07	0201-0210,0301-0308. 0401-0409.0701-0714.0801-0813.0901.0902.0904.0910.1501-1504.1507-1509.1511-1514.1516-1518.1601.1602.1604.1605.1701-1704.1801.1803-18061901.1902.1904.1905.2001-2009.2101-2106.2201-2203	Патогенные микроорганизмы , в т.ч.сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)
5190.	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Патогенные микроорганизмы , в т.ч.сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг(см^3)

1	2	3	4	5	6	7

5191.	МУ 4.2.2723-10 за исключением п.13	Пищевые продукты. Смывы с различных предметов. Вода (питьевая, открытыхводоисточников, сточная), воздух, почва	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308, 0401-0406, 0407-0409,0701-0714,0801-0813, 0901, 0902,0904, 0910,1501-1504, 1507-1509,1511-1514,1516-1518, 1601, 1602, 1604,1605, 1701-1704,0801,1803-1806,1901,1902, 1904,1905,2001-2005-2009,2101-2106,2201-2203	Патогенные микроорганизмы , в т.ч.сальмонеллы;	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
5192.	МУК 4.2.1122-2002	Продукты пищевые Смывы с поверхности	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.8 11.01-11.07	0201-0206.0301-0308.0401-0406. 0407-0409.0701-0714.0801-0813. 0901.0902.0904. 0910.1501-1504. 1507-1509.1511-1514.1516-1518. 1601.1602.1604.1605.17	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

				01-1704.1801.1803-1806.1901.1902.1904.1905.2001-2009.2101-2106.2201-2203		
5193.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые, корма для животных (кроме молока и молочной продукции)	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.8 11.01-11.07	0201-0206.0301-0308.0401-0406. 0407-0409.0701-0714.0801-0813. 0901.0902.0904. 0910.1501-1504. 1507-1509.1511-1514.1516-1518. 1601.1602.1604.1605.1701-1704.1801.1803-1806.1901.1902.1904.1905.2001-2009.2101-2106.2201-2203	Дрожжи и плесневые грибы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
5194.	ГОСТ 29185 (ISO 15213-2003)	Продукты пищевые, корма для животных	01.41 01.47,01.49 03.21 11.01-11.07	0201-0210.0301-0308.0401-0406. 0407-0409.0701-0714.0801-0813.	Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

				0901.0902.0904. 0910.1501-1504. 1507-1509.1511-1514.1516-1518. 1601.1602.1604.1605.1701-1704.1801. 1803-1806.1901. 1902.1904.1905.2001-2009.2101-2106.2201-2203		
	ГОСТ 31746-2012	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210.0301-0308. 0407-0409.0701-0714.0801-0813. 0901.0902.0904. 0910.1501-1504. 1507-1509.1511-1514.1516-1518. 1601.1602.1604.1605.1701-1704.1801. 1803-1806.1901. 1902.1904.1905.2001-2009.2101-	Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7

				2106.2201-2203		
5195.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210.0301-0308. 0407-0409.0701-0714.0801-0813. 0901.0902.0904. 0910.1501-1504. 1507-1509.1511-1514.1516-1518. 1601.1602.1604.1605.1701-1704.1801. 1803-1806.1901. 1902.1904.1905.2001-2009.2101-2106.2201-2203	бактерии группы кишечной палочки (БГКП), (колиформные бактерии).	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
5196.	ГОСТ 30347	молоко и молочная продукция	10.5	0401-04.06	Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в Хг($см^3$)
5197.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308,0401-0406, 0407-0409, 0701-0714,0801-0813, 0901,0902,0904,0910,1501-1504,1507-1509,1511-	Бактерии родов Proteus, Moranella, Providencia	Обнаружено /не обнаружено в Хг($см^3$)

				1514, 1516-1518,1601, 1602,1604,1605, 1701-1704,1801, 1803-1806,1901, 1902,1904,1905, 2001-2009,2101-2106,2201-2203		
5198.	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных	04.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308,0401-0409, 0701-0714,0801-0813, 0901,0902,0904,0910,1501-1504,1507-1509,1511-1514, 1516-1518,1601, 1602,1604,1605, 1701-1704,1801, 1803-1806,1901, 1902,1904,1905, 2001-2009,2101-2106,2201-2203	Молочнокислые микроорганизмы	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г ($см^3$)
5199.	ГОСТ 28566	продукты пищевые	04.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308,0401-0409, 0701-0714,0801-0813,	энтерококки	обнаружено\не обнаружено

				0901,0902, 0904,0910,1501-1504,1507-1509,1511-1514, 1516-1518,1601, 1602,1604,1605, 1701-1704,1801, 1803-1806,1901, 1902,1904,1905, 2001-2009,2101-2106,2201-2203		
5200.	ГОСТ 30726	продукты пищевые	04.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308,0401-0409, 0701-0714,0801-0813,0901-0902, 0904, 0910,1501-1504,1507-1509, 1511-1514,1516-1518,1601,1602,1604,1605,1701-1704, 1801,1803-1806, 1901, 1902,1904, 1905,2001-2009, 2101-2106,2201-2203	Escherichia coli	обнаружено\не обнаружено
5201.	ГОСТ 32064	пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере	04.41 01.47,01.49	0201-0210,0301-	Enterobacteriaceae	обнаружено\не обнаружено

		производства и обработки пищевых продуктов	03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0308,0401-0409, 0701-0714,0801-0813,0901-0902, 0904, 0910,1501-1504,1507-1509, 1511-1514,1516-1518,1601,1602,1604,1605,1701-1704, 1801,1803-1806, 1901, 1902,1904, 1905,2001-2009, 2101-2106,2201-2203		
5202.	МУК 4.2.999-00	кисломолочные продукты	10.5	0403	бифидобактерии	менее (1,0-9,9)х10^{10}КОЕ в 1 г(мл)
5203.	МУ 2.1.4.1184-03	вода, расфасованная в емкости	11.07.1 11.07.11	2201 2202	общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37С	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г(мл)
					общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22С	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г(мл)
					обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено\не обнаружено
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено\не обнаружено
					глюкозополодительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружено\не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено\не обнаружено
					колифаги	обнаружено\не обнаружено
					Clostridium perfringens	обнаружено\не обнаружено
5204.	ГОСТ 30425	консервы	10.13.15 10.20.25	0711,0812,2001-	промышленная стерильность	стерильно\нестерильно обнаружено\не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7

			10.20.34 10.39.25 10.86.10	2006,2008,0407,1602,1604,1605	мезофильные клостридии	обнаружено\не обнаружено
					Неспорообразующие микрорганизмы, в т.ч молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи.	обнаружено\не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные,аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено\не обнаружено
					мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микрорганизмы	обнаружено\не обнаружено
					КМАФАнМ	(1,0-9,9)x10^{n}КОЕ\г (см^{3})
5205.	ГОСТ 10444.9	пищевые продукты	01.41 01.47,01.49 03.21 10.01-10.4 10.6-10.8 11.01-11.07	0201-0210,0301-0308,0401-0409,0701-0714,0801-0813,0901,0902,0904,0910,1501-1504,1507-1509,1511-1514,1516-1518,1601,1602,1604,1605,1701-1704,1801,1803-1806,1901,1902,1904,1905,2001-2009,2101-2106,2201-2203	Clostridium perfringens	обнаружено\не обнаружено
5206.	ГОСТ 18963	вода питьевая. Вода дистиллированная	10.86 11.07	2201-2202 2853 90	общее количество бактерий	менее (1,0-9,9)x10^{n}КОЕ в 1 г (мл)

			20.13.52		бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено\не обнаружено
					Escherichia coli	обнаружено\не обнаружено
5207.	МУК 4.2.1018-01	вода питьевая вода горячая	10.83 11.07	2201-2202	общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0-300
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено\не обнаружено
					обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г (мл) обнаружено\не обнаружено
					колифаги	обнаружено\не обнаружено
					Clostridium perfringens	обнаружено\не обнаружено
5208.	МУК 4.2.1884-04 (с изм. По МУК 4.2.2793-10)	вода поверхностных водных объектов	36.00.1	-	общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г (мл)
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено\не обнаружено
					обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г (мл) обнаружено\не обнаружено
					колифаги	обнаружено\не обнаружено
					Salmonella	обнаружено\не обнаружено
					Clostridium perfringens	обнаружено\не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus	обнаружено\не обнаружено
					Enterococcus	обнаружено\не обнаружено
5209.	ГОСТ 31955.1	питьевая вода, другие воды	10.86 11.07	2201-2202	Escherichia coli	обнаружено\не обнаружено
					колиформные бактерии	обнаружено\не обнаружено
5210.	МУ 3182-84	вода дистиллированная	13.99.19	-	общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г (мл)
					бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформные бактерии)	обнаружено\не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено\не обнаружено
					дрожжи, плесени	(0-9,9)х10^{n}КОЕ в 1 г (мл)
					Пирогенобразующиемикроргани змы	не обнаружены \обнаружены
5211.	МУК 4..2.2218-07	Вода, вода питьевая, вода поверхностных водоемов, смывы, смывы с объектов окружающей среды	10.86 11.07	2201-2202	Vibrio cholerae	не обнаружены\обнаружены

1	2	3	4	5	6	7

5212.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.6	Природная минеральная вода, купажированная, упакованная, обработанная, для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода.	11.07	-	Общее количество бактерий/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$1,0x10^{-1}$ -$9,9x10^{10}$КОЕ/г
5213.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.3.				Колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП);	Обнаружено/не обнаружено
5214.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.4.				Фекальные колиформные бактерии/бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные;	Обнаружено/не обнаружено
5215.	МР № 96/225 от 07.04.1997г приложение 4.1 п.4.1.2.5.				Синегнойная палочка/ Pseudomonasaeruginosa;	Обнаружено/не обнаружено
5216.	МУ 3.1.1.2438-09 прил.2	смывы с овощей, оборудования, инвентаря, тары			ersinia enterocolitica	не обнаружены\обнаружены
	МУ 3.1.1.2438-09 П. 3				ersinia enterocolitica	не обнаружены\обнаружены
5217.	МУ 3.1.1.2438-09 П. 5				ersinia enterocolitica	не обнаружены\обнаружены
5218.	МУК 4.2.2942 п.3.1.3	Воздушная среда			ОМЧ	$(0-9,9)x10^{n}$КОЕ\м^3
5219.	МУК 4.2.2942 п.3.2.4	Объекты окружающей среды (смывы)			S.aureus	не обнаружены\обнаружены
5220.	МУК 4.2.2942 п.3.1.4	Воздушная среда			S.aureus	$(0-9,9)x10^{n}$КОЕ\м^3
5221.	МУК 4.2.2942 п.3.2.5	Объекты окружающей среды (смывы)			БГКП	не обнаружены \обнаружены
5222.	МУК 4.2.2942 п.3.2.7	Объекты окружающей среды (смывы)			Pseudomonas aeruginosa	не обнаружены \обнаружены
5223.	МУК 4.2.2942 п.3.2.6	Объекты окружающей среды (смывы)			сальмонеллы	не обнаружены \обнаружены
5224.	МУК 4.2.2942 п.4	стерильность в лечебных организациях			Стерильность	Стерильно \не стерильно обнаружено\не обнаружено
5225.	МУ МЗ СССР №15\6-5 от 28.02.91г	Биотесты для контроля паровых и воздушных стерилизаторов МУ МЗ СССР №15\6-5 от 28.02.91г			Рост контрольных штаммов микроорганизмов	не обнаружены\обнаружены
5226.	МУК4.2.1035-01 п.5.3.8.10	Биотесты для контроля для контроля дезинфекционных камер			Рост контрольных штаммов микроорганизмов	не обнаружены\обнаружены
Паразитологический метод						

1	2	3	4	5	6	7

5227.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье:мясо и мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206 0209-0210	Личинки трихинелл	Обнаружены/не обнаружены,экз
5228.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.1				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены,экз
5229.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.2				Цистицерки(финны)	Обнаружены/не обнаружены,экз
5230.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.1-3.2.10	Рыба,нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12 03.21-03.22 10.20	0301 0302-0308	Личинки паразитов в живом виде,опасных для здоровья человека:нематод.цестод.трематод ,скребней	Обнаружены/не обнаружены,экз
5231.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.1					Обнаружены/не обнаружены,экз
5232.	МУК 3.2.988-00 п.3.2.11.3					Обнаружены/не обнаружены,экз
5233.	МУК 3.2.988-00 п.7					-
5234.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.3	Плодоовощная,плодово-ягодная, растительная продукция Свежеотжатые соки.	01.13 01.21 01.201.25	0701-07.07 0709-0710 0803-0810 2009	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5235.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода систем централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения.Вода плавательных бассейнов.Вода аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5236.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1				Цисты лямблий	Обнаружены/не обнаружены,экз
5237.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Ооцисты патогенных простейших/ооцистыкриптоспоридий	Обнаружены/не обнаружены,экз
5238.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3	Вода поверхностных водных объектов	36.00.1	2201	Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5239.	МУК 4.2.1884-04 п.3.4					
5240.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва , песок			Яйца гельминтов/жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены,экз/кг
5241.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5				Личинки гельминтов/ жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Обнаружены/не обнаружены,экз/кг
5242.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз/100гр
5243.	МУК 4.2.2661-10 п.6.2	Сточная вода			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
5244.	МУК 4.2.2661-10 п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз

1	2	3	4	5	6	7

5245.	МУК 4.2.2661-10 п.7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
5246.	МУК 4.2.2661-10 п.7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5247.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены,экз
5248.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4				Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружены/не обнаружены,экз
5249.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.1	Биологический материал			Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
5250.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1	Биологический материал			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
5251.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.2.2	Биологический материал	"	"	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
5252.	МУК 4.2.3145-13 п.2.1.2	Биологический материал			Цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/не обнаружено
5253.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.4	Биологический материал			Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
Санитарно-гигиенические методы						
5254.	ГОСТ 4245-72, 2.	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	-	Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	от 10 - 500,0 мг/дм^3/мг/л
5255.	ГОСТ 4245-72, 3.				Хлориды (хлор-иона) (Cl^-)	0,5 – 10 мг/дм^3/мг/л
5256.	ГОСТ 4386-89 Вариант А	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00	-	Фториды (F^-)	0,05-5,0 мг/дм3/мг/л
5257.	ГОСТ 6709-72 п.3.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Остаток после выпаривания	0,1-10,0 мг/дм^3
5258.	ГОСТ 6709-72 п.3.5				Аммиак и аммонийные соли (NH_4)	менее 0,02 мг/дм3/ более 0,02 мг/дм3
5259.	ГОСТ 6709-72 п 3.6.				Нитраты (NO_3)	менее 0,2 мг/дм^3/ более 0,2 мг/дм^3
5260.	ГОСТ 6709-72 п 3.7				Сульфаты (SO_4)	менее 0,5 мг/дм^3/ более 0,5 мг/дм^3
5261.	ГОСТ 6709-72 п 3.8				Хлориды (Cl)	менее 0,02 г/дм^3/ более 0,02 г/дм^3
5262.	ГОСТ 6709-72 п 3.10				Железо (Fe)	менее 0,05 г/дм^3/ более 0,05 мг/дм^3
5263.	ГОСТ 6709-72 п 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	менее 0,08 г/дм^3/ более 0,08 мг/дм^3
5264.	ГОСТ 6709-72 п 3.16				Водородный показатель(pH)	-1-19 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7

5265.	ГОСТ 6709-72 п 3.17				Удельная электрическая электропроводимость при t-20^{0}С	10^{-4}-10 См/м
5266.	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00		Общая минерализация (сухой остаток)	2,0-2000,0 мг/дм3
5267.	ГОСТ 23268.1-91, п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая, вода дистиллированная	11.07.11.112	2201	Прозрачность и цвет, запах, вкус	Описание
5268.	ГОСТ 23268.8-78п.3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112 21.20.9	2201	Нитрит-ион (по NO_2)	обнаружено/не обнаружено
5269.	ГОСТ 23268.12-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112 21.20.9, 20.42	2201, 61016112, 6113 00, 14,6115,61 176301-63084101-4103, 4302,4303 5106-5095110 00 000 05111, 5112, 5113 00 000 05701-5704,5705 00,4823	Окисляемость перманганатная	0,1- 10 мг/дм^3
5270.	ГОСТ 23268.17-78п. 2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11.112	2201	Хлорид- ион (Cl^-)	0,7- 1000,0 мг/дм^3
5271.	ГОСТ 31868-2012 Метод А	Вода питьевая(расфасованная в емкость), природная (подземная и поверхностная)	11.07.11.120 36.00.1	61016112, 6113 00,6114,61 15,611763 01-63084101-41034302, 4303 5106,5109 5110 00 000 05111, 5112, 5113	Цветность	1-70 градус

				00 000 05701-5704,5705 004823		
5272.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120. 36.00	2201	Цветность	1-70 градуса
5273.	ГОСТ 31940-2012 Метод 1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (поверхностная и подземная)	36.00. 11.07.11.120 36.00, 111.07. 11.112	2201	Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	25 -500 мг/дм^3
5274.	ГОСТ 31940-2012 Метод 3				Сульфат-ион /Сульфаты (SO_4^{2-})	2-50 мг/дм^3/ мг/л
5275.	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	11.07.11.120 36.00		Жесткость общая	0,1 – 20,0 ºЖ/ мг-экв/дм^3
5276.	ГОСТ33045-2014 Метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.120		Аммиак и ионов аммония (суммарно)/ Аммоний-ион (NH_3/NH^{4+})	0,1-300,0 мг/дм^3/ мг/л
5277.	ГОСТ33045-2014 Метод Б	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Нитриты (NO_{2-})	0,003-3,0 мг/дм^3/ мг/л
5278.	ГОСТ33045-2014 Метод Д	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная), вода дистиллированная	36.00 11.07.11.120		Нитраты (NO_{3-})	0,1-200,0 мг/дм^3/ мг/л
5279.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, природная (подземная, поверхностная)	36.00 11.07.11.120		Окисляемость перманганатная	0,5 – 10,0 мгО/дм^3
5280.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Способ Б				Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг О/дм^3/ мг/дм^3
5281.	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, вода природная	36.00 11.07.11.112 11.07.11.120	2201, 220110	Мутность	1- 8 ЕМФ 1-20,0 ЕМФ
5282.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.				Запах / Запах при 20^{0}С/ Запах 60^{0}С	0-5 балл
5283.	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	Вода питьевая, природная, вода расфасованная	36.00	2201,	Вкус и привкус/ Привкус	0-5 балл

		в емкости, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	11.07.11.112 11.07.11.120	220110		
5284.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ (O)	Розовая окраска
5285.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14				Водородный показатель (pH)	(1-14) pH
5286.	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15				Удельная электропроводимость (УЭП)	(10^{-4}-10) См/м
5287.	ПНД Ф 14.1:2.96-97				Хлориды (Cl^-)	10,0-5000 мг/дм^3/ мг/л
5288.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная, подземная), вода техническая	36.00.	2201, 2201 10	Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3/ мг/л
5289.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	36.00.		Водородный показатель (pH)	1-14 ед. pH
5290.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, природная	36.00.		Фторид-ион (F^-)	0,1-5,0 мг/дм^3/ мг/л
5291.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Природные (поверхностные и подземные) воды	36.00.136.00 .12		Жесткость общая	0,1-50,0 ºЖ
5292.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная			Окисляемость перманганатная	0,25-100,0 мг/дм^3
5293.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная	36.00.		Мутность	1,0-100,0 ЕМФ (по формазину)
5294.	ГОСТ 4011-72 П. 2.	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	36.00.	2201	Массовая концентрация общего железа/Железо (Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,1-2,0 мг/дм^3 (0,1-2,0 мг/л) при разбавлении 0,1-50,0 мг/дм^3 (0,1-50,0 мг/л)
5295.	ГОСТ 4011-72 П. 3.		14.31, 14.39, 15.20, 16.24, 20.41; 20.42; 22.22; 25.92; 32.40;	3926,4415; 6305; 6111, 7010, 9503-9507, 4808-4823	Массовая концентрация общего железа/Железо(Fe, суммарно)/Железо	без учета разбавления: 0,05-2,0 мг/дм^3 (0,05-2,0 мг/л) при разбавлении 0,05-50,0 мг/дм^3 (0,05-50,0 мг/л)
5296.	ГОСТ 4974-2014 П.6	Вода питьевая. Упакованная питьевая вода.	36.00 11.07 10.86.10	2201	Массовая концентрация марганца/ Марганец (Mn, суммарно)/ Марганец (Mn)/Марганец	0,01-5,00 мг/дм^3 (0,01-5,00 мг/л)
5297.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые,поверхностные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация общего железа/ Железо (Fe, суммарно)/Железо	0,05-10,0 мг/дм^3 (0,05-10,0 мг/л)
5298.	РД 52.24.405-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Сульфаты (SO_4^{2-})	2,0-40,0 мг/дм^3

			38.1, 71.20.11			
5299.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	36.00.1 36.00.12		Взвешенные вещества	от 5,0 мг/дм^3
5300.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностная и очищенная сточная	36.00.12		Аммиак и аммоний ион (по азоту)	0,05-4,0 мг/дм^3
5301.	РД 52.24.496-2005 п.9.1	Вода поверхностная	36.00.1		Запах	0-5 балл
5302.	РД 52.24.496-2005п.9.2				Температура	-
5303.	РД 52.24.497-2005 Вариант 1	Вода поверхностная	36.00.1		Цветность	5-500 градус
5304.	РД 52.24.497-2005 Вариант 2				Цветность	5-500 градус
5305.	ПНД Ф 14.1:2:4.3—95	Вода питьевая, поверхностная	36.00.1136.0 0.138.1, 71.20.11		Нитриты (по NO_2)	0,02-3,0 мг/дм^3
5306.	ГОСТ 26483-85	Почвы	71.20.11		Водородный показатель (pH)	1,0-14,0pH
5307.	ГОСТ 26951-86		71.20.11		Азот нитратный/ Нитраты (NO_3)	2,8-1090,0 мг/кг
5308.	ГОСТ 4288-76п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Масса	1-1000,0 г
5309.	ГОСТ 4288-76п.2.3				Внешний вид, вкус и запах, степень измельчения, равномерность перемешивания фарша.	описание
5310.	ГОСТ 4288-76п2.4				Подготовка проб к определению химических показателей	-
5311.	ГОСТ 4288-76п.2.5				Массовая доля влаги	0,7-80 %
5312.	ГОСТ 4288-76п.2.6				Кислотность	4-25^o Т
5313.	ГОСТ 34135-2017 п.6	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.13.	0210	Массовая доля хлеба	06-20% 20-40%
5314.	ГОСТ 9793-2016	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты, посолочные смеси, рассолы	10.11.	0201-0208,	Массовая доля влаги	1,0-85 %
5315.	ГОСТ 9957-2015 п.6.2				Подготовка проб	-
5316.	ГОСТ 9957-2015 п.7				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
5317.	ГОСТ 9959-2015				Внешний вид, цвет, вкус, состояние поверхности, запах, консистенция.	описание
5318.	ГОСТ 10574-2016				Массовая доля крахмала	0,03-15,4 %
5319.	ГОСТ 8558.1-2015 п.7	Все виды мяса, мясные и мясосодержащие продукты, посолочные смеси, рассолы			Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012 %

1	2	3	4	5	6	7

5320.	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита натрия	20-200 мг/кг 0,002-0,02 %
5321.	ГОСТ 3627-81 п. 2, п.4	Сыр, творог, масло сливочное.	10.51.	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
5322.	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молоко содержащие продукты, кисломолочные	10.5.	0401-0404	Массовая доля жира	0,5-82,5 %
5323.	ГОСТ Р ИСО 22935.2-2011	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0406	Внешний вид, запах, консистенция	Описание
5324.	ГОСТ 24065-80	Молоко	10.51.1	0401	Сода	Присутсвует/ отсуствует
5325.	ГОСТ 24066-80	Сырое молоко	10.51.1	0401	Аммиак	Присутсвует/ отсуствует
5326.	ГОСТ 24067-80	Молоко	10.51.1	0401	Перекись водорода	Присутсвует/ отсуствует
5327.	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочные продукты.	10.53.	0401-0404	Подготовка проб к анализу	-
5328.	ГОСТ 26809.2-2014	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51.3.	0405	Подготовка проб к анализу	
5329.	ГОСТ 29245-91 п.3	Молочные консервы	10.51.	0401-0404	Вкус и запах, консистенция, цвет	описание
5330.	ГОСТ 29245-91 п.4				Герметичность металлических банок	описание
5331.	ГОСТ 29245-91 п.5				Определение состояния внутренней поверхности металлических банок	описание
5332.	ГОСТ 29246-91 п.2.2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги	0,5-25 %
5333.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4	Сгущенные молочные консервы	10.51.5	0402	Массовая доля влаги	2,0-50 %
5334.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5.	Сгущенные молочные консервы, сухие молочные продукты	10.51.	0401-0404	Кислотность	1,0-150,0^{0}Т
5335.	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
5336.	ГОСТ Р 54669-2011 п.7.	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.	0401-0404	Кислотность	2-250^0 Т
5337.	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и продукты его переработки	10.51	040104030 404040504 06	Плотность	1015-1040 кг/м^3
5338.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.	0401-0404	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
5339.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3,0-70,0 %
5340.	ГОСТ Р 55063-201 2п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-8,0 %
5341.	ГОСТ 7631-2008 п.6	Рыба, нерыбные продукты и продукция из них	10.20	0303-0308	Внешний вид и цвет	описание

1	2	3	4	5	6	7

					Консистенция	
5342.	ГОСТ 7636-85 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0302030303040305030603070308	Подготовка к анализу средней пробы	-
5343.	ГОСТ 7636-85 п.2п.3.3.1, 3.3.2				Массовая доля воды	1,0-90%
5344.	ГОСТ 7636-85 п.2п.3.5.1				Массовая доля хлористого натрия	0,3-64,8%
5345.	ГОСТ 26664-85 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.	1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус.	описание
5346.	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	16041605	Массовая доля поваренной соли	0,1-20,0 %
5347.	ГОСТ 26312.7-84	Крупа	10.61.	1103	Влажность	05-50%
5348.	ГОСТ 27558-87	Мука и отруби	10.61.	1101-1103, 1105-1106	Цвет,Запах, Вкус, Хруст	описание
5349.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.2	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.111	210210	Внешний вид и цвет	описание
5350.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.3				Запах и вкус	
5351.	ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.4				Массовая доля сухого вещества	
5352.	ГОСТ Р 54845-2011п.7.2	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13.111	210210	Внешний вид и цвет	описание
5353.	ГОСТ Р 54845-2011п.7.4				Массовая доля влаги	1,0-90,0%
5354.	ГОСТ 5667-65	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.	1901, 1905	Форма, Поверхность, Цвет, Вкус и запах	Описание
5355.	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Пористость	50,0-95,0 %
5356.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.71.	1901, 1905	Кислотность	0,1-50 град.
5357.	ГОСТ 5672-68	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.11	1905	Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
5358.	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.	1901, 1905	Влажность	1,0-80,0 %
5359.	ГОСТ 5897-90 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Внешний вид, вкус, запах, цвет.	описание
5360.	ГОСТ 5898-87п.2, 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Кислотность	0,2-50 градусы
5361.	ГОСТ 5898-87 п.4				Щелочность	0,2-50,0 град
5362.	ГОСТ 5900-2014п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
5363.	ГОСТ 5900-2014п. 8				Массовая доля сухих веществ	1,0-50,0%
5364.	ГОСТ 5904-82	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.	1704	Подготовка проб	-
5365.	ГОСТ 12576-2014	Белый сахар, сахар-песок	10.81.	1701	Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	описание
5366.	ГОСТ Р 54642-2011	Белый сахар	10.81.	1701	Влага и сухие вещества	0,10-1,00 %
5367.	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13	2001-2008	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7

5368.	ГОСТ 8756.1-2017	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.13.	2001-2008	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Масса нетто Массовая доля составных частей.	Описание 1,0-99,0,0% 1,0-99,0%
5369.	ГОСТ 8756.10-2015	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001200220042005200620072008	Массовая доля мякоти. Объемная доля мякоти	1,0-30,0%5,0-20,0 %
5370.	ГОСТ 8756.18-79	Консервированные пищевые продукты	10.3	2001200220042005200620072008	Внешний вид и состояние внутренней поверхности металлической тары	описание
5371.	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83.13	0902	Массовая доля влаги	0,2- 30,0 %
5372.	ГОСТ 32572-2013 п.10.2	Чай	10.83.13	0902	Внешний вид и цвет чайного листа	Описание
5373.	ГОСТ 24556-89 п. 2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	2001-2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты	От 0,001 %
5374.	ГОСТ 26186-84 п.3	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.30., 10.11.	2001-2008, 1602	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
5375.	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки фруктов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, соки	10.3	2001200220042005200620072008160 2	pH	2-12 ед.pH
5376.	ГОСТ 33977-2016 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3		Массовая доля влаги	От 0,2 – св 10%
5377.	ГОСТ 29270-95 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001200220042005200620072008	Нитраты	5-2500 мг/кг
5378.	МУ 5048-89	Овощи		0701070207030704070507060707080 7	Нитраты	50-3000 мг/кг
5379.	ГОСТ 5472-50	Растительные масла	10.41	1507- 1514	Запах, цвет, прозрачность	описание
5380.	ГОСТ 6687.4-86	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Кислотность	1,0-20,0 см3/100см3
5381.	ГОСТ 6687.5-86 п.2	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты квасного сусла, квас	11.07.	2202	Внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус	описание
5382.	ГОСТ Р 51433-99	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Растворимые сухие вещества	2-80 %
5383.	ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32	2009	Титруемая кислотность	0,1-10,0%
5384.	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7

5385.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Подготовка проб	-
5386.	ГОСТ 15113.3-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	описание
5387.	ГОСТ 15113.4-77 п.2,3	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля влаги	0,5-50 %
5388.	ГОСТ 15113.5 -77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Кислотность	0,07-17,5 ^{0}Т
5389.	ГОСТ 15113.7-77 п.2	Концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты	10.89.		Массовая доля хлористого натрия	0,3-36,0 %
5390.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, вкус и запах	описание
5391.	ГОСТ Р 51575-2000	Соль пищевая	10.84.3	2501	Йод	0.02-0.06мг/г 20-60 мкг/г
5392.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.85.1		Подготовка проб	
5393.	ГОСТ Р 54607.2-2012	Продукция общественного питания	10.85.1		Определение средней массы	0-500,0г
5394.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1	Продукция общественного питания	10.85.		Цвет, запах фритюрного жира	описание
5395.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% более 1%
5396.	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7.1				Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено тепловая обработка достаточная/ недостаточная
5397.	МУ 4237-86	Готовые блюда	10.85.		Сухие вещества Жир Белки+углеводы Калорийность	50-300 г/порция 100-700 г/суточной порции 0,5-1,0 г/порция 0,1-2,0 г/суточной порции 10-60 г/порция 20-120 г/суточной порции 1,0-100,0 г/порция 10,0-150,0 г/суточной порции
5398.	МУ № 1-40/3805	Готовые блюда	10.85.1		Качество термической обработки	достаточная/ недостаточная (реакция положительная/отрицательная
5399.	ГОСТ 4512-2016	-	-	-	Приготовление растворов для колориметрического и нефелометрического анализа	-

5400.	ГОСТ 4517-2016	-	-	-	Приготовление вспомогательных реактивов и растворов	-
5401.	ГОСТ 4919.1-2016	-	-	-	Приготовление растворов индикаторов	-
5402.	ГОСТ 4919.2-2016	-	-	-	Приготовление буферных растворов	-
5403.	ГОСТ 25794.1-83	-	-	-	Приготовление титрованных растворов для кислотно-основного титрования	-
5404.	ГОСТ 25794.2-83	-	-	-	Приготовление титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования	-
5405.	ГОСТ 14193-78	Монохлорамин технический	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	0-30,0 %
5406.	ГОСТ 25263-82	Кальция гипохлорит нейтральный	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	0-60,0 %
5407.	ГОСТ Р 54562-2011	Известь хлорная	20.20.14	380894	Массовая доля активного хлора	0-30,0 %
5408.	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1.	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808 94	Массовая доля активного хлора /Активный хлор	0-75,0 %
Раздел 21: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.145 А						
Отбор проб						
5409.	ГОСТ 31861	Вода питьевая	36.00.11		Отбор проб	-
5410.	ГОСТ 57164 п.4.	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная),	36.00.1136.00.1	61016112, 611300,6114,6115,6117, 6301-6308,4101-4103,4302, 4303,5106-5109,511000 000 0, 5111, 5112, 511300 000 0, 5701-5704,570500, 4823	Отбор проб	-
5411.	ГОСТ 4288 п.2.1	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	01.47.2	0201, 0202	Отбор проб	-
5412.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины, и других видов убойных животных			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7

5413.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	
5414.	ГОСТ 26809.1 (потребительская упаковка)	Молоко и молочные продукты.	10.51	040104030404	Отбор пробПодготовка проб к анализу	
5415.	ГОСТ 26809.2 (потребительская упаковка)	Масло, молочный жир, спреды, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры.	10.51	04050406	Отбор пробПодготовка проб к анализу	
5416.	ГОСТ Р 55063-2012 п.5.1, п.5.2.1, п. 5.2.10, п. 5.3.2, п.5.3.3	Сыры, сыры плавленые	10.53.4	040620040630040640040690	Отбор проб	
5417.	ГОСТ 26312.1 п.1.3	Крупа	10.61.3	1103	Отбор проб	
5418.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13.111	210210	Отбор проб	
5419.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сухие	10.89.13.111	210210	Отбор проб	
5420.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71.11	1905	Отбор проб	
5421.	ГОСТ 5904 п.5, п.6	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.1210.72.1210.82	17041905	Отбор проб	
5422.	ГОСТ 8756.0 п.2.1-2.5	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.3	200120022004200520062007200 8	Отбор проб	
5423.	ГОСТ 26313 п.6.1, п.6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (далее – продукты)	10.3	200120022004200520062007200 8	Отбор проб	
5424.	ГОСТ 15113.0 п.2	Концентраты пищевые	10.89.1110.89.19		Отбор и подготовка проб	
5425.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая	10.84.3	250125010091		
5426.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	10.85.1		Подготовка проб	
5427.	ГОСТ 14193	Монохлорамин технический	20.20.14	380894	Отбор проб	
5428.	ГОСТ 25263	Кальция гипохлорит нейтральный.	20.20.14	380894	Отбор проб	
5429.	ГОСТ Р 54562	Известь хлорная	20.20.14	380894	Отбор проб	
5430.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо, мясная продукция	10.11 10.13	0201-0203 0205-0206	Отбор проб на наличие: личинок трихинелл	

				0209-0210		
5431.	МУ 3.2.1756-03 п.3.2.2.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.1-03.2 03.11-03.12	0301 0302-0308	Отбор проб	
5432.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция. Свежеотжатые соки	01.13 01.21 01.22.- 01.25	0701-0707 0709-0710 0803-0810 2009	Отбор проб	
5433.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода, расфасованная в емкости. Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
5434.	МУК 4. 2.1884-04 п.3.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода, расфасованная в емкости. Вода поверхностных водных объектов	36.00.11	2201	Отбор проб	
5435.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5436.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
5437.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(10-98)%
5438.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места, помещения зданий и сооружений, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходных зоны.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5439.	ГОСТ 24940-2016	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-
5440.			-	-	Температура воздуха	(от 0 до + 50)^{0}С

1	2	3	4	5	6	7

	Руководство по эксплуатации «Прибора комбинированного ТКА-ПКМ модель 43»	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон. Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Относительная влажность воздуха	(10-98)%
					Искусственное освещение:	
					Освещенность	(10-200000) лк
					Естественное освещение/КЕО	-

Главный врач К.В.Булутов

МП

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

Подписано цифровой подписью: ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
DN: street=УЛИЦА СПАРТАКА, ДОМ 5, st=Республика Бурятия, l=ГОРОД УЛАН-УДЭ, c=RU, givenName=Кирилл Владимирович, sn=Булутов, cn=ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", title=Главный врач, o=ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", email=cgebur@mail.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303332333030363738343838, 1.2.643.100.4=120A30333233313231393538, 1.2.643.100.3=120B303335538383238343939 35, 1.2.643.100.1=120D313035303330323636323330 30
Дата: 2022.04.28 13:45:40 +08'00'